

Lubań, dnia 19 listopada 2024 r.

### Wszyscy Wykonawcy

### PYTANIA I WYJAŚNIENIA Nr 33

#### do treści SWZ na „Dostawy asortymentu jednorazowego użytku dla NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu sp. z o.o.”, nr postępowania ZP/15/2024

Na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

#### **Pytanie 1 - pakiet nr 41 poz. 1**

Czy zamawiający dopuści Obwód oddechowy do aparatu do znieczulania dla dorosłych, materiał PP, 2 rury rozciągliwe, dł. po rozciągnięciu 180 cm, dodatkowa rura do worka o dł. po rozciągnięciu 90 cm, kolanko z portem kapno, trójnik Y z dwoma portami zabezpieczonymi zatyczkami, średnica rur 22 mm, bezłateksowy worek oddechowy poj. 2 litry, mikrobiologicznie czysty.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

#### **Pytanie 2 - pakiet nr 41 poz. 2**

Czy zamawiający dopuści obwód oddechowy do aparatu do znieczulania pediatryczny, materiał PCV, 2 rury gładkie wewnątrznie zapobiegające zaleganiu bakterii, dł.150-cm , dodatkowa rura do worka o dł. 80 cm, kolanko z portem kapno, trójnik Y z dwoma portami zabezpieczonymi zatyczkami przytwierdzonymi na stałe do obwodu, średnica rur 15 mm, worek oddechowy bezłateksowy poj. 1 litry, mikrobiologicznie czysty.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

#### **Pytanie 3 - pakiet nr 41 poz. 3**

Czy zamawiający dopuści Celulozowy wymiennik ciepła i wilgoci dla dorosłych, o wadze 8,4 g, przestrzeni martwej 15 ml, objętości oddechowej 50-1000 ml, z celulozowym wymiennikiem, z portem do odsysania, oporności 0,63 przy 30 l/min, z portem do podawania tlenu oraz skuteczności nawilżania 28,8 przy Vt 500ml, sterylne.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

#### **Pytanie 4 - pakiet nr 41 poz. 4**

Czy zamawiający dopuści jako równoważny Celulozowy wymiennik ciepła i wilgoci dla dorosłych, o wadze 8,4 g, przestrzeni martwej 15 ml, objętości oddechowej 50-1000 ml, z celulozowym wymiennikiem, z portem do odsysania, oporności 0,63 przy 30 l/min, z portem do podawania tlenu oraz skuteczności nawilżania 28,8 przy Vt 500ml, sterylne.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**Pytanie 5 - pakiet nr 41 poz. 5**

Czy zamawiający dopuści Przedłużacz martwa przestrzeń, gładki wewnątrznie z obrotowym łącznikiem kątowym, port do odsysania i bronchoskopii, złącza 15mmM - 22mmM/15mmF lub 22mmF - 22mmM/15mmF. dł. 150mm, jednorazowy, sterylny.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**Pytanie 6 - pakiet nr 41 poz. 6**

Czy zamawiający dopuści Filtr oddechowy dla dorosłych elektrostatyczny z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji bakteryjnej >99,9999 %, wirusowej >99,999 %, waga 35,6 g, przestrzeń martwa 55 ml, objętość oddechowa 150 ml -1500 ml, oporność 0,82 cm H<sub>2</sub>O przy 30 l/min, nawilżanie przy vt 500 ml – 37 mg/H<sub>2</sub>O, z portem do kapnografii, ze złączem 22M/15F-22F/15M, sterylny.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**Pytanie 7 - pakiet nr 41 poz. 7**

Czy zamawiający dopuści Filtr oddechowy dla dzieci elektrostatyczny z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji bakteryjnej 99,9999 %, wirusowej 99,999 %, waga 21 g, przestrzeń martwa 30 ml, objętość 70-250 ml, oporność 2,4 cm H<sub>2</sub>O przy 30 l/min, nawilżanie przy vt 250 ml – 33,6 mg/H<sub>2</sub>O, z portem do kapnografii, ze złączem 22M/15F-22F/15M, sterylny.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**MAŁGORZATA KOZAK**

**ANNA USYK – KRZESZOWIEC**

**PROKURENT**

**PROKURENT**