



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1
W BEŁŻYCACH**

24-200 Bełżyce, ul. Przemysłowa 44

NIP: 713-28-46-648, **Regon:** 432710721, **Numer KRS:** 0000208113
Bank Spółdzielczy w Nałęczowie, Filia w Bełżycach 96 8733 0009 0015 3113 2000 0010

Bełżyce, dn. 20.05.2024r.

Numer postępowania: ZP/MJ/22/2024

Dotyczy postępowania pn.: „Dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku, obłożeń i zestawów jednorazowych, materiałów medycznych do tlenoterapii oraz bielizny i pościeli jednorazowego użytku”.

Pytanie nr 1

Zadanie 8

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr. 8 w poz 3 zaoferowanie wzierników usznych pakowanych po 50 szt z odpowiednim przeliczeniem ilości tj:

Poz.3 wziernik uszny 2,5 mm - 30 opakowań po 50 sztuk

Poz.3 wziernik uszny 4,0 mm - 50 opakowań po 50 sztuk ?

Reszta parametrów zgodnie z OPZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania produkt alternatywny do opisanego w SWZ, tj.:

- Okularki jednoczęściowe
- Wykonane z miękkiego materiału pokrytego delikatną, silikonową warstwą adhezyjną.
- Użyty materiał blokuje 99,95% światła widzialnego i UV (potwierdzone wynikami badań jednostki niezależnej);
- Bez dodatku lateksu i kleju.
- Hypoalergiczne.
- Kontakt z okiem wyłącznie poprzez czystą, 100% bawełnę, bez dodatku barwników.
- Sposób założenia i zdjęcia okularków odbywa się bezbolesnie i dotyczy wyłącznie okolic oczu, bez konieczności podnoszenia główki, zmiany pozycji noworodka
- Założenie nie wymaga stosowania rzepów i opasek wokół głowy pacjenta.
- Przeznaczone dla jednego pacjenta, do wielokrotnego użytku.
- Dołączony plastikowy arkusz umożliwia higieniczne przechowywanie okularków podczas przerwy w fototerapii;
- Bezbolesne zdejmowanie.
- Do wyboru trzy rozmiary, w zależności od wagi (≤ 900 g, < 1000 g i > 1000 g) i wielkości główki noworodka.



Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający będzie wymagał aby ubieranie, ściąganie lub wymiana okularków nie wymuszały konieczności rozłączania, przemieszczania lub zdejmowania urządzeń podłączonych do twarzy noworodka oraz zmiany pozycji noworodka ?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 15 pozycji 1 i utworzenie oddzielnego zadania ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający w **Zadaniu nr 10** dopuści próżnociąg położniczy jałowy, jednorazowego użytku do wspomaganego porodu, posiadający odpowiednio wyprofilowany uchwyt oraz atraumatyczną miseczkę w kształcie „grzybka” Ø miseczki 50mm wyginająca się o 90° w każdym kierunku lub atraumatyczną miseczkę w kształcie „dzwonu” (kielicha)Ø miseczki 64mm posiadająca miękkie, elastyczne krawędzie z pompą wytwarzającą stabilne, stałe podciśnienie przy minimalnym wysiłku, z łatwo dostępnym zaworem zwalniającym próżnię w postaci skrzydełek, z czytelnym wskaźnikiem próżni w kształcie zegara oraz z wbudowaną blokadą bezpieczeństwa eliminującą możliwość przekroczenia bezpiecznej wartości siły ciągu, co eliminuje konieczność jej stałej kontroli przez personel medyczny podczas porodu?

Rodzaj miseczki do wyboru. Oferowany przez nas próżnociąg położniczy zapewnia lekarzowi bezpieczną i komfortową obsługę, a rodzącej kobiecie maksymalny komfort?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 6

Zadanie nr 12 poz.2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie elektrod z żelazem stałym przy pozostałych parametrach bez zmian.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 7

Zadanie nr 12 poz.2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie elektrod z żelazem ciekłym, o wymiarach 38mm x 36mm przy pozostałych parametrach bez zmian.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 8

Zadanie 12 poz.2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie elektrod z żelazem stałym, o wymiarach 44mm x 30mm przy pozostałych parametrach bez zmian

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 9

Zadanie 12 poz.4

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie elektrod z żelazem stałym przy pozostałych parametrach bez zmian.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 10

Zadanie 12 poz.4,5

Czy Zamawiający dopuści podanie w ww. pozycji ceny jednostkowej dla opakowania zawierającego 50 sztuk elektrod albo podanie ceny jednostkowej za sztukę z dokładnością do czterech miejsc po przecinku? Ceny jednostkowe elektrod są bardzo niskie, proponowane rozwiązanie dałoby wykonawcom możliwość zaoferowania korzystniejszej ceny łącznej.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza podanie ceny jednostkowej za sztukę.

Pytanie nr 11

Zadanie 12 poz. 5

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie elektrod do Holter z żelazem stałym lub ciekłym (do wyboru Zamawiającego), o wymiarach 55mm x 40mm przy pozostałych parametrach bez zmian.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 12

Zadanie 12 poz. 6

Prosimy o zweryfikowanie opisu przedmiotu zamówienia. Czy Zamawiający oczekuje elektrod do defibrylatora Zoll czy do Lifepak?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje elektrod do defibrylatora Zoll oraz Lifepak z zastrzeżeniem parametrów zawartych w SWZ.

Pytanie nr 13

Zadanie 12 poz.6

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie elektrod do defibrylatora Zoll AED Plus i AED Pro, dla dorosłych. Powierzchnia aktywna 86,44cm², długość kabla 210cm. Liczba wyładowań, które elektroda może wytrzymać 50 @ 360 J.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**Pytanie nr 14**

Zadanie 12 poz.7

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie elektrod do defibrylatora Philips Hart Start XL, dla dorosłych. Powierzchnia aktywna 86,44cm², długość kabla 210cm. Liczba wyładowań, które elektroda może wytrzymać 50 @ 360 J

i

elektrod do defibrylatora Philips Hart Start XL, dla dzieci. Powierzchnia aktywna 42,6cm², długość kabla 210cm. Liczba wyładowań, które elektroda może wytrzymać 50 @ 360 J.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**Pytanie nr 15**

Zadanie 17, poz. 1,8-10,6 Czy zamawiający wydzieli poz. 1,8-10,6 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwi. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**Pytanie nr 16**

Zadanie 17, poz. 8

Czy zamawiający dopuści rozmiar 160 cm x 210 cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga**Pytanie nr 17**

Zadanie 17, poz. 9

Czy zamawiający dopuści rozmiar 130 cm x 210 cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga**Pytanie nr 18**

Zadanie 17, poz. 6

Czy zamawiający dopuści rozmiar uniwersalny?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**Pytanie nr 19**

Zadanie nr 1

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie klipsownic o długości ramienia klipsa 9 mm dla rozwarcia 11 mm oraz 9,5 mm dla rozwarcia 13 mm i 16 mm.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga**Pytanie nr 20**

Zadanie nr 1

Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie klipsów pakowanych po 6 szt. w magazynku.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza**Pytanie nr 21**

Zamawiający wymaga w Zadaniu nr 16 serwet o chłonności powyżej 150%, o gramaturze powyżej 280 g/m².

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 16 serwety operacyjne o chłonności 150% o gramaturze 282 g/m²?

Proponowana tkanina jest tożsama pod względem właściwości jak opisana przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 22

Czy Zamawiający wymaga załączenia do oferty karty technicznej potwierdzającej skład chemiczny i gramaturę tkaniny, z której będą wykonane serwety? Tylko na podstawie załączonych dokumentów Zamawiający będzie w stanie zweryfikować spełnienie postawionych wymogów.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga

Pytanie nr 23

Czy Zamawiający wymaga załączenia do oferty potwierdzenia chłonności w postaci wyniku z badań lub w karcie technicznej tkaniny? Tylko powyższe potwierdzenie może dać Zamawiającemu pewność co do zaoferowanych parametrów.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga

Pytanie nr 24

Serwety operacyjne są wyrobem medycznym oraz muszą spełniać określone kryteria, aby mogły być używane na bloku operacyjnym. Czy w związku z powyższym, Zamawiający wymaga załączenia do oferty deklaracji zgodności CE oraz wpisu lub zgłoszenia do Rejestru Wyrobów Medycznych?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga

Pytanie nr 25

Zamawiający w projekcie umowy zawarł zapis o terminie wykonania zamówienia w terminie 3 dni od daty otrzymania zgłoszenia. Termin ten jest bardzo krótki i utrudnia przygotowanie jakościowych dostaw. Czy Zamawiający, mając na uwadze powyższe, wydłuży termin realizacji do 10 dni roboczych od daty złożenia zamówienia?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 26

Zadanie nr 11 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści mankiet o obwodzie ramienia 23-37 cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 27

Zadanie nr 12 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści elektrody z żelazem stałym?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 28

Zadanie nr 12 poz. 6

Zwracamy się z wnioskiem o weryfikację opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający wskazał w nagłówku pozycji 6 dwa różne typy elektrod, tj. „ZOLL STAT-PADZ II” oraz „LIFEPAK 15/16”, tymczasem w opisie wymienia już tylko typ „Zoll Stat-Padz II”. Wobec tego prosimy o doprecyzowanie jakich elektrod oczekuje Zamawiający.

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje elektrod do defibrylatora Zoll oraz Lifepak z zastrzeżeniem parametrów zawartych w SWZ.

Pytanie nr 29

Zadanie nr 13 poz. 2,3,4,5

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania 10 opakowań czy też 10 sztuk? W kolumnie „j.m.” wskazano „op.”. jednak Zamawiający w żadnym miejscu nie określił, ile sztuk ma zawierać opakowanie.

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje 10 sztuk.

Pytanie 30

Poz. 3:

Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do porodu zawierający:

serwetę na płyny, dwuwarstwową **55g/m** klejoną ultradźwiękowo z kształtką wymiary min. 113x90cm, serwetę z włókniny kompresowej min. 80x60cm – 2szt, nerka plastikowa 700 ml-1 sztuka, kompres gazowy 8W 17N 7,5x7,5 – 10 szt, zacisk do pępownicy, dobrze zapinający się, wydający odgłos „klik” – 2 szt, nożyczki do cięcia krocza dł. 20cm, nożyczki do odcięcia pępownicy dł. 10,5cm. Zgodność z normą PN-EN 13795:1-3; chłonność **397,18%**; odporność na przenikanie cieczy **309,8** cm H₂O, serwety barierowe i chłonne na całej powierzchni, dla bezpieczeństwa transportu karton zewnętrzny min. 5 warstwowy. Opakowanie: torebka papierowo-foliowa, etykieta pięciodzielna, 4 samoprzylepne metryczki, każdy zestaw musi posiadać informację identyfikującą producenta, informacje o dacie ważności i numer serii w postaci podwójnej naklejki do umieszczenia w karcie

pacjenta, dla potwierdzenia prawidłowego przeprowadzonego procesu sterylizacji wyrobów jałowych, stanowiących przedmiot oferty w formie końcowego raportu z walidacji lub raportu ponownej kwalifikacji procesu sterylizacji (operacyjny i procesowy) zgodnie z normą PN-EN ISO 11135-1:2007; wymagane zaświadczenie biozgodności ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 31

Poz. 4:

Czy Zamawiający dopuści zestaw do artroskopii zawierający:

serweta z otworem elastycznym o średnicy fi 6 cm – 320 x240 – 1 sztuka, pokrowiec na nogę pacjenta 37 x75 cm , Serweta i pokrowiec wykonane z materiału 2 warstwowego chłonnego na całej powierzchni obłożenia o chłonności **397,18%**, gramatura laminatu min **55g/m²**; materiał do wykonania serwety spełniający normę PN-EN 13795:1-3; taśma medyczna 2 sztuki 50 x9 cm , serweta na stolik typ mayo 145x80, serweta do rąk 2 sztuki, całość owinięta w serwetę na stół instrumentalny 190 x150 cm ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 32

Poz. 5:

Czy Zamawiający dopuści zestaw uniwersalny zawierający:

Zestaw uniwersalny w składzie : Serweta w rozmiarze 150 x 240 cm z przyłepcem (na dłuższym boku) -1 sztuka; serweta w rozmiarze 180 x 170 cm z przyłepcem (na krótszym boku) -1 sztuka,; serweta w rozmiarze 90 x 75 cm z przyłepcem o długości 90 cm -2 sztuki. Serwety wykonane z materiału 2 warstwowego chłonnego na całej powierzchni obłożenia o chłonności 397,18%, gramatura laminatu min 55g/m²; materiał do wykonania serwety spełniający normę PN-EN 13795:1-3; Tupfery gazowe kule 30 x30 cm 17 nitkowe wykonane z gazy - 6 szt.(ułożone na górze zestawu); rękawiczki nitrylowe niepodrowane wywinięte rozmiar L – 2 sztuki (ułożone na górze zestawu);Taśma medyczna 50 cm x9 cm - 1 sztuka; Czyścik do koagulacji 5cm x 5 cm – 1 sztuka (zapakowany dodatkowo w torebkę papierowo- foliową)– 1 szt. pojemnik plastikowy 250 ml z podziałką- 1 sztuka.(ułożony na górze zestawu);pojemnik plastikowy 1000 ml z podziałką – 1 sztuka; Kompresy gazowe z nitką RTG 10x10 8warstwowe 17nitkowe -20 sztuk, Serweta gazowa 4warstwowa 30 x30 cm z nitka rtg- 2 sztuki, ręczniki do rąk – 2 sztuki; Pokrowiec na stolik typ Mayo 145 cmx80 cm – folia piaskowana + włóknina o łącznej gramaturze min 74 g/m² złożony teleskopowo – 1 sztuka ;przylepna kieszeń dwukomorowa 42x35 cm – 1 sztuka ; fartuch chirurgiczny wzmocniony w rozmiarze XL – 2 sztuki, w rozmiarze L-1 sztuka. Fartuchy o gramaturze min. 35g/m² (wzmocnienie po zewnętrznej stronie fartucha o gramaturze 40g), szwy wykonane technika ultradźwiękową , rękawy niekrepujące ruchów, mocowanie pod szyja typu rzep, mankiety o długości 8 cm poliestrowe (niepyłące). zgodny z normą PN-EN 13795 1-3; serweta na stół instrumentariuszki w rozmiarze 190 x 140-150 cm(do owinięcia zestawu) – 1 szt. Zestaw zapakowany o opakowanie zaopatrzone w minimum 2 etykiety typu TAG służące do wklejenia w dokumentów ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 33

Poz. 7:

Czy zamawiający dopuści zestaw do laparoskopii zawierający kieszeń 2-komorową 42cm x 35 cm 2 sztuki? Reszta jak w SWZ.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 34

Poz. 10

Czy zamawiający dopuści zestaw do wkłucia lędźwiowego zawierający igłę 0,7x40mm 1szt? Reszta elementów zgodna z SWZ.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 35

Poz. 11:

Czy zamawiający dopuści zestaw do zakładania szwów zawierający:

Pęsetę metalową chirurgiczną znakowaną kolorem 12,5 cm - 1 sztuka? Reszta jak w SWZ.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 36

Poz. 12:

Czy Zamawiający dopuści zestaw do usuwania zacisków pępowiny **w opakowaniu typu torebka papierowo-foliowa**, zaopatrzoną w etykiety do wklejania do dokumentacji? Wszystkie elementy zestawu zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 37

W związku z art. 431. PZP [Obowiązek współdziałania zamawiającego i wykonawcy] wskazującym na fakt, iż Zamawiający i wykonawca wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia obowiązani są współdziałać przy wykonaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, zwanej dalej "umową", w celu należytej realizacji zamówienia przesyłamy następujące zapytania do wzoru umowy:

Dotyczy warunków umowy **§6 ust. 1 pkt 2)**

2) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości **5 %** wartości brutto pakietu określonego w § 1 ust. 1 w zakresie, którego nastąpiło odstąpienie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 38

Dotyczy warunków umowy **§6 ust. 1 pkt 4)**

4) za wypowiedzenie umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości **5%** wartości brutto niezrealizowanego pakietu określonego w § 1 ust. 1 w zakresie, którego nastąpiło wypowiedzenie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 39

Dotyczy warunków umowy **§6 ust. 3**

Łączna wartość kar umownych nałożonych na Wykonawcę nie może przekroczyć **15%** wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1. Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 40

Zadanie nr 2, poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści strzykawkę do tuberkuliny z podziałką co 0,01 ml?

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 41

Zadanie nr 2, poz. 3 – Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawki 20 ml za opakowanie a'50 szt. wraz z odpowiednim przeliczeniem wartości?

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 42

Zadanie nr 2, poz. 8-11 – Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'25 szt. wraz z odpowiednim przeliczeniem wartości?

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 43

Zadanie nr 2, poz. 11 – Czy Zamawiający dopuści strzykawkę z rozszerzeniem do 60 ml?

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 44

Zadanie nr 3, poz. 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z kocykiem flanelowym o wymiarach 160 cm x 75 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 45

Zadanie nr 3, poz. 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu w opakowaniu typu folia-papier ze zgrzewem prostym i marginesem ułatwiającym otwieranie?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 46

Zadanie nr 3, poz. 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu bez podkładu ginekologicznego?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 47

Zadanie nr 3, poz. 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z serwetą foliową z warstwą celulozową w rozmiarze 80cm x 80cm? (zamiast 75 x 75 cm)?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 48

Zadanie nr 3, poz. 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z serwetą foliową z warstwą celulozową w rozmiarze 90cm x 150cm? (zamiast 75 x 150 cm)?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 49

Zadanie nr 3, poz. 3 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z nerką plastikową o pojemności 800 ml?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 50

Zadanie nr 3, poz. 3 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z nożyczkami do cięcia krocza o długości 14,5 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 51

Zadanie nr 3, poz. 3 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z serwetą na płyny o chłonności w strefie krytycznej ponad 900%, odporność na przenikanie cieczy 197cm H₂O?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 52

Zadanie nr 3, poz. 3 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z etykietą z 2 etykietami TAG w języku polskim zawierającą pełną identyfikację wyrobu i składu?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 53

Zadanie nr 3, poz. 4 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do artroskopii o składzie:

- 1 x serweta z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7 cm o wymiarach 230 cm x 300 cm, wzmocnienie o wymiarach 100 cm x 50 cm, wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m² w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne 80 g/m², zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. Łączna gramatura w strefie krytycznej 140 g/m², chłonność wzmocnienia min. 680%
- 1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 22 cm x 75 cm, kraton 88µm
- 3 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stół Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 2 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150cmx190 cm.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 54

Zadanie nr 3, poz. 5 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z serwetą z przyklepcem o wymiarach 180 cm x 180 cm z przyklepcem na dłuższym boku? (w miejsce serwety 180 x 170 cm z przyklepcem (na krótszym boku)

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 55

Zadanie nr 3, poz. 5 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z taśmą medyczną z tolerancją rozmiaru +/-1cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 56

Zadanie nr 3, poz. 5 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z czyszcikiem do koagulacji zapakowanym w torebkę papierową?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 57

Zadanie nr 3, poz. 5 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z pokrowcem na stół Mayo wykonanym z folii niepiaskowanej + włóknina o gramaturze 80g/m²?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 58

Zadanie nr 3, poz. 5 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z kieszenią dwukomorową o wymiarach 40 cm x 30 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 59

Zadanie nr 3, poz. 5 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z fartuchami M, L, XL wzmocnionymi po wewnętrznej stronie fartucha o gramaturze 40g/m², mankiety o długości 7,5cm, pozostałe parametry zgodne z SWZ?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 60


Zadanie nr 3, poz. 6 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o poniższym składzie:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 260 cm, z wycięciem "U" o wymiarach 8 cm x 85 cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 170cm x 180cm wzmocnienie o wymiarze 50cm x 80cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150 cm x 180 cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m²
- 1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 30 cm x 60 cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm z włókniny spunlace
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stół Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Serwety wykonane z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m², w strefie krytycznej wyposażone we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², zintegrowane z organizatorami przewodów. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 110 cm H₂O. Chłonność wzmocnienia min. 680%.

Opakowanie typu Header Bag wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Pakowany do transportu worek foliowy i w standardowy karton.

Zestaw sterylizowany radiacyjnie.




Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 61

Zadanie nr 3, poz. 7 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o poniższym składzie:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200cm x 260cm w kształcie litery "T" z otworem o wymiarach 30 cm x 30 cm wypełnionym folią chirurgiczną
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x osłona na przewody o wymiarach 14 cm x 250 cm

- 2 x osłona na kończyne o wymiarach 70 cm x 120 cm
 - 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stół Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm
 - 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm.
- Serweta główna wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m². Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 41.7 cm H₂O.
- pakowanie TYVEC wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych.
- Pakowany do transportu worek foliowy i w standardowy karton. Zestaw sterylizowany radiacyjnie.



Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 62

Zadanie nr 3, poz. 6, 7, 8 - Jakim dokumentem ma być potwierdzony niniejszy parametr: „Trójwarstwowa folia wykonana w 25% z recyklatu powstałego w obiegu zamkniętym zakładu produkcyjnego”?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga kartę danych technicznych produktu danego laminatu.


Pytanie 63

Zadanie nr 3, poz. 8 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o poniższym składzie:

- 1 x serweta o wymiarach 200 cm x 300 cm z otworem samouszczelniającym się o średnicy 3,5 cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 160 cm x 180 cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m²
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stół Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Serweta główna wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m², w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², zintegrowane z organizatorami przewodów. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 110 cm H₂O. Chłonność wzmocnienia min. 680%.

Opakowanie typu Header Bag wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Pakowany do transportu worek foliowy i w standardowy karton. Zestaw sterylizowany radiacyjnie.



Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 64

Zadanie nr 3, poz. 9, 9.1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwet o wymiarach 50 x 75 cm, wykonanych z laminatu (PP + PE) o gramaturze 60g/m² i chłonności 600%, odporność na przenikanie cieczy 196 cm H₂O. Opakowanie folia-papier ze zgrzewem V, bez wycięcia na kciuk, z marginesem min. 1,5 cm niezgrzanego opakowania.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 65

Zadanie nr 3, poz. 10 - Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie:

- 1 x Serweta chirurgiczna 75cm x 90cm 2-warstwowa
- 1 x Serweta chirurgiczna 75cm x 90cm, 2-warstwowa, z centralnym otworem 6cm x 8cm z przylepcem na boku
- 1 x Chwytek plastikowy 14cm (Kocher, Pean)

1 x Strzykawka 3-częściowa 5ml Luer
1 x Igła iniekcyjna (1,2 x 40)
1 x Igła iniekcyjna (0,7 x 40)
6 x Tupfer z gazy bez nitki RTG 17N 15cm x 15cm
1 x Opatrunek foliowy z wkładem chłonnym, 9cm x 10cm? tak

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 66

Zadanie nr 3, poz. 11 - Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie zapakowany w rękaw papierowo foliowy, w proponowanym zestawie znajdują się pojemnik 3 komorowy (w ramach blistra)?

3 x Tupfer z gazy bez nitki RTG 17N 20cm x 20cm
5 x Kompres z włókniny 30G 4W 7,5cm x 7,5cm
1 x Serweta chirurgiczna 45cm x 75cm 2-warstwowa
1 x Serweta chirurgiczna 50cm x 60cm 2-warstwowa, z centralnym otworem o śr. 7cm
1 x Pęseta plastikowa niebieska 13cm
1 x Pęseta chirurgiczna 1x2 zębki metalowa 14,5cm
1 x Iglotrzymacz MAYO HEGAR metalowy 15cm
1 x Nożyczki ostre/ostre metalowe 15cm
1 x Pojemnik PP 3-komorowy 19,5 x 13 x 3,5cm, przezroczysty? nie

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 67

Zadanie nr 5, poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'100 szt. wraz z odpowiednim przeliczeniem wartości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga

Pytanie 68

Zadanie nr 5, poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści nerkę medyczną o pojemności minimalnej 300 ml oraz o pojemności maksymalnej 900 ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga

Pytanie 69

Zadanie nr 6, poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści okulary do fototerapii w rozmiarach S,M,L pakowane po 50 szt. oraz o podanym opisie.

- Zapewniają optymalną ochronę przed promieniowaniem poprzez specjalną osłonę na oczy chroniącą je przed szkodliwym działaniem światła
- Doskonale dopasowują się do każdego kształtu główki, dzięki specjalnym, regulowanym zakładkom
- Odpowiedni kształt okularów (litera Y) uniemożliwia ich przesuwanie się podczas fototerapii
- Wykonane z miękkiego materiału, zmniejszają ryzyko podrażnienia delikatnej skóry dziecka
- Dostępne w 3 rozmiarach S, M, L
- Bez lateksu
- Sterylizowane tlenkiem etylenu
- Opakowanie jednostkowe: papier/folia ?

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 70

Zadanie nr 7, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści kompres w rozmiarze 13x14cm?

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 71

Zadanie nr 7, poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści kompres w rozmiarze 16x27cm?

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 72

Zadanie nr 7, poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści kompres w rozmiarze 16x27cm?

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 73

Zadanie nr 7, poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści kompres w rozmiarze 12x29cm?

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 74

Zadanie nr 7, poz. 4 - Czy Zamawiający dopuści kompres w rozmiarze 21x38cm?

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 75

Zadanie nr 7, poz. 5 - Czy Zamawiający dopuści kompres w rozmiarze 30x40cm?

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 76

Zadanie nr 8, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści lusterko krtaniowe w opakowaniu handlowym 100 szt. Bez możliwości podgrzewania i formowania?

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 77

Zadanie nr 8, poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści wzierniki do otoskopu pakowane po a'100 szt.?

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 78

Zadanie nr 8, poz. 3 – Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający ma na myśli pisząc w jednostce miary komplet?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje jednostkę miary „opakowanie”

Pytanie 79

Zadanie nr 8, poz. 4 - Czy Zamawiający dopuści wziernik do otoskopu o wymiarach 3,6 mm i pakowany po 100 szt. ?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 80

Zadanie nr 12, poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści elektrodę EKG z żelazem stałym o średnicy 36 mm?

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza .

Pytanie 81

Zadanie nr 12, poz. 4 - Czy Zamawiający dopuści elektrodę piankową EKG z żelazem stałym o średnicy 48 mm?

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 82

Zadanie nr 12, poz. 4 - Czy Zamawiający dopuści elektrodę piankową EKG z żelazem stałym o średnicy 54 mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 83

Zadanie nr 12, poz. 5 - Czy Zamawiający dopuści elektrodę EKG z żelazem stałym o średnicy 54 mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 84

Zadanie nr 12, poz. 5 - Czy Zamawiający dopuści elektrodę EKG z żelazem stałym o średnicy 42 x 56 mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 85

Zadanie nr 13, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści korki do venflonów pakowane po a'250 szt?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 86

Zadanie nr 13, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. a'250 szt. wraz z odpowiednim przeliczeniem wartości?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 87

Zadanie 13, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści port bezigłowy o przepływie 350ml/min, reszta parametrów zgodna z SWZ?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 88

Zadanie 13, pozycja 6 - Czy Zamawiający dopuści przyrząd zgodnie z poniższymi parametrami:

Precyzyjny regulator umożliwiający dokładne ustawienie pożądanego przepływu w zakresie 5-250ml/h z możliwością całkowitego zamknięcia lub otwarcia przepływu

- Dwie skale regulacji, rozróżnione kolorystycznie
- Regulacja w zakresie 5-250 ml/h pozwala na podawanie płynów o niskiej lepkości (do 10%) np. soli fizjologicznej
- Regulacja przepływu z wykorzystaniem drugiej skali (od 5 do 200 ml/h) umożliwia infuzję roztworów o wysokiej lepkości (od 10% do 40%)
- Długość całkowita 36 cm
- Dodatkowy port Y do podawania leków
- Zakończenie luer lock
- Oba końce drenu zabezpieczone dodatkowo ochronnymi kapturkami
- Nie zawiera lateksu
- Nie zawiera ftalanów
- Odporny na lipidy
- Jednorazowego użytku
- Sterylizowany tlenkiem etylenu
- Pakowanie: 1 sztuka/papier/folia ?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 89

Zadanie 13, pozycja 8 - Czy Zamawiający dopuści zestaw do upustu krwi z pojemnikiem 450ml, pozostałe parametry zgodne z SWZ?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 90

Zadanie 13, pozycja 10 - Czy Zamawiający dopuści wyłącznie jedne kraniki takie jak na zdjęciu



?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 91

Zadanie 13, pozycja 9-10 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. a'50 szt. wraz z odpowiednim przeliczeniem wartości?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 92

Zadanie 13, pozycja 11 - Czy Zamawiający dopuści przyrząd zgodnie z poniższymi parametrami:

WŁAŚCIWOŚCI:

- Łatwy w obsłudze, ergonomiczny kształt
- Korpus z ABS-u (Chemo – kopolimer) z radełkowaną powierzchnią, zapewniającą pewny chwyt
- Ostry kolec biorczy o dł. 20 mm, umożliwiający szczelne i bezpieczne połączenie z pojemnikami o różnej pojemności
- Wyżłobienie kolca biorczego na dł. 10 mm, gwarantujące całkowite opróżnienie pojemnika
- Szczelna zatyczka samozatraskowa z PP zabezpieczająca łącznik przed zanieczyszczeniem
- Dostępny w wersji z filtrem bakteryjnym (powietrza) oraz w wersji z filtrem bakteryjnym (powietrza) i cząsteczkowym (płynu)
- Filtr bakteryjny chroni przed skażeniem mikrobiologicznym oraz przed działaniem szkodliwych aerozoli
- Filtr cząsteczkowy stanowi skuteczną barierę chroniącą leki, płyny przed zanieczyszczeniem
- Łącznik luer lock żeński kompatybilny z wyrobami o zakończeniu luer lub luer lock męski
- Pozbawiony lateksu, PCV oraz ftalanów
- Wyrób niepirogenny
- Jednorazowego użytku
- Sterylizowany tlenkiem etylenu
- Pakowanie: 1 sztuka/ papier-folia

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 93

Zadanie 14, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści filtr o parametrach

- przeznaczony do stosowania u pacjentów wentylowanych mechanicznie
- chroni pacjenta, personel medyczny oraz urządzenie wentylujące przed ryzykiem wystąpienia zakażeń krzyżowych
- montowany pomiędzy rurką intubacyjną lub tracheostomią, a układem oddechowym oraz na wlocie i wylocie gazów respiratora lub aparatu do znieczulenia

Tworzywa:

- obudowa: SBC / PP
- medium filtracyjne: PP
- zatyczka portu CO₂: PE

Parametry:

- objętość oddechowa (V_T): 300 – 1500 ml
- przestrzeń martwa: 45 ml
- waga: 29 g
- skuteczność bakteryjna: 99,9999%
- skuteczność wirusowa: 99,9995%
- opór przepływu:

wartość przepływu	faza wdechu	faza wydechu
0,5 l / s	1,4 hPa	1,3 hPa
1,0 l / s	3,3 hPa	3,2 hPa
1,5 l / s	5,5 hPa	5,4 hPa

- połączenia: 22F / 15M – 22M / 15F
- port CO₂ zabezpieczony koreczkiem luer lock
- nie zawiera lateksu
- nie zawiera ftalanów
- jednorazowego użytku
- sterylizowany tlenkiem etylenu
- opakowanie: folia / papier

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 94

Zadanie 14, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści filtr o parametrach

- przeznaczony do stosowania u pacjentów wentylowanych mechanicznie
- chroni pacjenta, personel medyczny oraz urządzenie wentylujące przed ryzykiem wystąpienia zakażeń krzyżowych
- wydalnie nawilża i ogrzewa wdychane przez pacjenta powietrze dzięki zawartości chlorku wapnia w wymienniku ciepła i wilgoci
- montowany pomiędzy rurką intubacyjną lub tracheostomijną, a układem oddechowym oraz na wlocie i wylocie gazów respiratora lub aparatu do znieczulenia

Tworzywa:

- obudowa: SBC / PP
- medium filtracyjne: PP
- medium HME: PUR pokryte CaCl₂
- zatyczka portu CO₂: PE

Parametry:

- objętość oddechowa (V_T): 300 – 1500 ml
- przestrzeń martwa: 45 ml
- waga: 29 g
- skuteczność bakterijna: 99,9999%
- skuteczność wirusowa: 99,9995%

opór przepływu:

warunek przepływu	fała wdechu	fała wydechu
0,5 l / s	1,4 hPa	1,3 hPa
1,0 l / s	3,3 hPa	3,2 hPa
1,5 l / s	5,5 hPa	5,0 hPa

skuteczność nawilżania:

V _T = 500 ml	11,1 mg / l
V _T = 750 ml	12,0 mg / l
V _T = 1000 ml	13,9 mg / l

- połączenia: 22F / 15M – 22M / 15F
- port CO₂ zabezpieczony koreczkiem luer lock
- nie zawiera lateksu
- nie zawiera ftalanów
- jednorazowego użytku
- sterylizowany tlenkiem etylenu
- opakowanie: folia / papier

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 95

Zadanie 14, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy wykonany z wysokiej jakości EVA oraz PP o długości 160 cm



Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 96

Zadanie 14, pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy wykonany z wysokiej jakości EVA oraz PP o długości 160 cm, o długości dodatkowej rury 100 cm oraz o pojemności worka 3 L?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 97

Zadanie 14, pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy wykonany z wysokiej jakości EVA oraz PP o długości 160 cm, o długości dodatkowej rury 100 cm oraz o pojemności worka 1 L?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 98

Zadanie 14, pozycja 5 - Czy Zamawiający dopuści resuscytator o parametrach

W skład zestawu wchodzi:

- resuscytator
- maska anestetyczna z nadmuchiwanym kołnierzem
- rezerwar tlenu
- przewód tlenowy
- Worek samorozprężalny
- Ergonomiczny kształt oraz porowata powierzchnia worka umożliwiając pewny chwyt
- Konstrukcja umożliwiająca zmniejszenie rozmiaru podczas przechowywania/transportu
- Zastawki wykonane z silikonu
- Wszystkie modele wyposażone w zawór ograniczający ciśnienie wykonany z wytrzymałego poliwęglanu
- Maska anestetyczna z nadmuchiwanym kołnierzem z zaworem umożliwiającym dostosowanie stopnia wypełnienia mankietu do indywidualnych potrzeb pacjenta
- Przezroczyste sklepienie maski pozwala na ciągłą obserwację stanu pacjenta
- Rezerwar tlenu wykonany z EVA i PP o pojemności 1600 ml dla rozmiarów pediatrycznych, 2000 ml dla dorosłych
- Dren tlenowy o długości 210 cm wzmocniony paskami wzdłużnymi na całej długości, odporny na zagięcia
- Wystandaryzowane złącze pacjenta 15F/22M
- Nie zawiera lateksu
- Nie zawiera ftalanów
- Jednorazowego użytku
- Niesterylny
- Termin ważności: 3 lata
- Pakowanie podwójne: 1 sztuka/folia i kartonik

Dorosły (Adult)
PMR-L
>33 kg
5
≥600 ml
1600 ± 200 ml
320 x 132 mm
600 g
60 cm H ₂ O
(zgodnie z ISO 10651-4 40-60 cm H ₂ O)

?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 99

Zadanie 14, pozycja 6 - Czy Zamawiający dopuści resuscytator o parametrach

W skład zestawu wchodzi:

- resuscytator
- maska anestetyczna z nadmuchiwanym kołnierzem
- rezerwar tlenu
- przewód tlenowy
- Worek samorozprężalny
- Ergonomiczny kształt oraz porowata powierzchnia worka umożliwiając pewny chwyt
- Konstrukcja umożliwiająca zmniejszenie rozmiaru podczas przechowywania/transportu
- Zastawki wykonane z silikonu
- Wszystkie modele wyposażone w zawór ograniczający ciśnienie wykonany z wytrzymałego poliwęglanu
- Maska anestetyczna z nadmuchiwanym kołnierzem z zaworem umożliwiającym dostosowanie stopnia wypełnienia mankietu do indywidualnych potrzeb pacjenta
- Przezroczyste sklepienie maski pozwala na ciągłą obserwację stanu pacjenta
- Rezerwar tlenu wykonany z EVA i PP o pojemności 1600 ml dla rozmiarów pediatrycznych, 2000 ml dla dorosłych
- Dren tlenowy o długości 210 cm wzmocniony paskami wzdłużnymi na całej długości, odporny na zagięcia
- Wystandaryzowane złącze pacjenta 15F/22M
- Nie zawiera lateksu
- Nie zawiera ftalanów
- Jednorazowego użytku
- Niesterylny
- Termin ważności: 3 lata
- Pakowanie podwójne: 1 sztuka/folia i kartonik

Dziecko (Child)
PMR-M
10 kg ~ 33 kg
2
≥150 ml
500 ± 200 ml
245 x 95 mm
410 g
40 cm H ₂ O
(zgodnie z ISO 10651-4 30-45 cm H ₂ O)

?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 100

Zadanie 14, pozycja 7 - Czy Zamawiający dopuści resuscytator o parametrach

W skład zestawu wchodzi:

- resuscytator
- maska anestetyczna z nadmuchiwanym kołnierzem
- rezerwar tlenu
- przewód tlenowy
- Worek samorozprężalny
- Ergonomiczny kształt oraz porowata powierzchnia worka umożliwiając pewny chwyt
- Konstrukcja umożliwiająca zmniejszenie rozmiaru podczas przechowywania/transportu
- Zastawki wykonane z silikonu
- Wszystkie modele wyposażone w zawór ograniczający ciśnienie wykonany z wytrzymałego poliwęglanu
- Maska anestetyczna z nadmuchiwanym kołnierzem z zaworem umożliwiającym dostosowanie stopnia wypełnienia mankietu do indywidualnych potrzeb pacjenta
- Przezroczyste sklepienie maski pozwala na ciągłą obserwację stanu pacjenta
- Rezerwar tlenu wykonany z EVA i PP o pojemności 1600 ml dla rozmiarów pediatrycznych, 2000 ml dla dorosłych
- Dren tlenowy o długości 210 cm wzmocniony paskami wzdłużnymi na całej długości, odporny na zagięcia
- Wystandaryzowane złącze pacjenta 15F/22M
- Nie zawiera lateksu
- Nie zawiera ftalanów
- Jednorazowego użytku
- Niesterylny
- Termin ważności: 3 lata
- Pakowanie podwójne: 1 sztuka/folia i kartonik

Noworodek / Niemowlę (Neonate / Infant)
PMR-S
≤10 kg
1
≥20 ml
340 ± 100 ml
240 x 75 mm
350 g
40 cm H ₂ O
(zgodnie z ISO 10651-4 30-45 cm H ₂ O)

?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 101

Zadanie 14, pozycja 8 - Czy Zamawiający dopuści worek oddechowy o pojemności 3L?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 102

Zadanie 14, pozycja 8 - Czy Zamawiający dopuści worek oddechowy o pojemności 1,5L?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 103

Zadanie nr 17, poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści koszule wykonane z włókniny SMS o gramaturze 35g/m²?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 104

Zadanie 17, pozycja 5 - Czy Zamawiający dopuści koc ogrzewający jednorazowego użytku; warstwy zewnętrzne wykonane z włókniny polipropylenowej 25 g/m² w kolorach zielonym i niebieskim, warstwa wewnętrzna z poliestru o gramaturze 80g, z przeszyciami na całej powierzchni, zapobiegającymi przemieszczaniu się elementów poszczególnych warstw; szwy ultradźwiękowe; niepalne. Rozmiar 110 x 210 cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 105

Zadanie 17, pozycja 6 - Czy Zamawiający dopuści spodenki do kolonoskopii w rozmiarze uniwersalnym?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 106

Zadanie 17, pozycja 8 - Czy Zamawiający dopuści prześcieradło w rozmiarze 210x160cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 107

Zadanie 17, pozycja 8 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'20szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 108

Zadanie 17, pozycja 10 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'10szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 109

Zadanie 17, pozycja 11 - Czy Zamawiający dopuści spodnie dla pacjenta wykonane z włókniny bawełnopodobnej o gramaturze 47g/m²?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 110

Dot. zadania 14 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści filtr elektrostatyczny anestetyczny, antibakteryjny, antywirusowy z portem kapno zabezpieczonym kapturkiem, skuteczność filtracji bakteryjnej i wirusowej >99,999%, skuteczność filtracji wobec HCV i TB, antyokluzyjny mechanizm zabezpieczający, opór przepływu przy @30L/min - 0.8cm H₂O, opór przepływu @60L/min - 2.0cm H₂O, przestrzeń martwa 42ml, waga 23g, objętość oddechow. min. 150ml, złącze proste 22F/15M – 22M/15F z portem luer, o czasie stosowania 24h, pakowany pojedynczo?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 111

Dot. zadania 14 poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy dla dorosłych, do respiratora, jednorazowy, nierozciągliwy, wewnętrznie gładki, dł. 1,6 m, średnica rur 22mm, elastyczne złącza wdech/wydech 22F typu Flex, trójnik w kształcie Y ze złączem 22M/15F z kapturkiem zabezpieczającym, dodatkowo dołączone w opakowaniu akcesorium w postaci łącznika 22M/22M, pakowany pojedynczo, mikrobiologicznie czysty?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 112**Dot. zadania 14 poz. 2:**

Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy dla dorosłych, do respiratora, jednorazowy, nierozciągliwy, wewnętrznie gładki, dł. 2 m, średnica rur 22mm, elastyczne złącza wdech/wydech 22F typu Flex, trójnik w kształcie Y ze złączem 22M/15F z kapturkiem zabezpieczającym, dodatkowo dołączone w opakowaniu akcesorium w postaci łącznika 22M/22M, pakowany pojedynczo, mikrobiologicznie czysty?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 113**Dot. zadania 14 poz. 2:**

Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy dla dorosłych, do respiratora, jednorazowy, nierozciągliwy, wewnętrznie gładki, dł. 1,6 m, średnica rur 22mm, elastyczne złącza wdech/wydech 22F typu Flex uniemożliwiające samoczynne rozłączanie, trójnik w kształcie Y ze złączem 22M/15F z 2 portami kapno 7,6mm, z kapturkiem zabezpieczającym, dodatkowo dołączone w opakowaniu akcesorium w postaci łącznika 22M/22M, pakowany pojedynczo, mikrobiologicznie czysty?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 114**Dot. zadania 14 poz. 3:**

Czy Zamawiający dopuści obwód anestetyczny wykonany z rury karbowanej 22mm, rozciągliwej do 200 cm, dla dorosłych, ze złączem respiratora 22F-22F, równoległoramienny trójnik kątowy, z portem kapno, ze złączami pacjenta 22M/15F, łącznik prosty 22M-22M/19F, 2l worek bez lateksowy z koszykiem zapobiegającym sklejeniu worka pod wpływem wilgoci, ramię dodatkowe 90-150cm, układ mikrobiologicznie czysty?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 115**Dot. zadania 14 poz. 5:**

Czy Zamawiający dopuści układ resuscytacyjny dla dorosłych jednorazowego użytku, składający się z worka oddechowego samorozprężalnego o teksturowanej powierzchni z PCV, połączony z workiem rezerwuar tlenowy 1,5 L oraz dren tlenowy o długości 3 m, w zestawie maska twarzowa z mankietem w rozm. 5 z regulacją ciśnienia, mikrobiologicznie czysty, zestaw pakowany pojedynczo?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 116**Dot. zadania 14 poz. 5:**

Czy Zamawiający dopuści układ resuscytacyjny dla dorosłych jednorazowego użytku, składający się z worka oddechowego samorozprężalnego o teksturowanej powierzchni z PCV, połączony z workiem rezerwuar tlenowy 1 L z zaworem nadciśnieniowym (40cm H₂O) oraz dren tlenowy o długości 3 m, w zestawie maska twarzowa z mankietem w rozm. 4 z regulacją ciśnienia, mikrobiologicznie czysty, zestaw pakowany pojedynczo?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 117**Dot. zadania 14 poz. 6:**

Czy Zamawiający dopuści układ resuscytacyjny pediatryczny jednorazowego użytku, składający się z worka oddechowego samorozprężalnego o teksturowanej powierzchni z PCV, połączony z workiem rezerwuar tlenowy 550 ml z zaworem nadciśnieniowym (40cm H₂O) oraz dren tlenowy o długości 3 m, w zestawie maska twarzowa z mankietem w rozm. 3 z regulacją ciśnienia, mikrobiologicznie czysty, zestaw pakowany pojedynczo?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 118**Dot. zadania 14 poz. 6:**

Czy Zamawiający dopuści układ resuscytacyjny pediatryczny jednorazowego użytku, składający się z worka oddechowego samorozprężalnego o teksturowanej powierzchni z PCV, połączony z workiem rezerwuar tlenowy 500 ml z zaworem nadciśnieniowym (40cm H₂O) oraz dren tlenowy o długości 3 m, w zestawie maska twarzowa z mankietem w rozm. 1 z regulacją ciśnienia, mikrobiologicznie czysty, zestaw pakowany pojedynczo?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 119**Dot. zadania 14 poz. 7:**

Czy Zamawiający dopuści układ resuscytacyjny niemowlęcy jednorazowego użytku, składający się z worka oddechowego samorozprężalnego o teksturowanej powierzchni z PCV, połączony z workiem rezerwuar tlenowy 280 ml z zaworem nadciśnieniowym (40cm H₂O) oraz dren tlenowy o długości 3 m, w zestawie maska twarzowa z mankietem w rozm. 1 z regulacją ciśnienia, mikrobiologicznie czysty, zestaw pakowany pojedynczo?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 120**Dot. zadania 14 poz. 8:**

Czy Zamawiający dopuści worek oddechowy o pojemności 2 L?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 121**Dot. zadania 14 poz. 8:**

Czy Zamawiający dopuści worek oddechowy o pojemności 3 L?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 122

Zadanie 9- Czy zamawiający rozumie przez jednostkę „szt. „ - 1 szt. maty czy 1 opakowanie po 5 mat?

Odpowiedź: Zamawiający rozumie 1 szt. jako 1 opakowanie po 30 szt. pakowane w zbiorcze kartony po 5 szt.

Pytanie 123

Maty 45 x 115 cm

Prosimy o dopuszczenie mat pakowanych po 4 szt. a'30 listków w jednym opakowaniu zbiorczym. W przypadku pozytywnej decyzji prosimy o dokonanie stosownych zmian w formularzu asortymentowo cenowym na 52 szt. mat.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 124

Maty 60 x 115 cm;

Prosimy o dopuszczenie mat pakowanych po 4 szt. a'30 listków w jednym opakowaniu zbiorczym a nie 5 szt. mat w opakowaniu zbiorczym

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 125

Maty 90 x 115 cm;

Prosimy o dopuszczenie mat pakowanych po 4 szt. a'30 listków w jednym opakowaniu zbiorczym a nie 5szt. mat w opakowaniu zbiorczym.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 126

Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych (Medical Devices Regulation) MDR, art. 14, pkt 3 Zamawiający wymaga aby dostawy do jego jednostki były realizowane zgodnie z warunkami określonymi przez producenta?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że do momentu zakupu towaru Wykonawca jest jego właścicielem i za niego odpowiada.

Pytanie 127

Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2022 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki, § 13.1 pkt. g, Zamawiający kontroluje warunki, w jakich odbywał się transport wyrobów medycznych, tj. sprawdza m.in. temperaturę przestrzeni ładunkowej pojazdu, którym wykonano dostawę? W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o wyjaśnienie dlaczego Zamawiający nie stosuje się do obowiązujących przepisów prawa.

Odpowiedź: Na Wykonawcy spoczywa obowiązek właściwego wykonania dostawy, zamawiający na każdym etapie realizacji umowy może zwrócić się do Wykonawcy o potwierdzenie i udokumentowanie spełnienia

warunków dotyczących magazynowania lub transportowania oferowanych wyrobów medycznych, zgodnie z warunkami określonymi przez producenta.

Pytanie 128

Prosimy o wyjaśnienie, czy w świetle obowiązujących przepisów prawa, tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych (Medical Devices Regulation) MDR oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2022 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki, Zamawiający wymaga realizacji dostaw wyłącznie środkami transportu posiadającymi możliwość dokumentacji temperatury z przestrzeni ładunkowej?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że na Wykonawcy spoczywa obowiązek właściwego wykonania dostawy, a w szczególności: załadunek, transport i rozładunek. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad w dostawie towarów Wykonawca ma obowiązek dostarczyć produkt wolny od wad.

Pytanie 129

Czy Zamawiający dopuszcza w zadaniu 2 poz. 3 Strzykawka jednorazowego użytku, 3 – częściowa przezroczysty cylinder umożliwiający kontrolę wizualną i **bezbarwny** kontrastujący tłok?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 130

Czy Zamawiający dopuszcza w zadaniu 2 poz. 4,5,6,7 Strzykawki jednorazowego użytku, 2 - częściowe z wyraźną, czytelną i trwałą skalą koloru czarnego, przedłużoną skalę uwzględniająca 20 % rozszerzenia?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 131

Czy Zamawiający dopuszcza w zadaniu 2 poz. 12 strzykawki 3-częściowe 10 ml z zawartością 10 ml roztworu 0,9 % NaCl, z możliwością dostarczenia korka dezynfekcyjnego do strzykawki z **NaCl osobno**?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 132

Czy Zamawiający dopuszcza w zadaniu 2 poz. 13 strzykawki 3-częściowe, 10 ml z zawartością 5 ml roztworu 0,9 % NaCl, z możliwością dostarczenia korka dezynfekcyjnego do strzykawki z **NaCl osobno**?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 133

Czy Zamawiający dopuszcza w zadaniu 2 poz. 14 strzykawki 3-częściowe, 10 ml z zawartością 3 ml roztworu 0,9 % NaCl, z możliwością dostarczenia korka dezynfekcyjnego do strzykawki z **NaCl osobno**?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 134

Czy zamawiający dopuszcza w zadaniu 2 poz. 15 strzykawkę jednorazowego użytku, 3-częściowa typ luer-lock, z **bezbarwnym** kontrastującym tłokiem?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 135

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w Zadaniu nr 2 poz. 1 strzykawki do tuberkuliny, 3 – częściowe o pojemności 1 ml z igłą jednorazowego użytku, sterylne, z nadrukowaną, wyraźną, czarną podziałką co 0,01ml, tłok wyposażony w czarną, gumową nasadkę zwiększająca szczelność strzykawki oraz płynne przesuwanie. Nazwa strzykawki oraz nazwa producenta umieszczone na opakowaniu pojedynczej sztuki, pakowane jednostkowo, papier-folia. Opakowanie a' 100 szt.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 136

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w Zadaniu nr 2 poz. 2 strzykawki do insuliny, 3 – częściowa o pojemności 1 ml(40 I.U/ml) z igłą jednorazowego użytku, z wyraźną i czytelną skalą ułatwiającą dokładne dawkowanie leku. Tłok wyposażony w gumowe pierścienie gwarantujące całkowite podanie środka oraz płynny przesuw. Nazwa strzykawki oraz nazwa producenta umieszczone na opakowaniu pojedynczej sztuki, pakowane jednostkowo, papier-folia. Opakowanie a' 100 szt.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 137

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania w Zadaniu nr 2 poz. 3 strzykawki jednorazowego użytku, 3 – częściowe, sterylne z wyraźną czytelną skalą koloru czarnego ułatwiającą dawkowanie odpowiednio: 2ml – o 0,1ml, 5ml – 0,2ml, 10ml – 0,5ml, 20 –1,0ml, przezroczysty cylinder umożliwiający kontrolę wizualną przezroczysty lub biały kontrastujący tłok, uszczelnienie w postaci podwójnego pierścienia na korku położonym na szczycie tłoka, płynny przesuw tłoka dzięki gumowemu uszczelnieniu, zakończenie stożkowe typu luer, nazwa strzykawki lub logo producenta umieszczone na korpusie strzykawki z widoczną datą sterylizacji, z datą ważności, pakowanie 1 szt. papier-folia, opakowanie a'100 szt. w rozmiarach 2ml, 5ml, 10ml i a'50 szt. w rozmiarze 20ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 138

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania w Zadaniu nr 2 poz. 3 strzykawki z rozszerzoną skalą?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 139

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania w Zadaniu nr 2 poz. 4, 5, 6, 7 strzykawki jednorazowego użytku, 2-częściowe z przedłużoną skalą uwzględniająca minimum 20 % rozszerzenie pojemności nominalnej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 140

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania w Zadaniu nr 2 poz. 11 strzykawki do pomp bursztynowe Luer Lock 50-60ml?

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 141

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania w Zadaniu nr 2 poz. 15 strzykawki jednorazowego użytku, 3-częściowa typ luer-lock, sterylna Przezroczysty cylinder umożliwia pełną kontrolę wizualną zawartości, kontrastujący tłok zakończenie typ Luer-lock; Uszczelnienie w postaci podwójnego pierścienia na korku położonym na szczycie tłoka; Płynny przesuw tłoka dzięki gumowemu uszczelnieniu; Kryza ograniczająca, zabezpieczająca przed przypadkowym wysunięciem tłoka; Wyraźna , czytelną i trwałą skalą koloru czarnego ułatwiająca dawkowanie; Jednorazowego użytku; Niepirogenna, nietoksyczna; Bez zawartości lateksu; Bez zawartości ftalanów; Sterylna, sterylizowana tlenkiem etylenu; Pakowanie 1 szt. blister –pack Opakowanie a'100 szt?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga

Zamawiający informuje, że powyższe pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.