



Nowy Targ, 10.02.2020

ZP.271.2.3.20

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia, którego wartość nie przekracza równowartości kwoty 30 000 Euro (Art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku z późniejszymi zmianami) na:

„Dostawę sprzętu laboratoryjnego do Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu Sp. z o.o.”

Informujemy, że otrzymaliśmy kolejne zapytania do treści zaproszenia do złożenia oferty na:

„Dostawę sprzętu laboratoryjnego do Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu Sp. z o.o.”

Pytanie 3:

Czy Zamawiający dopuści cieplarkę laboratoryjną z bardzo jednorodnym rozkładem temperatury dzięki naturalnej konwekcji powietrza, dzięki temu są minimalne turbulencje i brak zanieczyszczenia krzyżowego (cross contamination), przy spełnieniu podanego zakresu temp. i jej regulacji oraz pojemności?

Odpowiedź 3:

Zamawiający wymaga urządzenia z wymuszonym obiegiem powietrza.

Pytanie 4:

Czy Zamawiający, ze względu, że tego typu urządzenia są sprowadzane od producentów pod konkretne zamówienia i celem zminimalizowania kosztów dostawy sprowadzane są transportem zbiorczym, jest w stanie wydłużyć termin wykonania dla cieplarki laboratoryjnej do 60 dni od podpisania umowy?

Odpowiedź 4:

Termin realizacji zamówienia zostaje zachowany, ze względu na konieczność szybkiej wymiany wadliwego sprzętu.

PREZES ZARZĄDU
dr inż. Dariusz Łotawiec