



WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOŁONY IM. L. RYDYGIERA W TORUNIU



DYREKTOR tel. 56 679 35 00

NACZELNY LEKARZ tel. 56 679 35 01

Z-CA DYREKTORA DS. ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNYCH tel. 56 654 33 77

NIP: 956-19-49-580, REGON: 000316068, BDO: 000014564

ul. Św. Józefa 53-59, 87-107 Toruń 9
skrytka pocztowa 7, www.wszz.torun.pl
tel. 56 679 31 00, fax 56 654 40 54, 56 659 61 28

Toruń, dnia 26-06-2023 r.

W.Sz.Z:TZ-280-68/23

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

dotyczy: postępowania na dostawę preparatów do maszynowej dezynfekcji i mycia sprzętu medycznego

W związku z otrzymanymi zapytaniami do Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający udziela poniższych odpowiedzi:

Pytanie Nr 1

Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczący środków do sterylizacji? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga.

Pytanie Nr 2

Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością PN-EN ISO 13485:2016-04 dotyczący mycia i dezynfekcji?

Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga.

Pytanie Nr 3 dot. załącznika Nr 2/1a do SWZ:

Czy Zamawiający w zad. Nr 1 i zad. Nr 2 wyrazi zgodę na oświadczenie potwierdzające, że zaoferowane środki myjące oraz myjąco-dezynfekujące zwalidowane są z myjniemi-dezynfektorami w posiadaniu których jest Zamawiający, tj.: WD290, WD425, CS750, firmy Belimed, wystawione przez producenta lub autoryzowanego dystrybutora na terenie kraju?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie Nr 4 dot. Zadania Nr 2

Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej w wymaganym dla zad. nr 2 oświadczeniu dotyczącym walidacji wymaganego środka myjąco-dezynfekującego z posiadanymi myjniemi-dezynfektorami? Zamiast: „Oświadczamy, że oferowane środki myjąco-dezynfekujące posiadają walidację z myjniemi-dezynfektorami posiadanymi przez Zamawiającego, model Belimed WD 290”, winno być: „Oświadczamy, że oferowane



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

środki myjąco-dezynfekujące posiadają walidację z myjniemi-dezynfektorami posiadanymi przez Zamawiającego, model Belimed CS 750”.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w Załączniku Nr 2/2a zaistniała omyłka pisarska.

W wyniku zaistniałej omyłki Zamawiający dokonuje modyfikacji Załącznika Nr 2/2a do SWZ, stanowiącego WIELKOŚĆ, STRUKTURĘ ZAMÓWIENIA I WYMOGI TECHNICZNO-UŻYTKOWE DLA OFEROWANYCH ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH – Zadanie Nr 2, prawidłowa treść wymaganego przez Zamawiającego oświadczenia powinna mieć następujące brzmienie:

„Oświadczamy, że oferowane środki myjąco-dezynfekujące posiadają walidację z myjniemi-dezynfektorami posiadanymi przez Zamawiającego, model Belimed CS 750”

Zmodyfikowany Załącznik Nr 2/2a do SWZ, Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania: www.platformazakupowa.pl/pn/wszz_torun

Wszelkie dopuszczenia i zmiany wynikające z powyższych odpowiedzi na pytania **należy uwzględnić** w składanych ofertach.

Z poważaniem

W trybie art 52 ust. 2 ustawy
Prawo zamówień publicznych
z up. Dyrektora Wojewódzkiego
Szpitala Zespołowego w Toruniu

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
i Zaopatrzenia
Anna Wutrych-Krajewska

**Zmodyfikowana WIELKOŚĆ, STRUKTURA ZAMÓWIENIA I WYMOGI
TECHNICZNO-UŻYTKOWE DLA OFEROWANYCH ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH – Zadanie Nr 2**

Przedmiot zamówienia: Preparaty do maszynowego mycia i dezynfekcji narzędzi

LP	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA i wymagane parametry techniczno - użytkowe	Oferowane parametry techniczno-użytkowe (podać)		
		Preparat bezpieczny TAK/NIE	Stężenie użytkowe	Spektrum działania oferowanego preparatu
1	<p>Środek przeznaczony do maszynowego mycia i termiczno-chemicznej dezynfekcji nieinwazyjnych wyrobów medycznych; na bazie czwartorzędowych zw. amoniowych, niejonowych zw. powierzchniowo czynnych i chloru didicylodimetyloamonowego; pH: 5-8; Wymagana skuteczność: B, Tbc, F, V; skuteczny w temperaturze 55-75°C i stężeniu 0,5-1%, w czasie 2-5 minut; niezawierający aldehydu glutarowego, kwasu nadoctowego, biguanidyny i substancji nadtlenowych. Wyrób medyczny, kl. min. IIa. Opakowanie maks. 25L.</p>			Czas działania oferowanego preparatu

1) wymagana aktualna karta charakterystyki dla preparatów sklasyfikowanych jako niebezpieczne

***Oświadczamy**, że oferowane środki myjąco-dezynfekujące posiadają walidację z myjniami-dezynfektorami posiadanymi przez Zamawiającego, **model Belimed CS 750**

.....

data

.....

(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)