



Nr ref 24/PNE/SW/2020


Katowice dnia, 2020-11-03

**Wykonawcy**  
**ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego na**  
**„Dostawa wyrobów medycznych jednorazowych i środków chemicznych”**


Na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2019 poz.1843) w poniższej tabeli udostępniamy treść zapytań wraz z wyjaśnieniem wszystkim uczestnikom postępowania, bez ujawniania źródła zapytania.

Lp.	Pytanie	Odpowiedź
<b>Zestaw 1</b>		
1.	Pakiet 1, pozycja 2: Czy Zamawiający dopuści myjkę do ciała o wymiarach: 12x20 nasączoną mydłem, aktywującym się po użyciu wody?	Zamawiający wyraża zgodę.
2.	Pakiet 1, pozycja 2: Czy Zamawiający dopuści myjkę do ciała o wymiarach: 20x22 nasączoną substancją myjącą bez konieczności użycia wody?	Zamawiający wyraża zgodę.
3.	Pakiet 1, pozycja 3: Czy Zamawiający dopuści podkłady chłonne wykonane z 4 warstw?	Zamawiający wyraża zgodę.
4.	Pakiet 22, pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści filtr o parametrach: Rodzaj filtracji: mechaniczna <ul style="list-style-type: none"><li>• Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,9999%</li><li>• Skuteczność filtracji wirusowej: 99,9999%</li><li>• Wymiennik ciepła i wilgoci: Nie</li><li>• Przestrzeń martwa: 60ml</li><li>• Waga: 46g</li><li>• Objętość oddechowa: 150-1500ml</li><li>• Skuteczność nawilżania: -</li><li>• Oporność: 1,0hPa przy 30 l/min</li><li>• Złącza: 22M/15F-22F/15M</li><li>• Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką</li><li>• Opakowanie: papier/folia</li><li>• Jałowy: tak?</li></ul>	Zamawiający wyraża zgodę.
5.	Pakiet 22, pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści filtr o parametrach: Rodzaj filtracji: elektrostatyczna (elektrostatyczno-mechaniczna) <ul style="list-style-type: none"><li>• Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,999%</li><li>• Skuteczność filtracji wirusowej: 99,999%</li><li>• Wymiennik ciepła i wilgoci: Tak, celulozowy</li><li>• Przestrzeń martwa: 40ml</li><li>• Waga: 30g</li><li>• Objętość oddechowa: 150-1500ml</li><li>• Skuteczność nawilżania: 32mg przy Vt500</li><li>• Oporność: 1,0hPa przy 30 l/min</li><li>• Złącza: 22M/15F-22F/15M</li><li>• Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką</li><li>• Opakowanie: papier/folia</li><li>• Jałowy: tak?</li></ul>	Zamawiający wyraża zgodę.
6.	Pakiet 34, pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści okulary ochronne o parametrach: <ul style="list-style-type: none"><li>• materiał: poliwęglan</li></ul>	



Lp.	Pytanie	Odpowiedź
	<ul style="list-style-type: none"><li>• regulacja długości ramion</li><li>• plastikowe elastyczne, regulowane zauszuki</li><li>• ramka w kolorze czarnym/granatowym</li><li>• możliwość przymocowania sznurków i noszenia na szyi</li><li>• klasa optyczna 1</li><li>• norma: EN166, kat. II, zdjęcie poglądowe poniżej?</li></ul> 	
Zestaw 2		
7.	Pakietu nr 11 Czy Zamawiający dopuści jednorazowy, jałowy, pełnobarierowy, fartuch chirurgiczny wykonany z wielowarstwowej włókniny hydrofobowej SMS o gramaturze min. 35 g/m2 posiadający 2 naklejki typu TAG, służące do wklejenia w dokumentacji medycznej?	Zamawiający dopuszcza, lecz nie wymaga
Zestaw 3		
8.	Pakiet 11 Prosimy Zamawiającego o dostąpienie od wymogu naklejek.	Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
9.	Pakiet 12 Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu warstwy grafenu w maseczce.	Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
10.	Pakiet 26 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czepków o gramaturze 10g/m2, kolor niebieski.	Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
11.	Pakiet 28 Czy Zamawiający wymaga fartuchów zgodnych z normą EN 13795-1	Zamawiający oczekuje fartuchów dopuszczony do używania w szpitalach.
12.	Pakiet 28 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w fartucha jako środek ochrony indywidualnej.	Zamawiający oczekuje fartuchów dopuszczony do używania w szpitalach.
13.	Pakiet 28 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w fartucha w kolorze niebieskim.	Zamawiający dopuszcza, lecz nie wymaga
14.	Pakiet 30 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w kombinezonów wykonanych z polipropylenu/polietylenu.	Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
15.	Pakiet 30 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w kombinezonów w rozmiarach M-XXL.	Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
16.	Pakiet 30 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w kombinezonu o gramaturze 63g/m2.	Zamawiający dopuszcza, lecz nie wymaga
17.	Pakiet 30 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w kombinezonu bez patki pod brodą oraz bez pętelki a kciuk.	Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zamawiający informuje iż termin składania ofert oraz wadium i termin otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Z upoważnienia Dyrektora  
SP ZOZ MSWIA w Katowicach  
Pełnomocnik Dyrektora  
  
Maria Brzezińska