



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Znak: SZP 193/05/2022

Chrzanów, 17.05.2022 r.

Wykonawcy

Dotyczy: odpowiedzi na zapytania do przetargu na: **Dostawa pomp objętościowych dla Szpitala Powiatowego w Chrzanowie – sprawa nr 61/2022.**

- 1) Poz. 4 Czy Zamawiający dopuści do wysokiej jakości pompę objętościową przeznaczoną do podawania pacjentom dorosłym, dzieciom i noworodkom w przerywanych lub ciągłych infuzjach płynów pozajelitowych, leków, krwi i preparatów krwiopochodnych oraz leków, przy wykorzystaniu zatwierdzonych klinicznie dróg podawania (droga dożylna, dotętnicza, podskórna)?
Odp. zapisy pozostają bez zmian.
- 2) Poz. 7 Czy Zamawiający dopuści do wysokiej jakości pompę objętościową ze stopniem wilgotności IP 22?
Odp. zapisy pozostają bez zmian.
- 3) Poz. 8 Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy pompę objętościową z niebieskim monochromatycznym graficznym wyświetlaczem LCD i również przyzna 5 pkt za takie rozwiązanie? **Odp. zapisy pozostają bez zmian.**
- 4) Poz. 9 Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy pompę objętościową bez interaktywnej graficznej instrukcji obsługi? **Odp. zapisy pozostają bez zmian.**
- 5) Poz. 14 Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości pompę objętościową bez możliwości podaży żywienia dojelitowego? Producent posiada specjalną pompę dopasowaną do żywienia dojelitowego aby zwiększyć bezpieczeństwo pacjentów i wykluczyć błąd podania? **Odp. zapisy pozostają bez zmian.**
- 6) Poz. 21 Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy pompę objętościową z zakresem prędkości infuzji 0,1-1500ml/h? **Odp. zapisy pozostają bez zmian.**
- 7) Poz. 23 Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy pompę objętościową z możliwością programowania infuzji w następujących jednostkach: ng/h, ng/kg/min, ng/kg/h, µg/min, µg/h, µg/kg/min, µg/kg/h, mg/min, mg/h, mg/24h, mg/kg/min, mg/kg/h, mg/kg/24h, mg/m./h, mg/m./24h, g/h, g/kg/min, g/kg/h, g/kg/24h, mmol/h, mmol/kg/h, mmol/kg/24h, mU/min, mU/kg/min, mU/kg/h, U/min, U/h, U/kg/min, U/kg/h, kcal/h, kcal/24h, kcal/kg/h, mEq/min, mEq/h, mEq/kg/min, mEq/kg/h. Ustawienie rozcieńczenia: -- jedn./ml lub -- jedn./-- ml.Z dawką nasycającą lub bez? **Odp. zapisy pozostają bez zmian.**
- 8) Poz. 25 Czy Zamawiający dopuści do postępowania pompę objętościową z automatycznym wstrzymaniem podaży bolusa i możliwością kontynuacji podaży pozostałej objętości płynu po usunięciu alarmu okluzji (dla bezpieczeństwa pacjenta)? **Odp. zapisy pozostają bez zmian.**
- 9) Poz. 26 Czy zamawiający dopuści do postępowania pompę objętościową z funkcją programowania objętości do podania (VTBD) co 0,1- 999,9 ml? **Odp. zapisy pozostają bez zmian.**
- 10) Poz. 27 Czy zamawiający dopuści do postępowania pompę objętościową z wstępnie wybierany czas w zakresie 00h01min - 96h00min? **Odp. zapisy pozostają bez zmian.**



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108
Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

11) Poz. 28 Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy pompę objętościową z prędkość bolusa 50-1500 ml/h ?
Odp. zapisy pozostają bez zmian.

12) Poz. 29 Czy Zamawiający dopuści do postępowania pompę objętościową z możliwością podaży Bolus
• Bolus bezpośredni: Szybkość: 50–1500 ml/h (przyrost o 50 ml/h). • Bolus programowany (dawka lub objętość / czas): 0,1–1000 ml 0,01–9999 jedn. / 1 sekundę – 24 h. **Odp. zapisy pozostają bez zmian.**

13) Poz. 36 Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej jakości pompę objętościową zawierającą 19 możliwych do skonfigurowania profili użytkownika pozwalających na wybranie konkretnej konfiguracji pompy i biblioteki leków . Biblioteka leków zawiera 150 leków wraz z protokołami infuzji (domyślne przepływy, dawki, prędkości bolusa, limity miękkie i twarde, stężenia itp.) ? **Odp. zapisy pozostają bez zmian.**

14) Poz. 37 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ciśnienia okluzji od 50 mmHg-900 mmHg na 22 poziomach ? **Odp. zapisy pozostają bez zmian.**

15) Poz. 41 Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości pompę objętościową z czas ponownego ładowania < 6 godz. ? **Odp. zapisy pozostają bez zmian.**

16) Poz. 42 Czy Zamawiający dopuści do postępowania pompę objętościową , która ma na wyświetlaczu widoczna informacja o pozostałym czasie pracy akumulatora za pomocą ikony . Po wejściu w meny akumulatora podane są informacje precyzyjnie w godzinach i minutach ? **Odp. zapisy pozostają bez zmian.**

17) Poz. 45 Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości pompę objętościową z regulowany na 7 poziomach sygnał alarmowy ? **Odp. zapisy pozostają bez zmian.**

18) Poz. 46 Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości pompę objętościową z historią infuzji 1500 zdarzeń zapisywanych w dzienniku danych w czasie rzeczywistym ? **Odp. zapisy pozostają bez zmian.**

Zamawiający przesuwą termin składania i otwarcia ofert na 20.05.2022 (termin składania ofert do godz. 10:00, termin otwarcia ofert godz.11:00). Termin związania ofertą do dnia 19.06.2022.

Z poważaniem



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108
Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892