



Szczecin, dnia 19.10.2021 r.

Znak sprawy Nr RPoZP 28/2021

Dotyczy: przetargu w trybie podstawowym na dostawę materiałów szewnych oraz klipsownic do 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie

Pytania i odpowiedzi do SWZ nr 8

1. Czy Zamawiający w zad. 9, poz. 5, w miejsce pierwotnych zapisów, wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta, zgodnie z opisem: Klipsy polimerowe z zamkiem, niewchłaniające. Aktywny zawias, zatrzask oraz możliwość otwarcia za pomocą kleszczyków otwierających, klipsy z dwukierunkowo naprzemiennie ułożonymi zębami, zapobiegającymi zsunięciu się klipsa z naczynia. Rozm. L . Magazynek 6szt?
Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w/w asortymentu.

2. Czy Zamawiający w zad. 9, poz. 6, w miejsce pierwotnych zapisów, wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta, zgodnie z opisem: Klipsy polimerowe z zamkiem, niewchłaniające. Aktywny zawias, zatrzask oraz możliwość otwarcia za pomocą kleszczyków otwierających, klipsy z dwukierunkowo naprzemiennie ułożonymi zębami, zapobiegającymi zsunięciem się klipsa z naczynia. Rozm. XL . Magazynek 6szt?
Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w/w asortymentu.

3. Czy Zamawiający w zad. 10, w miejsce pierwotnych zapisów, wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta, zgodnie z opisem: Klipsy tytanowe rozmiar ML (średnio-duże) zamykane „oczkowo” tj. zamykane poprzez zetknięcie końców ramion klipsa a następnie zwarcie ramion na całej długości (co prowadzi do uchwycenia struktury anatomicznej bez możliwości jej wymknięcia w momencie zamykania klipsa). Każdy klips wyposażony w uźebrowanie wewnętrzne poprzeczne i podłużne. Wymiary: długość 7,21 mm, rozwarłość ramion: 5,73 mm, długość zamkniętego klipsa 8,98 mm. Kompatybilne z pojedynczą klipsownicą posiadaną przez Zamawiającego- PL503R firmy Aesculap AG, pakowane 20 x 6 klipsów ?
Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w/w asortymentu.

4. W rozporządzeniu ministra zdrowia z dnia 5 listopada 2010, zamieszczonego w Dzienniku Ustaw nr 215, poz 1416, paragraf 4.1, reguła 8; dotyczącym wyrobów do implantacji i chirurgicznych inwazyjnych wyrobów medycznych do długotrwałego użytku wskazano, że wyroby takie powinny posiadać klasę IIB. Natomiast w przypadku wyrobów medycznych przeznaczonych do użytku, ale w bezpośrednim kontakcie z sercem lub centralnym układem krążenia, podniesiono ten wymóg do posiadania klasy wyższej, czyli klasy III. Czy zgodnie z powyższym rozporządzeniem, przepisami oraz aktualnymi standardami medycznymi, Zamawiający w zad. 9 i 10 wymaga, by klipsy jako wyroby medyczne stosowane w Państwie szpitalu, przeznaczone do użytku w bezpośrednim kontakcie z sercem lub centralnym układem krążenia (wszystkimi głównymi naczyniami krwionośnymi, w tym: żyły płucne, tętnice płucne, żyły sercowe, tętnice wieńcowe, tętnice szyjne (wspólne, wewnętrzne i zewnętrzne), tętnice mózgowie, tętnice ramiennie-głowowe, aorta (wszystkie segmenty aorty), dolna i górna żyła główna i wspólne tętnice biodrowe), posiadały klasę III?
Odp.: Zamawiający oczekuje zaferowania asortymentu zgodnego z SWZ.

5. Zwracamy się z prośbą w zad. 9 i 10, o możliwość zastosowania papierowej części blistra



109 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Szczecinie



ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

(magazynku), która zawiera wszystkie wymagane ustawowo informacje (nr referencyjny, numer serii, datę ważności i produkcji, nazwę wytwórcy itd.) celem możliwości wklejenia do kartoteki pacjenta?
Odp.: Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

KOMENDANT

Z upoważnienia
Komendanta

ppłk mgr Krzysztof JURKOWSKI

M.J. 91/ 810 59 82