

Pruszcz Gdański, 14.03.2022r.

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym (z możliwością negocjacji) o wartości zamówienia, która nie przekracza progów unijnych, o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych na dostawę ambulansu sanitarnego typu C (DMC \geq 4,0 t), z zabudową medyczną, noszami i sprzętem medycznym dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim, znak sprawy: 2/ZP/2022.

I. Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019, ze zm.), zamawiający udziela następujących wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 1:

Czy Zamawiający wymaga transporter wyposażony w system automatycznego składania/rozkładania się goleni przednich i tylnych przy wprowadzaniu i wyprowadzaniu noszy z/do ambulansu nie wymagający jakichkolwiek czynności związanych z wciskaniem przycisków czy zwalnianiem dźwigni i blokad podwozia, pozwalający na bezpieczne wprowadzenie/wyprowadzenie noszy z pacjentem nawet przez jedną osobę?

Odpowiedź 1

Zamawiający opisał minimalne wymaganie w tym zakresie w specyfikacji dostawy w punkcie 12 lit. g, Zamawiający nie wymaga rozwiązań ponad to minimum.

Pytanie 2

Zamawiający w punkcie 12L OPZ dopuszcza *wyższą wagę transportera do max.36 kg pod warunkiem potwierdzenia zgodności zestawu z wymogami normy PN EN 1789 lub równoważną i PN EN 1865 lub równoważną*, w związku z powyższym prosimy o jednoznaczną odpowiedź czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zestaw transportowy o wadze niezgodnej/nierównoważnej z wymaganiami Normy PN-EN 1865-1+A1:2015, punkt 4.2.3?

Odpowiedź 2

Zamawiający dopuszcza w zakresie noszy rozwiązania zgodne z obowiązującymi przepisami.

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie noszy ukompletowanych (materac+nosze+transporter), spełniających wymogi aktualnej zharmonizowanej normy 1865-1 i 1789 (z wyjątkiem dopuszczonych w SWZ i odpowiedziach parametrów dot. wagi), lub równoważnych norm, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów SWZ.

Pytanie 3

Zamawiający w punkcie 17 OPZ *dopuszcza równoważne dla wskazanej normy rozwiązania dotyczące cech technicznych i jakościowych (nie niższe niż wymagane normą- należy wskazać rozwiązanie równoważne – odniesienie do normy równoważnej lub zamieścić opis potwierdzający parametry) z zastrz. pkt. 16 i powyżej*, w związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści do zaoferowania nosze wraz z transporterem niezgodne (nierównoważne) z wymaganiami aktualnych zharmonizowanych norm PN-EN 1865-1+A1:2015 i PN-EN 1789+A1:2011?

Odpowiedź 3

Zamawiający dopuszcza w zakresie noszy rozwiązania zgodne z obowiązującymi przepisami. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie noszy ukompletowanych (materac+nosze+transporter), spełniających wymogi aktualnej zharmonizowanej normy 1865-1 i 1789 (z wyjątkiem dopuszczonych w SWZ i odpowiedziach parametrów dot. wagi), lub równoważnych norm, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów SWZ.

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuści plecak z CORDURY, o nieznacznie większych wymiarach niż opisane przez Zamawiającego tj. 60x55x28cm, ale wyposażonego w ampularium aż na 80 ampulek, pozostałe parametry zgodne z OPZ?

Odpowiedź 4

Tak, zamawiający dopuszcza taki plecak.

Pytanie 5

Aktualnie obowiązująca norma zharmonizowana 1865-1 dopuszcza maksymalny ciężar noszy ukompletowanych bez pasów tj. nosze+transporter+materac do 61 kg.

W związku z powyższym pragnę Państwa zapytać, czy Zamawiający dopuści do zaoferowania na zasadzie równoważności następujący zestaw transportowy przy zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ?

- materac o wadze 5.95 kg, spełniający zalecenia ww. normy PN EN 1865-1 oraz PN EN 597-1
- nosze o wadze 20 kg, które są lżejsze od zaleceń normy PN EN 1865-1 i wymagań zamawiającego o 3 kg (część noszona przez personel medyczny)
- transporter do noszy o wadze 35.05 kg, który z założenia nie jest dźwigany przez personel medyczny. Oferowany transporter poza przytoczonym parametrem dot. wagi spełnia wszystkie zalecenia normy PN-EN: 1865-1:2010 oraz zharmonizowanej, 1789:2007 w tym załącznik A1:2010 obejmujący m.in. badanie dynamiczne zapięcia 10G. Powyższe potwierdza aktualna deklaracja zgodności wystawiona przez niezależną jednostkę notyfikowaną, której treść w części dotyczącej noszy i transportera jest tożsama z aktualną normą zharmonizowaną, a waga noszy ukompletowanych (nosze + transporter noszy + materac) spełnia parametr zalecanej wagi maksymalnej ww. zestawu wg. zapisów obowiązującej normy PN EN 1865-1. Odpowiednie dokumenty wraz z tłumaczeniem na język polski w załączniku do przesłanych pytań. Waga ukompletowanego, proponowanego zestawu tj. **nosze + transporter + materac spełnia zalecenia normy dot. wagi max zestawu tj. 61 kg**

Wyjaśnienie:

Normalizacja w Polsce opiera się m.in. na powszechności i dobrowolności tworzenia i stosowania norm. Forma i sposób uczestnictwa w systemie normalizacji zależy od potrzeb i możliwości zainteresowanych (<https://bip.pkn.pl/index.php?id=314>). Normy zharmonizowane nie stanowią szczególnej kategorii wśród norm europejskich. Termin "norma zharmonizowana" mówi o prawnej kwalifikacji specyfikacji technicznych, które są podstawą oceny zgodności prowadzącej do znakowania CE. Dopóki Komisja nie wycofa odniesienia do danej normy zharmonizowanej w Dzienniku Urzędowym UE, norma jest aktualna jako zharmonizowana, pomimo, że została wycofana jako Norma Europejska (<https://pkn.pl/polskie-normy/normy-prawo-ue/normy-zharmonizowane>).

Jako, że oferowane rozwiązanie jest zgodnie z obowiązującym prawem i jest oferowane na terenie całej Unii Europejskiej, posiada deklarację zgodności z normami 1789, 1865-1, 597-1 wystawioną przez niezależny ośrodek notyfikowany oraz posiada aktualną deklarację zgodności CE (UE MDR) z dnia 25/03/2021 wnosimy jak w powyżej zadanym pytaniu.

Odpowiedź 5:

W związku z tym, że Zamawiający użytkuje nosze skompletowane i posiadające materac oraz pasy i w celu zwiększenia konkurencyjności Zamawiający dopuszcza zaoferowanie noszy ukompletowanych o wadze do 61 kg (materac+nosze+transporter) i spełniających wymogi aktualnej zharmonizowanej normy 1865-1 i 1789 (poza przytoczonym wyżej parametrem dot. wagi), lub równoważnych norm, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów SWZ.

Pytanie 6

W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy czy Zamawiający dopuści nosze główne rozłączne renomowanego europejskiego producenta wyposażone w 4 kółka na otwartej feldze?

Odpowiedź 6

Zamawiający nie uszczegóławia opisu noszy w tym zakresie.

Pytanie 7

W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego czy oczekuje aby dostarczone nosze wyposażone były w cztery skrętne kółka o 360 stopni o średnicy przynajmniej 160 mm, dzięki czemu łatwiejszy będzie transport pacjenta na nierównym podłożu, miękkim terenie?

Odpowiedź 7

Zamawiający nie uszczegóławia opisu noszy w tym zakresie.

Pytanie 8

W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy czy wszędzie tam, gdzie w treści Opisu Przedmiotu Zamówienia mowa jest o normach PN EN 1789 oraz PN EN 1865, Zamawiający ma na myśli polskie normy zharmonizowane ujęte w Obwieszczeniu Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego tj. PN-EN 1789+A1:2011 i PN-EN 1865-1+A1:2015 i w związku z tym czy Zamawiający oczekuje dostarczenia dokumentów zgodnych z harmonizowanymi normami, dodatkowo zwracamy uwagę na fakt, że nie istnieje pojęcie norm równoważnych w odniesieniu do norm zharmonizowanych?

Odpowiedź 8:

Zamawiający ma na myśli aktualne polskie normy zharmonizowane przenoszące normy europejskie.

Pytanie 9

W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy czy Zamawiający wymaga załączenia do oferty dokumentów do noszy głównych tj. deklaracji zgodności i certyfikatu zgodności wystawionych przez niezależną jednostkę notyfikowaną zgodnych z najnowszymi aktualnymi normami tj. odpowiednio **PN-EN 1865-1+A1:2015 i PN-EN 1789+A2:2015 w pełnym zakresie?**

Odpowiedź 9:

Zakres wymaganych dokumentów przedmiotowych został określony w § 7 SWZ.

Pytanie 10

Dotyczy umowy §5, pkt. 11: Spełnienie przez Wykonawcę warunków opisanych w tym punkcie umowy pociąga za sobą skalkulowanie już na etapie składania oferty kosztów które pojawią się w następnych dwóch latach. Jest to niezwykle trudne do oszacowania ze względu na dużą ilość zmiennych mających wpływ na koszty w przyszłym okresie. To powoduje, że cena za ambulans wzrasta o kilkadziesiąt tysięcy złotych, które dadzą gwarancję pokrycia tych przyszłych kosztów. W związku z tym prosimy o modyfikację tego zapisu w sposób taki, że będzie on dotyczył tylko zabudowy specjalnej.

Odpowiedź 10:

Zamawiający zmieni zapis umowy w sposób taki, żeby dotyczy on zabudowy specjalnej.

Pytanie 11

Dotyczy umowy §5, pkt. 12: Spełnienie przez Wykonawcę warunków opisanych w tym punkcie umowy jest niemożliwe do spełnienia, ponieważ nie ma wpływu na czas reakcji serwisu pojazdu bazowego oraz czas rozpoczęcia naprawy. W związku z tym prosimy o modyfikację tego zapisu w sposób taki, że będzie on dotyczył tylko zabudowy specjalnej.

Odpowiedź 11:

Zamawiający zmieni zapis umowy w sposób taki, żeby dotyczy on zabudowy specjalnej.

Pytanie 12

Dotyczy umowy §6, pkt. 3: Spełnienie przez Wykonawcę warunków opisanych w tym punkcie umowy jest niemożliwe do spełnienia, ponieważ nie ma wpływu na czas reakcji serwisu pojazdu

bazowego oraz czas rozpoczęcia naprawy. W związku z tym prosimy o modyfikację tego zapisu w sposób taki, że będzie on dotyczył tylko zabudowy specjalnej

Odpowiedź 12:

Po zmianie zapisów § 5 ust. 11 i 12 ten zapis umowy będzie dotyczył zabudowy specjalnej.

Pytanie 13

W związku z tym, iż pojazdy przystosowane do zabudowy sanitarnej o DMC > 3,5 tony posiadają wiele dodatkowych opcji wyposażenia niż pojazdy o DMC do 3,5 t. jak wzmocnione elementy zawieszenia i układu hamulcowego, dodatkowe systemy wspomagające bezpieczeństwo itp. Skutkuje to dłuższym procesem produkcji takiego samochodu. Dodając do tego wydłużone terminu produkcji z przyczyn epidemicznych oraz ograniczoną dostępność materiałów do produkcji jak metale, elektronika, itp. niemożliwym jest zaoferowanie, wyprodukowanie i dostarczenie takiego ambulansu w terminie do 30 dni od daty podpisania umowy. Prosimy Zamawiającego o zmianę pierwotnego terminu dostawy na 90 dni od daty podpisania umowy, nie później niż do 25.06.2022r.

Odpowiedź 13:

Zamawiający wydłuży termin dostawy.

Pytanie 14

Prosimy o dopuszczenie pojazdu bazowego z roku produkcji 2021, adaptacji medycznej z roku 2022. Wg rozporządzenia europejskiego o roczniku produkcji ambulansu decyduje ostatni etap przeróbek (homologacji).

Odpowiedź 14:

Zamawiający dopuszcza pojazd bazowy z roku produkcji 2021, adaptacji medycznej z roku 2022.

Pytanie 15

Dotyczy załącznik nr 6 – pkt. I.12,13,14 – prosimy o dopuszczenie anten do modułu GPS oraz stacji dokującej zainstalowanych na dachu pojazdu.

Odpowiedź 15:

Zamawiający dopuszcza zamontowanie anten na dachu pojazdu.

Pytanie 16

Dotyczy załącznik nr 6 – pkt. I.12,13,14 – Czy Zamawiający wymaga ujęcia w ofercie stacji dokującej tabletu?

Odpowiedź 16:

Zamawiający nie wymaga ujęcia w ofercie stacji dokującej tabletu.

Pytanie 17

Dotyczy załącznik nr 6 – pkt. I.12,13,14 – prosimy o dopuszczenie dwóch anten dwuzakresowych do modułu oraz stacji co zmniejszy liczbę anten i dziur w dachu.

Odpowiedź 17:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 18

Dotyczy załącznik nr 6 – pkt.I.26 – prosimy o dopuszczenie przewożenia deski dla dzieci w przedziale medycznym w specjalnie przygotowanym miejscu.

Odpowiedź 18:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania

Pytanie 19

Dotyczy załącznik nr 6 – pkt.I.39 - prosimy o dopuszczenie panelu sterowania bez kolorowego wyświetlacza wyposażonego w funkcję: sterowanie oświetleniem zewnętrznym (światła robocze), sygnalizacja graficzna i dźwiękowa niskiego poziomu naładowania akumulatorów; bez funkcji: funkcja SERWIS, powiadamiająca o zbliżającym się terminie przeglądu zabudowy, dwustopniowe podświetlenie przycisków I stopień dla funkcji niezłączonej, II stopień dla funkcji załączonej, graficzne monitorowanie pracy powietrznego ogrzewania przedziału medycznego niezależnego od pracy silnika. Sterowanie następującymi funkcjami możliwe do sterowania tylko z panelu sterowania przedziału medycznego: sterowanie układem ogrzewania dodatkowego niezależnym od pracy silnika, sterowanie układem klimatyzacji, możliwość załączania

przetwornicy prądu 12/230V. Sterowania oraz wyświetlanie graficzne dla intercomu, stopnia, miernika, sygnalizacji uprzywilejowanej oraz dodatkowej, drzwiami przegrody, stopnia wysuniętego – poprzez dodatkowe urządzenia, kontrolki oraz włączniki na desce rozdzielczej w łatwo dostępnym miejscu. Wyjaśnienie: funkcję sterowania adaptacja medyczną nie jest potrzebna kierowcy, a personelowi medycznemu w przedziale, a ilość przycisków oraz funkcji w przypadku chęci znalezienia szybko intuicyjnie może być trudna ze względu na rozbudowę systemu sterowania.

Odpowiedź 19:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 20

Dotyczy załącznik nr 6 – pkt.I.40 – prosimy o potwierdzenie, iż chodzi o opony letnie.

Odpowiedź 20:

Tak, Zamawiający potwierdza, że chodzi o opony letnie.

Pytanie 21

Dotyczy załącznik nr 6 – pkt. III.1 – prosimy o dopuszczenie skrzyni manualnej.

Odpowiedź 21:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 22

Dotyczy załącznik nr 6 – pkt.VIII.2 oraz VIII.9 – w tych dwóch punktach opisany jest alternator o różnych wymaganiach – który wymóg jest obowiązujący 180 czy 250 A?

Odpowiedź 22:

Pkt. VIII.2 dotyczy przekaźnika wysokoprądowego a nie alternatora

Pytanie 23:

Dotyczy załącznik nr 6 – pkt.IX.3 - prosimy o dopuszczenie w miejsce manipulatora przełączników umieszczonych na desce rozdzielczej w intuicyjnych miejscach dobrze

widocznych służące do sterowania sygnalizacją, a komunikaty głosowe podawane poprzez mikrofon na podszybiu oraz przycisk na desce.

Odpowiedź 23:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 24:

Dotyczy załącznik nr 2 – pkt. XI.1.1 – prosimy o podanie marki i modelu drukarki aby przygotować odpowiedni uchwyt.

Odpowiedź 24:

Informację taką Zamawiający może przekazać Wykonawcy którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.

Pytanie 25:

Dotyczy załącznik nr 2 – pkt. XI.1.1 – prosimy o dopuszczenie montażu termoboxu w nadkolu na prawej stronie – dostęp poprzez szufladę w pobliżu szafki ściany działowej.

Odpowiedź 25:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza takiego montażu.

Pytanie 26:

Dotyczy załącznik nr 2 – pkt. XI.1.2-3 – prosimy o dopuszczenie szafek podsufitowych z oświetleniem stałym lub wyłączanym po przycisku co umożliwi podgląd na umieszczone tam przedmioty bez otwarcia szafki.

Odpowiedź 26:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 27:

Dotyczy załącznik nr 2 – pkt. XI.1.2.f – prosimy o dopuszczenie panelu sterowania bez wyświetlacza kolorowego o następujących funkcjach: sterowanie oświetleniem wewnętrznym (również nocnym) przedziału, sterowanie układem ogrzewania dodatkowego oraz stacjonarnym ogrzewaniem postojowym zasilanym z sieci 230V, sterowanie układem klimatyzacji i wentylacji;

załączanie intercomu, sterowanie głośnikiem radiotelefonu, regulacja głośności w głośnikach radioodtwarzacza poprzez odrębne urządzenia obok panelu. Z uwagi, iż sterowaniem oświetleniem znajduje się przy drzwiach tylnych oraz szafce ściany działowej – panel bez tej funkcji.

Odpowiedź 27:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 28:

Dotyczy załącznik nr 2 – pkt. XI.1.4.e – prosimy o dopuszczenie montażu ssaka i kosza na śmieci nie za roletą dzięki czemu będzie do niego ciągły dostęp.

Odpowiedź 28:

Zamawiający dopuszcza montaż ssaka i kosza na śmieci nie za roletą

Pytanie 29:

Dotyczy załącznik nr 2 – pkt. XI.1.4.e – prosimy o dopuszczenie montażu kosza na śmieci przy półce z roletą na ścianie lewej – dla personelu w przedniej części przedziału dedykowany jest kosz na szafce ściany działowej.

Odpowiedź 29:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 30:

Dotyczy załącznik nr 2 – pkt. XI.1.4.h – prosimy o dopuszczenie montażu lodówki na ścianie prawej.

Odpowiedź 30:

Zamawiający dopuszcza montaż lodówki na ścianie prawej.

Pytanie 31:

Dotyczy załącznik nr 2 – pkt. XI.1.5 – prosimy o dopuszczenie panelu informacyjnego na ścianie prawej.

Odpowiedź 31:

Zamawiający dopuszcza panel informacyjny na ścianie prawej.

Pytanie 32:

Dotyczy załącznik nr 2 – pkt. XI.1.5 – prosimy o dopuszczenie panelu informacyjnego o wymiarach 30x30cm co jest wystarczające do zapisania procedur medycznych.

Odpowiedź 32:

Zamawiający wymaga minimalnych wymiarów panelu jak w SWZ.

Pytanie 33

Dotyczy załącznik nr 2 – pkt. XI.1.5 – prosimy o podanie marki i modelu urządzenia do masażu klatki piersiowej aby przygotować odpowiedni uchwyt.

Odpowiedź 33:

Odp. Informację taką Zamawiający może przekazać Wykonawcy którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza

Pytanie 34:

Dotyczy załącznik nr 2 – pkt. XI.4.d – czy nie doszło do omyłki pisarskiej przy określeniu ciśnienia roboczego. 150 atm. znajduje się w butli tlenowej, natomiast reduktor jak sama nazwa wskazuje zmniejsza je do ok 4 atm., w związku z tym instalacja tlenowa (węże, gniazda) wymagają zaledwie 4 atm.

Odpowiedź 34:

Nie, nie doszło do omyłki pisarskiej.

Pytanie 35:

Dotyczy załącznik nr 2 – pkt. XI.7 – prosimy o dopuszczenie przedziału medycznego bez uchwytu na plecak – w to miejsce szafka + pasy.

Odpowiedź 35:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 36:

Dotyczy załącznik nr 2 – pkt. XI.6 – prosimy o dopuszczenie lawety o długości leża 1965 mm.

Odpowiedź 36:

Tak, Zamawiający dopuszcza lawetę o długości leża 1965 mm

Pytanie 37:

Dotyczy załącznik nr 2 – pkt. XIV.1 – prosimy o potwierdzenie, iż koszty przeglądów okresowych w ASO nie mają być wliczone w cenę oferty i użytkownik będzie sam za nie płacił po wykonaniu (chodzi o wymianę oleju, itp.).

Odpowiedź 37:

Tak, Zamawiający potwierdza.

Pytanie 38:

Czy przeglądy adaptacji medycznej mają być wliczone w cenę oferty?

Odpowiedź 38:

Przeglądów będzie dotyczył zmodyfikowany zapis § 5 ust. 11 wzoru umowy (załącznik nr 5 do SWZ):

„11. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania przeglądów technicznych zabudowy specjalnej Ambulansu zgodnie z zaleceniami producenta. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w §3 ust.1 zawarte będą wszystkie koszty związane z wykonaniem usługi, w tym: „robocizna”, materiały eksploatacyjne, koszty wykonania niezbędnych regulacji, korekt, kalibracji, przewidzianych w szczegółowej instrukcji obsługi, koszty dojazdu lub transportu (koszt przesyłki) urządzenia lub części, z wyjątkiem cen części podlegających wymianie z powodu normalnego zużycia eksploatacyjnego, lub zniszczonych.”

Pytanie 39:

Czy przeglądy okresowe wyposażenia medycznego mają być wliczone w cenę oferty co podwyższy jej koszt?

Odpowiedź 39:

Nie, nie mają być wliczone w cenę oferty.

Pytanie 40:

Prosimy o dopuszczenie dostawy na kołach na koszt i ryzyko Wykonawcy co pozwoli sprawdzić ambulans oraz odpowietrzyć układy – na liczniku będzie do ok. 600 km.

Odpowiedź 41:

Zamawiający nie dopuszcza dostawy ambulansu na kołach tylko na lawecie.

Pytanie 42:

Prosimy o potwierdzenie, iż tablet oraz drukarka nie są przedmiotem postępowania.

Odpowiedź 42:

Tablet oraz drukarka nie są przedmiotem postępowania.

Pytanie 43:

Prosimy o podanie marki i modelu tabletu jaki będzie przewożony w ambulansie aby przygotować odpowiedni uchwyt.

Odpowiedź 43:

Odp. Informację taką Zamawiający może przekazać Wykonawcy którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza

Pytanie 44:

Dotyczy parametry punktowane, pkt. 3 - prosimy o zmianę lub wykreślenie parametru punktowanego dotyczącego systemu szyn podłogowych. W historii firmy nigdy nie zdarzyło się aby Zamawiający w czasie użytkowania ambulansu wymieniał lawety na system bariatryczny, a nawet gdyby chciał to zrobić to pewnie zrobił by to przy użyciu autoryzowanego serwisu, aby mieć pewność, że jest to odpowiednio zrobione. Wykonawca zwraca się z prośbą o punktowanie i ocenę prawdziwych parametrów funkcjonalnych, a nie parametrów mających na celu zawężenie grona oferentów.

Odpowiedź 44:

Zamawiający nie zmienia dodatkowo punktowanych parametrów.

II. Działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 1129, ze zm.), w związku z wyjaśnieniami SWZ, Zamawiający informuje o zmianie treści SWZ.

1. W § 2 SWZ:

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie

„1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednego, fabrycznie nowego (rok produkcji: 2022r. lub rok produkcji pojazdu bazowego – 2021, ale z adaptacją medyczną z roku 2022), ambulansu sanitarnego typu C (DMC \geq 4,0 t), z zabudową medyczną, noszami i sprzętem medycznym, dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim.”

2) ust. 21 otrzymuje brzmienie:

„21. **Termin realizacji zamówienia:** do 90 dni od daty podpisania umowy, ale nie później niż do 27.06.2022”

2. W § 11 ust 2 i ust. 6 otrzymują brzmienie:

„2. Termin składania ofert upływa dnia 17.03.2022r. o godz. 09.00. Oferty złożone po tym terminie zostaną odrzucone.”

„6. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 15.04.2022r.”

3. W § 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Oferty zostaną otwarte w dniu 17.03.2022r. o godz. 09.10.”

4. W § 5 wzoru umowy (załącznik nr 5 do SWZ) ust. 11 i ust. 12 otrzymują brzmienie:

„11. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania przeglądów technicznych zabudowy specjalnej Ambulansu zgodnie z zaleceniami producenta. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w §3 ust.1 zawarte będą wszystkie koszty związane z wykonaniem usługi, w tym: „robocizna”, materiały eksploatacyjne, koszty wykonania niezbędnych regulacji, korekt, kalibracji, przewidzianych w szczegółowej instrukcji obsługi, koszty dojazdu lub transportu (koszt przesyłki) urządzenia lub części, z wyjątkiem cen części podlegających wymianie z powodu normalnego zużycia eksploatacyjnego, lub zniszczonych.

12. Wykonawca lub działająca w jego imieniu Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) w okresie obowiązywania gwarancji, dokona przeglądów okresowych zabudowy specjalnej w nieprzekraczalnym terminie 3 (trzech) dni od chwili pozostawienia do dyspozycji Wykonawcy lub ASO.”

5. Załącznik nr 6 - specyfikacja dostawy zostaje zmodyfikowany zgodnie z udzielonymi odpowiedziami

Załączniki:

Zmieniony załącznik nr 6 – zmieniona specyfikacja dostawy