

Legnica, dnia 25.11.2024r.

Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu

*Dotyczy: postępowania przetargowego w trybie podstawowym bez negocjacji
pn. **Dostawa mineralizatora mikrofalowego o sygn. ZP/L/81/24***

W odpowiedzi na pytania, jakie wpłynęły w dniu 22.11.2024r. do Sieci Badawczej Łukasiewicz –Instytutu Metali Nieżelaznych, w związku z ww. postępowaniem przetargowym, przekazuję niniejszym ich treść wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1:

„Odnosnie Opisu Przedmiotu Zamówienia – podpunkt h) – „możliwość zmiany parametrów programu roztwarzania w trakcie jego realizacji”. Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie w postaci systemu, który automatycznie rozpoznaje typ wkładanych naczyń do mineralizatora, zlicza ich ilość oraz sam dobiera optymalne warunki procesu mineralizacji? Rozwiązanie to eliminuje konieczność zmiany parametrów procesu podczas jego przebiegu.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 2:

„ Odnosnie Opisu Przedmiotu Zamówienia – podpunkt i) – „w zestawie jeden rotor min. 15 pozycyjny z kompletem min.15 naczyń wysokociśnieniowych (do min. 100 barów, temperatura min. 300°C) z zamkniętymi naczyniami wykonanymi z teflonu TFM do pracy ze wszystkimi rodzajami kwasu, w tym z HF”. Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie w postaci Systemu wyposażonego w rotor min. 12 pozycyjny z kompletem min. 12 naczyń wysokociśnieniowych (do min. 103 barów, temperatura min. 310°C) z

Strona 1 z 2

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych
44-100 Gliwice, ul. Sowińskiego 5, Tel.: +48 32 238 02 00
E-mail: imn@imn.lukasiewicz.gov.pl | NIP: 631 020 07 71, REGON: 000027542,
BDO: 000011457, Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy, KRS: 0000853498,
Bank PEKAO S.A. nr konta: 48 1240 4748 1111 0000 4877 1906

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych,
Oddział w Legnicy,
ul. Złotoryjska 89, 59-220 Legnica, Tel.: +48 76 743 98 30
E-mail: sekretariat.legnica@imn.lukasiewicz.gov.pl,
BNP Paribas Bank Polska S.A. nr konta: 04 1750 1279 0000 0000 0263 4082



Łukasiewicz
Instytut Metali
Nieżelaznych

zamkniętymi naczyniami wykonanymi z teflonu TFM do pracy ze wszystkimi rodzajami kwasu, w tym z HF?

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 3:

„Odnosnie Opisu Przedmiotu Zamówienia – podpunkt m) – „komora wyposażona w mechaniczny, obrotowy dyfuzor, ze stali kwasoodpornej, zapewniający homogeniczną dystrybucję mikrofal”. Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie w postaci systemu wyposażonego w profilowane falowody, które zapewniają taką samą homogeniczną dystrybucję mikrofal co mechaniczny dyfuzor oraz dodatkowo eliminują ryzyko mechanicznych uszkodzeń podzespołu?”

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania, ponieważ mechaniczny układ rozpraszania fal jest w stanie zapewnić najbardziej jednorodne pole mikrofalowe w naczyniu.

Pytanie 4:

„Odnosnie Opisu Przedmiotu Zamówienia – podpunkt s) – „sterownik z kolorowym ekranem dotykowym, z polskim programem sterującym”. Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie w postaci systemu z angielskim programem sterującym oraz dołączoną instrukcją w języku polskim oraz dodatkowym 2-dniowym szkoleniem w języku polskim?”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Strona 2 z 2

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych
44-100 Gliwice, ul. Sowińskiego 5, Tel.: +48 32 238 02 00
E-mail: imn@imn.lukasiewicz.gov.pl | NIP: 631 020 07 71, REGON: 000027542,
BDO: 000011457, Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy, KRS: 0000853498,
Bank PEKAO S.A. nr konta: 48 1240 4748 1111 0000 4877 1906

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych,
Oddział w Legnicy,
ul. Złotoryjska 89, 59-220 Legnica, Tel.: +48 76 743 98 30
E-mail: sekretariat.legnica@imn.lukasiewicz.gov.pl,
BNP Paribas Bank Polska S.A. nr konta: 04 1750 1279 0000 0000 0263 4082

