



Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a, działając na podstawie art. 284 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwaną dalej ustawą Pzp, jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: „dostawa aparatury medycznej”

INFORMACJA NR 6

Pytanie nr 1 - urządzenie do neuromonitoringu – 1 szt, pkt 5

Czy Zamawiający dopuści zakup aparatu wyposażonego w 2 stymulatory stałoprądowe z szerokim zakresem stymulacji od 10 μ A – 10mA i zakresem regulacji częstotliwości impulsów 3 i 30 Hz do wyboru za pomocą oprogramowania. Aparat o napięciu 75 VA oraz regulacji impulsu stymulacyjnego w zakresie 100-500 us do wyboru za pomocą oprogramowania?

Uzasadnienie: proponowane rozwiązanie jest funkcjonalnie tożsame z wymaganym przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 2 - urządzenie do neuromonitoringu – 1 szt, pkt 14

Czy Zamawiający dopuści zakup urządzenia w którym pomiar amplitudy i latencji przy odpowiedzi mięśniowej EMG odczytywane jest ze skali bez możliwości edycji?

Uzasadnienie: proponowane rozwiązanie uniemożliwia możliwość błędnego zapisu wartości.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 3 - urządzenie do neuromonitoringu – 1 szt, pkt 16

Czy Zamawiający dopuści zakup urządzenia z raportowaniem w formie wykresów odpowiedzi EMG – wartości liczbowe odczytywane ze skali na wykresie?

Uzasadnienie: proponowane rozwiązanie jest równoważne z wymaganym przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 4 - urządzenie do neuromonitoringu – 1 szt, pkt 19

Czy Zamawiający dopuści zakup urządzenia wyposażonego w funkcję „foto”, polegającej na wykonaniu zrzutu ekranu z możliwością zapisu, zamiast funkcji „freeze”?

Uzasadnienie: proponowane rozwiązanie jest równoważne z wymaganym przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie powyższej funkcjonalności. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 5 - urządzenie do neuromonitoringu – 1 szt, pkt 23-27

Czy Zamawiający dopuści zakup urządzenia z równoważnym osprzętem:

- elektrody igłowe, dł 14mm, śr. 0.3mm, 2 elektrody czynne, jedna referencyjna, oznaczone kolorami, sterylne – 60 szt

- próbnik jednorazowy bipolarny, sterylny: dł. Robocza 100mm, średnica końcówki 0.75mm, odległość pomiędzy branszami 1mm, długość końcówek roboczych 2mm - 40szt



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

- próbnik koncentryczny, dł. Robocza 100mm, śr. końcówki 1mm, 15szt
- próbnik jednorazowy bipolarny precyzyjny, sterylny: dł. Robocza 70mm, średnica końcówki 0.75mm, odległość pomiędzy branszami 0.6mm, długość końcówek roboczych 1mm - 5szt
- elektroda kraniowa 6/7mm, opakowanie 10 szt., sterylna, jednorazowego użytku, w tym kabel połączeniowy wielokrotnego użytku
- elektroda kraniowa 8/9mm, opakowanie 10 szt., sterylna, jednorazowego użytku, w tym kabel połączeniowy wielokrotnego użytku

Uzasadnienie: proponowane rozwiązanie w pełni spełnia funkcjonalność zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 6 - SWZ,

W części XI, w pkt. 4 Zamawiający wymaga złożenia formularza JEDZ wyłącznie przez Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, natomiast w części XIX pkt. 5 Zamawiający prosi o dodanie dokumentu JEDZ do oferty. Czy możemy prosić o doprecyzowanie?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia że przedmiotowe postępowanie prowadzone jest z zastosowaniem art. 139 ust. 1 uPzp (Rozdział III. SWZ).

Zamawiający potwierdza, że zgodnie z zapisami SWZ Rozdział XI. pkt 4 dokument JEDZ zobowiązany jest złożyć (na wezwanie Zamawiającego) wyłącznie Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona.

Zamawiający wyjaśnia, że zapisy SWZ w Rozdziale XIX. pkt 5 wskazują, że dokument JEDZ składany przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego ma być aktualny na dzień składania ofert.

Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

Z UPOWAŻNIENIEM DYREKTORA
Z-ca Dyrektora
ds. Finansów i Administracji
mgr Mariola Dwornikowska-Dąbrowska

Z-ca Kierownika Działu
Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych

mgr inż. Jacek Banaszak

KIEROWNIK DZIAŁU
Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych

Romana Kompra

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu
ul. H. M. Kamieńskiego 73a, 51-124 Wrocław
Infolinia 45 95 95 454
Sekretariat tel. +48 71 32 70 101; e-mail: sekretariat@wssk.wroc.pl
NIP 8951645574, REGON 000977893
www.wssk.wroc.pl

