

Specyfikacja węża Masterflex 06509-13

| | |
|---|---------------------------|
| • Pump Series | L/S |
| • Tubing formulation | Tygon® E-Lab (E-3603) |
| • L/S Masterflex tubing size | 13 |
| • Hose Barb Size (in) | 1/16 |
| • Tubing ID (mm) | 0.8 |
| • Tubing ID (in) | 0.03 |
| • Max Flow Rate (mL/min) | 36 |
| • Max Pressure (PSI) | 40 |
| • Max Pressure (bar) | 2.7 |
| • Max Vacuum (mm Hg) | 660 |
| • Max Vacuum (" Hg) | 26 |
| • Max Temperature (Dynamic) (° C) | 40 |
| • Min Temperature (Dynamic) (° C) | 0 |
| • Max Temperature (Dynamic) (° F) | 104 |
| • Min Temperature (Dynamic) (° F) | 32 |
| • Max Temperature (° C) | 74 |
| • Min Temperature (° C) | -46 |
| • Max Temperature (° F) | 165 |
| • Min Temperature (° F) | -51 |
| • Suction Lift (ft H ₂ O) | 29 |
| • Suction Lift (m H ₂ O) | 8.8 |
| • Length Per Pack (ft) | 50 |
| • Length Per Pack (m) | 15.2 |
| • Sterilization Method | Autoclave, Ethylene Oxide |
| • Sterilization Method Autoclave | Yes |
| • Sterilization Method EtO | Yes |
| • Sterilization Method Gamma | No |
| • Regulatory Approvals NSF-51; USP; ADCF; FDA; EU Food 10/2011; Non-DEHP; Non-Phthalate; RoHS | |
| • Description Tygon E-Lab (E-3603) Pump Tubing, L/S 13, 50 ft. | |

Specyfikacja węża Masterflex 06509-16

| | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| • Pump Series | L/S |
| • L/S Masterflex tubing size | 16 |
| • Tubing formulation | Tygon® E-Lab (E-3603) |
| • Hose Barb Size | (in) 1/8 |
| • Tubing ID (mm) | 3.1 |
| • Tubing ID (in) | 0.12 |
| • Max Flow Rate (mL/min) | 480 |
| • Max Pressure (PSI) | 40 |
| • Max Pressure (bar) | 2.7 |
| • Max Vacuum (mm Hg) | 660 |
| • Max Vacuum (" Hg) | 26 |
| • Max Temperature (Dynamic) (° C) | 40 |
| • Min Temperature (Dynamic) (° C) | 0 |
| • Max Temperature (Dynamic) (° F) | 104 |
| • Min Temperature (Dynamic) (° F) | 32 |
| • Max Temperature (° C) | 74 |
| • Min Temperature (° C) | -46 |
| • Max Temperature (° F) | 165 |
| • Min Temperature (° F) | -51 |
| • Suction Lift (ft H ₂ O) | 29 |
| • Suction Lift (m H ₂ O) | 8.8 |

20.07.2020
 Kierownik
 Działu Generatorów

 mgr inż. Mateusz Bogusz

- Length Per Pack (ft) 50
- Length Per Pack (m) 15.2
- Sterilization Method Autoclave, Ethylene Oxide
- Sterilization Method Autoclave Yes
- Sterilization Method EtO Yes
- Sterilization Method Gamma No
- Regulatory Approvals ADCF; FDA; Non-DEHP; RoHS; USP; Non-Phthalate; EU Food 10/2011; NSF-51
- Description Tygon E-Lab (E-3603) Pump Tubing, L/S 16, 50 ft.

20.07.2022

Kierownik
Działu Generatorów

mgr inż. *M. Bogusz* Bogusz