



Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach
ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice
www.zzozwadowice.pl
email: sekretariat@zzozwadowice.pl
Klauzule RODO: <https://zzozwadowice.pl/rodo>

Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla ZZOZ w Wadowicach.

Warunki zamówienia:

Podany asortyment oraz jego ilości są danymi planowanymi przez Zamawiającego, w związku z czym nie są wiążące podczas realizacji umowy, dotyczącej zamówienia, a mają na celu jedynie zobrazowanie wielkości zamówienia, która może być pomocna podczas ustalania ceny za wykonanie dostaw objętych zamówieniem.

Lp	Nazwa asortymentu	jm.	Ilość
1	Cewnik do żyły pępowinowej wykonany z poliuretanu w rozmiarach 2,5-5,0	szt	2
2	Kaniuła dożylna wykonana z wysoce termowrażliwego PTFE. Kaniuła wyposażona w zastawkę anizwrotną hamującą wypływ krwi, w 4 paski RTG, port boczny kodowany kolorystycznie, wyposażony w teflonową zastawkę do wstrzyknięć, samodomykający się korek portu bocznego typu „clit”. Kaniuła w rozmiarze 24G /0,4-0,7/	szt	3300
3	Worek ogrzewający noworodkowy w rozm. S-L	szt	2
4	Zestaw do założenia długiego wkłucia, cewnik zakładany metodą Seldingera, pediatryczny, wykonany z PUR, kontrastujący w RTG, ze skrzydełkami do mocowania. Cewnik o długości 4cm, o średnicy 0,5/0,7mm. W zestawie również igła do nakłucia 21G/46mm, prosty przewodnik z elastyczną końcówką 23cm/0,46	szt	1
5	Zestaw do odbarczania odmy u noworodków. W skład zestawu wchodzi: 1xROcewnik do drenażu 8FR, 1 serwata z otworem 60x50cm, 2 prostokątne pojemniki na detergent i płyny dezynfekujące, 4 waciki, 8 kompresów gazowych 10x10 cm, 2 pęsety, 2 10ml strzykawki, igła do odciągania 38 x 1,2 mm /18G/ igła 15 x 0,5mm /25G/, igła do znieczulenia miejscowego 38 x 0,8mm /21G/, igła do wstępnego nakłucia 38 x 0,9mm /20G/, 2 igły do zszywania, skalpel, wentyl ssący do drenażu, plastikowy zbiornik z łącznikiem na płyn, rolka plastra.	szt	1
6	Zestaw do zakładania cewników i kaniuli pępowinowej / od rozmiaru.2,5-8Fr /	szt	1

Niespełnienie jakiegokolwiek parametru będzie skutkowało odrzuceniem oferty.