

Wszyscy Wykonawcy

Na podstawie Art. 284 ust. 2 Prawa Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r w nawiązaniu do SWZ dotyczącej postępowania w trybie podstawowym **MODERNIZACJA BLOKU OPERACYJNEGO w zakresie trzech sal operacyjnych W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ „SZPITALA POWIATOWEGO” W SOCHACZEWIE W FORMULE „ZAPROJEKTUJ- WYBUDUJ-WYPOSAŻ”**, nr sprawy: EK-ZZ/ZP.261.45.RB.2022, odpowiadamy na pytania Wykonawców:

Pytanie 1

Zamawiający w odpowiedzi na pytanie nr 1 nie wskazał jednoznacznej odpowiedzi na całe pytanie. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający pokryje koszty licencji wymaganych w OPZ wymienionych Dostawców systemów PACS i HIS nawet w przypadku możliwości integracji i dostarczenia oświadczeń.

Odpowiedź na pytanie nr 1: Wykonawca w ramach realizacji zamówienia zobowiązany będzie do integracji dostarczanego systemu sterowania i zarządzania obrazem dla 3 sal operacyjnych z posiadanym przez Zamawiającego systemem PACS oraz HIS w zakresie wskazanym w załączniku nr 1 do SWZ. Zamawiający informuje, że koszty integracji są częścią ceny, składanej przez Wykonawcę a Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w ofercie pełny koszt wykonania integracji uwzględniający również koszty integracji i licencji po stronie dostawców w/w systemów. Zamawiający nie będzie uczestniczył w negocjacjach cenowych pomiędzy Wykonawca a dostawcą obecnie posiadanych systemów.

Pytanie 2

Zamawiający w odpowiedzi na pytanie nr 2 odpowiedział niekompletnie, a więc w rozumieniu odpowiedzi dalej System zintegrowany ma być „wyprodukowany przez jednego, tego samego oryginalnego producenta” z systemem zabudowy panelowej. Dalej więc ten wymóg pozostawia wybór tylko jednego producenta, ogranicza konkurencję i nie daje możliwości złożenia oferty na System integracji pozostałym producentom. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie systemu integracji kompatybilnego z systemem zabudowy panelowej innego producenta.

Pytanie 3

W odpowiedzi na pytanie nr 6 Zamawiający ogranicza możliwości dostarczenia jednostki centralnej z ekranem dotykowym tylko jednego producenta co ogranicza konkurencję jednocześnie opisane funkcjonalności nie mają wpływu na użytkowanie systemu. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ekranu dotykowego z opisanymi funkcjonalnościami w formie przycisków na ekranie.

Pytanie 4

Zamawiający w odpowiedzi na pytanie nr 9 nie dopuścił nagrywarki w innej formie i o parametrach nie gorszych niż wymagane. Wskazuje to na dostawę nagrywarki tylko jednego producenta ograniczając konkurencję, poza tym nagrywarka w formie oprogramowania realizowana poprzez wydajną jednostkę centralną znaczenie poprawi komfort użytkowania jednocześnie nie zajmując niepotrzebnie miejsca wraz ze zbędnym okablowaniem na kolumnie. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie nagrywarki w formie oprogramowania medycznego spełniającej te same funkcjonalności, obsługiwana z ekranu dotykowego jednostki centralnej.

Pytanie 5

Zamawiający w odpowiadając na pytanie nr 11 wymaga zegara jako elementu systemu integracji wraz z synchronizacją czasu. Synchronizacji wcześniej nie wymagał, a wręcz jednocześnie w pkt 2.7 „WYKONANIE ŚCIAN” w specyfikacji zabudowy panelowej oczekuje zegara jako elementu wbudowanego w ścianę ze sterowaniem za pomocą pilota, oraz w punkcie 9.12 również sterowanie z pilota i pracą autonomiczną bez podłączenia z komputerem tylko z ewentualną możliwością synchronizacji. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że zegar jest elementem zabudowy panelowej, a system integracji i zegar muszą posiadać możliwość synchronizacji.

Odpowiedź na pytanie 2,3,4 i 5: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę zapisów i podtrzymuje stanowisko z odpowiedzi udzielonej w dniu 25.10.2022r.

Zamawiający przygotowując postępowanie o udzielenie zamówienia i opisując przedmiot zamówienia ma prawo do ustalenia wymagań, które w najlepszym stopniu spełnią jego oczekiwania. Dokonywany opis przedmiotu zamówienia zawsze w jakimś zakresie ogranicza konkurencję. Jednakże to ograniczenie konkurencji jest uzasadnione obiektywnymi i niedyskryminującymi potrzebami zamawiającego.

Odpowiednio do powyższego, bardziej dogodne dla Wykonawcy warunki wykonania zamówienia nie mogą przesłonić uzasadnionych potrzeb Zamawiającego. Konkurencja w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie jest kategorią absolutną i powołując się na nią nie można zmuszać Zamawiającego do zakupu usług niespełniających ich wymagań (do takiego zaś niekorzystnego dla Zamawiającego efektu dąży w istocie w niniejszej postępowaniu Wykonawca). Zamawiający wszczynając postępowanie o udzielenie przedmiotowego zamówienia określił swoje warunki, zgodnie ze swoimi potrzebami, uwzględniającymi zarówno charakter zamówienia, jego skalę, jak i specyfikę prowadzonej działalności.

Pytanie 6

Ze względu na nieoczekiwaną konieczność dostarczenia dodatkowych oświadczeń, których uzyskanie jest niezależne od dostawców systemu zintegrowanego, oraz o dodatkowe niejasności zgodne z pytaniami powyżej, zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert. Znacząco poprawi to jakość i konkurencyjność ofert, a przede wszystkim pozwoli na złożenie ich w stopniu porównywalnym.

Odpowiedź na pytanie nr 6: Składanie na 31.10.2022

Z poważaniem