



**109 Szpital Wojskowy z Przychodnią**  
**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej**  
**w Szczecinie**



Certyfikat nr 485732

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Szczecin, dn. 19.06.2023 r.

**Znak sprawy Nr RPoZP 21/2023**

**Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego dostawę sprzętu medycznego do 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie**

**Pytania i odpowiedzi do SWZ nr 4**

1. Czy Zamawiający w pozycji "Praca w sieci w komunikacji min. HL7" dopuszcza urządzenie wyposażone w system archiwizacji i komunikacji danych wewnętrznych (pliki graficzne oraz pliki wideo – zdjęcia i filmy wykonane w czasie zabiegów), które są zakatalogowane wg danych pacjenta oraz operatora, zabezpieczone hasłem oraz dostępne w komunikacji USB co nie wymaga zastosowania komunikacji HL7?

Uzasadnienie:

System umożliwiający wizualizację gruczołów przytarczycznych pokazuje przytarczycę na ekranie w postaci obrazowej jednocześnie je archiwizując, które można w dowolnym momencie po operacji przegrać na nośnik USB. Archiwizacja obrazowa oraz filmowa.

**Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

**KOMENDANT**

**płk mgr Krzysztof Jurkowski**

BD. 91/8105982