

COZL/DZP/AS/3411/PN- 9/24

Lublin, dnia 08.03.2024 r.

**Do wszystkich wykonawców**

Dotyczy postępowania prowadzonego w przetargu nieograniczonym na :  
**„Dostawa materiałów opatrunkowych na potrzeby COZL”.**  
**(COZL/DZP/AS/3411/PN- 9/24)**

Działając w oparciu o zapisy art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  
(Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) informuję, że w niniejszym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

#### **Pytanie 1**

##### **dotyczy Część 3 pkt.1 – Sterylny miód medyczny.**

Czy Zamawiający zaakceptuje ofertę na miód medyczny w tubce po 50g z odpowiednim przeliczeniu liczby opakowań w celu umożliwienia zaoferowania wysokiej jakości wyrobu medycznego o wysokiej zawartości MGO w konkurencyjnej cenie?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

#### **Pytanie 2**

##### **Część 2 poz.1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie samoprzylepnego opatrunku ocznego z wkładem chłonnym, hipoalergicznym z zaokrąglonymi brzegami. Rozmiar 6,5cm x 9,5cm.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

#### **Pytanie 3**

##### **Pytania dot. projektu umowy:**

W związku z art. 431. PZP [Obowiązek współdziałania zamawiającego i wykonawcy] wskazującym na fakt, iż Zamawiający i wykonawca wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia obowiązani są współdziałać przy wykonaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, zwanej dalej "umową", w celu należytej realizacji zamówienia przesyłamy następujące zapytania do wzoru umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby kara opisana w § 6 ust. 1 lit. c wzoru umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 4****Pytania dot. projektu umowy:**

Czy Zamawiający zgadza się aby § 6 ust. 1 lit c wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający wezwie Wykonawcę na piśmie do należytego wykonywania umowy”?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 5****Część 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'10 szt. Z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 6**

Część 1- kompresy gazowe jałowe:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów zgodnych z opisem, ale 12-warstwowych?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**