



**Ortopedyczno - Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny  
im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego  
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu**



ul. 28 Czerwca 1956r. 135/147  
61-545 Poznań  
tel. 61 83 10 331/132  
fax 61 83 34 421  
orsk@orsk.pl  
<https://orsk.pl>



znak sprawy: O-RSK.SZP.12.17.(APT/10).2023.K.K.

Poznań, dnia 13 kwietnia 2023 r.

**Strona internetowa prowadzonego postępowania**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie pod nazwą: „**DOSTAWA JEDNORAZOWYCH WYROBÓW MEDYCZNYCH „1”** nr rejestru: **SZP/APT/10/2023**.

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ NR 3**

W związku z zapytaniem dotyczącym treści Specyfikacji Warunków Zamówienia złożonym przez Wykonawcę, Zamawiający tj.: Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2022. poz. 1710 ze zm.) udziela wyjaśnień na zadane pytania.

**Pytanie nr 1**

**Część nr 5, pozycja 1-7**

Czy Zamawiający dopuści maskę krtaniową o łukowatym kształcie?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 2**

**Część nr 5, pozycja 1-7**

Czy Zamawiający dopuści maskę krtaniową składającą się z 2 osobnych elementów, tj. rurki oraz mankietu, trwale ze sobą połączonych?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 3**

**Część nr 5, pozycja 30-42**

Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną bez nazwy producenta występującej bezpośrednio na przyrządzie, gdyż takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe? Pełną identyfikację przyrządu zapewni Zamawiającemu opakowanie jednostkowe posiadające nazwę producenta oraz podstawowe dane techniczne.

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 4****Część nr 5, pozycja 43-54**

Czy Zamawiający dopuści rurkę tracheostomijną bez nazwy producenta występującej bezpośrednio na przyrządzie, gdyż takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe? Pełną identyfikację przyrządu zapewni Zamawiającemu opakowanie jednostkowe posiadające nazwę producenta oraz podstawowe dane techniczne.

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 5****Część nr 5, pozycja 63**

Czy Zamawiający dopuści cewnik do podawania tlenu przez nos o długości 2m?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 6****Część nr 5, pozycja 66-72**

Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych z nieprzezroczystym konektorem?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 7****Część nr 5, pozycja 87-95**

Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley jednostronnie silikonowany?

**Odpowiedź:** Zamawiający **nie dopuszcza**.

**Pytanie nr 8****Część nr 5, pozycja 111-113**

Czy Zamawiający dopuści cewnik Tiemann jednodrożny, wykonany z PCV?

**Odpowiedź:** Zamawiający **nie dopuszcza**.

**Pytanie nr 9****Część nr 12, pozycja 1-5**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły do znieczuleń podpajęczynówkowych z lejkiem posiadającym „szkiełko” powiększające w celu uwidocznienia wycieku płynu mózgowo-rdzeniowego?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, wymaga zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 10****Część nr 12, pozycja 1-5**

Czy Zamawiający dopuści, aby informacja o rozmiarze igły (w G i mm) występowała wyłącznie na opakowaniu jednostkowym?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuści występowanie informacji o rozmiarze igły (w G i mm) na opakowaniu jednostkowym, ale **pod warunkiem** kodowania rozmiaru igły kolorem na igle (n. rękojeść mandrynu).

**Pytanie nr 11**

**Część nr 12, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści igłę w rozmiarze 25G 0,5 x 88mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, wymaga zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 12**

**Część nr 12, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści igłę w rozmiarze 25G 0,5 x 120mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, wymaga zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 13**

**Część nr 12, pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści igłę w rozmiarze 26G 0,45 x 88mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, wymaga zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 14**

**Część nr 12, pozycja 4**

Czy Zamawiający dopuści igłę w rozmiarze 27G 0,4 x 88mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, wymaga zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 15**

**Część nr 12, pozycja 5**

Czy Zamawiający dopuści igłę w rozmiarze 27G 0,4 x 120mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, wymaga zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 16**

**Część nr 13, pozycja 1-5**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły typu Pencil-Point?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza igieł typu Pencil Point, wymaga zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 17**

**Część nr 13, pozycja 1-5**

Czy Zamawiający dopuści, aby informacja o rozmiarze igły (w G i mm) występowała wyłącznie na opakowaniu jednostkowym?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuści występowanie informacji o rozmiarze igły (w G i mm) na opakowaniu jednostkowym, ale **pod warunkiem** kodowania rozmiaru igły kolorem na igle (n. rękojeść mandrynu).

#### **Pytanie nr 18**

##### **Część nr 13, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści igłę w rozmiarze 25G 0,5 x 88mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, wymaga zgodnie z SWZ.

#### **Pytanie nr 19**

##### **Część nr 13, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści igłę w rozmiarze 25G 0,5 x 120mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, wymaga zgodnie z SWZ.

#### **Pytanie nr 20**

##### **Część nr 13, pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści igłę w rozmiarze 27G 0,4 x 88mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, wymaga zgodnie z SWZ.

#### **Pytanie nr 21**

##### **Część nr 13, pozycja 4**

Czy Zamawiający dopuści igłę w rozmiarze 27G 0,4 x 120mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, wymaga zgodnie z SWZ.

#### **Pytanie nr 22**

##### **Część nr 12, pozycja 5**

Czy Zamawiający dopuści igłę w rozmiarze 27G 0,4 x 120mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, wymaga zgodnie z SWZ.

#### **Pytanie nr 23**

##### **Część 5 poz. 1-7.**

Czy Zamawiający dopuści: maska krtaniowa jednorazowa, wykonana z medycznego PVC, przezroczysta, dla dorosłych i dzieci z nadmuchiwanym mankietem pozbawionym nierówności i ostrych krawędzi, z drenem mankieta nie wtopionym w ścianę rurki oddechowej, wzmocniona końcówka mankieta zapobiega podwijaniu się podczas zakładania, mankiet z balonikiem kontrolnym z barwnym kodem rozmiarów, czytelne oznaczenie maski i informacja o ilości powietrza potrzebnego do napełnienia mankieta na tubusie, bez lateksu, bez ftalanów, rozmiary: 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5.

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

#### **Pytanie nr 24**

##### **Część 5 poz. 8-15.**

Czy Zamawiający wymaga rurek intubacyjnych bez zawartości ftalanów, co jest bardzo ważne w przypadku stosowania u dzieci?

**Odpowiedź:** zamawiający wymaga powyższych rurek bez zawartości ftalanów.

#### **Pytanie nr 25**

**Część 5 poz. 16-29.**

Czy Zamawiający dopuści: rurki intubacyjne typ Murphy z mankietem uszczelniającym niskociśnieniowym, ustno-nosowa, wykonana z przezroczystego PVC, silikonowana, linia widoczna w promieniach RTG, jałowa, jednorazowego użytku, z balonikiem kontrolnym zawierającym rozmiar i średnicę mankietu, o zaoblonych krawędziach?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe.

#### **Pytanie nr 26**

**Część 5 poz. 30-42.**

Czy Zamawiający dopuści: rurka intubacyjna zbrojona z mankietem uszczelniającym niskociśnieniowym, typ Murphy ustno-nosowa, wykonana z przezroczystego PVC, silikonowana, bez ftalanów, wzmocniona drutem, jałowa, wyposażona w prowadnicę wykonaną z mosiądzu, jednorazowego użytku, z balonikiem kontrolnym zawierającym opis rozmiaru rurki?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe.

#### **Pytanie nr 27**

**Część 5 poz. 43-54.**

Czy Zamawiający dopuści: rurka tracheostomijna z mankietem uszczelniającym niskociśnieniowym, wykonana z przezroczystego termoplastycznego PVC, silikonowana, bez ftalanów, linia widoczna w promieniach RTG, prowadnica, min. jedna opaska mocująca, jałowa, jednorazowego użytku, z balonikiem kontrolnym zawierającym opis rozmiaru. Opakowanie folia-papier.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe.

#### **Pytanie nr 28**

**Część 5 poz. 43-54.**

Czy rurki tracheostomijne mają pochodzić od tego samego producenta?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

#### **Pytanie nr 29**

**Pakiet 4**

Czy Zamawiający dopuści produkty jałowe- sterylizowane tlenkiem etylenu?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SWZ.

#### **Pytanie nr 30**

**Pakiet 9 poz.2**

Czy Zamawiający dopuści podkład o wymiarach 101 x 225 cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza podkłady o wymiarach  $\pm 6$  cm od wymiarów określonych w załączniku do SWZ.

### Pytanie nr 31

#### Pakiet 9 poz.2

Czy Zamawiający dopuści Podkład wykonany z scalonych powłok: mocnego, nieprzemakalnego 3 warstwowego laminatu i chłonnego (SAF) rdzenia na długości 50 x 200 cm, Warstwa spodnia pełnobarierowa, antypoślizgowa wykonana z folii polietylenowej.?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

### Pytanie nr 32

#### Pakiet 9 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści chłonność min.3,5 l/m2?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe.

### Pytanie nr 33

#### Pakiet 9 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści serwetę z włókniny wiskoza+ poliester?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

### Pytanie nr 34

#### Pakiet 9 poz.1

Czy Zamawiający dopuści wytrzymałość min.200 kg?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe.

### Pytanie nr 35

#### Pytania do umowy

Czy Zamawiający zmieni zapis umowy § 5

Kary umowne, wykonanie zastępcze

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający może zobowiązać Wykonawcę do zapłaty następujących kar umownych:

- 1) 1% wartości brutto zamówionej partii wyrobów, za każdy dzień zwłoki w jej dostawie, nie mniej jednak niż 50,00 zł;
- 2) 1% wartości brutto zamówienia anulowanego przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, określonych w ust. 4 poniżej, nie mniej jednak niż 50,00 zł;

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę i podtrzymuje postanowienia zawarte w projekcie umowy.

**Niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego**

*Dokument podpisany elektronicznie*

Opracowała: K. Kubiak

Sporządzono w 1 egzemplarzu

1 egz. strona internetowa prowadzonego postępowania /aa