



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

L. dz. DZP-611/22

Poznań, dnia 19.08.2022r.

Wszyscy Wykonawcy- platforma zakupowa

Dotyczy: TPm-82/22 postępowania w trybie podstawowym z możliwością negocjacji pn. **dostawa wraz z transportem i wniesieniem oraz instalacją komór laminarnych oraz zamrażarki kriogenicznej w podziale na 2 części.**

W związku z wpływem pytania dotyczącego prowadzonego postępowania, Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) udziela poniższych odpowiedzi:

Zapytanie 1:

Zapytanie dotyczące opisu przedmiotu zamówienia (zamrażarka kriogeniczna).

Czy Zamawiający zaakceptuje zamrażarkę z zakresem ustawiania i kontrolowania temperatury do -150°C tj. zakresem charakteryzującym ten rodzaj urządzeń?

Odpowiedź:

Zamawiający akceptuje zamrażarkę z zakresem ustawienia i kontrolowania temperatury do -150°C .

Zapytanie 2:

Dotyczy Części 1 „Dostawa wraz z transportem i wniesieniem oraz instalacją 2 sztuk komór laminarnych”

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy przedmiotu zamówienia do 30 tygodni od dnia podpisania umowy?

Prośbę naszą motywujemy tym, iż w związku z obecną sytuacją ogólnoświatową i zaburzonym łańcuchem dostaw, czas oczekiwania na wyprodukowanie i dostawę urządzenia o parametrach zawartych w specyfikacji uległ wydłużeniu i wynosi obecnie 30 tygodni.

Odpowiedź: Z uwagi na konieczność rozliczenia projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu dostawy przedmiotu zamówienia.

Przesłane, skorygowane informacje prosimy uwzględnić przy tworzeniu oferty przetargowej, traktując je jako ważne i wiążące.

Z poważaniem,