



ZPZ – 2375 – 6468 /23

Olsztyn, dnia 20.12.2023 r.

**Do wszystkich  
uczestników postępowania**

**ZPZ-71/11/23      Przetarg nieograniczony pn. „Dostawa materiałów opatrunkowych i hemostatycznych oraz pomocniczych wyrobów medycznych”.**

W związku z zapytaniem uczestników postępowania na dostawę rękawic, Zamawiający działając na podstawie art. 135 ust. 2 oraz 137 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych, wyjaśnia Specyfikację Warunków Zamówienia w następujący sposób:

Pytanie nr 1

**PAKIET 40**

Czy Zamawiający dopuści piankę czyszczącą o pojemności 400 ml, z przeliczeniem zamawianej ilości tj. 813 op.?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na zaferowanie pianki o pojemności 400 ml, z przeliczeniem zamawianej ilości tj. 813 op. pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów.

Pytanie nr 2

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 1:

1. Strony uzgadniają, że w przypadku, gdy Wykonawca pozostanie w zwłoce z dostawą zamówionych wyrobów w terminie określonym w § 4 ust. 2 lub pozostanie w zwłoce z dostarczeniem produktu wolnego od wad w terminie określonym w § 9 ust. 5, Zamawiający ma prawo żądać kary umownej w wysokości 0,5% wartości brutto niezrealizowanej lub wadliwej części dostawy (w danym pakiecie) za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto niezrealizowanej lub wadliwej części dostawy.

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 3

W celu zapewnienia równego traktowania Stron i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 9 ust. 5 projektu umowy 21 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający w pakiecie nr 24 dopuści podkład w rozmiarze 100 x 230 cm o warstwie chłonnej 65 x 180 cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający w pakiecie nr 25 dopuści matę podłogową w rozmiarze 75 x 100 cm o chłonności 1,5 l/m<sup>2</sup> ?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający w pakiecie nr 25 dopuści matę podłogową w rozmiarze 75 x 180 cm o 2,7 l/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający w pakiecie nr 26 wymaga aby działanie przeciwrzostowe było udokumentowane badaniami klinicznymi przeprowadzonymi na ludziach? Wymaganie takich dokumentów jest uzasadnione troską o dobro pacjentów (KIO 580/17 z dnia 11.04.2017 r.)

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wymaga aby działanie przeciwrzostowe było udokumentowane badaniami klinicznymi przeprowadzonymi na ludziach.

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający w pakiecie nr 26 dopuści aplikator o długości 38cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 9

Czy Zamawiający w pakiecie nr 37 pozycji 1 dopuści wielowarstwowy hemostatyk wykonany z nieregenerowanej celulozy w rozmiarze 2,5 x 5cm? Nieregenerowana celuloza jest wytarzana w bardziej ekologicznym procesie niż regenerowana oraz wykazuje lepsze działanie hemostatyczne niż regenerowana, co jest potwierdzone badaniem klinicznym.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 10

Czy Zamawiający w pakiecie nr 37 pozycji 2 dopuści produkt w rozmiarze 7,5 x 5cm ?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 11

Pakiet nr 17

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie nr. 17 gąbki w rozmiarach:

Poz. 1 - 70x50x10mm

Poz. 2 - 70x50x1mm

Poz. 3 - 80x30mm ? Reszta parametrów zgodnie z OPZ.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 12

Pakiet nr 37

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie nr. 37 gazy w rozmiarze: Poz. 1 – 2,5cm x 5,1cm ?

Reszta parametrów zgodnie z OPZ.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 13

Dotyczy Zadania nr 36 poz. 1: Czy Zamawiający wymaga, aby w pozycji nr 1 zaoferować „Zestaw zawierający miejscowy, wchłaniany środek hemostatyczny z oczyszczonej żelatyny wieprzowej, w formie płynnej, wstępnie zmieszanej matrycy i roztwór trombiny zawierający 2000 IU sterylnej, liofilizowanej ludzkiej trombiny oraz strzykawkę bez igły z 2 ml sterylnej wody do wstrzyknięć i kaniule z możliwością docięcia lub z pamięcią kształtu. Zestaw przeznaczony do tamowania krwawienia. Czas wchłaniania 4-6 tygodni. Pojemność 6 ml, po zmieszaniu z roztworem trombiny 8 ml’?

**Odpowiedź:** Zamawiający modyfikuje zapis w pakiecie nr 36 poz. 1, który otrzymuje brzmienie: „ Zestaw zawierający miejscowy, wchłaniany środek hemostatyczny z oczyszczonej żelatyny wieprzowej, w formie płynnej, wstępnie zmieszanej matrycy i roztwór trombiny zawierający maximum 2000 IU sterylnej, liofilizowanej ludzkiej trombiny oraz strzykawkę bez igły z 2 ml sterylnej wody do wstrzyknięć i kaniule z możliwością docięcia lub z pamięcią kształtu. Zestaw przeznaczony do tamowania krwawienia. Czas wchłaniania 4-6 tygodni. Pojemność 6 ml, po zmieszaniu z roztworem trombiny minimum 8 ml”. Patrz: zmodyfikowany formularz cenowy w załączeniu.

Pytanie nr 14

Pytanie do pakietu 26

Czy Zamawiający w celu umożliwienia składania ofert konkurencyjnych cenowo dopuści aplikator w zakresie długości od 12cm do 14 cm (co nie ma wpływu na terapię)?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 15

**Pakiet 1 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’100 mb. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie opakowanie a’100 mb. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości, nie mniejszej niż opisana w SWZ.

Pytanie nr 16

**Pakiet 1 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści kompresy o wadze min. 1,08g-1,11g?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 17

**Pakiet 1 poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści kompresy o wadze min. 0,48g-0,52g?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 18

**Pakiet 1 poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści kompresy o wadze min.5,25g-5,28g?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 19

**Pakiet 1 poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści kompresy o wadze min.1,9g- 1,95g?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 20

**Pakiet 2 poz. 1-4**

Czy Zamawiający dopuści siatkę elastyczną o składzie: 70-80% przędzy poliamidowej i 20-30% poliuretanowej przędzy elastomerowej?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 21

**Pakiet 3 poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści kompres w rozmiarze 20x25cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 22

**Pakiet 3 poz. 1-2**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'25szt. odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie opakowania a'25szt. odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.

Pytanie nr 23

**Pakiet 3 poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'15szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie opakowania a'15szt. odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.

Pytanie nr 24

**Pakiet 3 poz. 4,5**

Czy w miejsce opisanego opatrunku Zamawiający dopuści opatrunek o poniższym opisie?

Przylepny opatrunek z pianki poliuretanowej o strukturze trójwymiarowej umożliwiającej pionowe pochłanianie i zatrzymywanie wysięku oraz dokładne dopasowanie do dna rany (technologia 3D Fit). Zewnętrzna część opatrunku wykonana z półprzepuszczalnego poliureatnu. Część przylepną stanowi delikatna powłoka silikonowa zapewniająca lepsze przyleganie opatrunku do rany i zabezpieczenie okalającej ranę skóry; bez zawartości kleju; wskazany w zakresie leczenia ran z wysiękiem małym, średnim i obfitym.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie opatrunku jak wyżej.

Pytanie nr 25

**Pakiet 3 poz. 4,5**

Czy w miejsce opisanego opatrunku Zamawiający dopuści opatrunek o poniższym opisie?

Przylepny opatrunek z pianki poliuretanowej o strukturze trójwymiarowej umożliwiającej pionowe pochłanianie i zatrzymywanie wysięku oraz dokładne dopasowanie do dna rany (technologia 3D Fit). Zewnętrzna część opatrunku wykonana z półprzepuszczalnego poliureatnu. Część przylepna z warstwą

hydrokoloidową zapewnia lepsze przyleganie opatrunku do rany i zabezpieczenie okalającej ranę skóry; bez zawartości kleju. Brzegi opatrunku ścienione w celu zminimalizowania odcisnięć na skórze; wskazany w zakresie leczenia ran z wysiękiem średnim i obfitym.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie opatrunku jak wyżej.

Pytanie nr 26

**Pakiet 3 poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 17,5x17,5cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 27

**Pakiet 3 poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 18x18cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 28

**Pakiet 3 poz. 6**

Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane 2xrolka a'500szt. z przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie kompresów pakowanych 2 x rolka a'500szt. z przeliczeniem ilości.

Pytanie nr 29

**Pakiet 4 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści opatrunki w op. a'100 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 30

**Pakiet 4 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści opatrunki w op. a'50 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 31

**Pakiet 4 poz. 3, 4**

Czy Zamawiający dopuści opatrunki w op. a'30 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości i zaokrągleniem do pełnego opakowania w górę?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie opatrunków w op. a'30 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości i zaokrągleniem do pełnego opakowania w górę.

Pytanie nr 32

**Pakiet 5 poz. 1-3**

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe o czasie wiązania 5-6 minut?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie opasek gipsowych o czasie wiązania 5-6 minut.

Pytanie nr 33

**Pakiet 5 poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'12 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na wycenę za opakowanie a'12 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.

Pytanie nr 34

**Pakiet 5 poz. 5-6**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'6 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na wycenę za opakowanie a'6 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.

Pytanie nr 35

**Pakiet 6 poz.1**

Czy Zamawiający dopuści przylepiec w opakowaniu zbiorczym kartonik a'24szt oraz wycenę za opakowanie z przeliczeniem zamawianej ilości na opakowania?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 36

**Pakiet 6 poz.2, 4**

Czy Zamawiający dopuści przylepiec w opakowaniu zbiorczym kartonik a'12szt. oraz wycenę za opakowanie z przeliczeniem zamawianej ilości na opakowania?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 37

**Pakiet 6 poz.3, 5**

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w opakowaniu zbiorczym kartonik a'6szt. oraz wycenę za opakowanie z przeliczeniem zamawianej ilości na opakowania?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 38

**Pakiet 9 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. A'5 kg z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na wycenę za op. A'5 kg z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości, pod warunkiem zachowani pozostałych parametrów.

Pytanie nr 39

**Pakiet 9 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści watę bawełniano- wiskozową?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 40

**Pakiet 9 poz.3**

Czy Zamawiający dopuści podkład o chłonności 789ml?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 41

**Pakiet 9 poz.4**

Czy Zamawiający dopuści podkład o chłonności 1177ml?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 42

**Pakiet 9 poz.5**

Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki o obwodzie pasa 92-144 cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 43

**Pakiet 9 poz.6**

Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki o obwodzie pasa 110-160 cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 44

**Pakiet 9 poz.8**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. A'6 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na wycenę za op. A'6 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości, pod warunkiem zachowani pozostałych parametrów.

Pytanie nr 45

**Pakiet 10 poz.1**

Czy Zamawiający dopuści opaskę dzianą o wadze nie mniej niż 5g?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 46

**Pakiet 10 poz.2**

Czy Zamawiający dopuści opaskę dzianą o wadze nie mniej niż 9g?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 47

**Pakiet 10 poz.3**

Czy Zamawiający dopuści opaskę dzianą o wadze nie mniej niż 14g?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 48

**Pakiet 10 poz.7**

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji do osobnego pakietu? Taki podział umożliwi nam złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 49

**Pakiet 10 poz.7**

Czy Zamawiający dopuści opaskę elastyczną bez zapinki o właściwościach kohezyjnych?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 50

**Pakiet 13 poz.1-2**

Czy Zamawiający dopuści kompresy w opakowaniu 50x2szt. z przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 51

**Pakiet 14 poz.1**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'50szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 52

**Pakiet 14 poz.2**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'10szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na wycenę za opakowanie a'10szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości, pod warunkiem zachowaniu pozostałych parametrów.

Pytanie nr 53

**Pakiet 17 poz.1, 2**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'100 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 54

**Pakiet 17 poz.2**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu bariery folii dla wirusów => 27nm?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 55

**Pakiet 21 poz. 6**

Czy Zamawiający dopuści opaskę elastyczną niejałową, pozostałe zapisy zgodne z SWZ?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 56

**Pakiet 21 poz. 10-11**

Czy Zamawiający dopuści tufery z nitką RTG?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na zaferowanie tuperów z nitką RTG, pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów.

Pytanie nr 57

**Pakiet 21 poz. 11**

Czy Zamawiający dopuści tufery w kształcie kuli, pozostałe zapisy zgodne z SWZ?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 58

**Pakiet 21 poz. 11**

Czy Zamawiający dopuści tufery w kształcie fasolki, pozostałe zapisy zgodne z SWZ?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 59

**Pakiet 21 poz. 12**

Czy Zamawiający dopuści kompresy o wadze 1,05-1,10g?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 60

**Pakiet 21 poz. 12 i 13**

Czy Zamawiający dopuści kompresy 12 warstwowe?

W razie niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów wyjaśniających stanowisko Zamawiającego.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 61

**Pakiet 21 poz. 13**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'10szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na wycenę za opakowanie a'10szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości, pod warunkiem zachowani pozostałych parametrów.

Pytanie nr 62

**Pakiet 21 poz. 13**

Czy Zamawiający dopuści kompresy o wadze 1,05-1,10g?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 63

**Pakiet 22**

Czy Zamawiający dopuści воск kostny o składzie: mieszanina wosków pszczelich – 80 % oraz palmitynianu izopropylowego – 20 %?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 64

**Pakiet 23**

Czy Zamawiający dopuści sterylny opatrunek z włókniny z warstwą aluminium w rozmiarze 8cm x 9,3 cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 65

**Pakiet 24**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'20szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na wycenę za opakowanie a'20szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości, pod warunkiem zachowani pozostałych parametrów

Pytanie nr 66

**Pakiet 25**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'50szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 67

**Pakiet 34**

Czy Zamawiający dopuści podkład w roli z perforacją co 38cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 68

**Pakiet 35**

Czy Zamawiający dopuści krem złuszczący i zmiękczący suchą, popękaną i zrogowaciałą skórę, z 10% mocznikiem oraz 4% kwasem mlekowym (Woda, mocznik, kwas mlekowy, palmitynian izopropylu, palmitynian etyloheksylu, alkohol stearylowy, stearynian glicerolu, mleczan amonu, sorbitol, kwas stearynowy, ceteareth-25, ceteareth-6 i alkohol stearylowy.)?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 69

**Pakiet 38 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści przylepny opatrunek z pianki poliuretanowej o strukturze trójwymiarowej umożliwiającej pionowe pochłanianie i zatrzymywanie wysięku oraz dokładne dopasowanie do dna rany (technologia 3D Fit). Zewnętrzna część opatrunku wykonana z półprzepuszczalnego poliuretanu. Część przylepna z warstwą hydrokoloidową zapewnia lepsze przleganie opatrunku do rany i zabezpieczenie okalającej ranę skóry; bez zawartości kleju. Brzegi opatrunku ścienione w celu zminimalizowania odciśnień na skórze; wskazany w zakresie leczenia ran z wysiękiem średnim i obfitym w okolicy krzyżowej. Opatrunek w rozmiarze 23x23cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 70

**Pakiet 38 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści przylepny opatrunek z pianki poliuretanowej o strukturze trójwymiarowej umożliwiającej pionowe pochłanianie i zatrzymywanie wysięku oraz dokładne dopasowanie do dna rany (technologia 3D Fit). Zewnętrzna część opatrunku wykonana z półprzepuszczalnego poliuretanu. Część przylepna z warstwą hydrokoloidową zapewnia lepsze przleganie opatrunku do rany i zabezpieczenie okalającej ranę skóry; bez zawartości kleju. Brzegi opatrunku ścienione w celu zminimalizowania odciśnień na skórze; wskazany w zakresie leczenia ran z wysiękiem średnim i obfitym w okolicy pięty. Opatrunek w rozmiarze 19x20cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 71

**Pakiet 41 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści opatrunek kontaktowy wykonany z syntetycznej siatki poliestrowej impregnowanej cząsteczkami karboksymetylocelulozy (CMC) zawieszonych w wazelinie z sulfadiazyną srebra; nie przykleja się do łożyska rany, zapewniając atraumatyczne usuwanie i zmianę opatrunku?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 72

**Pakiet 41 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści opatrunek siatkowy wykonany z gazy bawełnianej o dużych oczkach, pokryty parafiną?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 73

**Pakiet 41 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'10szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na wycenę za opakowanie a'10szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości, pod warunkiem zachowani pozostałych parametrów

Pytanie nr 74

**Dotyczy Pakiet nr 26 poz 1**

W związku z tym że na rynku dostępne są hemostatyki w postaci proszku pochodzenia roślinnego na bazie skrobi o podwójnym działaniu: hemostatycznym i przeciwrostowym, czy Zamawiający oczekuje



zaoferowania proszku hemostatycznego o udokumentowanym (w instrukcji użycia i/lub w Deklaracji Zgodności) działaniu przeciwzrostowym?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 75

**Dotyczy Pakiet nr 26 poz 1**

W związku niemożliwością precyzyjnego określenia czasu wchłaniania proszku hemostatycznego, który zależy od wielu czynników (miejsca zastosowania; użytej całkowitej ilości proszku; proporcji proszku do soli fizjologicznej; osobniczych cech pacjenta) zwracamy się o możliwość wydłużenia biodegradacji proszku hemostatycznego od 2- 5 dni od momentu aplikacji.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie możliwości wydłużenia biodegradacji proszku hemostatycznego od 2- 5 dni od momentu aplikacji, pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów.

Pytanie nr 76

**PAKIET 22 Wosk kostny**

**POZ. 1** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Wosk kostny sterylna mieszanina: Wosk pszczeleli 72.63%, Wosk parafinowy - 14.87% , Palmiatynian izopropylowy - 12.50%. Waga 2,5g

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 77

**PAKIET 26 Proszek hemostatyczny**

**POZ. 1** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu proszku hemostatycznego o działaniu antybakteryjnym uzyskanym z oksydowanej regenerowanej celulozy przeznaczonym do tamowania krwawień tętniczych, żylnych oraz włósniczkowych w zabiegach chirurgicznych oraz innych urazach. Hemostaza w mniej niż 90 sekund, W pełni wchłaniany przez organizm w ciągu 4-10 dni. saszetka 3 g.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 78

**PAKIET 26 Proszek hemostatyczny**

**POZ. 2** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Aplikator kompatybilny z podajnikiem środka hemostatycznego, przeznaczony do zabiegów laparoskopowych, dł. 10 cm, sztuka

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 79

**PAKIET NR 2**

**Poz. nr 5** - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opaski spełniającej wymagania SWZ, jednakże o rozciągliwości 80%?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 80

**PAKIET NR 5**

**Poz. nr 1-3** - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opaski gipsowej pakowanej a' 2 szt., z wyceną zgodną z jednostką miary w pakiecie cenowym, tj. 1 sztuki? Oferowane opaski nawinięte są na trzon z ekologicznej tektury, czas wiązania 2-4min., minimalna zawartość gipsu 89%. Pozostałe parametry opaski gipsowej bez zmian.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 81

**PAKIET 22 poz.1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wosku kostnego o następującym składzie:

\* wosk pszczeleli (83%),

\* parafina stała (5%),

\* palmitynian izopropylu (12%)?

Dzięki 3-składnikowej budowie wosk jest bardzo plastyczny i można go z łatwością formować.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 82

**PAKIET 37 poz. 1-3:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktów, których czas wchłaniania od implantacji do cząstek niemierzalnych wynosi 7-14 dni?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 83

**PAKIET 37 poz. 1:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby informacja o wskazaniu do stosowania w neurochirurgii wynikała z innych dokumentów np. katalogu producenta?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 84

**PAKIET 17 pozycja 1-2** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę gąbek hemostatycznych pakowanych a'10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 85

**PAKIET 17 pozycja 3** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę gąbek hemostatycznych pakowanych a'5 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 86

**PAKIET 37 pozycja 1** Prosimy o dopuszczenie posiadania wskazania do stosowania w zabiegach chirurgicznych potwierdzonego w instrukcji użytkowania. Każdy producent gaz hemostatycznych z utlenionej regenerowanej celulozy, w sposób rzetelny umieszcza niezbędne informacje zarówno w katalogu produktu jak i w instrukcji użycia produktu (zgodnie z wytycznymi). Wymienienie jednak każdej dziedziny chirurgii, w której ten produkt może zostać użyty byłoby nieuzasadnione, instrukcja mogłaby mieć wtedy kilkanaście stron. Neurochirurgia jest jedynie jedną z odnóg chirurgii. Personel medyczny używający gaz hemostatycznych to osoby wykwalifikowane, posiadające odpowiednią wiedzę do użycia produktu w związku z tym wprowadzenie do instrukcji akurat słowa „do neurochirurgii” jest wyłącznie zabiegiem ograniczającym konkurencję. Jakość produktu oraz zastosowanie pomimo braku słowa „neurochirurgia” w instrukcji nie odbiega od innych gaz, jeśli nawet nie jest wyższa.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 87

**PAKIET 37 pozycja 1** Czy Zamawiający dopuści dziesięciowarstwową gazę hemostatyczną?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 88

**PAKIET 37 pozycja 1-3** Czy Zamawiający dopuści gazę z hemostazą osiąganą w ciągu 2 minut?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 89

**Pakiet 28 Poz.1**

Czy zamawiający dopuści op. a'5szt.z odpowiednim przeliczeniem ilości sztuk na op. ?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 90

**Pakiet 27 Poz.1-7**

Czy zamawiający dopuści op. a'10szt.z odpowiednim przeliczeniem ilości sztuk na op. ?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 91

**PAKIET NR 42 Poz. nr 3** – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania hydrożelu do wilgotnej terapii ran spełniającego wymagania SWZ, jednakże w związku ze zmianą opakowania, pakowanego nie w dozownik w formie strzykawki, a w formie tubki?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

*Dyrektor  
SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie  
mgr Krystyna Futyma  
/podpis na oryginale/*