

znak: D25C/251/N/27-71rj/21

Wejherowo, dnia 12.10.2021 r.

D.25C/250/ 624 /2021

wg rozdzielnika

Zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp oraz rozdz. XI Specyfikacji Warunków Zamówienia, w związku z zapytaniem Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: **ZAKUP SPRZĘTU DO DIAGNOSTYKI I LECZENIA RAKA PŁUCA DO SZPITALI POMORSKICH SP. Z O.O.**, znak: **D25C/251/N/27-71rj/21**, niniejszym przedkładam odpowiedź Zamawiającego.

**1. Zapytanie Wykonawcy:**

**Pytanie nr 1** dotyczące opisu przedmiotu zamówienia Zadanie 2 – Aparat USG zintegrowany z procesorem USG – 2 szt. Załącznik nr 8 do SWZ - pkt. 69.

Czy z uwagi na fakt, iż oferowane centrale USG nie współpracują ze standardowymi wideobronchoskopami, Zamawiający w punkcie tym, dopuści wysokiej jakości aparaty USG kompatybilne z wideobronchoskopem ultrasonograficznym, który jest używany w specjalistycznych procedurach EBUS?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza.

**WSZYSTKIE WPROWADZONE ZMIANY STAJĄ SIĘ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ SWZ I ZASTĘPUJĄ LUB UZUPEŁNIAJĄ ZAPISY SWZ W ODPOWIEDNIM ZAKRESIE.**

Z poważaniem

**KOORDYNATOR  
DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH**

  
mgr *Monika Klause*