



Wojewódzkie
Centrum
Szpitalne
Kotliny
Jeleniogórskiej

WOJEWÓDZKIE CENTRUM SZPITALNE

KOTLINY JELENIOGÓRSKIEJ

58 - 506 Jelenia Góra, ul. Ogińskiego 6

NIP: 611-12-13-469, REGON: 000293640



**DOLNY
ŚLĄSK**

DEZ/1706/2023

Jelenia Góra, dnia 20.12.2023 r.

DO WYKONAWCÓW

Dot. „Wykonanie przeglądów technicznych urządzeń i sprzętu wraz z wymianą obowiązkowych części”, Nr referencyjny: ZP/PN/57/12/2023

Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej z siedzibą przy ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra, jako Zamawiający informuje, że wpłynęły zapytania do postępowania jak w tytule. Poniżej przesyłamy treść pytań wraz z odpowiedziami.

ZESTAW 1:

Pytanie nr 1:

Dotyczy:

PAKIET 13 –

Czy zamawiający zgodzi się na wydzielenie z pakietu nr 13 urządzenia marki BK Medical do odrębnego pakietu wg poniższego ?

1	FLEX FOCUS 400	O. Urologiczny	2013	5003826	BK MEDICAL	2024- 02-06	Przeгляд wykonać zgodnie z zaleceniem producenta i ustawa o wyrobach medycznych / Części zalecane do wymiany po przeглядzie realizowane będa na podstawie odrębnego zlecenia po akceptacji zamawiającego	1/rok
---	----------------------	-------------------	------	---------	---------------	----------------	--	-------

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.



tel. sekretariat: (075)-75-37-201, tel. centrala: (075)-75-37-100

fax: (075)-75-42-335

e-mail: poczta@spzoz.jgora.pl

ZESTAW 2:

Pytanie nr 1:

Specyfikacja Warunków Zamówienia, rozdział 15 Opis kryteriów (...), pkt 1

Pytanie nr 1. Prosimy o wyjaśnienie czy nie doszło do omyłki pisarskiej w opisie kryteriów? Wg SWZ przy ocenie ofert Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: ceną (C) oraz czasem usunięcia awarii (CU), natomiast w opisie punktacji są wskazane następujące kryteria: cena (C) oraz gwarancja (G).

Cena (C) – waga 60% (60% = 60,00 pkt)

Czas usunięcia awarii (CU) – waga 40 % (40% = 40,00 pkt.)

**ŁĄCZNA PUNKTACJA OFERTY zostanie obliczona
w następujący sposób:**

$$S = C + G$$

Cena (C) – waga 60% (60% = 60,00 pkt)

Gwarancja (G) – waga 40% (40% = 40 pkt.)

wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie kryteriów

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że doszło do omyłki pisarskiej w opisie kryteriów. Prawidłowymi kryteriami są kryteria opisane w punktacji, to jest: Cena – waga 60% oraz Gwarancja – waga 40%.

Pkt 15 ppkt 1 powinien brzmieć:

15. Opis kryteriów wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposób oceny ofert

1. Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i wagami:

Cena (C) – waga 60% (60% = 60,00 pkt)

Gwarancja (G) – waga 40 % (40% = 40,00 pkt.)

Pytanie nr 2:

Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz asortymentowo – cenowy wraz z opisem przedmiotu zamówienia

Dotyczy pakietu nr 34 – Stanowisko do znieczulenia Leon

Pytanie nr 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie przeglądów dwóch stanowisk do znieczuleń podczas jednego przyjazdu serwisanta do siedziby Zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 3:

Załącznik nr 3 do SWZ – Wzór umowy

Dotyczy § 4 ust. 2 lit. b

Pytanie nr 3. Prosimy o zmniejszenie maksymalnej wartości kar umownych za zwłokę oraz odstąpienie od umowy z 30% na 20% wartości umowy.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

ZESTAW 3:

Pytanie nr 1:

Pytania do zadania 33

1. Czy Zamawiający wymaga aby usługa wykonywana była przez autoryzowany serwis producenta sprzętu posiadanego przez Zamawiającego?
2. Czy Zamawiający dopuści możliwość wykonywania usługi przeglądu oraz naprawy w siedzibie Wykonawcy (urządzenie wysyłane kurierem na koszt wykonawcy)?

Odpowiedź:

1. **Zamawiający nie wymaga.**
2. **Zamawiający nie dopuszcza.**

ZESTAW 4:

Pytanie nr 1:

Pytanie do tyczy umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie Pakietu 19

Wnosimy o odstąpienie od obowiązku zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, ponieważ podczas wykonywania przeglądów oraz napraw aparatów serii EEG DigiTrack, przetwarzanie takich danych nie ma miejsca.

W trakcie czynności serwisowych, w tym napraw oraz przeglądów okresowych nie dochodzi do przetwarzania danych osobowych osoby wykonujące czynności serwisowe.

Aparaty EEG DigiTrack umożliwiają przed przystąpieniem do serwisu utworzenie pustej bazy danych lub pseudonimizację zawartych w aparacie danych osobowych. Zabiegi te spowodują, że osoby wykonujące czynności serwisowe, nie będą miały jakiegokolwiek praktycznej możliwości aby zapoznać się z danymi osobowymi zapisanymi w aparacie. Wykluczona będzie także przypadkowa możliwość zapoznania się z tymi danymi.

Należyte wykonanie czynności serwisowych nie wymaga dostępu do danych osobowych. Z tego punktu widzenia osoby wykonujące czynności serwisowe nie potrzebują dostępu do danych osobowych.

Przed przystąpieniem do serwisu udzielimy Państwu wszelkich wyjaśnień związanych z prawidłowym przygotowaniem urządzenia, w tym przeprowadzimy Państwa przez proces wygenerowania pustej bazy danych lub pseudonimizacji danych osobowych.

W procesie ochrony danych osobowych na administratorze spoczywa obowiązek minimalizowania operacji przetwarzania danych osobowych, czemu może służyć odpowiednie przygotowanie urządzenia przed czynnościami serwisowymi, tak aby osoby, które nie mają potrzeby przetwarzania danych osobowych, tych danych nie przetwarzały.

Odpowiedź: W § 11 ust. 3 umowy wskazano: *Jeśli w ramach realizacji niniejszej Umowy, niezbędne okaże się przekazanie przez Zamawiającego do przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych w zakresie innym niż wskazane w ust. 1 powyżej, Strony zobowiązują się zawrzeć odrębną umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 28 RODO.*

Oznacza to, że jeżeli realizacja umowy nie wiąże się z dostępem do danych osobowych, to umowa powierzenia nie będzie zawierana.

Inny wykonawca może jednak nie być w stanie zapewnić takich gwarancji i tym samym zawarcie umowy powierzenia może być konieczne. Tym samym nie widzimy podstaw dla usunięcia z umowy § 11 ust. 3.

Pytanie nr 2:

Pytanie do tyczy Załącznika nr 1 do SIWZ, Pakiet nr 19

Zamawiający określił termin pierwszego przeglądu na dzień 03.2023r zaś następny na dzień 03.2024.

Prosimy o doprecyzowanie ilu przeglądów wymaga Zamawiający w trakcie realizacji umowy przy założeniu, że producent aparatów wymaga przeprowadzenia serwisu raz na 12 miesięcy a planowana umowa ma obowiązywać do dnia 31.12.2024r?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga wykonania 1 przeglądu w roku 2024.

ZESTAW 5:

Pytanie nr 1:

Pakiet 9

Pyt. 1 - Zgodnie z zapisami projektu umowy: „Umowa obowiązuje od dnia zawarcia do dnia 31.12.2024 r. Termin realizacji zamówienia: zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do SWZ.”

Prosimy o weryfikację i uściślenie czy w czasie trwania umowy na aparatach Primus mających częstotliwość przeglądu co 6 miesięcy mają być wykonane/skalkulowane dwa przeglądy w maju i listopadzie, skoro umowa trwa do 12.2024. Czy Zamawiający wymaga jednego jak jest w Załączniku nr 1.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga wykonania przeglądów zgodnie z zaleceniem producenta. Zamawiający dokonał stosownego doprecyzowania Załącznika Nr 1 do SWZ. Zmiana załącznika zostanie opublikowana z niniejszym dokumentem.

Pytanie nr 2:

Wzór umowy

Pyt. 1 – Czy Zamawiający zgodzi się na skrócenie terminu płatności do 30 dni?

Pyt. 2 - Czy Zamawiający zgodzi się na zmniejszenie łącznej wysokości kar umownych do 10%?

Odpowiedź:

1. Zgodnie z SWZ.

2. Zgodnie z SWZ.

ZESTAW 6:

Pytanie nr 1:

Pytanie nr 1 do SWZ ust. 15 Opis kryteriów wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposób oceny ofert
Czy Zamawiający może doprecyzować kryteria ocen o wadze 40%? Czy miał na myśli kryterium gwarancja czy czas usunięcia awarii?

Odpowiedź: Por. odpowiedź na pytanie nr 1 w zestawie 2.

Termin składania ofert i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą:

Było:

1.1 Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w formie elektronicznej za pomocą platformy zakupowej: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/865354> w terminie do dnia **28.12.2023 r. do godz. 11:00.**

1.2 Otwarcie ofert odbędzie się w dniu **28.12.2023 r. o godz. 12:00** w siedzibie Zamawiającego poprzez odszyfrowanie ofert na platformie zakupowej Zamawiającego wskazanej w pkt 12.1.

Winno być:

1.1 Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w formie elektronicznej za pomocą platformy zakupowej: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/865354> w terminie do dnia **04.01.2024 r. do godziny. 11:00.**

1.1. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu **04.01.2024 r. o godz. 12:00** w siedzibie Zamawiającego poprzez odszyfrowanie ofert na platformie zakupowej Zamawiającego wskazanej w pkt 12.1.

Było:

1. **Termin związania ofertą do dnia 26.01.2024 r.**

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres **30 dni**.

Winno być:

1. **Termin związania ofertą do dnia 02.02.2024 r.**

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres **30 dni**.

ZALĄCZNIKI:

1. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 20-12-2023
2. Załącznik Nr 1 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy z opz zm. 20-12-2023

=====
Pozostałe zapisy SWZ utrzymują dotychczasowe brzmienie. Powyższe informacje stanowią integralną część warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców biorących udział w w/w postępowaniu.

Z up. Dyrektora WCSKJ