



Wrocław, 06.06.2024r.

**4. Wojskowy Szpital Kliniczny
z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu**
ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu jednorazowego stosowanego w chirurgii, laparoskopii i endoskopii wraz z najmem generatora do cięcia i koagulacji tkanek oraz najem generatora do ewakuacji dymu chirurgicznego, znak sprawy: 4 WSzKzP.SZP.2612.15.2024

Zamawiający 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu działając na podstawie art. 135 ust.2 ustawy z dnia 11września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r.poz.1605 ze zm.) dalej Pzp informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w ww. postępowaniu przetargowym:

Pytanie nr 28 dotyczy pakietu 10:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji 1 z pakietu 10?

Odpowiedź na pytanie nr 28: Nie. Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 29 dotyczy pakietu 10:

Czy Zamawiający mógłby wskazać jaki rozmiar worka ekstrakcyjnego jest przedmiotem zamówienia w pozycji 1 w pakiecie 10?

Odpowiedź na pytanie nr 29: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 30 dotyczy pakietu 20:

Czy ze względu na specjalistyczny charakter zamówienia oraz fakt, że przedmiotem zamówienia w Pakiecie nr 20 nie są to leki ratujące życie a sprzęt, którego zakup można zaplanować z odpowiednim wyprzedzeniem, Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy dla pakietu nr 20 do 14 dni roboczych od złożenia zamówienia?

Odpowiedź na pytanie nr 30: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 31 dotyczy pakietu 20:

(dot. wzoru umowy §1 ust. 8) Prosimy o wydłużenie czasu na wymianę reklamowanego towaru z 2 dni roboczych do 5 dni roboczych.

Odpowiedź na pytanie nr 31: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 32 dotyczy pakietu 20:

(dot. wzoru umowy §7) Prosimy o odstąpienie od wymogu oferowania w pakiecie 20 asortymentu z okresem gwarancji 12 miesięcy. Asortyment opisany w Pakiecie nr 20 stanowi materiały /elementy jednorazowe oraz zużywalne (eksploatacyjne) i nie znajdują do nich zastosowania zapisy dotyczące gwarancji.

Odpowiedź na pytanie nr 32: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 33 dotyczy pakietu 20:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę w pakiecie 20 poz. 1-2 wyrobów z terminem ważności nie krótszym niż 9 miesięcy licząc od daty dostawy?

Odpowiedź na pytanie nr 33: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 34 dotyczy pakietu 20:

(dot. wzoru umowy §10) Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisów dotyczących kar umownych zawartych w §10 wzoru umowy, w taki sposób, aby kary były naliczane za każdy dzień „zwłoki” a nie „opóźnienia”.

Odpowiedź na pytanie nr 34: Zapisy SWZ bez zmian. Ewentualna kara umowna będzie nałożona jeżeli przyczyna będzie leżała po stronie Wykonawcy.

Pytanie nr 35 dotyczy pakietu 20:

(dot. wzoru umowy §10 ust.1) Prosimy o zmianę sposobu naliczania kar umownych w taki sposób aby kary były naliczane od ceny towaru którego zwłoka dotyczy a nie od ceny brutto gwarantowanej części pakietu.

Uważamy, że przypadku umów na dostawę częściowe kary na zwłokę powinny być naliczane od asortymentu którego ta zwłoka dotyczy a nie od ceny gwarantowanej części umowy. Pozostawiając zapisy umowy w niezmienionej formie oznaczałoby, że w przypadku zwłoki kara zostanie naliczona również od wartości produktów które mogły zostać dostarczone w wymaganym terminie (już zrealizowane dostawy) lub zostaną zamówione w późniejszym czasie. Taki sposób naliczania kar narusza zasadę proporcjonalności a ewentualne kary będą wygórowane i nieadekwatne do zaistniałych uchybień.

Odpowiedź na pytanie nr 35: Zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 36 dotyczy pakietu 20:

(dot. wzoru umowy §10 ust.2) Prosimy o zmianę sposobu naliczania kar umownych w taki sposób aby kary były naliczane od wartości niezrealizowanej części gwarantowanej wartości pakietu a nie od ceny brutto gwarantowanej części pakietu.

Odpowiedź na pytanie nr 36: Zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 37 dotyczy pakietu 20:

Prosimy o obniżenie kary o której mowa we wzorze umowy §10 ust.7 z 1% do 0,5%?

Odpowiedź na pytanie nr 37: Zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 38 dotyczy pakietu 1:

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 1 w pozycji 2, w miejsce pierwotnych parametrów, kateterów do okluzji i ekstrakcji/balony dwukanałowe do ekstrakcji złożeń o średnicy zestawu 5 - 6.8 Fr? Pozostałe parametry zgodnie z swz.

Odpowiedź na pytanie nr 38: Zamawiający dopuszcza parametry przedstawione w pytaniu.

Pytanie nr 39 dotyczy pakietu 1:

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 1 w pozycji 3, w miejsce pierwotnych parametrów, zestawów do drenażu przezskórnego zawierających w składzie: cewnik pigtail z mechanizmem umożliwiającym zachowanie krzywizny dł - 25 cm średnica 6.3 Fr lub 8.5 lub 10.2 Fr lub 12 Fr lub 14 Fr; końcówka cewnika ma pokrycie hydrofilne na 5 cm, 5 otworów bocznych, dodatkowo zestaw posiada igłę trokar 18 G / 26 cm dwa obturatory plaster do umocowania na skórze. Cewnik wykonany z materiału typu Ultrathane gwarantującego gładką powierzchnię. Końcówka pigtaila posiada dodatkowe wzmocnienie widoczności w rtg.

Odpowiedź na pytanie nr 39: Zamawiający dopuszcza parametry przedstawione w pytaniu.

Pytanie nr 40 dotyczy pakietu 4:

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania:

Ultralekka siatka polipropylenowa monofilamentowa z niebieskimi liniami orientującymi, do zaopatrywania przepuklin ze średnicą wrót do 10 cm, masa powierzchniowa siatki 35 g/m² +/- 5 g, grubość siatki 0,32 mm, grubość nitki 0,08 mm, wielkość porów wynosząca 1,3 mm, powierzchnia makroporów wyrażona w mm² i wynosząca 1,3 mm², porowatość na poziomie 70%, siła zrywająca na poziomie min. 100 N. Do technik otwartych i laparoskopowych?

Odpowiedź na pytanie nr 40: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 41 dotyczy pakietu 4:

poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania siatkę w rozmiarze 5x12 cm ?

Odpowiedź na pytanie nr 41: Zgodnie z SWZ.

Z upoważnienia KOMENDANTA
4. Wojskowego Szpitala Klinicznego
z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu
/-/
mgr Piotr Strąk
Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych