



Tabela 4: zestawienie wymaganych dodatkowych zabezpieczeń:

Rodzaj osłony	Istniejące zabezpieczenie osłony [mm Pb]	Wymagane zabezpieczenia [mm Pb]	Wymagana osłona dodatkowa [mm Pb]
Ściana 6-7	ok. 0,1	2,00	1,90
Drzwi w ścianie 6-7	---	2,00	2,00
Ściana 7-8	ok. 0,1	1,80	1,70
Drzwi w ścianie 7-8	---	1,80	1,80
Okienko w ścianie 7-8	---	1,80	1,80
Ściana 8-9	ok. 0,1	1,20	1,10
Drzwi w ścianie 8-9	---	1,20	1,20
Ściana 9-10	ok. 0,1	2,00	1,90
Ściana 10-6	ok. 0,1	1,50	1,40
Podłoga	ok. 4,0	2,00	---
Sufit	ok. 4,0	2,00	---