

Konin, dnia 21.06.2023 r.

**WSZ-EP-14/732/2023**

**Wykonawcy zainteresowani postępowaniem/  
strona internetowa prowadzonego postępowania**

Dotyczy: postępowania o udzielenie Zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie pod nazwą: **Dostawa wyposażenia – aparatury medycznej i innych wyrobów stanowiących jej wyposażenie w ramach projektu pt. „Zakup wyposażenia dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie”**

Zamawiający informuje, iż do ww. postępowania zostały złożone pytania. W związku z powyższym działając na podstawie art. 135 ust. 2 i ust.6 ustawy z dnia 11września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 1710 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

**Dotyczy pakietu nr 5 – Aparaty USG(ultrasonografy) – 2 sztuki**

**Aparat A**

**Pytanie nr 1**

Czy zamawiający dopuści aparat ultrasonograficzny renomowanego producenta o ilości niezależnych kanałów w liczbie 1 146 880?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego i pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 2**

Czy zamawiający dopuści aparat ultrasonograficzny renomowanego producenta z ramieniem umożliwiającym obrót o 160 stopni? Taka funkcjonalność jest w zupełności wystarczająca do komfortowego użytkowania aparatu.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. W związku z tym Zamawiający modyfikuje załącznik nr 2.5 do SWZ 14/2023 – Zestawienie wymaganych parametrów jakościowo—technicznych. Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.**

**Pytanie nr 3**

Czy zamawiający dopuści aparat ultrasonograficzny renomowanego producenta z możliwością obrotu pulpitu głównego o +/- 30 stopni w lewo i w prawo? Wspomniany parametr mocno organiczna konkurencyjność, a nie ma żadnej wartości diagnostycznej.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego i pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.**

Pytanie nr 4

Czy zamawiający dopuści aparat ultrasonograficzny renomowanego producenta z ekranem dotykowym do sterowania aparatem o przekątnej 10,1"? Oferowana wartość jest zupełnie wystarczająca do odpowiedniej wizualizacji wyświetlanych funkcji i nie powoduje obniżenia właściwości diagnostycznych aparatu, a jedynie ogranicza konkurencję i uniemożliwia złożenie ważnej oferty.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego i pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.**

Pytanie nr 5

Czy zamawiający dopuści aparat renomowanego producenta bez możliwości pochylenia ekranu dotykowego? Kąt pochylenia i zastosowana matryca ekranu dotykowego w naszym ultrasonografie zapewnia dobrą widoczność bez względu na kąt patrzenia.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego i pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.**

Pytanie nr 6

Czy zamawiający dopuści aparat ultrasonograficzny renomowanego producenta z zakresem ustawiania głębokości penetracji zaczynającym się od 2cm? Chcemy zaznaczyć, iż parametr wymagany przez zamawiającego nie ma żadnej wartości diagnostycznej i w żadnym stopniu nie wpływa na ergonomię pracy. Wymagania stawiane przez zamawiającego w znaczącym stopniu ograniczają konkurencję i uniemożliwiają nam złożenie ważnej oferty.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego i pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.**

Pytanie nr 7

Czy zamawiający dopuści aparat ultrasonograficzny renomowanego producenta z możliwością bezstratnego powiększenia obrazu o wartości 8x?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego i pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.**

Pytanie nr 8

Czy zamawiający dopuści aparat ultrasonograficzny renomowanego producenta o zakresie bezstratnego powiększenia obrazu zamrożonego oraz pamięci Cine o wartości 8x?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego i pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.**

Pytanie nr 9

Czy zamawiający dopuści aparat renomowanego producenta oferujący dynamikę systemu na poziomie 256 db? Ofertowany parametr jest wystarczający do wszystkich procedur diagnostycznych i badań.

**Odpowiedź: Zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2.5. - do SWZ 14/2023 – Zestawienie wymaganych parametrów jakościowo—technicznych**

Pytanie nr 10

Czy zamawiający dopuści aparat ultrasonograficzny z technologią obrazowania „nakładanego” przestrzennego wielokierunkowego (compounding) z możliwością wyboru zakresu intensywności tj. od OFF(0) do HIGH (4)? Daje to w sumie 5 opcji do wyboru, co jest w zupełności wystarczające w diagnostyce obrazowej.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego i pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.**

Pytanie nr 11

Czy zamawiający dopuści aparat ultrasonograficzny renomowanego producenta o korekcji kąta +/- 80 stopni? Nieznaczna różnica w diagnostyce jest niezauważalna i jedynie ogranicza konkurencję i uniemożliwia złożenie ważnej oferty.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. W związku z tym Zamawiający modyfikuje załącznik nr 2.5 do SWZ 14/2023 – Zestawienie wymaganych parametrów jakościowo—technicznych. Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.**

Pytanie nr 12

Analizując wymogi SWZ można wysnuć wniosek, że zamawiający planuje kupić podstawowy aparat do diagnostyki onkologicznej. Czy w związku z tym zamawiający będzie wymagał, żeby oferowany aparat posiadał Dopplera Ciągłego (CWD)?

Pragniemy zaznaczyć, iż wymagany parametr jest stosowany głównie w kardiologii. Wymóg ten jedynie ogranicza konkurencję i podnosi cenę aparatu. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie aparatu bez Ciągłego Dopplera i tym samym nie branie pod uwagę parametru nr 1 i nr 2 w dziale V lub zmianę SWZ na możliwość rozbudowy o Ciągły Doppler.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.**

Pytanie nr 13

Czy zamawiający dopuści aparat ultrasonograficzny wyposażony w głowicę liniową o głębokości penetracji min. 10 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego i pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.**

## Aparat B

Pytanie nr 1

Czy zamawiający dopuści aparat ultrasonograficzny renomowanego producenta z ramieniem umożliwiającym obrót o 160 stopni? Taka funkcjonalność jest w zupełności wystarczająca do komfortowego użytkowania aparatu.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. W związku z tym Zamawiający modyfikuje załącznik nr 2.5 do SWZ 14/2023 – Zestawienie wymaganych parametrów jakościowo—technicznych. Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.**

Pytanie nr 2

Czy zamawiający dopuści aparat ultrasonograficzny renomowanego producenta z możliwością obrotu pulpitu głównego o +/- 30 stopni w lewo i w prawo? Wspomniany parametr mocno organiczna konkurencyjność, a nie ma żadnej wartości diagnostycznej.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego i pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.**

Pytanie nr 3

Czy zamawiający dopuści aparat ultrasonograficzny renomowanego producenta z ekranem dotykowym do sterowania aparatem o przekątnej 10,1"? Oferowana wartość jest zupełnie wystarczająca do odpowiedniej wizualizacji wyświetlanych funkcji i nie powoduje obniżenia właściwości diagnostycznych aparatu, a jedynie ogranicza konkurencję i uniemożliwia złożenie ważnej oferty.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego i pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.**

Pytanie nr 4

Czy zamawiający dopuści aparat renomowanego producenta bez możliwości pochylenia ekranu dotykowego? Kąt pochylenia i zastosowana matryca ekranu dotykowego w naszym ultrasonografie zapewnia dobrą widoczność bez względu na kąt patrzenia

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego i pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.**

Pytanie nr 5

Czy zamawiający dopuści aparat ultrasonograficzny renomowanego producenta z zakresem ustawiania głębokości penetracji zaczynającym się od 2cm? Chcemy zaznaczyć, iż parametr wymagany przez zamawiającego nie ma żadnej wartości diagnostycznej i w żadnym stopniu nie wpływa na ergonomię pracy. Wymagania stawiane przez zamawiającego w znaczącym stopniu ograniczają konkurencję i uniemożliwiają nam złożenie ważnej oferty.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego i pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.**

Pytanie nr 6

Czy zamawiający dopuści aparat ultrasonograficzny renomowanego producenta o zakresie bezstratnego powiększenia obrazu o wartości 8x?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego i pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.**

Pytanie nr 7

Czy zamawiający dopuści aparat ultrasonograficzny renomowanego producenta o zakresie bezstratnego powiększenia obrazu zamrożonego oraz pamięci Cine o wartości 8x?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego i pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.**

Pytanie nr 8

Czy zamawiający dopuści aparat renomowanego producenta oferujący dynamikę systemu na poziomie 256 db? Ofertowany parametr jest wystarczający do wszystkich procedur diagnostycznych i badań.

**Odpowiedź: Zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2.5. - do SWZ 14/2023 – Zestawienie wymaganych parametrów jakościowo—technicznych**

Pytanie nr 9

Czy zamawiający dopuści aparat ultrasonograficzny z technologią obrazowania „nakładanego” przestrzennego wielokierunkowego (compounding) z możliwością wyboru zakresu intensywności tj. od OFF(0) do HIGH (4)? Daje to w sumie 5 opcji do wyboru co jest w zupełności wystarczające w diagnostyce obrazowej.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego i pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.**

Pytanie nr 10

Czy zamawiający dopuści aparat ultrasonograficzny renomowanego producenta o korekcji kąta +/- 80 stopni? Nieznaczna różnica w diagnostyce jest niezauważalna i jedynie ogranicza konkurencję i uniemożliwia złożenie ważnej oferty.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. W związku z tym Zamawiający modyfikuje załącznik nr 2.5 do SWZ 14/2023 – Zestawienie wymaganych parametrów jakościowo—technicznych. Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.**

Pytanie nr 11

Czy zamawiający dopuści głowicę wykonaną w technologii single crystal współpracującą z aparatem ultrasonograficznym renomowanego producenta o szerokości głowicy 50mm? 8mm różnicy nie jest znaczącą wartością, a dopuszczenie głowicy o szerokości 50mm zwiększy możliwości diagnostyczne aparatu.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego i pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.**

Pytanie nr 12

Analizując wymogi SWZ można wysnuć wniosek, że zamawiający planuje kupić podstawowy aparat do diagnostyki ortopedycznej. Czy w związku z tym zamawiający będzie wymagał, żeby oferowany aparat posiadał Dopplera Ciągłego (CWD)?

Pragniemy zaznaczyć, iż wymagany parametr jest stosowany głównie w kardiologii. Wymóg ten jedynie ogranicza konkurencję i podnosi cenę aparatu. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie aparatu bez Ciągłego Dopplera i tym samym nie branie pod uwagę parametru nr 1 i nr 2 w dziale V lub zmianę SWZ na możliwość rozbudowy o Ciągły Doppler.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.**

Pytanie nr 13

Czy zamawiający dopuści aparat ultrasonograficzny wyposażony w głowicę liniową o maksymalnej głębokości penetracji min. 10 cm.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego i pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.**

Zamawiający informuje, że niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego Zamówienia.