



Znak: AE/ZP-27-35/21

Tarnów, 2021-09-01

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości nie przekraczającej progów unijnych (poniżej 214.000 EURO) na dostawy: mikrocewników, wyrobów medycznych jednorazowego użytku do terapii tlenowej oraz cewników urologicznych dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1-8.** Czy Zamawiający dopuści w ww. pozycjach wyroby mikrobiologicznie czyste, przy spełnieniu pozostałych wymagań SWZ?
2. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 6** Czy Zamawiający dopuści maski tlenowe do wysokich stężeń z workiem w rozmiarach M, L, XL, przy spełnieniu pozostałych wymagań SWZ?
3. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1.** Czy zamawiający w zadaniu 1 zgodzi się na zaoferowanie mikrocewnika OTW z przeniesieniem obrotu, wspierający dla przewodników wieńcowych 0,014" o budowie 5-cio warstwowej ze spiralnym, przeciwstawnie nawiniętym podwójnym zbrojeniem, wewnętrznie uzupełnionym warstwą PTFE na całej długości końcówki roboczej. Dostępne długości: 135cm i 150cm. Kompatybilny z cewnikami 5F lub większymi. Pokrycie hydrofilne 60 cm. Dostępne cztery wersje: standardowa taperowana, spiralna z zewnętrznie nawiniętą spiralą z tworzywa sztucznego na odcinku 2cm dystalnej części cewnika, gwintowana ze złotą końcówką i spiralą oraz wersja niskoprofilowa z przejściem do budowy 4 warstwowej w dystalnej części. Profil końcówki natarcia 2,1 F lub 2,9F w zależności od rodzaju mikrocewnika.

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad 1 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 1-8** wyrobów mikrobiologicznie czystych.

Ad 2 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 6** masek tlenowych do wysokich stężeń z workiem w rozmiarach M, L, XL, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SWZ.

Ad 3 Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SWZ dla przedmiotu zamówienia ujętego w **Pakiecie Nr 1 poz. 1.**

Otrzymują:

1. Platforma Zamawiającego
2. a/a

Zastępca Dyrektora

mgr Danuta Nosek