

Data zamieszczenia na stronie internetowej prowadzonego postępowania: 01.02.2022 r.

Wysokie Mazowieckie, 01.02.2022 r.

**Do wszystkich Wykonawców  
ubiegających się o udzielenie  
zamówienia publicznego**

Dotyczy postępowania: **Dostawa gazów medycznych**  
Oznaczenie sprawy: **3/2022**

**Zapytanie nr 1. Załącznik nr 1 - Formularz cenowy**

Dotyczy Pakietu nr 2 - LP 2:

Czy Zamawiający wymaga, aby możliwe było podawanie leku w postaci mieszaniny gazowej 50 % tlen i 50% podtlenek azotu do 6 godzin bez konieczności kontrolowania morfologii krwi w oparciu o odpowiednie zapisy zamieszczone w Charakterystyce Produktu Leczniczego, którą Wykonawca winien dołączyć do oferty?

**Wyjaśnienie: Tak.**

**Zapytanie nr 2.**

Zwracamy się z wnioskiem do Zamawiającego o zmianę kryterium „Termin Dostawy” na: Termin dostawy 1 dzień roboczy jest w obecnej sytuacji pandemicznej niemożliwy do zrealizowania – zwracamy się z wnioskiem o jego wykreślenie (zmianę).

Termin dostawy	Punktacja
Termin dostawy - 2 dni robocze	40 pkt.
Termin dostawy - 3 dni robocze	30 pkt.
Termin dostawy - 4 dni robocze	20 pkt.
Termin dostawy - 5 dni roboczych	10 pkt.

**Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.**

**Zapytanie nr 3.**

Zwracamy się do Zamawiającego o wprowadzenie poniższego zapisu z uwagi na sytuację pandemiczną:

Termin dostawy butli własnych zamawiającego do 14 dni roboczych.

**Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.**

**Zapytanie nr 4. Załącznik nr 1 - Formularz cenowy**

Dotyczy pakietów 1 oraz 3:

Zwracamy się do Zamawiającego z wnioskiem o włączenie do pakietu nr 1 – pakietu nr 3 (utworzenie w pakiecie nr 1 kolejnej pozycji na Tlen Medyczny Ciekły).

Czy Zamawiający w razie incydentu medycznego związanego z tlenoterapią pacjentów weźmie pełną odpowiedzialność za nieprzewidziane, ewentualne skutki zmieszania w jedną instalację tlenów medycznych pochodzących od różnych wykonawców?

**Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.**

**Zapytanie nr 5. Załącznik nr 1 - Formularz cenowy, Pakiet nr 2**

Zwracamy się z prośbą o wyłączenie z pakietu nr 2 z załącznika do SIWZ pozycji 1-4 oraz dopuszczenie butli o pojemności wodnej 11L z mieszaniną tlenu medycznego i podtlenku azotu medycznego 50%/50%, objętość gazu 3,23 m<sup>3</sup> (3230 l), ciśnienie 170 bar. Butla 11l posiada wbudowane w podstawę butli kółka oraz ergonomiczny uchwyt w obudowie zaworu zintegrowanego, co ułatwia jej transport, a tym samym zapewnia bezpieczeństwo personelu oraz bezpieczne magazynowanie.

Jednocześnie, ze względu na różne pojemności gazu w butlach 10l i 11l prosimy o wyrażenie zgody na właściwe przeliczenie liczby butli, w celu uzyskania porównywalnych ofert, a mianowicie:

$12 \text{ (ilość butli)} \times 2,8 \text{ m}^3 \text{ (objętość gazu w butli)} = 33,6 \text{ m}^3 \text{ (zapotrzebowanie na gaz w m}^3\text{)}$

$28 \text{ m}^3 / 3,23 \text{ m}^3 = 11 \text{ butli.}$

Wydzielenie powyższych pozycji do odrębnego pakietu pozwoli większej liczbie Wykonawców na złożenie oferty w postępowaniu, a tym samym na uzyskanie przez Zamawiającego możliwości wyboru oferty o najkorzystniejszych warunkach.

**Wyjaśnienie:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie ww. pozycji do odrębnego pakietu.**

**Zamawiający dopuszcza dla poz. nr 1 butle o pojemności 11l z odpowiednim przeliczeniem ilości.**

#### **Zapytanie nr 6. Załącznik nr 1 - Formularz cenowy, Pakiet nr 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie rozwiązania równoważnego do zaworu wydechowego. Proponowany przez nas układ zapewnia bezpieczną podaż mieszaniny oraz uniemożliwia powrót wydychanego powietrza do zaworu dozującego. Z uwagi na stosowany jednorazowy filtr kierunkowy o określonej skuteczności filtracji bakteryjnej i wirusowej na poziomie 99,999%. układ nie wymaga dezynfekcji przy użytkowaniu zgodnym z instrukcją.

**Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.**

#### **Zapytanie nr 7 - dotyczy Projektowanych postanowień umowy (dotyczy pakietu nr 1 i pakietu nr 2), § 4 ust. 1**

Prosimy o zmianę postanowienia w następujący sposób:

"Wykonawca zobowiązany jest do dostaw produktów określonych w ofercie, zgodnie z zamówieniem Zamawiającego, w terminie do ..... dni roboczych od daty potwierdzenia przez Wykonawcę złożonego przez Zamawiającego zamówienia."

**Wyjaśnienie: Zamawiający utrzymuje w mocy zapisy Projektowanych postanowień umowy.**

#### **Zapytanie nr 8 - dotyczy Projektowanych postanowień umowy (dotyczy pakietu nr 1 i pakietu nr 2), § 6 ust. 4**

Prosimy o zmianę postanowienia w następujący sposób :

"Płatności będą dokonywane przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie 30 dni, licząc od dnia wystawienia faktury przez Wykonawcę. »

**Wyjaśnienie: Zamawiający utrzymuje w mocy zapisy Projektowanych postanowień umowy.**

#### **Zapytanie nr 9 - dotyczy Projektowanych postanowień umowy**

Prosimy o dodanie do wzoru umowy poniższych postanowień:

1.

"Wykonawca nie będzie ponosić odpowiedzialności w przypadku wystąpienia zdarzeń pozostających poza jego kontrolą, w szczególności takich jak: zdarzenia losowe, działanie stron trzecich, lokaut, strajk, awaria urządzeń mechanicznych lub wyposażenia, eksplozja, powódź, pożar, trzęsienie ziemi, przerwa w funkcjonowaniu systemów komunikacyjnych, niemożność uzyskania zasilania elektrycznego, utrudnienia w podstawowym zaopatrzeniu, przepisy prawne ograniczające lub uniemożliwiające Wykonawcy wypełnienie swoich zobowiązań w całości lub w części. Wykonywanie niniejszej Umowy zostanie zawieszona na czas trwania takiego zdarzenia a Umowa zostanie przedłużona o ten sam okres czasu."

2. "Każda ze Stron gwarantuje i oświadcza drugiej Stronie, że (i) stosuje się do wszelkich regulacji dotyczących zwalczania korupcji znajdujących zastosowanie do tej Strony; (ii) nie popełni (i zapewnia, że żaden z jej przedstawicieli, dyrektorów, kierowników, pracowników nie popełni) żadnego działania korupcyjnego (w tym nie będzie oferować lub wręczać jakiegokolwiek korzyści osobom trzecim w celu niewłaściwego lub nieuczciwego wywierania wpływu na te osoby przy wykonywaniu ich obowiązków)(iii) będzie utrzymywać własne zasady i procedury opracowane w celu zapewnienia zgodności jej działalności z regulacjami dotyczącymi

zwalczania korupcji, oraz (iv) na żądanie drugiej Strony, potwierdzi w formie pisemnej zgodność jej działalności z regulacjami dotyczącymi zwalczania korupcji."

3. "Wykonawca oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, a niniejsze oświadczenie składane jest zgodnie z wymogiem wynikającym z art. 4 c) tej ustawy. "

**Wyjaśnienie: Zmawiający utrzymuje w mocy zapisy Projektowanych postanowień umowy.**

Kierownik Zamawiającego  
Bożena Grotowicz