

ZASTĘPCA NACZELNIKA
Wydziału Zaopatrzenia
Komendy Stołecznej Policji
podinsp. Andrzej BOBYCKI

Załącznik nr 1.

.....
Zatwierdzam

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest naprawa systemu oczyszczania wody Direct-Q3 UV nr seryjny F3MA78219D.

System nie dozuje wody ultraczystej z powodu uszkodzenia pompki dystrybucyjnej oraz płyty głównej.

STARSZY TECHNIK
Sekcji VI Wydziału Zaopatrzenia
Komendy Stołecznej Policji
M. Plebanska
Małgorzata PLEBANSKA

KIEROWNIK
Sekcji VI Wydziału Zaopatrzenia
Komendy Stołecznej Policji
M. Lewinski
asp. Marek LEWIŃSKI