



Gliwice 2020-12-29

nr sprawy: 309/PN/20

Wyjaśnienia do złożonych wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ dot. postępowania na dostawę sprzętu jednorazowego do cewnikowania i urządzeń do stymulacji serca oraz protez i łat chirurgicznych

- Czy w pakiecie 10 Zamawiający dopuści system do protekcji dystalnej o następujących parametrach:
 - filtr wprowadzany na niezależnym przewodniku zbudowany z heparynizowanej nitinolowej nici utkanej w koszyk
 - 5 rozmiarów koszyka 3.0, 4.0, 5.0 6.0, 7.0mm
 - długość: 320cm lub 190cm
 - filtr dostępny w systemie „rapid exchange” lub „over the wire”
 - system umożliwia zastosowanie niezależnego przewodnika 0.014” lub 0.018” według uznania operatora,
 - kompatybilny z koszulką 5F i cewnikiem prowadzącym 6F
 - pory filtra w rozmiarach dostosowanych do umiejscowienia w filtrze - od 250 µm w części proksymalnej, 160 µm, i 70 µm w części dystalnej
 - markery proksymalny i dystalny obrazujące początek i koniec koszyka
 - filtr położony niecentrycznie
 - filtr zamontowany na przewodniku w sposób umożliwiający jego obrót oraz przesuwanie się w osi podłużnej przewodnika
 - możliwość zastosowania naczyniach obwodowych, szyjnych i wieńcowych

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający dokonuje sprostowania wyjaśnień z dnia 21.12.2020r. w zakresie pkt. 15 i 16

15. Pytanie nr 1 Dotyczy pakietu nr 24 Pyt 1. Pkt 1: Czy Zamawiający wymaga 1 czy 2 średnic cewnika balonowego do wyboru?

- **Zamawiający wymaga dwóch różnych średnic.**

16. Pytanie nr 2 Dotyczy pakietu nr 24 Pyt 2. Pkt 5: Czy Zamawiający wymaga 1, 2 czy 3 średnic cewnika diagnostycznego do wyboru?

- **Zamawiający wymaga trzech różnych średnic.**

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ.
Pozostałe postanowienia SIWZ pozostają bez zmian.

UWAGA: Treść i pisownia wniosków o udzielenie wyjaśnień jest oryginalna, skopiowana z korespondencji przesyłanej przez Wykonawców. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za błędy w treści wniosków o wyjaśnienia.