



SPZOZ
W WIELUNIU

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WIELUNIU
ul. Szpitalna 16 · 98-300 Wieluń · e-mail: sekretariat@szpital-wielun.pl
NIP 832-17-89-610 · REGON 000310143 · Tel.: 43 840 68 00 · Fax: 43 840 68 01

Wieluń, dnia 14 lutego 2023 roku

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych dla Centralnej Sterylizatorni,** numer postępowania: **SPZOZ.ZP.2.24.241.3.2023.**

Zamawiający SPZOZ w Wieluniu informuje, że w dniu 14.02.2023 r., wpłynął za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek dotyczący terminu realizacji zamówienia i wzoru umowy. Poniżej podajemy treść wniosków wraz z udzieloną odpowiedzią:

Pytanie nr 1

Dotyczy Pakiet nr 3, pozycja 7: Czy w miejsce rękawa 50 mm, Zamawiający dopuści rękaw 55mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2

Dotyczy Pakiet nr 6, pozycja 2: Czy Zamawiający dopuści testy w opakowaniu po 200 sztuk? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Jednocześnie zamieszczamy poprawiony Załącznik nr 2 - Formularze asortymentowo-cenowe - PO ZMIANIE.

Pytanie nr 3

Dotyczy Pakiet nr 6, pozycja 3: Czy Zamawiający dopuści testy składające się z fiolek z substancją testową oraz oddzielnie, sterylnie zapakowanych wymazówek. W przypadku obecności białek substancja testowa zmienia kolor w 10 sekund z czerwonego na niebieski.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4

Dotyczy Pakiet nr 6, pozycja 3: Czy Zamawiający dopuści testy w opakowaniu po 24 sztuki? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Jednocześnie zamieszczamy poprawiony Załącznik nr 2 - Formularze asortymentowo-cenowe - PO ZMIANIE.

.....
podpis Kierownika Zamawiającego lub osoby upoważnionej
(Na oryginale właściwy podpis: Dyrektor SPZOZ w Wieluniu Anna Freus)



Certyfikat ISO 9001:2015