




**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ
ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
W PRZASNYSZU**



06-300 Przasnysz, ul. Sadowa 9, centrala tel. 29 753 43 00, sekretariat 29 753 43 18, fax 29 753 43 80

NIP 761-13-33-881

REGON 000302480

BDO: 000110316

www.szpitalprzasnysz.pl

sekretariat@szpitalprzasnysz.pl

Przasnysz, 2021-12-07

SPZZOZ.ZP/36/2021

Do wszystkich, którzy pobrali SWZ

Zamawiający – Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu - działając w trybie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), przekazuje do wiadomości Wykonawców treść zapytań wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi postanowień SWZ dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieorganicznego na: „**Dostawę materiałów opatrunkowych dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej, ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz**”.

Pytanie 1

Dotyczy pakietu 13, poz. 1 – Czy Zamawiający miał na myśli preparat o pojemności 990 ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza preparat o pojemności 990 ml.

Pytania 2

dzień dobry,

W związku z prowadzonym postępowaniem prosimy o sprecyzowanie przedmiotu zamówienia i udzielenie odpowiedzi na pytania :

1) pakiet 1, poz. 1

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 'a 3 szt. w blistrze x 25 szt. blistrów, z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

2) pakiet 1. poz. 5-6

Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą elastyczną wykonaną z 100% włókien syntetycznych tj: poliestrowych i poliamidowych posiadające rozciągliwość powyżej 130 % z zapinką wewnątrz opakowania indywidualnego?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

3) pakiet 1, poz. 1-6, 18-19

Czy zamawiający wydzielił poz. 1-6, 18-19 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiają-

cego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji z pakietu.

4) pakiet VI, poz. 2-5, poz. 15,25-28

Czy zamawiający wydzieli poz.15,25-28 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji z pakietu.

5) pakiet VI, poz. 25-28

Czy Zamawiający oczekuje wyceny siatki za 1 mb w opakowaniu w stanie spoczynku?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje wyceny siatki za 1 m w opakowaniu w stanie spoczynku.

Pytania 3

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy PZP z dnia 11 września 2019 r. na dostawę materiałów opatrunkowych – znak sprawy: SPZZOZ.ZP/36/2021.

Na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. zwracam się z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

- 1 Czy Zamawiający zgodzi się, aby produkty zaoferowane w Pakiecie nr I w pozycjach 22, 23 i 36 nie były wyrobami medycznymi, a kosmetykami lub wyrobami higienicznymi?

Odpowiedź: zamawiający wyraża zgodę.

- 2 Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany w zakresie klasyfikacji kompresów niejałowych gazowych (Pakiet I poz. 14-17) w przypadku, gdy producent w związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylecia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, dokona zmiany klasyfikacji?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

3. Producenci w ramach procesu uzyskiwania deklaracji zgodności w związku z wymaganiami w/w rozporządzenia mogą dokonywać zmiany klasyfikacji wyrobu medycznego. Co oznacza, że wyrób medyczny, który zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami ma klasę IIa reg. 7 może zostać zakwalifikowany do klasy I reg.4. Nie wynika to ze zmiany jego parametrów technicznych czy jakościowych, bo te pozostaną bez zmian, lecz podejścia producenta do procesu klasyfikowania wyrobów gazowych niesterylnych, jako produktów nie będących już wyrobem inwazyjnym do procedur tzw. „wysokiego ryzyka”.

W związku z powyższym wnosimy o wprowadzenie do umowy poniższego zapisu: "Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w zakresie dotyczącym zmiany klasy wyrobu medycznego w przypadku, gdy producent wyrobu medycznego, w związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylecia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, dokona zmiany klasy tego wyrobu medycznego"

Odpowiedź: Zamawiający wraza zgodę na wprowadzenie powyższego zapisu do umowy poprzez dodanie w § 7 ust.4 w brzmieniu:

„4. Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w zakresie dotyczącym zmiany klasy wyrobu medycznego w przypadku, gdy producent wyrobu medycznego, w związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylecia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, dokona zmiany klasy tego wyrobu medycznego.”

Pytania 4

Działając w imieniu, na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zwracam się o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia poprzez udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

Pakiet 6, poz 36: Proszę o doprecyzowanie czy należy podać cenę za 1 szt serwety czy za opakowanie wysyłkowe ?

Odpowiedź: W ofercie należy podać cenę za 1 sztukę serwety.

Pytania 5

Dzień dobry,

W załączeniu przesyłam pytanie do postępowania:

Dotyczy pakiet IV, poz. 8

Czy Zamawiający dopuści zestaw do cięcia cesarskiego z serwetą do owinięcia noworodka 75cm x 80cm ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Z-ca DYREKTORA
ds. Administracyjno-Technicznych

mgr Urszula Maćkowska