



**4. Wojskowy Szpital Kliniczny  
z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu**  
ul. R. Weigla 5 Wrocław 50 – 981

Wrocław, 25.06.2019r

**WYJAŚNIENIE i MODYFIKACJA TREŚCI  
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów medycznych dla Centralnej Sterylizacji; znak sprawy 4WSzKzP.SZP.2612.41.2019**

Zamawiający 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu działając na podstawie art. 38 ust.1, 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1986 z późn.zm.) dalej PZP informuje, że wpłynęło zapytanie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w ww. postępowaniu przetargowym:

**Pytanie nr 1** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie wraz z ofertą oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w sytuacji gdy dany oferent nie należy do żadnej grupy kapitałowej?

**Odpowiedź na pytanie nr 1: Tak**

**Pytanie nr 2** – Czy Zamawiający wymaga, aby dostawca materiałów do sterylizacji posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą materiałów sterylizacyjnych? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

**Odpowiedź na pytanie nr 2: Nie, zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 3** – Dotyczy pakietu nr 2 poz. 1 - Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przyrządu w całości wykonanego z tworzywa sztucznego klasy medycznej składającej się z korpusu, rurki o długości 1,5m i średnicy 2 mm oraz mlecznej nakrętki?

**Odpowiedź na pytanie nr 3: Nie, zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 4** – Dotyczy pakietu nr 2 poz. 1-Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu penetracji pary wodnej pakowanej po 500 szt. ?

**Odpowiedź na pytanie nr 4: Tak, Zamawiający dopuszcza po odpowiednim przeliczeniu w górę. Należy przyjąć przy 1 op = 500szt. do wyceny 31 opakowań.**

**Pytanie nr 5** – Dotyczy pakietu 5 poz. 1- Czy Zamawiający wymaga aby niebieska substancja wskaźnikowa testu skuteczności mycia ultradźwiękami miała postać kwadratu umieszczonego na cienkiej metalowej płytce o długości nie mniejszej niż 8 cm kompatybilnej z uchwytem mającym za zadanie utrudnienie dostępu czynnika myjącego a zarazem ukrytycznie testu?

**Odpowiedź na pytanie nr 5: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 6** – Dotyczy pakietu 10 -Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pakietu jednostkowego użytku typu Bowie-Dick, w którym następuje zmiana koloru z żółtego na czarny?

**Odpowiedź na pytanie nr 6: Tak, Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 7** – dotyczy zestawienia asortymentowo – cenowego – załącznik nr 2 ( pakiet 3, poz. 5) - Prosimy o dopuszczenie chusteczek zgodnych z SIWZ pakowanych w opakowaniach a' 400 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.

**Odpowiedź na pytanie nr 7: Tak, Zamawiający dopuszcza po odpowiednim przeliczeniu. Należy przyjąć przy 1 op = 400szt. do wyceny 25 opakowań.**

**Pytanie nr 8** – 1. Dotyczy Pakietu nr 2, pozycja nr 1: Uprzejmie prosimy o sprecyzowanie czy we wskazanej pozycji Zamawiający ma na myśli testy Bowie Dick do stosowania z przyrządem Helix czy też testy klasy 6 do stosowania z przyrządem Helix?

**Odpowiedź na pytanie nr 7: Test klasy 6.**

**Pytanie nr 9** – Dotyczy Pakietu nr 2, pozycja nr 1: Czy Zamawiający dopuści testy do stosowania z przyrządem posiadającym kapsułę wykonaną ze stali kwasoodpornej, nakrętkę w kolorze czarnym oraz rurkę z wysokiej wytrzymałości plastiku o długości 1,5m i średnicy 2mm?

**Odpowiedź na pytanie nr 9: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 10** – Dotyczy Pakietu nr 2, pozycja nr 1: Czy Zamawiający dopuści testy w opakowaniu po 500 sztuk + przyrząd? Wielkość zapotrzebowania zostanie stosownie przeliczona.

**Odpowiedź na pytanie nr 10: Tak, Zamawiający dopuszcza po odpowiednim przeliczeniu w górę. Należy przyjąć przy 1 op = 500szt. do wyceny 31 opakowań.**

**Pytanie nr 11** – Dotyczy Pakietu nr 2, pozycja nr 2: Czy Zamawiający dopuści testy w opakowaniu po 250/500 sztuk? Wielkość zapotrzebowania zostanie stosownie przeliczona.

**Odpowiedź na pytanie nr 11: Tak, Zamawiający dopuszcza po odpowiednim przeliczeniu.**

**Należy przyjąć przy 1 op = 500szt. do wyceny 96 opakowań.**

**Pytanie nr 12** – Dotyczy Pakietu nr 2, pozycja nr 3: Czy Zamawiający dopuści testy w opakowaniu po 250 sztuk?

**Odpowiedź na pytanie nr 12: Tak, Zamawiający dopuszcza po odpowiednim przeliczeniu z zaokrągleniem w górę. Należy przyjąć przy 1 op = 250szt. do wyceny 2 opakowania.**

**Pytanie nr 13** – Dotyczy Pakietu nr 10, pozycja nr 1: Czy Zamawiający dopuści jednorazowy pakiet Bowie Dick posiadający test umieszczony wewnątrz celulozowych arkuszy oraz test klasy 1 na zewnątrz pakietu bez arkusza wczesnego ostrzeżenia.

**Odpowiedź na pytanie nr 13: Nie, zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 14** – Dotyczy SIWZ, Rozdział VII, punkt 2.7.: Uprzejmie prosimy o modyfikację zapisu odnoszącego się do kar umownych, poprzez naliczanie ich od wartości jednorazowego zamówienia. Obecny zapis powoduje, iż bez względu na wysokość procentową kary jaką zaoferuje Wykonawca, będzie ona rażąco wysoka.

**Odpowiedź na pytanie nr 14: Zapisy SIWZ bez zmian.**

**Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia dokonanych zmian w treści oferty.**

**W razie zaoferowania przedmiotu zamówienia innego niż pierwotnie wyspecyfikowanego a dopuszczonego/zmodyfikowanego przez Zamawiającego w wyniku wyjaśnień treści SIWZ czy w przypadku modyfikacji SIWZ zaznaczenia źródła tej zmiany (datę odpowiedzi lub modyfikacji i ewentualnie nr pytania).**

