



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
IM. BŁOGOSŁAWIONEGO KSIĘDZA JERZEGO POPIEŁUSZKI WE WŁOCŁAWKU

Realizacja zadania pn. „Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku – zakup zestawu laserowego do wykonywania procedur urologicznych wraz z wyposażeniem”

Włocławek, dnia 28.10.2024r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości prowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 uPzp pn. „Zakup zestawu do wykonywania procedur urologicznych wraz z wyposażeniem”. Znak postępowania: DZP/ 81/2024

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 2024/BZP 00545716/01, data zamieszczenia 15.10.2024r., data zamieszczenia na stronie internetowej dla niniejszego postępowania na platformie zakupowej: <https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.wloclawek> w dniu 15.10.2024 r.

Numer ogłoszenia o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 2024/BZP 00557316/01, data zamieszczenia 22.10.2024 r., data zamieszczenia na stronie internetowej dla niniejszego postępowania na platformie zakupowej: <https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.wloclawek> w dniu 22.10.2024 r.

Numer ogłoszenia o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 2024/BZP 00565903/01/, data zamieszczenia 28.10.2024 r., data zamieszczenia na stronie internetowej dla niniejszego postępowania na platformie zakupowej: <https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.wloclawek> w dniu 28.10.2024 r.

Zamawiający Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku informuje, że zgodnie z art 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. — Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2024 poz. 1320), wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SWZ. Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Pzp, Zamawiający udziela odpowiedzi i zamieszcza zapytania oraz wyjaśnienia na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Pytanie nr 1

dot. zapisów załącznika nr 6 do SWZ – Formularz parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia, pkt 12

Czy zamawiający dopuści do postępowania laser pracujący w zakresie częstotliwości 5-100 Hz?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2

dot. zapisów załącznika nr 6 do SWZ – Formularz parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia, pkt 11

Czy zamawiający dopuści do postępowania mobilny laser o wadze 285 kg?



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

ul. Wieniecka 49, 87 - 800 Włocławek
NIP: 888 311 78 73; REGON: 341411727
www.szpital.wloclawek.pl; sekretariat@szpital.wloclawek.pl
tel. 54 412 90 00



Wyjaśnienie: Różnica w ciężarze lasera nie ma znaczenia terapeutycznego a niewiele wyższa waga w odniesieniu do parametrów wymaganych nie nastęrcza trudności przy przemieszczaniu lasera także przez personel kobiecy.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3

dot. zapisów załącznika nr 6 do SWZ – Formularz parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia, pkt 19

Czy zamawiający dopuści do postępowania laser, w którym znajdują się równoważne programy fabryczne lecz pod innymi nazwami? W tym między innymi:

- HoLEP
- Lithotripsy
- Morcellation

Pragniemy wskazać zamawiającemu, iż rozwiązanie wskazane w opisie przedmiotu zamówienia wskazuje jednoznacznie na jednego producenta laserów.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4

dot. zapisów załącznika nr 6 do SWZ – Formularz parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia, pkt 20

Czy zamawiający dopuści do postępowania laser wyposażony w Specjalny program fabryczny do litotrypsji z efektem tzw. rozpylania-dustingu, czyli kruszenia długim impulsem - program pracuje w pełnym zakresie długości impulsu do 1700 mikrosekund. Tak długi impuls ogranicza retropulsję i poprawia ablację kamieni. Jednocześnie pragniemy wskazać zamawiającemu, iż rozwiązanie wskazane w opisie przedmiotu zamówienia wskazuje jednoznacznie na jednego producenta laserów.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 5

dot. zapisów załącznika nr 6 do SWZ – Formularz parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia, pkt 24

Czy zamawiający dopuści do postępowania laser wyposażony w tryb emisji specjalnego pojedynczego impulsu ograniczającego retropulsję i poprawiającego ablację kamieni? Program zapewnia zmniejszony odrzut lekkich złogów w moczowodach, niezależnie od ustawionej energii i częstotliwości w porównaniu ze standardowym programem do litotrypsji. Pragniemy wskazać zamawiającemu, iż rozwiązanie wskazane w opisie przedmiotu zamówienia wskazuje jednoznacznie na jednego producenta laserów.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 6

dot. zapisów załącznika nr 6 do SWZ – Formularz parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia, pkt 25



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

ul. Wieniecka 49, 87 - 800 Włocławek
NIP: 888 311 78 73; REGON: 341411727
www.szpital.wloclawek.pl; sekretariat@szpital.wloclawek.pl
tel. 54 412 90 00



Czy zamawiający dopuści do postępowania laser, w którym stale i jednocześnie są wyświetlane na ekranie dotykowym następujące parametry: – tryb pracy, – długość impulsu, – grubość podłączonego włókna, – częstotliwość pracy, – energię impulsu, – ustawioną moc, - stan lasera, – ilość podanej energii?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 7

dot. zapisów załącznika nr 6 do SWZ – Formularz parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia, pkt 26

Czy zamawiający dopuści do postępowania laser, w którym ze względów bezpieczeństwa zmiana parametrów pracy lasera odbywa się w trybie zabezpieczonym (standby)? Rozwiązanie to zabezpiecza to przed przypadkową aktywacją panelu dotykowego lasera i zmiany konfiguracji jego pracy. Nadmienię tylko, że zmiana trybu standby/ready jest szybka i wynosi około 1-2 s.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 8

dot. zapisów załącznika nr 6 do SWZ – Formularz parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia, pkt 27

Czy zamawiający dopuści do postępowania laser wyposażony w system automatycznego wykrywania włókna laserowego?

Wyjaśnienie: oferowany przez nas laser posiada automatyczny system wykrywania i identyfikacji włókien. Cały proces przebiega automatycznie i nie wymaga potwierdzenia użytkownika.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 9

dot. zapisów załącznika nr 6 do SWZ – Formularz parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia, pkt 31

Czy zamawiający dopuści do postępowania laser pracujący swobodnie w temperaturze otoczenia 28 stopni Celsjusza? Pragniemy zwrócić uwagę zamawiającego, iż blok operacyjny, w tym i sala operacyjna, podlegają reżimom rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (dalej rozporządzenie ministra zdrowia). Jak podaje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury temperatura na sali operacyjnej powinna oscylować około 24 stopni Celsjusza.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 10

dot. zapisów załącznika nr 6 do SWZ – Formularz parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia, pkt 8

Czy zamawiający dopuści do postępowania laser wyposażony w uchwyty transportowe oraz cztery koła skrętne, wszystkie z hamulcami?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

ul. Wieniecka 49, 87 - 800 Włocławek
NIP: 888 311 78 73; REGON: 341411727
www.szpital.wloclawek.pl; sekretariat@szpital.wloclawek.pl
tel. 54 412 90 00



Pytanie nr 11

dot. zapisów załącznika nr 6 do SWZ – Formularz parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia, pkt 17

Czy zamawiający dopuści do postępowania laser, w którym przycisk nożny jest podłączany z tyłu urządzenia?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 12

dot. zapisów załącznika nr 6 do SWZ – Formularz parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia, pkt 9

Czy zamawiający dopuści do postępowania laser z dotykowym panelem sterującym o rozmiarze 10,1" cali, kolorowy, z możliwością obrotu i złożenia?

Wyjaśnienie: Różnica w wielkości ekranu nie ma znaczenia terapeutycznego a panel dotykowy o wielkości 10,1" pozwala na bezproblemową i intuicyjną obsługę urządzenia.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 13

dot. zapisów załącznika nr 6 do SWZ – Formularz parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia, pkt 14

Czy zamawiający dopuści do postępowania laser z regulowanym manualnie czasem trwania impulsu w dużo szerszym przedziale tj. 150-1700 μ s? Pragniemy wskazać zamawiającemu, iż rozwiązanie wskazane w opisie przedmiotu zamówienia wskazuje jednoznacznie na jednego producenta laserów.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 14

dot. zapisów załącznika nr 6 do SWZ – Formularz parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia

Czy Zamawiający dopuści do postępowania Wykonawców, którzy zaoferują produkty w pełni równoważne do opisanych w SIWZ. Należy zauważyć iż zaoferowane rozwiązanie jest w wielu segmentach wyższe technologicznie.

LP	Parametr opisany w SIWZ	Oferowany parametr równoważny
38	Optyka urologiczna z równoległym okularzem, kąt patrzenia 6°, autoklawowalna, średnica kompatybilna z płaszczem resektoskopu 26 Fr., wyposażona w system soczewek wałeczkowych Hopkinsa, przyłącze LUER-Lock do podłączenia płukania, kanał roboczy do wprowadzenia ostrza morcelatora, wejście kanału roboczego wyposażone w uszczelkę oraz rozbierny kranik – 2 szt.	Optyka do morcelatora, okular odwiedziony równolegle od linii kanału roboczego, kierunek patrzenia 0°, średnica kompatybilna z płaszczem resektoskopu 26 Fr, Endoskop Panoview wyposażony w system soczewek prętowych, przyłącze LUER-Lock do podłączenia płukania, optyka z portem roboczym do wprowadzenia frezu o średnicy maksymalnej 4,8 mm, optyka wyposażona w kurek wykonany z PEEK, mocowany zatrzaskowo,



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
IM. BŁOGOSŁAWIONEGO KSIĘDZA JERZEGO POPIEŁUSZKI WE WŁOCŁAWKU

		wymienialny bez użycia dodatkowych narzędzi w sterylnych warunkach pola operacyjnego, optyka wyposażona w 3-częściowy automatyczny element uszczelniający: składający się z membrany uszczelniającej, elementu uszczelniającego oraz kotpaka uszczelniającego – 2 szt.
39	Adapter do połączenia optyki z zewnętrznym płaszczem resektoskopu - 2 szt.	Adapter do podłączenia optyki z zewnętrznym płaszczem resektoskopu, z obrotowym elementem zamykającym – 2 szt.
40	Optyka cystoskopowa oparta na systemie soczewek wałeczkowych, kąt patrzenia 30°, śr. 4 mm, dł. 30 cm, autoklawowalna. Optyka opatrzona słowną informacją potwierdzającą autoklawowalność oraz nadrukowanym kodem DATA MATRIX z zakodowanym min. numerem katalogowym i numerem seryjnym optyki. Nadrukowane na obudowie optyki oznaczenie w postaci graficznej średnicy kompatybilnego światłowodu – 2 szt	Optyka endoskopowa Panoview oparta na systemie soczewek prętowych, kierunek patrzenia 30°, średnica zewnętrzna 4 mm, dł. robocza 30 cm, autoklawowalna. Znakowanie data matrix bezpośrednio na optyce, oznaczenie kolorystyczne oraz numeryczne kierunku patrzenia oraz kompatybilnego światłowodu – 2 szt.
41	Płaszcz resektoskopu obrotowy, przepływowy, rozmiar 26 Fr., składający się z płaszczem zewnętrznym i wewnętrznym z ukośną końcówką ceramiczną, mocowanie pomiędzy płaszczem zewnętrznym i wewnętrznym na "klik", mocowanie do elementu pracującego obrotowe – 2 szt.	Płaszcz zewnętrzny resektoskopu 26 char, płaszcz z ciągłym przepływem z oznaczonym graficznie zaworem płuczającym oraz zaworem odpływowym. Płaszcz zewnętrzny z otworami odprowadzającymi, oraz z bruzdami podłużnymi tzw. „ryflowaniem”. Płaszcz obrotowy – element roboczy, płaszcz wewnętrzny oraz optyka obracają się w płaszczu zewnętrznym. Płaszcz z zamknięciem snap-on, wielokrotnego użytku. – 2 szt. Płaszcz wewnętrzny do resektoskopu, Średnica płaszczka wewnętrznego 24 charr, z oznaczeniem kolorystycznym oraz zamknięciem snap-on, Koniec dystalny skośny, wykonany z czarnego materiału ceramicznego – 2 szt.
42	Obturator kompatybilny z płaszczem resektoskopu 24 / 26Fr. -2 szt.	Obturator kompatybilny z płaszczem wewnętrznym resektoskopu 24 / 26Fr. - 2 szt
43	Element pracujący bierny, przeznaczony do pracy z włóknami laserowymi podczas laserowej enukleacji prostaty, wykorzystujący wymienne prowadnice do włókien laserowych różnego rozmiaru, wyposażony w mocowanie obrotowe do płaszczka resektoskopu oraz w zamknięte uchwyty na palce, kompatybilny z optyką cystoskopową o śr. 4 mm i dł. 30 cm i płaszczem resektoskopu o rozm. 26 Fr. - 2 szt.	Element roboczy pasywny, uchwyt zamknięty, Element roboczy z mechanizmem ustalającym dla włókna laserowego, element wykorzystujący wymienne prowadnice do włókien laserowych różnego rozmiaru, wyposażony w stożek zamykający dla płaszczka resektoskopu oraz w zamknięte uchwyty na palce, kompatybilny z optyką o śr. 4 mm i dł. roboczek 30 cm i płaszczem wewnętrznym o



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

ul. Wieniecka 49, 87 - 800 Włocławek
NIP: 888 311 78 73; REGON: 341411727
www.szpital.wloclawek.pl; sekretariat@szpital.wloclawek.pl
tel. 54 412 90 00



		rozmiarze 24 Fr (dla resektoskopu 24/26 Fr) – 2 szt.
44	Wymienna prowadnica włókna laserowego z kanałem 0,8mm, kompatybilna z elementem pracującym - 2 szt.	Wymienna prowadnica włókna laserowego z przepustem 600 μm, koniec dystalny skośny, wielokrotnego użytku, kompatybilna z elementem roboczym – 2 szt.
45	Wymienna prowadnica włókna laserowego z kanałem 1,5mm, kompatybilna z elementem pracującym - 2 szt.	Wymienna prowadnica włókna laserowego z przepustem 1000 μm, koniec dystalny prosty, wielokrotnego użytku, kompatybilna z elementem roboczym – 2 szt.
46	Pojemnik plastikowy do sterylizacji i przechowywania instrumentów, pokrywa przezroczysta, perforowana, dno pojemnika perforowane, umożliwiające umieszczenie kołków mocujących, pojemnik 2 poziomowy, wysłany matą silikonową, w zestawie kołki mocujące oraz paski silikonowe do przymocowania instrumentów. Wymiary zewnętrzne [szer. x gł. x wys.] - 545 x 260 x 115 mm - 2 szt	Pojemnik do transportu, przechowywania i sterylizacji instrumentów, Wymiary zewnętrzne pojemnika: 566 x 77 x 266 mm. Pojemnik wyposażony w silikonową matę na instrumenty zarówno w dnie pojemnika jak i w pokrywie. – 2 szt.
57	Płaszcz w zestawie z obturatorem/mandrynem dokanałowym, o rozmiarze średnicy wewnętrznej. Płaszcz i mandryn hydrofilne. Płaszcz wyposażony w ukośny port boczny do podpięcia ssania zewnętrznego, z otworem do ręcznej, płynnej regulacji odsysania. Na górze płaszcz czerwony znacznik w kształcie oringu, wskazujący miejsce wycofania endoskopu podczas usuwania większych fragmentów złogów kamicych. Końcówka dystalna płaszczu giętka, "współpracująca" z końcówką dystalną endoskopu giętkiego podczas pracy. Wzdłuż części roboczej płaszczu podziałka centymetrowa. Na górze płaszczu zdejmowana uszczelka silikonowa z otworem do wprowadzenia endoskopu	Płaszcz dostępu moczowodowego z giętką końcówką dystalną "współpracującą" z końcówką dystalną endoskopu giętkiego podczas pracy oraz funkcją odsysania podczas litotrypsji, dostępny w rozmiarach 10/12Fr, 11/13 Fr, 12/14 Fr, oraz długościach: 40 cm lub 50 cm do wyboru przez Zamawiającego z możliwością kontroli odsysania poprzez przesuwającą regulację zamknięcia odpowietrznika.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 15

Z racji braku informacji w opisanych parametrach technicznych, prosimy o doprecyzowanie, czy zamawiający wymaga dostarczenia światłowodu o \emptyset wiązki włókien światłowodowych 3,5 mm, długości 2,3 m, zawierającym wymienny odkręcany adapter po stronie źródła światła oraz odkręcany adapter po stronie endoskopu z szybkozłączem typu snap – 2 szt.?



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

ul. Wieniecka 49, 87 - 800 Włocławek
NIP: 888 311 78 73; REGON: 341411727
www.szpital.wloclawek.pl; sekretariat@szpital.wloclawek.pl
tel. 54 412 90 00



Brak światłowodu w specyfikacji technicznej będzie finalnie skutkować dostarczeniem niepełnowartościowego zestawu endoskopowego, którym nie będzie można wykonywać procedur medycznych z racji braku transmisji światła do endoskopu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga światłowodu. Przy czym Zamawiający pragnie wyjaśnić, że posiada wystarczającą ilość światłowodów kompatybilnych z wnioskowanym sprzętem.

Pytanie nr 16

dot. zapisów załącznika nr 4 do SWZ – projekt umowy - § 6 ust. 6

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na wydłużenie czasu reakcji do 72 h (dni pracujące) dla zgłoszenia w czasie gwarancji i dla zgłoszeń pogwarancyjnych od przyjęcia zgłoszenia? Czas ten jest optymalny pod względem planowania prac serwisu i tym samym zapewnienia usług na najwyższym poziomie.

Zgłoszenie dokonane będzie przez Zamawiającego w formie mailowej.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść wzoru umowy.

Pytanie nr 17

dot. zapisów załącznika nr 4 do SWZ – projekt umowy - § 6 ust. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przystąpienie do diagnozowania wad w terminie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść wzoru umowy.

Pytanie nr 18

dot. zapisów załącznika nr 4 do SWZ – projekt umowy - § 6 ust. 15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„W przypadku kiedy Wykonawca nie usunie wady w terminie 10 dni roboczych od dnia jej zgłoszenia, Wykonawca jest zobowiązany udostępnić sprzęt zastępczy w celu zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych. W przypadku potrzeby wykonania naprawy w siedzibie Serwisu transport sprzętu odbywa się na koszt Wykonawcy.”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść wzoru umowy.

Pytanie nr 19

dot. zapisów załącznika nr 4 do SWZ – projekt umowy - § 11 ust. 1 pkt 1)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej z 0,75% na 0,5%?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną przez wykonawcę zmianę treści wzoru umowy.

Pytanie nr 20

dot. zapisów załącznika nr 4 do SWZ – projekt umowy - § 11 ust. 1 pkt 2)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej z 1% na 0,7%?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną przez wykonawcę zmianę treści wzoru umowy.



Pytanie nr 21

dot. zapisów załącznika nr 4 do SWZ – projekt umowy - § 11 ust. 1 pkt 3)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej z 0,75% na 0,5%?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną przez wykonawcę zmianę treści wzoru umowy.

Pytanie nr 22

dot. zapisów załącznika nr 4 do SWZ – projekt umowy - § 11 ust. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby wysokość kar umownych naliczanych na podstawie niniejszej umowy nie przekraczała 25%?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną przez wykonawcę zmianę treści wzoru umowy.

Pytanie nr 23

dot. zapisów załącznika nr 4 do SWZ – projekt umowy - § 11

Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie kolejnego ust. o następującym brzmieniu:

„Fakt dostarczenia urządzenia zastępczego na czas przedłużającej się realizacji zobowiązań umownych wyłącza możliwość naliczania kar.”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść wzoru umowy. Przy czym Zamawiający pragnie wyjaśnić, że taka okoliczność może wpływać na miarkowanie kary umownej.

Pytanie nr 24

dot. zapisów załącznika nr 6 do SWZ – Formularz parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby zaoferowany przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy, nieużywany do prezentacji, rok produkcji 2023/2024 r. Pragniemy zapewnić Zamawiającego, iż nasza odpowiedzialność, w tym odpowiedzialność gwarancyjna, jest niezależna od daty produkcji i jest liczona zawsze od daty dostawy/installacji (a instalowany sprzęt jest zawsze fabrycznie nowy). Również nasza odpowiedzialność produktowa pozostaje niezmienna bez względu na szczegółową datę produkcji sprzętu.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i zmienia SWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia w Formularzu parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 6 do SWZ) dot. pkt 1, poprzez zmianę dotychczasowej treści na następującą:

„1. Sprzęt fabrycznie nowy, niepodemonstracyjny, rok produkcji 2023/2024”

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż dokonuje w tym zakresie modyfikacji § 1 ust. 4 lit. b) wzoru umowy (załącznik nr 4 do SWZ), który otrzymuje następującą treść:

„b) dostarczyć przedmiot umowy, który jest fabrycznie nowy (nieużywany i posiadający rok produkcji 2023/2024), a także spełniający wymogi dopuszczenia do obrotu i użytkowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie;”



Zamawiający dokonał w tym zakresie modyfikacji SWZ w Załączniku nr 4 do SWZ oraz w Formularzu parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia (załącznik nr 6 do SWZ).

Wobec powyższego zmianie ulega załącznik nr 4 i 6 do SWZ. Załącznik nr 4 i 6 po modyfikacji dostępny na portalu zakupowym <https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.wloclawek> w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie nr 25

dot. zapisów SWZ

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o odstąpienie od wymogu posiadania etykiet handlowych w języku polskim dla oferowanych wyrobów i dopuszczenie wyrobów posiadających oznakowanie zawierające niezbędne informacje w oryginalnym języku producenta, tj. j. angielskim. Zgodnie z obowiązującą Ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 o wyrobach medycznych Art. 12 ust. 4 dopuszcza się, aby wyrób przeznaczony do stosowania przez użytkowników nie będących laikami posiadał etykiety i instrukcje używania w języku polskim lub języku angielskim.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje treść SWZ w Rozdziale IV, Informacje dodatkowe, gdzie pkt. 1 SWZ otrzymuje brzmienie:

„1. Dostarczony przedmiot zamówienia winien być zaopatrzony w etykietę handlową sporządzoną w języku polskim, zawierającą niezbędne informacje potrzebne do bezpiecznego używania dla bezpośredniego użytkownika. Jeśli oryginalna dokumentacja jest sporządzona w innym języku, to Wykonawca dostarczy wraz z oryginałem tłumaczenie na język polski, chyba, że powszechnie obowiązujące przepisy dopuszczają inny język niż polski, wówczas taki wymóg wykonawcy nie obowiązuje.”

Jednocześnie § 1 ust. 4 lit. e) wzoru umowy (załącznik nr 4 do SWZ) otrzymuje brzmienie:

„e) dostawy przedmiotu umowy zaopatrzonego w etykietę handlową sporządzoną w języku polskim (chyba, że powszechnie obowiązujące przepisy dopuszczają inny język niż polski, wówczas taki wymóg wykonawcy nie obowiązuje), zawierająca niezbędne informacje potrzebne do bezpiecznego używania dla bezpośredniego użytkownika;”

Wobec powyższego zmianie ulega treść Rozdziału IV, Informacje dodatkowe pkt. 1 SWZ oraz załącznik nr 4 do SWZ. Załącznik nr 4 po modyfikacji dostępny na portalu zakupowym <https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.wloclawek> w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie nr 26

dot. zapisów załącznika nr 6 do SWZ – Formularz parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia oraz zapisów załącznika nr 4 do SWZ – projekt umowy - § 6 ust. 22

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na skrócenie zapewnienia dostępności części zamiennych do okresu 5 lat licząc od daty sprzedaży. Z uwagi na szybkie tempo zmian w wyniku np. zastosowania nowszych technologii, wdrożenia nowego produktu, producent może zaprzestać produkcji części zamiennych do produktów sprzed kilku lat. Koszty magazynowania części zamiennych, jakie należy ponieść, aby zadośćuczynić postanowieniom umowy, są zbyt wysokie i niosą ryzyko zaniżenia kręgu potencjalnych Wykonawców i zawyżenia ceny oferty.



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

ul. Wieniecka 49, 87 - 800 Włocławek
NIP: 888 311 78 73; REGON: 341411727
www.szpital.wloclawek.pl; sekretariat@szpital.wloclawek.pl
tel. 54 412 90 00



Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i zmienia SWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 6 do SWZ) poprzez zmianę dotychczasowej treści na następującą:

„4. Dostępność części zamiennych po okresie gwarancji oraz serwisu pogwarancyjnego przez okres 5 lat”

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż dokonuje w tym zakresie modyfikacji § 6 ust. 22 wzoru umowy (załącznik nr 4 do SWZ), który otrzymuje następującą treść:

„22. Wykonawca zapewnia dostępność części zamiennych przez okres 5 lat po upływie okresu gwarancji. Czas dostawy dla każdej części zamiennej po okresie gwarancji nie może przekroczyć 14 dni.”

Zamawiający dokonał w tym zakresie modyfikacji SWZ w Załączniku nr 4 do SWZ oraz w Formularzu parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia (załącznik nr 6 do SWZ).

Wobec powyższego zmianie ulega załącznik nr 4 i 6 do SWZ. Załącznik nr 4 i 6 po modyfikacji dostępny na portalu zakupowym <https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.wloclawek> w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie nr 27

dot. zapisów załącznika nr 4 do SWZ – projekt umowy

Prosimy o odstąpienie od wymogu przeprowadzenia szkolenia dla personelu Zamawiającego z zakresu czynności konserwacji jak również wystawienia certyfikatu szkoleniowego do wymienionej procedury.

Powyższe czynności wykonywane są jedynie przez producenta, posiadającego odpowiednie zaplecze techniczne oraz wykwalifikowany personel.

W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie szkolenia personelu w zakresie czynności opisanych w instrukcji obsługi i potwierdzone certyfikatem oferowanych wyrobów.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje treść § 1 ust. 4 lit. I) wzoru umowy (załącznik nr 4 do SWZ), który otrzymuje brzmienie:

„I) przeszkolić personel wskazany przez Zamawiającego z zakresu prawidłowej obsługi i eksploatacji przedmiotu umowy oraz potwierdzić protokołem z przeprowadzonego szkolenia,”

Wobec powyższego zmianie ulega załącznik nr 4 do SWZ. Załącznik nr 4 po modyfikacji dostępny na portalu zakupowym <https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.wloclawek> w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie nr 28

dot. zapisów załącznika nr 4 do SWZ – projekt umowy - § 6 ust. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu na usunięcie wady do 10 dni roboczych a w przypadku konieczności sprowadzania części zamiennych spoza granicy Polski do 20 dni roboczych?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść wzoru umowy.



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

ul. Wieniecka 49, 87 - 800 Włocławek
NIP: 888 311 78 73; REGON: 341411727
www.szpital.wloclawek.pl; sekretariat@szpital.wloclawek.pl
tel. 54 412 90 00



Pytanie nr 29

dot. zapisów SWZ

Prosimy o potwierdzenie, że udzielona gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych z przyczyn zewnętrznych lub uszkodzeń spowodowanych z winy użytkownika lub naturalnego zużycia wyrobów.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza.

W załączeniu - Rozdział IV, Informacje dodatkowe pkt. 1 SWZ oraz załącznik nr 4 i 6 do SWZ po modyfikacji.

UWAGA: W związku z powyższym Zamawiający Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku działając na podstawie art. 286 ust. 1, 3, 5, 6, 7 i 9 ustawy z dnia 11 września 2019 r. — Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320), zawiadamia, iż modyfikuje treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w zakresie odpowiedzi na pytania oraz w zakresie **przedłużenia terminu składania i otwarcia ofert** z dnia 31.10.2024r. r. **na dzień 04.11.2024r.**, miejsce i ustalone godziny pozostają bez zmian oraz modyfikuje termin związania ofertą z dnia 29.11.2024r. na dzień **03.12.2024r.**

P.O. DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki
we Włocławku
mgr Dariusz Szczepański

Sporządziła: Justyna Kwiatkowska



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

ul. Wieniecka 49, 87 - 800 Włocławek
NIP: 888 311 78 73; REGON: 341411727
www.szpital.wloclawek.pl; sekretariat@szpital.wloclawek.pl
tel. 54 412 90 00



ROZDZIAŁ IV
INFORMACJE PODSTAWOWE I DODATKOWE

INFORMACJE PODSTAWOWE:

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni (liczone od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert). Tym samym termin związania ofertą upływa w dniu **29.11.2024r.**
2. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.
3. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.
4. Zamawiający nie przewiduje obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia.
5. Zamawiający nie wymaga złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty.
6. Zamawiający nie wymaga dokonania przez wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwość złożenia ofert częściowych. Zamawiający nie podzielił niniejszego zamówienia na części, bowiem przedmiot zamówienia obejmuje nierozdzielalną przedmiotowo dostawę. W związku z tym nie ma możliwości organizacyjnych i technicznych, aby niniejsze zamówienie podzielić na części. Tym samym spełnione zostały przesłanki m.in. nadmiernych trudności technicznych, a także nadmiernych kosztów wykonania zamówienia w przypadku próby jego podzielania na części. Podział zamówienia na części mógłby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia, a także nie byłby uzasadniony z perspektywy finansowej, bowiem dostawa w zakresie przedmiotu zamówienia gwarantuje kompatybilność wszystkich elementów, ale również pozwoli na uzyskanie korzystniejszych ofert. Jednocześnie na rynku właściwym istnieje szerokie grono przedsiębiorców, w tym mikro i małych, którzy w oczekiwanej przez Zamawiającego perspektywie czasowej są w stanie zaoferować przedmiot zamówienia. Tym samym brak podziału ilościowego zamówienia nie wpłynie na krąg wykonawców uczestniczących w postępowaniu, a pozwoli Zamawiającemu na uzyskanie korzystniejszych ofert. Takie rozwiązanie nie ogranicza konkurencji i gwarantuje Zamawiającemu uzyskanie najlepszych efektów zamówienia oraz najlepszą jakość dostaw w ramach środków, które Zamawiający może przeznaczyć na jego realizację.
8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
9. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
10. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
11. Zamawiający nie przewiduje w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją zamówienia w rozumieniu art. 266 w zw. z art. 96 ust. 2 pkt 2 uPzp.
12. Ilekroć Zamawiający w ramach niniejszej dokumentacji przetargowej, w szczególności w opisie przedmiotu zamówienia posługuje się w szczególności znakami towarowymi, patentami lub wskazuje pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, czy też Zamawiający odnosi się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, to znaczy, że wskazania te mają na celu wyłącznie zobrazować potrzeby Zamawiającego poprzez podanie w tym zakresie przykładów, a Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
13. **Oferty oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp, sporządza się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym na zasadach określonych w rozdziale IX SWZ.**
14. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia:
<https://platformazakupowa.pl/>.



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

ul. Wieniecka 49, 87 - 800 Włocławek
NIP: 888 311 78 73; REGON: 341411727
www.szpital.wloclawek.pl; sekretariat@szpital.wloclawek.pl
tel. 54 412 90 00



15. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzenia, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej zostały określone w rozdziale XIII SWZ.

16. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu – w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym (art. 310 ustawy Pzp).

INFORMACJE DODATKOWE:

1. *Dostarczony przedmiot zamówienia winien być zaopatrzony w etykietę handlową sporządzoną w języku polskim, zawierającą niezbędne informacje potrzebne do bezpiecznego używania dla bezpośredniego użytkownika. Jeśli oryginalna dokumentacja jest sporządzona w innym języku, to Wykonawca dostarczy wraz z oryginałem tłumaczenie na język polski, chyba, że powszechnie obowiązujące przepisy dopuszczają inny język niż polski, wówczas taki wymóg wykonawcy nie obowiązuje.*

2. Wykonawca zobowiązuje się wypełnić formularz asortymentowo – cenowy stanowiący załącznik nr 2 do SWZ tylko w kolumnach nr od 5 do 12, natomiast treść kolumny nr od 1 do 4 nie może być w żaden sposób zmieniana.

UMOWA NR DZP / 81 / 2024 „WZÓR”

zawarta w dniu2024r., we Włocławku, pomiędzy:

I. Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku, ul. Wieniecka nr 49, 87-800 Włocławek, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000457089, NIP : 888 31 17 873, REGON : 341411727, reprezentowanym przez :

p.o. Dyrektor – Dariusz Szczepański
zwanym dalej „Zamawiającym”, a

II., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w pod NrWydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr, NIP:..... REGON :, zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:

.....
(imię i nazwisko, stanowisko)

Niniejsza umowa zawarta zostaje w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez możliwości prowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 uPzp o wartości nieprzekraczającej 221 000 EURO pn. „Zakup zestawu do wykonywania procedur urologicznych wraz z wyposażeniem”; znak postępowania: DZP/81/2024

§ 1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest zakup zestawu laserowego do wykonywania procedur urologicznych z wyposażeniem dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku [zwanym także w umowie „sprzętem”] w ilości i o wartości określonej w załączniku nr 2 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy oraz w załączniku nr 6 do SWZ - Formularz parametrów techniczno-użytkowych.
2. Przedmiot umowy zostanie dostarczony zgodnie z zobowiązaniem Wykonawcy określonym w jego ofercie.
3. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że przedmiot umowy stanowi wyrób medyczny w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2022.974)
4. Wykonawca zobowiązuje się dodatkowo bezpłatnie:
 - a) dostarczyć przedmiot umowy określony w ust. 1 do siedziby Zamawiającego,
 - b) dostarczyć przedmiot umowy, który jest fabrycznie nowy (nieużywany i posiadający rok produkcji 2023/2024), a także spełniający wymogi dopuszczenia do obrotu i użytkowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie;
 - c) dostarczenia przedmiotu umowy pochodzącego z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta, zapewniających w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych;
 - d) dostawy przedmiotu umowy wolnego od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych, będącego w stanie kompletnym, umożliwiającym jego użytkowanie bez ograniczeń, zgodnie z jego przeznaczeniem z chwilą uruchomienia;
 - e) dostawy przedmiotu umowy zaopatrzonego w etykietę handlową sporządzoną w języku polskim (chyba, że powszechnie obowiązujące przepisy dopuszczają inny język niż polski, wówczas taki wymóg wykonawcy nie obowiązuje), zawierająca niezbędne informacje potrzebne do bezpiecznego używania dla bezpośredniego użytkownika;
 - f) dostarczenia nie później niż w terminie dostawy oryginalnej dokumentacji związanej z przedmiotem umowy, a w przypadku gdy niniejsza dokumentacja jest obcojęzyczna wraz z tłumaczeniem na język polski;

- g) dostarczenie nie później niż w terminie dostawy kompletnej dokumentacji technicznej przedmiotu umowy, w tym aktualnych wszelkich niezbędnych atestów, certyfikatów, autoryzacji producenta dla sprzedaży i serwisu, deklaracji zgodności producenta lub innych dokumentów potwierdzających, że towar jest dopuszczony do odbioru i używania, a także certyfikatów CE, dokumentów gwarancyjnych, świadectw jakości wymaganych przepisami prawa oraz szczegółowych instrukcji obsługi w języku polskim, a ponadto innych dokumentów jeżeli są wymagane przez Zamawiającego lub obowiązujące przepisy prawa;
- h) zapewnienia zgodności numerów serii przedmiotu umowy oraz innych związanych z tym informacji na protokole odbioru, fakturze oraz innych dokumentach związanych z dostawą;
- i) przetransportowania przedmiotu umowy na własny koszt i ryzyko, w tym pokrycia kosztów transportu przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego oraz kosztów ubezpieczenia na czas transportu;
- j) udzielania Zamawiającemu bezpłatnych, bieżących informacji oraz wskazówek związanych z eksploatacją oraz utrzymaniem przedmiotu umowy;
- k) sprawdzić poprawność funkcjonowania przedmiotu umowy;
- l) przeszkolić personel wskazany przez Zamawiającego z zakresu prawidłowej obsługi i eksploatacji przedmiotu umowy oraz potwierdzić protokołem z przeprowadzonego szkolenia,
- ł) zgłosić Zamawiającemu gotowość odbioru. Osobą upoważnioną do kontaktu w sprawie dostawy sprzętu jest e-mail: lub osoba zastępująca.
- m) przekazać (w formie papierowej i elektronicznej) na odbiorze przedmiotu umowy informacje, co do wartości poszczególnych części przedmiotu umowy, według Zamawiającego dla jego potrzeb ewidencyjnych;
- n) zrealizować inne świadczenia określone w umowie lub SWZ.

§ 2

[dokumenty]

1. Przedmiot umowy dostarczony zostanie Zamawiającemu wraz z poniższymi dokumentami:
 - a) karta gwarancyjna,
 - b) opis sposobu dezynfekcji,
 - c) instrukcja obsługi w języku polskim (2 szt.)
2. Karta gwarancyjna musi zawierać wyszczególnienie autoryzowanych punktów serwisowych Wykonawcy w Polsce (co najmniej jeden).
3. W przypadku drobnych rzeczy dopuszczalne jest wystawienie zbiorczego dokumentu karty gwarancyjnej wyszczególniającego wszystkie drobne rzeczy.
4. Instrukcje obsługi w języku polskim należy dostarczyć w liczbie 2 kpl. na każdą rzecz danego rodzaju. Wykonawca nie musi dostarczać jednak więcej niż łącznie 6 kpl. instrukcji dla jednego rodzaju rzeczy.
5. Karta gwarancyjna zawiera warunki gwarancji określone w § 6. Karta gwarancyjna nie może zawierać postanowień mniej korzystnych dla Zamawiającego niż postanowienia umowy.

§ 3

[organizacja dostawy]

1. Wykonawca zrealizuje obowiązki, o których mowa w § 1 wraz ze szkoleniem w terminie maksymalnie do dnia 29.11.2024r.
2. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości do dostarczenia przedmiotu umowy drogą elektroniczną na adresy osób wskazanych w ust. 8.
3. Zamawiający wyznaczy termin i miejsce odbioru w ciągu 2 dni roboczych od dnia zawiadomienia przez Wykonawcę o gotowości do dostarczenia przedmiotu umowy.
4. Realizacja obowiązków Wykonawcy potwierdzona będzie protokolarnie przez Strony.
5. Zamawiający ma prawo odmówić przyjęcia dostawy niepełnej (np. nie zawierającej wszystkich elementów lub kompleksowej dokumentacji), wadliwej, częściowo wadliwej, nieodpowiedniej jakości lub o nieprawidłowych właściwościach. W przypadku uchybień nieistotnych Zamawiający może poprzestać na wniesieniu zastrzeżeń do protokołu dostawy.
6. W razie stwierdzenia w protokole odbioru przedmiotu umowy wady, usterki lub innego braku Wykonawca ma obowiązek ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
7. W przypadku stwierdzenia w protokole odbioru końcowego wad, usterek lub innych braków w przedmiocie dostawy zgłoszenie usunięcia wad, usterek lub innych braków należy przestać pocztą elektroniczną na adres (lub adresy, faks) wskazany w ust. 9.

8. Ze strony Zamawiającego do wyznaczenia terminu dokonania odbioru sprzętu i innych czynności związanych z odbiorem upoważnieni są:

- Kierownik Oddziału lub osoba zastępująca; oraz pracownik Sekcji Sprzętu Medycznego, tel., e-mail: lub osoba zastępująca.

9. Wykonawcę w kwestiach związanych z przekazaniem przedmiotu umowy reprezentuje tel., faks: e-mail:

10. Szkolenie odbędzie się w siedzibie Zamawiającego i trwać będzie nie dłużej niż 1 dzień. Terminem rozpoczęcia szkolenia jest dzień dostarczenia sprzętu w miejscu wskazanym w umowie.

11. Szkolenie z obsługi sprzętu/urządzenia w tym sposobu mycia i dezynfekcji, dla personelu medycznego oraz technicznego wskazanego przez Zamawiającego jest bezpłatne, ilość osób do przeszkolenia określa Zamawiający.

12. Zamawiający ma prawo do wykonywania ciągłego nadzoru czynności lub zaniechań Wykonawcy lub jego podwykonawcy związanych z przedmiotem niniejszej umowy w celu weryfikacji prawidłowego wykonywania obowiązków przewidzianych w treści niniejszej umowy lub w treści specyfikacji warunków zamówienia, w szczególności Zamawiający jest uprawniony do przeprowadzania audytu jakości w wyżej wskazanym zakresie. Wykonawca jest zobligowany do dokonywania czynności, które pozwolą lub przyczynią się do pełnej realizacji uprawnień nadzorczych Zamawiającego.

§ 4

[miejsce spełnienia dostawy]

1. Miejscem spełnienia świadczenia jest siedziba Zamawiającego.

2. Wykonawca zobowiązuje się **dostarczyć sprzęt** w ustalonym z Zamawiającym dniu tygodnia w godz. 8⁰⁰ - 14⁰⁰, zapewnionym przez siebie transportem, na własny koszt i ryzyko do punktu przyjęcia sprzętu (uzgodniony wcześniej z przedstawicielem Zamawiającego) mieszczący się w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku, ul. Wieniecka nr 49, 87-800 Włocławek.

§ 5

[wartość umowy]

1. Cena z tytułu realizacji przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w §1 określa Formularz asortymentowo-cenowy stanowiący załącznik nr 2 do SWZ:

Ogólna łączna i nieprzekraczalna wartość umowy:

wartość netto : zł, (słownie :)

wartość brutto : zł, (słownie :).

*(zapis zostanie uzupełniony po wyborze oferty najkorzystniejszej)

2. Cena towaru zawierająca podatek VAT w wysokości przewidzianej przepisami prawa zawierająca wszelkie koszty związane z prawidłową realizacją dostawy towaru, w tym w szczególności koszt opakowania, transportu, ubezpieczenia na czas transportu, rozładunku u Zamawiającego.

§ 6

[Warunki gwarancji i okres rękojmi]

1. Wykonawca oświadcza, że dostarczony przedmiot umowy jest sprawny, pozbawiony wad, odpowiada wymaganiom określonym w specyfikacji warunków zamówienia w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez możliwości prowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 uPzp oraz nadaje się do celu do jakiego jest przeznaczony.

2. Wykonawca udziela (min. 24 m-ce) miesięcznej, pełnej gwarancji na przedmiot umowy oraz wykonane prace montażowo- instalacyjne, a także na części eksploatacyjne. Okres gwarancji zaczyna biec w dniu podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń ze strony Zamawiającego.

3. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać na swój koszt wszelkie przeglądy dostarczonego przedmiotu umowy wymagane przez jego producenta lub Wykonawcę w okresie gwarancji określonym w ust. 2, w tym także w zakresie ust. 18 niniejszego paragrafu.

4. Wykonawca wskazuje nr faksu e-mail, na który Zamawiający może dokonać zgłoszeń ujawnionych wad. Wykonawca wskazuje numer telefonu do kontaktów z serwisem

5. Numer faksu wskazany w ust. 4 czynny jest u wykonawcy 24h na dobę. W przypadku braku możliwości zgłoszenia wady w sposób określony w ust. 4, za co odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Zamawiający zgłasza wadę listem poleconym wysłanym na adres Wykonawcy określony w umowie. Za dzień zgłoszenia wady uważa się dzień nadania listu poleconego.
6. Czas reakcji od przyjęcia zgłoszenia – podjęta naprawa nie dłużej jak:
- 24 h (dni pracujące) dla zgłoszenia w czasie trwania gwarancji;
- 48 h (dni pracujące) dla zgłoszenia pogwarancyjnego.
7. W przypadku wystąpienia wad w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest przystąpić niezwłocznie do ich diagnozowania w miejscu znajdowania się rzeczy z wadą, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od daty zgłoszenia.
8. W terminie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia wady Wykonawca:
a) usunie wadę, albo
b) pisemnie odmówi usunięcia wady podając ustaloną przyczynę wystąpienia wady oraz uzasadnienie - brak pisemnej odmowy z podaniem uzasadnienia opartego na zaistniałym stanie faktycznym w terminie uważa się za uznanie odpowiedzialności za wadę.
9. Jeżeli od usunięcia wady do czasu ujawnienia kolejnej wady tego samego rodzaju w tym samym elemencie upłynął najwyżej tydzień terminy określone w ust. 7 i 8 zostają skrócone do następnego dnia roboczego.
10. Odmowa usunięcia wady może nastąpić w przypadku tylko wyłącznie gdy wada wynika z wyłącznej i oczywistej winy Zamawiającego. Domniema się, że ujawniona wada wynika z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi wykonawca.
11. Nieprawidłowe działanie lub jego brak osób obsługujących rzecz, w której ujawniła się wada może być podstawą do odmowy uznania odpowiedzialności za wadę, jedynie jeżeli ich zachowanie w sposób istotny i oczywisty było nieprawidłowe (wedle miary zachowania przeciętnego dorosłego człowieka)
12. Usunięcie wady w okresie gwarancji może polegać na:
a) naprawie rzeczy,
b) wymianie uszkodzonego elementu rzeczy na nowy,
c) wymianie całej rzeczy na nową.
13. Wykonawca potwierdza datę usunięcia wady w karcie gwarancyjnej sprzętu.
14. W przypadku trzykrotnego ujawnienia się istotnej wady tego samego rodzaju lub tego samego elementu sprzętu Wykonawca zobowiązany jest wymienić element sprzętu na nowy w terminie 30 dni.
15. W przypadku kiedy Wykonawca nie usunie wady w terminie 10 dni od dnia jej zgłoszenia, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zamawiający zleci usunięcie wady osobie trzeciej, która posiada autoryzację producenta do dokonywania takich napraw bez utraty gwarancji producenta.
16. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane ze swoimi zobowiązaniami gwarancyjnymi.
17. Postanowienia umowy dotyczące gwarancji, w tym w szczególności okres gwarancji oraz zasady usunięcia wad stosuje się do rękojmi dotyczącej przedmiotu umowy.
18. Wykonawca zobowiązany jest wykonać bezpłatny przegląd techniczny przedmiotu dostawy minimum raz w każdym roku trwania gwarancji. Przegląd odbędzie się w ostatnim miesiącu każdego roku trwania gwarancji lub w innym terminie uzgodnionym z zamawiającym.
19. W trakcie przeglądu technicznego Wykonawca wykona wszelkie zalecane czynności konserwacyjne oraz sprawdzi stan techniczny przedmiotu dostawy.
20. W przypadku kiedy Wykonawca nie wykona w terminie przeglądu technicznego, Zamawiający ma prawo zlecić jego wykonanie osobie trzeciej, która posiada autoryzację producenta do dokonywania takich przeglądów bez utraty gwarancji producenta na koszt i ryzyko Wykonawcy.
21. Dane teleadresowe i kontaktowe do najbliższych dla siedziby Zamawiającego autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski..... tel.
22. Wykonawca zapewnia dostępność części zamiennych przez okres 5 lat po upływie okresu gwarancji. Czas dostawy dla każdej części zamiennej po okresie gwarancji nie może przekroczyć 14 dni.
23. W ramach Gwarancji Wykonawca ma obowiązek zapewnić na swój koszt wszelkie materiały i elementy eksploatacyjne do sprzętu oraz zapewnić ich prawidłowe funkcjonowanie. Ponadto Wykonawca na swój koszt

zobowiązany jest dokonać montażu oraz demontażu i utylizacji w przypadku zużytych materiałów eksploatacyjnych.

24. Wykonawca w przypadku awarii lub/i konieczności zabrania urządzenia do przeglądu poza szpital lub/i unieruchomienia urządzenia na czas przeglądu, zapewnia urządzenie zastępcze o parametrach i właściwościach oraz w stanie nie gorszym niż urządzenie zastępowane.

§ 7

[rozliczenia]

1. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia z § 5 ust. 1.
2. Podstawą do zapłaty za dostarczony towar jest faktura VAT wystawiona przez Wykonawcę oraz protokół odbioru podpisany przez Zamawiającego bez istotnych uwag.
3. Dodatkowym warunkiem zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy i wystawienia przez niego faktury VAT jest podpisanie przez Zamawiającego bez zastrzeżeń protokołu zdawczo-odbiorczego o którym mowa w § 3 ust. 4 niniejszej umowy.
4. **Termin płatności wynosi 60 dni** od dnia doręczenia prawidłowej faktury VAT do Zamawiającego.
5. Za datę zapłaty Strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
6. Wykonawca nie może wystawić lub doręczyć faktury Zamawiającemu przed terminem wykonania zamówienia określonym w swz.
7. Wykonawca zobowiązuje się, że nie dokona cesji wierzytelności należnej mu od Zamawiającego na rzecz osób trzecich, z zastrzeżeniem ustępu poniższego .
8. Zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U.2016.1638 z późn. zm.) czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego może nastąpić po wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący Zamawiającego.
9. Zamawiający dopuszcza możliwość przesyłania przez Wykonawcę ustrukturyzowanych faktur elektronicznych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (platformy) zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U.2018.2191). Przy czym bez względu na wybrany przez Wykonawcę sposób przesłania faktury VAT – powinna ona zostać doręczona Zamawiającemu w ciągu 1 dnia od dnia w którym została dokonana dostawa, której faktura VAT dotyczy. W przypadku wyboru możliwości przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej Wykonawca będzie korzystał z Platformy Elektronicznego Fakturowania za pomocą której mogą być przesyłane faktury <https://www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl/>. Zamawiający dopuszcza również dostarczenie faktur drogą elektroniczną na adres e-mail: kancelaria@szpital.wloclawek.pl

§ 8

[wykonanie zastępcze]

1. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż wykonanie przez niego dostawy po terminie określonym w ofercie może nie mieć dla Zamawiającego znaczenia ze względu na konieczność zapewnienia dostępności sprzętu w sposób niezwłoczny.
2. Mając powyższe na względzie Strony ustalają, iż w przypadku zwłoki w dostawie sprzętu oraz wykonania obowiązków wynikających z umowy przekraczającej 10 dni kalendarzowych, Zamawiający może dokonać zamówienia przedmiotu umowy u innego podmiotu (tzw. nabycie zastępcze). W takim wypadku Zamawiający może odmówić odbioru sprzętu dostarczonego po terminie lub wykonania przez Wykonawcę innych obowiązków po terminie bez możliwości podnoszenia przez Wykonawcę roszczeń z tego tytułu.
3. Nabycie zastępcze nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 9

[osoby do kontaktu]

1. Osobą upoważnioną ze strony Wykonawcy do kontaktów z Zamawiającym w zakresie realizacji niniejszej umowy jest..... tel.lub osoba zastępująca.
2. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego w zakresie realizacji niniejszej umowy i sprawowania nadzoru nad realizacją umowy jest Kierownik Oddziału Urologii lub osoba zastępująca.

§ 10

[gwarancja producenta]

1. W przypadku, gdy przedmiot umowy lub jego część objęta jest gwarancją producenta (którym jest podmiot inny niż Wykonawca) Wykonawca obowiązany jest wydać Zamawiającemu karty gwarancyjne producenta /ich kopie oraz wszystkie niezbędne dokumenty umożliwiające realizację uprawnień z gwarancji udzielonej przez producenta.
2. Wykonawca zobowiązany jest działać w sposób umożliwiający uzyskanie i zachowanie gwarancji producenta przez Zamawiającego.
3. Niniejsze postanowienia nie mają wpływu na obowiązki Wykonawcy określone w § 6 niniejszej umowy.

§ 11

Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za każdy przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym w szczególności, choć nie wyłącznie:
 - 1) za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu zgodnego z wymogami wynikającymi z swz oraz umowy przedmiotu dostawy w wysokości 0,75 % wartości brutto przedmiotu dostawy, którego dostarczenie podlega zwłoce;
 - 2) za każdy dzień zwłoki w zakresie terminów określonych w § 6, w szczególności ust. 6,7 lub 8 niniejszej umowy w wysokości 1% wartości brutto przedmiotu dostawy, którego dotyczy zwłoka;
 - 3) za każdy inny niż określony powyżej przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości brutto części dostawy niewykonanej lub nienależycie wykonanej;
 - 4) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w terminowym zakończeniu szkolenia (z winy Wykonawcy; § 3 ust. 10 umowy), Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 25 zł;
 - 5) za rozwiązanie umowy lub odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z winy Wykonawcy - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15% wartości brutto niewykonanej części umowy.
2. Zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, z zastrzeżeniem § 8 umowy.
3. Kara umowna będzie płatna w terminie 14 dni od wystąpienia przez Zamawiającego z żądaniem zapłaty.
4. Zamawiający może potrącić należną mu karę z należności Wykonawcy.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych – do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
6. Powyższe kary umowne mogą w stosownych sytuacjach podlegać kumulacji.
7. Wysokość kar umownych naliczonych na podstawie niniejszej umowy nie przekroczy 30% wartości brutto umowy.

§ 12

Rozwiązanie umowy

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w razie rażącego naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy, a w szczególności w przypadku:
 - a) istotnych zastrzeżeń Zamawiającego w zakresie realizacji niniejszej umowy (np. co do poprawności, terminowości dostawy, jakości dostarczonego sprzętu, poprawności terminowości dostarczenia sprzętu przez Wykonawcę lub usunięcia wad sprzętu przez Serwis),
 - b) zwłoki Wykonawcy z realizacją dostawy przekraczającą 10 dni.
2. Termin odstąpienia od umowy przez Zamawiającego wynosi 60 dni od dnia w którym Zamawiający powziął informacje o okoliczności uzasadniającej odstąpienie od umowy.
3. W przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn podanych w ustępie 1 niniejszego paragrafu umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kary umownej, zgodnie z paragrafem poprzedzającym.
4. Zamawiający może dodatkowo odstąpić od umowy w terminie 60 dni od dnia w którym Zamawiający powziął informacje o okoliczności uzasadniającej odstąpienie od umowy w przypadku, gdy okaże się, że:
 - a) Wykonawca w dniu zawarcia umowy podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 lub 109 ustawy Prawo

zamówień publicznych, lub

b) Wykonawca w dniu zawarcia umowy lub w trakcie jej obowiązywania podlega wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U.2022.835).

§ 13

[forma zmiany umowy]

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności, formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

§ 14

[Zmiany umowy]

1. Dopuszczalne zmiany postanowień zawartej umowy oraz określenie warunków tych zmian:

1) Strony przewidują możliwość istotnych zmian umowy w stosunku do treści oferty w przypadku, gdy:

a. nastąpi obniżenie ceny;

b. nastąpi zmiana stawki podatku VAT - Zamawiający dopuszcza możliwość wzrostu cen jednostkowych brutto w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT. Zmiana cen brutto związana ze zmianą stawki podatku VAT może nastąpić najwcześniej z dniem wejścia w życie aktu prawnego wprowadzającego zmianę stawki podatku VAT, z uwzględnieniem obowiązujących regulacji;

c. nastąpią zmiany osób wskazanych przez strony do realizacji umowy;

d. nastąpi zmiana numeru katalogowego nie powodująca zmiany przedmiotu umowy;

e. zaistnieje potrzeba lub konieczność zmiany treści umowy w związku z wymogami wynikającymi z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (dalej jako: „**RODO**”);

f. zmiana terminu wykonania umowy będącego następstwem okoliczności niezależnych od stron i niemożliwych do przewidzenia (siła wyższa), które uniemożliwiają lub w istotnym stopniu utrudniają realizację umowy. Zmiana terminu powinna być proporcjonalna do opóźnień spowodowanych przez siłę wyższą;

g. nastąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a spowodowaną wystąpieniem okoliczności związanych z epidemią Covid-19 lub wojny spowodowanej agresją militarną Rosji wobec Ukrainy, czego strony nie były w stanie przewidzieć na etapie zawierania umowy, co Wykonawca powinien wykazać Zamawiającemu;

2) Zamawiający dopuszcza także w szczególnych sytuacjach i za jego pisemną zgodą w trakcie trwania umowy zmianę przedmiotu umowy dostarczanego przez Wykonawcę, w szczególności w sytuacji, gdy zaprzestano lub zawieszono produkcję danego towaru objętego umową, na inny towar o parametrach nie gorszych niż opisane w SWZ, przy czym cena tego towaru zamiennego nie może przekraczać ceny towaru, na który została podpisana umowa. Wykonawca winien udokumentować wystąpienie szczególnej sytuacji, o której mowa powyżej.

2. Dodatkowo dopuszczalne są zmiany treści umowy w przypadku, gdy:

a) zmiany terminu wykonania umowy będącego następstwem okoliczności niezależnych od stron i niemożliwych do przewidzenia (siła wyższa), które uniemożliwiają lub w istotnym stopniu utrudniają realizację umowy. Zmiana terminu powinna być proporcjonalna do opóźnień spowodowanych przez siłę wyższą,

b) znajdzie konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w ofercie Wykonawcy lub opisie przedmiotu zamówienia w SWZ w sytuacji, gdyby zastosowanie pierwotnie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy, czego Zamawiający nie miał możliwości przewidzieć na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Przy czym, jeżeli o tą zmianę wnioskuje Wykonawca, to jest on zobowiązany wykazać Zamawiającemu wystąpienie tych okoliczności. Zmiany, o których mowa nie mogą stanowić podstawy zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy o więcej niż 15% podstawowej wartości umowy, a rozwiązania alternatywne nie mogą mieć gorszej jakości, funkcjonalności, kompatybilności i właściwości niż rozwiązanie zaoferowane.

c) nastąpi konieczność zmiany sposobu realizacji umowy w wyniku niedostępności na rynku materiałów, programów lub urządzeń wskazanych przez Wykonawcę lub Zamawiającego, spowodowana w szczególności zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku, przy czym Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu fakt niedostępności materiałów, programów lub urządzeń na rynku, zwłaszcza zaprzestania produkcji lub wycofania z rynku; przy czym zmiana taka może być podstawą zwiększenia wynagrodzenia, lecz nie więcej niż o 10% podstawowej wartości umowy wyłącznie w przypadku, w którym wykonawca udowodni, iż ceny materiałów, programów lub urządzeń zastępujących wycofane z produkcji lub rynku są wyższe od proponowanych w ofercie, o co najmniej 20%;

d) celowe będzie dokonanie zmiany sposobu realizacji umowy ze względu na pojawienie się na rynku i możliwość zastosowania po zawarciu umowy części, oprogramowania, materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu Umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, przy czym taka zmiana nie może powodować zwiększenia wysokości wynagrodzenia wykonawcy o więcej niż 10% podstawowej wartości umowy;

e) celowe będzie dokonanie zmiany sposobu realizacji umowy ze względu na pojawienie się i możliwość zastosowania po zawarciu umowy nowszej technologii wykonania przedmiotu Umowy pozwalającej na skrócenie czasu realizacji przedmiotu Umowy lub jego kosztów lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, przy czym taka zmiana nie może powodować zwiększenia wysokości wynagrodzenia wykonawcy o więcej niż 10% podstawowej wartości umowy;

f) nastąpi konieczność zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa.

3. Dopuszczalne są również zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, których łączna wartość jest mniejsza niż progi unijne oraz jest niższa niż 10% wartości pierwotnej umowy, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy.

4. Poza okolicznościami wskazanymi powyżej zakazuje się między innymi następujących zmian niniejszej umowy, jeżeli zmiana ta:

a. wprowadza warunki, które gdyby zostały zastosowane w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to wzięliby w nim udział lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęte zostałyby oferty innej treści;

b. narusza równowagę ekonomiczną stron umowy na korzyść wykonawcy, w sposób nieprzewidziany w pierwotnej umowie;

c. w sposób znaczny rozszerza albo zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy;

d. polega na zastąpieniu wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą w przypadkach innych, niż wskazane w art. 455 ust. 1 pkt 2 uPzp.

5. Wykonawca powinien wykazać Zamawiającemu okoliczności uzasadniające dokonanie zmiany umowy. Zamawiający ma w tym zakresie prawo żądania przedłożenia przez Wykonawcę odpowiednich wyjaśnień, oświadczeń lub innych dokumentów które pozwolą Zamawiającemu ocenić zasadność zmiany umowy.

6. Wniosek o dokonanie zmiany umowy należy przedłożyć na piśmie, a okoliczności mogące stanowić podstawę zmiany umowy powinny być uzasadnione i udokumentowane przez Wykonawcę. Zamawiający może żądać dodatkowych wyjaśnień i dokumentów w terminie przez niego wyznaczonym.

§ 15

Siła Wyższa

1. Strony umowy zgodnie postanawiają, że nie są odpowiedzialne za skutki wynikające z działania siły wyższej, w szczególności pożaru, powodzi, ataku terrorystycznego, klęsk żywiołowych, zagrożeń epidemiologicznych, a także innych zdarzeń, na które strony nie mają żadnego wpływu i których nie mogły uniknąć bądź przewidzieć w chwili podpisania umowy (siła wyższa).

2. Strona umowy, u której wyniknęły istotne utrudnienia w wykonaniu umowy lub niemożność wykonywania umowy wskutek działania siły wyższej, jest obowiązana do bezzwłocznego poinformowania drugiej strony o wystąpieniu i ustaniu działania siły wyższej. Zawiadomienie to określa rodzaj zdarzenia, jego skutki na wypełnianie zobowiązań wynikających z Umowy, zakres asortymentu, którego dotyczy, i środki przedsięwzięte, aby te konsekwencje złagodzić.

3. Strona, która dokonała zawiadomienia o zaistnieniu działania siły wyższej, jest zobowiązana do kontynuowania wykonywania swoich zobowiązań wynikających z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to

możliwe, jak również jest zobowiązana do podjęcia wszelkich działań zmierzających do wykonania przedmiotu umowy, a których nie wstrzymuje działanie siły wyższej.

4. Strona, której dotknęły skutki siły wyższej na wezwanie drugiej Strony jest zobowiązana do niezwłocznego przedstawienia informacji, wyjaśnień lub dokumentów potwierdzających zaistnienie siły wyższej. Brak należytego wykonania niniejszego obowiązku uprawnia drugą stronę do uznania, że do zaistnienia Siły Wyższej nie doszło.

5. Obowiązki, których Strona nie jest w stanie wykonać na skutek działania siły wyższej, na czas działania siły wyższej ulegają zawieszeniu, tzn. w czasie działania siły wyższej ww. obowiązki nie są wykonywane, a terminy ich wykonania ulegają przedłużeniu o okres działania siły wyższej.

6. W przypadku, gdy utrudnienia w wykonaniu umowy na skutek działania siły wyższej utrzymują się dłużej niż trzy miesiące od czasu stwierdzenia wystąpienia siły wyższej, każda ze stron może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w części objętej działaniem siły wyższej. Rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 16

[postanowienia końcowe]

1. Przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, Ustawy z dnia 11 września 2019 r.- Prawo Zamówień (t.j. Dz.U.2024 poz.1320) oraz Ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2022.974).

3. W przypadku powstania sporu na tle realizacji niniejszej umowy Sądem właściwym dla jego rozstrzygnięcia będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. Strony przed wystąpieniem do Sądu zobowiązują się do wezwania drugiej strony do realizacji żądań mających być przedmiotem pozwu z wyznaczeniem co najmniej 14 dni na ich spełnienie.

4. Wykonawca akceptuje i potwierdza, iż w przypadku niniejszego zamówienia publicznego art. 552 oraz art. 490 § 1 Kodeksu cywilnego nie mają zastosowania. Natomiast w zakresie art. 491 § 1 i 2 Kodeksu cywilnego termin o którym mowa § 1 wskazanego przepisu, który Wykonawca może wyznaczyć Zamawiającemu w przypadku zwłoki w wykonaniu niniejszej umowy wynosi co najmniej 30 dni kalendarzowych.

5. Wykonawca w ramach niniejszej umowy zobowiązuje się do pełnego przestrzegania RODO. Naruszenie niniejszego rozporządzenia w związku z realizacją niniejszej umowy uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia powzięcia informacji o takim naruszeniu.

6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

7. Integralną część umowy stanowi:

a/ Załącznik nr 1 – do umowy Formularz ofertowy wg załącznika nr 1 do swz;

b/ Załącznik nr 2 – do umowy – Formularz asortymentowo – cenowy – wg załącznika nr 2 do swz;

c/ Załącznik nr 3- Formularz parametrów techniczno-użytkowych – wg załącznika nr 6 do swz;

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:

.....
(pieczęć nagłówkowa)

.....
(pieczęć nagłówkowa)

.....
(pieczęć Wykonawcy)

.....
(pieczęć kierownika jednostki)

.....
(Dane Wykonawcy)

Formularz parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia

Pełna nazwa urządzenia: **ZESTAW LASEROWY DO WYKONYWANIA PROCEDUR UROLOGICZNYCH Z WYPOSAŻENIEM - 1 SZT**

Typ/Model (podać):

Producent (podać):

Dostawca (podać):

Rok produkcji: (podać)

Lp.	Opis wymaganych parametrów technicznych	Parametry wymagane	Parametry oferowane: Tak/Nie Podać/wpisać
1	Sprzęt fabrycznie nowy, niepodemonstracyjny, rok produkcji 2023/2024	TAK	
2	Laser urologiczny do kruszenia kamieni, enukleacji stercza oraz innych procedur urologicznych i chirurgicznych	TAK	
3	Laser zbudowany na kryształach holmowo-yagowym	TAK	
4	Długość fali 2100 nm	TAK	
5	Moc urządzenia min. 150 W	> 150 W – 10 pkt = 150 W – 0 pkt	
6	Laser wyposażony w port laserowy "otwarty", czyli bez chipowania włókien, bez limitacji ilości użyć danego włókna, dostarczonej energii oraz ilości sterylizacji danego włókna. Laser nie może posiadać mechanizmu ograniczającego pracę na tych włóknach.	TAK	
7	Port laserowy typu high-power SMA	TAK	
8	Laser wyposażony w uchwyty transportowe oraz cztery koła skrętne, wszystkie z hamulcami, z możliwością ustawienia wszystkich kół do jazdy prosto	TAK	
9	Ekran dotykowy do sterowania laserem min. 12 cali, kolorowy, z możliwością obrotu i złożenia	TAK	
10	Czujnik obecności ręki otwierający przysłonę ochronną złącza włókna laserowego	TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt	
11	Waga urządzenia maks. 260 kg	TAK	
12	Częstotliwość pracy w zakresie min. 3-100 Hz	TAK	

Realizacja zadania pn. „Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku – zakup zestawu laserowego do wykonywania procedur urologicznych wraz z wyposażeniem”

13	Energia pojedynczego impulsu w zakresie min. 0,2-5 Joula	TAK	
14	Czas trwania impulsu min. 50-1100 μ s regulowany manualnie w min 5 stopniowej skali	TAK	
15	Wiązka naprowadzająca zielona	TAK	
16	Laser aktywowany za pomocą przycisku nożnego podłączanego z przodu urządzenia	TAK	
17	Przycisk nożny trzy-funkcyjny dwupedałowy	TAK	
18	Możliwość zaprogramowania różnych trybów pracy w programie litotrypsji, pod każdym z dwóch przełączników nożnych	TAK	
19	Trzy różne programy fabryczne do pracy na laserze <ul style="list-style-type: none"> – litotrypsja kamieni – BPH – tkanka miękka (soft tissue) Programy muszą się różnić charakterystyką impulsu i długością impulsu gwarantowaną przez producenta urządzenia. Nie chodzi o programy zapisywane w bibliotece ustawień przez użytkownika, gdzie zmiany dotyczą ilości Herzów, Jouli, grubości włókna czy natężenia plamki	TAK	
20	Specjalny program fabryczny do litotrypsji z efektem tzw. rozpylania-dustingu, czyli kruszenia długim impulsem - program musi pracować w pełnym zakresie długości impulsu w granicach do 1100 mikrosekund, z min 5 poziomami regulacji długości impulsu, program zapewnia zmniejszony odrzut lekkich złogów w moczowodach, niezależnie od ustawionej energii i częstotliwości w porównaniu ze standardowym programem do litotrypsji	TAK	
21	Specjalny tryb podwójnej modulacji impulsów pozwalający na szybszą fragmentację kamieni oraz poprawiający koagulację tkanek miękkich. Pierwszy impuls generuje bąbel a drugi emitowany jest po rozpoczęciu jego zapadania tworząc dodatnie sprzężenie zwrotne fali uderzeniowej	TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt.	
22	Laser wyposażony w technologię, która przy dowolnym ustawieniu energii/częstotliwości pozwala chirurgowi na modyfikowanie czasu trwania impulsu w min 5 różnych wartościach/krokach, umożliwiając doskonałą kontrolę retropulsji oraz bardzo drobne modyfikacje cięcia/ablacji.	TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt.	
23	Laser wyposażony w tryb specjalnej podwójnej modulacji impulsów, która łączy niską retropulsję z efektem zasysania fragmentów i zdolność do lepszej ablacji kamieni przy niskiej energii, tworząc drobny pył. Pierwszy impuls generuje pęcherzyk w celu zasysania i zmniejszenia retropulsji kamienia (tworząc rodzaj kosza do trzymania kamienia), a drugi impuls emitowany jest gdy wielkość pęcherzyka i ilość wypartego płynu jest największa, przechodząc bezpośrednio przez pęcherzyk i poprawiając ablację.	TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt.	
24	Laser wyposażony w tryb emisji specjalnego pojedynczego długiego impulsu ograniczającego retropulsję i poprawiającego ablację kamieni, minimalizującego moc szczytową przy	TAK	

Realizacja zadania pn. „Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku – zakup zestawu laserowego do wykonywania procedur urologicznych wraz z wyposażeniem”

	wybranych ustawieniach wyjściowych, z możliwości doregulowania jego długości w minimum 2 stopniach		
25	<p>Laser podczas pracy powinien stale i jednocześnie wyświetlać na ekranie dotykowym następujące parametry:</p> <ul style="list-style-type: none"> – tryb pracy – długość impulsu – grubość podłączonego włókna, – częstotliwość pracy, – energię impulsu, – ustawioną moc, – natężenie wiązki pilotującej, – stan lasera, – ilość podanej energii – czas podawania energii 	TAK	
26	Urządzenie pozwalające na zmianę podstawowych parametrów takich jak: energia, częstotliwość, długość trwania impulsu w trakcie, gdy laser pozostaje w trybie „ready” bez konieczności wychodzenia do trybu „standby”	TAK	
27	Laser wyposażony w system automatycznego wykrywania włókna laserowego, powinien też żądać potwierdzenia grubości podłączonego światłowodu przez użytkownika	TAK	
28	Soczewka zabezpieczająca przed zanieczyszczeniem wewnętrznej optyki lasera, tzw. blast-shield, na wypadek spalenia włókna lub innych zanieczyszczeń - łatwy dostęp z możliwością wymiany soczewki przez przeszkolony personel w szpitalu. Wymiana soczewki nie może się wiązać z potrzebą zdejmowania obudowy lasera jak i interwencji serwisu.	TAK	
29	Współpraca z włóknami wielo- i jednorazowego użytku	TAK	
30	Zasilanie sieciowe jednofazowe 220-230V. Przewód zasilający o długości min 2 m	TAK	
31	Swobodna praca urządzenia w temperaturze otoczenia 30 stopni C, przy ustawionej maksymalnej mocy urządzenia, podwójny system chłodzenia wodą i powietrzem	TAK	
32	Port do blokowania automatycznych drzwi w przypadku aktywacji promieniowania laserowego	TAK	
33	Laser powinien posiadać włącznik główny, kluczyk do włączania urządzenia oraz przycisk awaryjnego wyłączenia	TAK	
34	Włókna wielorazowe do wyboru z oferty producenta urządzenia, z niebieską otuliną, 5 szt.	TAK	
35	Nożyk i obieraczki do włókien laserowych, po 2 szt.	TAK	
36	Okulary ochronne, 2 szt.	TAK	
37	Mikroskop do badania jakości włókien, 1 szt.	TAK	
38	Optyka urologiczna z równoległym okularem, kąt patrzenia 6°, autoklawowalna, średnica kompatybilna z płaszczem resektoskopu 26 Fr., wyposażona w system soczewek wałeczkowych Hopkinsa, przyłącze LUER-Lock do podłączenia płukania, kanał roboczy do wprowadzenia ostrza morcelatora, wejście kanału roboczego wyposażone w uszczelkę oraz rozbieralny kranik –	TAK	

	2 szt.		
39	Adapter do połączenia optyki z zewnętrznym płaszczem resektoskopu - 2 szt.	TAK	
40	Optyka cystoskopowa oparta na systemie soczewek wałeczkowych, kąt patrzenia 30°, śr. 4 mm, dł. 30 cm, autoklawowalna. Optyka opatrzona słowną informacją potwierdzającą autoklawowalność oraz nadrukowanym kodem DATA MATRIX z zakodowanym min. numerem katalogowym i numerem seryjnym optyki. Nadrukowane na obudowie optyki oznaczenie w postaci graficznej średnicy kompatybilnego światłowodu – 2 szt.	TAK	
41	Płaszcz resektoskopu obrotowy, przepływowy, rozmiar 26 Fr., składający się z płaszcza zewnętrznego i wewnętrznego z ukośną końcówką ceramiczną, mocowanie pomiędzy płaszczem zewnętrznym i wewnętrznym na "klik", mocowanie do elementu pracującego obrotowe – 2 szt.	TAK	
42	Obturator kompatybilny z płaszczem resektoskopu 24 / 26Fr. - 2 szt.	TAK	
43	Element pracujący bierny, przeznaczony do pracy z włóknami laserowymi podczas laserowej enukleacji prostaty, wykorzystujący wymienne przewodnice do włókien laserowych różnego rozmiaru, wyposażony w mocowanie obrotowe do płaszcza resektoskopu oraz w zamknięte uchwyty na palce, kompatybilny z optyką cystoskopową o śr. 4 mm i dł. 30 cm i płaszczem resektoskopu o rozm. 26 Fr. - 2 szt.	TAK	
44	Wymienna przewodnica włókna laserowego z kanałem 0,8mm, kompatybilna z elementem pracującym - 2 szt.	TAK	
45	Wymienna przewodnica włókna laserowego z kanałem 1,5mm, kompatybilna z elementem pracującym - 2 szt.	TAK	
46	Pojemnik plastikowy do sterylizacji i przechowywania instrumentów, pokrywa przezroczysta, perforowana, dno pojemnika perforowane, umożliwiające umieszczenie kołków mocujących, pojemnik 2 poziomowy, wysłany matą silikonową, w zestawie kołki mocujące oraz paski silikonowe do przymocowania instrumentów. Wymiary zewnętrzne [szer. x gł. x wys.] - 545 x 260 x 115 mm - 2 szt	TAK	
47	Morcelator urologiczny do usuwania wyciętej tkanki prostaty z pęcherza moczowego po przezcewkowej enukleacji. Urządzenie złożone z konsoli sterującej, napędu morcelatora (motoru), oraz wymiennego ostrza	TAK	
48	Konsola sterująca zasilana elektrycznie, wyposażona w wyświetlacz numeryczny informujący o ustawionej prędkości ostrza, oraz o ciśnieniu w układzie	TAK	
49	Wymiary i waga konsoli sterującej: 400mm x 120mm x 360mm, maks. 8 kg	TAK	
50	Maksymalna prędkość 1200 r/min regulowana w min. 10 krokach przy pomocy przycisków na panelu konsoli	TAK	
51	Pompa ssąca wbudowana w konsolę sterującą do odsysania	TAK	

	płynu irygacyjnego i tkanki, ciśnienie ssania min. 0,08 MPa, wydajność odsysania min. 15 l/min		
52	W zestawie przełącznik nożny jednopedałowy, dwufunkcyjny	TAK	
53	Zintegrowany w uchwycie morcelatora kanał ssący do ewakuacji zmorcelowanych fragmentów tkanki, z możliwością zamknięcia i otwarcia światła przepływu za pomocą dźwigni	TAK	
54	Ostrze morcelatora dwuczęściowe, śr. 4,5 mm, dł. 40 cm, sterylizowalne - 2 szt.	TAK	
55	Możliwość sterylizacji uchwytu i ostrza w autoklawie 134° C	TAK	
56	W zestawie: butla zbierająca odessany płyn oraz pakiet sterylnych drenów z pułapką na zmorcelowaną tkankę	TAK	
57	Płaszcz w zestawie z obturatorem/mandrynem dokanałowym, o rozmiarze średnicy wewnętrznej. Płaszcz i mandryn hydrofilne. Płaszcz wyposażony w ukośny port boczny do podpięcia ssania zewnętrznego, z otworem do ręcznej, płynnej regulacji odsysania. Na górze płaszcz czerwony znacznik w kształcie oringu, wskazujący miejsce wycofania endoskopu podczas usuwania większych fragmentów złogów kamicznych. Końcówka dystalna płaszcz giętka, "współpracująca" z końcówką dystalną endoskopu giętkiego podczas pracy. Wzdłuż części roboczej płaszcz podziałka centymetrowa. Na górze płaszcz zdejmowana uszczelka silikonowa z otworem do wprowadzenia endoskopu	TAK	
58	Sterylny pojemnik do zbierania złogów podczas litotrypsji. Zbiornik o pojemności 140 ml. Wewnątrz pojemnika przegroda mająca na celu odseparowanie zebranych złogów. Na jednym z króćców pokrywy zbiornika zawór umożliwiający zamknięcie przepływu	TAK	
59	W zestawie ze zbiornikiem dren silikonowy	TAK	
60	RIRS video-ureterorenoskop giętki o ograniczonym czasie pracy: czas pracy min. 21 godzin, Długość robocza min. 670 mm, Średnica zewnętrzna części roboczej max. 2,8 mm, Średnica zewnętrzna części dystalnej max. F 7,5, Średnica kanału roboczego max. Ø 1,2 mm, Pole widzenia min. 110°, Głębokość ostrości min. 2-50 mm, Wygięcie części dystalnej min. 270° góra i min. 270° dół, Możliwość sterylizacji endoskopu w sterylizacji plazmowej oraz EO	TAK	
	Pozostałe wymagania		
1	Okres gwarancji min. 24 m-cy; obejmuje również akumulatory (jeśli dotyczy).	TAK (podać)	
2	Czas reakcji od przyjęcia zgłoszenia – podjęta naprawa nie dłużej jak: - 24 h (dni pracujące) dla zgłoszenia w czasie trwania gwarancji; - 48 h (dni pracujące) dla zgłoszenia pogwarancyjnego.	TAK	
3	W okresie gwarancji bezpłatne przeglądy (min. 1 x w roku chyba, że producent urządzeń lub/i ich podzespołów lub/i	TAK (podać)	

Realizacja zadania pn. „Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku – zakup zestawu laserowego do wykonywania procedur urologicznych wraz z wyposażeniem”

	elementów wymaga <u>częstszych niż 1 x w roku przeglądów</u> - wówczas ilość tych przeglądów winna być zgodna z wytycznymi producenta) łącznie z wymianą części zalecanych przez producenta (w ilości, zakresie – zgodnie z wymaganiami producenta); dotyczy również akumulatorów.		
4	Dostępność części zamiennych po okresie gwarancji oraz serwisu pogwarancyjnego przez okres 5 lat	TAK (podać)	
5	Szkolenie z obsługi aparatu/urządzenia w, tym sposobu mycia i dezynfekcji, dla personelu medycznego oraz technicznego wskazanego przez Zamawiającego jest bezpłatne, ilość osób do przeszkolenia określa Zamawiający	TAK	
6	Dostawa, montaż i uruchomienie w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu funkcjonowania urządzenia i w obecności osoby/osób wyznaczonych przez Zamawiającego – bezpłatne	TAK	
7	Wypełniony paszport techniczny	TAK	
8	Instrukcje obsługi, <u>w tym sposobu mycia i dezynfekcji</u> , w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej	TAK	
9	Dane teleadresowe i kontaktowe do najbliższych dla siedziby Zamawiającego autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski	TAK (podać)	
10	Urządzenie zastępcze (w przypadku awarii lub/i konieczności zabrania urządzenia do przeglądu poza szpital lub/i unieruchomienia urządzenia na czas przeglądu)	TAK	
11	Wszystkie oferowane w ramach zestawu produkty tworzą w pełni kompatybilny zestaw	TAK	

OŚWIADCZENIE :

Niniejszym oświadczamy, że oferowany powyżej zestaw jest kompletny i będzie po zamontowaniu i uruchomieniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza bieżącymi materiałami eksploatacyjnymi).

Formularz musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym / podpisem profilu zaufanego/e-podpis osobisty i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem(-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę.