

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia: **Dostawa weterynaryjnego unitu stomatologicznego z kompresorem**

2. Ilość:

Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	J.m.	Ilość
1.	Weterynaryjny unit stomatologiczny z kompresorem	kpl	1

3. CPV: 33126000-9

4. Oferty częściowe: *NIE DOTYCZY*

5. Wymogi techniczne: *zgodnie z szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.*

6. Usługi dodatkowe: *transport, załadunek i rozładunek na koszt Wykonawcy.*

*Wniesienie, instalacja i uruchomienie urządzenia w cenie oferty.*

7. Termin realizacji: *do 30 dni kalendarzowych od podpisania umowy, nie później niż do dnia 30.10.2022 r.*

8. Miejsca dostawy: *dostawa, wniesienie, instalacja uruchomienie urządzenia:*

**Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej w Gdyni, ul. Grudzińskiego 4, 81-103 Gdynia**

9. Dodatkowe oświadczenia i dokumenty

a) wymagane na etapie składania oferty:

1. Instrukcja użytkowania i eksploatacji.
2. Oświadczenie, że przedmiot oferty jest fabrycznie nowy, kompletny i gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów,
3. Autoryzowany serwis gwarancyjny na terenie Polski (załączyć autoryzację producenta oraz wykaz punktów serwisowych).
4. Materiały informacyjne na temat przedmiotu oferty, zawierające jego specyfikację techniczną, wykaz części składowych i potwierdzenie parametrów (minimum w zakresie

wymaganym opisem przedmiotu zamówienia) np. prospekty, karty katalogowe, broszury lub inne dokumenty spełniające powyższe wymagania.

5. Oświadczenie o posiadaniu dokumentów:

- a) Certyfikat CE.
- b) Deklaracja zgodności – jeśli asortyment stanowi wyrób medyczny.

#### **b) wymagane na etapie dostawy:**

1. Paszport urządzenia w języku polskim dostarczona do każdego urządzenia

2. Karta gwarancyjna zawierająca:

- a) uprawnienia użytkownika z tytułu gwarancji,
- b) wykluczenia gwarancji,
- c) obowiązki użytkownika wynikające z gwarancji, tj. informacje o koniecznych przeglądach stanu technicznego, ich częstotliwości w okresie gwarancji, a także podmiotach, w których przegląd można wykonać (o ile producent/dystrybutor sobie taki zastrzeże).

3. Certyfikat CE.

4. Deklaracja zgodności – jeśli asortyment stanowi wyrób medyczny.

#### **10. Wymagania gwarancyjne oraz wymagania w zakresie serwisowania:**

- 10.1. Gwarancja minimum 24 miesiące, w okresie gwarancji koszty wymaganych przeglądów serwisowych wliczone w cenę oferty. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny dostępny w Polsce.
- 10.2. Czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia do momentu rozpoczęcia naprawy max 72 h. Czas podjęcia diagnozy i naprawy nie dłuższy niż 7 dni. Usunięcie awarii – nie dłużej niż 21 dni roboczych od zdiagnozowania awarii.
- 10.3. W okresie zaoferowanego terminu gwarancji bezpłatny serwis gwarancyjny i przeglądy okresowe.

#### **11. Wymagania dot. szkolenia:**

Szkolenie praktyczne personelu potwierdzone protokołami, w terminach uzgodnionych pomiędzy wykonawcą i odbiorcą końcowym. Pomoc techniczna w cenie.

#### **12. Inne wymagania**

Dostarczany wyrób powinien być oznakowany zgodnie z decyzją nr 3/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 03.01.2014 r. w sprawie wytycznych określających wymagania w zakresie znakowania kodem kreskowym wyrobów dostarczanych do resortu obrony narodowej – Dz. Urz. MON z 07.01.2014. poz 11.

### **13. Załącznik:**

Załącznik 1 - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 1 do OPZ

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**  
**WETERYNARYJNY UNIT STOMATOLOGICZNY Z**  
**KOMPRESOREM**

**1. Przedmiotem zamówienia jest :** weterynaryjny unit stomatologiczny z kompresorem.

**2. Wymagania techniczne:**

- 2.1. Urządzenie do endodoncji i higienizacji jamy ustnej.
- 2.2. Zasilanie sieciowe: napięcie 220-230 V, częstotliwość 50/60 Hz, długość przewodu zasilającego nie krótsza niż 2 m.
- 2.3. Kompresor z ciśnieniem roboczym w przedziale 50-120 p.s.i, poziom głośności nie większy niż 45 dB, zbiornik na powietrze nie mniejszy niż 3,6 l.
- 2.4. Zbiornik na wodę o pojemności nie mniejszej niż 1 l.
- 2.5. Moc kompresora nie mniejsza niż min. 500 W
- 2.6. Wyposażenie urządzenia:
  - a) 3 funkcyjna strzykawko-dmuchałka
  - b) ślinociąg z końcówką, ssak,
  - c) utrwalacz polimeryzacyjny typu LED,
  - d) rękaw turbiny,
  - e) turbina,
  - f) mikrosilnik,
  - g) kątnica, skaler,
  - h) zestaw wiertel kompatybilnych z kątnicą (5 sztuk).

**3. Wymagania dotyczące kodyfikacji:**

Nie dotyczy

