

Wałbrzych, dnia 10.01.2020 r.

DZPZ-530-Zp/1/PN-1/20

**Wykonawcy – wszyscy**

*Dotyczy: „Dostawa Mikroskopu operacyjnego do zabiegów neurochirurgicznych” – Zp/1/PN-1/20*

**Wyjaśnienie  
do zmiany SIWZ z dnia 03.02.2020 r.**

Zamawiający informuje, że wymagania dotyczące przedmiotu umowy zawarte w załączniku nr 1 do SIWZ pozostają bez zmian.

W załączniku nr 2 do SIWZ w punkcie dotyczącym minimalnego zakresu ogniskowej po uwzględnieniu zmiany wynikającej z załącznika nr 1 do SIWZ, zapis dot. minimalnego zakresu ogniskowej przedstawia się następująco:

- <sup>(1)</sup> - minimalny zakres ogniskowej 225-600 mm.