



„Pro-Medica” w Elku Sp. z o.o.

19-300 Elk, ul. Baranki 24,
tel. 87 620-95-71 wew. 51 - Automatyczna Centrala
tel. 87 621-96-20 - Sekretariat, Zarząd Spółki

Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych
tel. 87 620-95-93
tel. 87 620-95-76
tel. 87 620-96-26

e-mail: zaopatrzenie-pm@elk.com.pl
e-mail: przetargi@promedica.elk.pl
www.promedica.elk.com.pl

Odpowiedź na Zapytanie 1

Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/DZZP/3531/23

Data: 08.09.2023r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji na „Dostawę systemu zamkniętego do pobierania krwi z mikrometodą i elementami uzupełniającymi na potrzeby „Pro-Medica” w Elku Sp. z o. o.” Znak sprawy: 3391/2023.

Na podstawie art. 284 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

PYTANIE nr 1

Załącznik nr 3, pozycja 10 – Ze względu na to, że probówko-strzykawka do OB i pipeta kalibrowana produkty, które są sprzedawane jako dwie odrębne pozycje z różnymi numerami katalogowymi, czy Zamawiający wyrazi zgodę na rozszerzenie formularza cenowego o jeden wiersz, w celu wyceny dwóch odrębnych pozycji: probówko strzykawki do OB. i pipety kalibrowanej ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje Modyfikacji nr 1 z dn. 08.09.2023 r. Załącznika Nr 3 do SWZ - Formularz Asortymentowo-cenowy oraz Modyfikacji nr 1 z dn. 08.09.2023 r. Załącznika Nr 4 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia.

PYTANIE nr 2

Załącznik nr 3, pozycja 21 - Czy nie nastąpiła omyłka pisarska w opisie przedmiotu zamówienia w tej pozycji, czy nie powinno być „mikrometoda EDTA 200 ul z kapilarą” ?

Odpowiedź: Nastąpiła omyłka, powinno być „mikrometoda EDTA 200 ul z kapilarą”. Zamawiający dokonuje Modyfikacji nr 1 z dn. 08.09.2023 r. Załącznika Nr 3 do SWZ - Formularz Asortymentowo-cenowy oraz Modyfikacji nr 1 z dn. 08.09.2023 r. Załącznika Nr 4 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia.

PYTANIE nr 3

Dot. Projektu umowy § 8 ust. 1a)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na karę umowną w wysokości 1,5% wartości brutto zamówienia częściowego za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostawie ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE nr 4

Dot. Projektu umowy § 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisów umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto?

Uzasadnienie: VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągnięte przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia w ofercie treści udzielonych odpowiedzi i dokonanych zmian, stanowią one bowiem integralną część SWZ.

Z poważaniem