




**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kielcach  
im. św. Jana Pawła II**

25-375 Kielce ul. Wojska Polskiego 51

☎ (41) 260-42-00 Fax. (41) 260-42-05  
NIP:657-18-13-314 REGON: 290391139



✉ [zoz@zozmswiakielce.pl](mailto:zoz@zozmswiakielce.pl)

🌐 [www.zozmswiakielce.pl](http://www.zozmswiakielce.pl)

Kielce, dnia 11 grudnia 2024 r.

Znak postępowania: **37/TP/2024**

### WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

dot. *postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym – art. 275 pkt 1) pn. „Zakup i dostawa odczynników wraz z dzierżawą aparatu do badań immunochemicznych dla SP ZOZ MSWiA w Kielcach im. św. Jana Pawła II”.*

SP ZOZ MSWiA w Kielcach im. św. Jana Pawła II działając na podstawie art. 284 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2024, poz. 1320 ze zm.), udziela wyjaśnień na wnioski Wykonawcy w ramach wyżej wymienionego postępowania:

#### Pytanie 1

Dotyczy pkt. 36 parametrów granicznych

Prosimy Zamawiającego o odpowiedź na następujące pytania dotyczące instalacji systemu klimatyzacji:

- Jakie są wymiary pomieszczenia, w którym ma być zamontowany klimatyzator oraz kubatura w m<sup>3</sup> ?
- Na którym piętrze znajduje się pomieszczenie w którym ma być zamontowany klimatyzator (konieczność wyceny ew. podnośnika w przypadku instalacji jednostki zewnętrznej)
- Czy klimatyzator powinien być podwieszany na ścianie, czy stojący?
- Prosimy o podanie preferowanej mocy urządzenia?
- Czy w pracowni gdzie ma być zainstalowana klimatyzacja - jest już klimatyzacja, jeżeli tak, czy Zamawiający sam dokona demontażu starej jednostki?
- W jaki sposób będą odprowadzane skropliny? Na zewnątrz czy do kanalizacji?

#### Odpowiedź:

Zamawiający udziela wyjaśnień:

- ad. a) Wymiary pomieszczenia, w którym ma być zamontowany klimatyzator 3,35m x 5,26 m x 3 m = 52,86 m<sup>3</sup>
- ad. b) Pracownia mieści się na IV piętrze
- ad. c) Klimatyzator podwieszany
- ad. d) Moc urządzenia stosowna do kubatury pomieszczenia (od strony południowo -zachodniej)
- ad. e) Nie ma obecnie klimatyzacji
- ad. f) Skropliny do kanalizacji

#### Pytanie 2

Dotyczy FAC

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dołączenie dodatkowej tabeli w której wykonawca wpisze kalibratory, kontrole, materiały zużywalne oraz akcesoria niezbędne do wykonania badań wyszczególnionych w załączniku nr 2 do SWZ?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na dołączenie dodatkowej tabeli w której wykonawca wpisze kalibratory, kontrole, materiały zużywalne oraz akcesoria niezbędne do wykonania badań wyszczególnionych w załączniku nr 2 do SWZ.

**Pytanie 3**

Dotyczy Załącznik nr 2 SWZ [37/TP/2024] formularz asortymentowo-cenowy punkt 14

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania do oznaczanie HIV odczynników IV generacji, testów jakościowych wykrywających przeciwciała przeciwko HIV-1 (grupy M i grupy O) i HIV-2 oraz antygen p24 HIV?

**Odpowiedź:**

TAK, Zamawiający wymaga zaoferowania do oznaczanie HIV odczynników IV generacji, testów jakościowych wykrywających przeciwciała przeciwko HIV-1 (grupy M i grupy O) i HIV-2 oraz antygen p24 HIV.

**Pytanie 4**

Dotyczy pkt. 2 par. 2 projektu umowy

Prosimy o wyrażenie zgody na zmianę terminu dostawy analizatora z 14 dni od daty zawarcia umowy na min. 21 dni roboczych. Uzasadnienie: wykonawca nie prowadzi produkcji na terenie RP. Przedmiot zamówienia transportowany jest z terenu UE.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu dostawy analizatora z 14 dni od daty zawarcia umowy na min. 21 dni roboczych.

**Pytanie 5**

Dotyczy pkt. 10 par. 2 projektu umowy

- a) Prosimy o wyrażenie zgody na zmianę terminu dostaw z 3 dni roboczych na 5 dni roboczych. wykonawca nie prowadzi produkcji na terenie RP. Przedmiot zamówienia transportowany jest z terenu UE
- b) Zmianę dostaw cito z 24h na min. 72 h.

**Odpowiedź:**

Zamawiający udziela wyjaśnień:

Ad. a) Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje zmiany w §2 pkt 10 projektu umowy z 3 dni roboczych na **5 dni** roboczych.

Ad. b) Zamawiający dokonuje zmiany w §2 pkt 10 projektu umowy z 24 godziny od złożenia zamówienia na **48 godzin** w przypadku zamówienia pilnego „na cito”.

**Pytanie 6**

Dotyczy pkt. 2 par. 3 projektu umowy

Prosimy o wyrażenie zgody na zmianę terminu przydatności oferowanego towaru z 6 mcy na min. 4 mce.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje zmiany w §3 pkt2 projektu umowy terminu przydatności oferowanego towaru z 6 miesięcy na **min. 4 miesiące**.

**Pytanie 7**

Dotyczy pkt 1 ppkt 2) par. 7

Prosimy o zmianę zapisu na: „2) w razie zwłoki w dostarczeniu towaru, albo zwłoki w usunięciu stwierdzonych wad, braków lub niezgodności towaru z umową ponad terminy określone w §2 ust 3 i §6 ust 1 niniejszej umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości **0,05%** wartości niezrealizowanej dostawy brutto, licząc za każdy dzień zwłoki”.

**Odpowiedź:**

Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

**Pytanie 8**

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku zaoferowania kontroli wieloparametrowej niezależnego producenta, Wykonawca można zrezygnować z kontroli dedykowanej producenta odczynnika, która jest wymieniona i wymagana w ulotce odczynnikowej. Zastosowanie wieloparametrowego materiału kontrolnego jest rozwiązaniem wygodniejszym i korzystniejszym ze względów ekonomicznych. Rozwiązanie takie jest powszechnie stosowane w praktyce laboratoryjnej.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga możliwość rezygnacji z kontroli dedykowanej producenta odczynnika na rzecz kontroli wieloparametrowej.

Zgodnie z zapisem SWZ, Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych w zakresie opisanym w SWZ. Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać w ofercie, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania Zamawiającego. Rozwiązania równoważne zaproponowane przez Wykonawcę będą posiadały co najmniej takie same lub lepsze parametry techniczne i funkcjonalne, co najmniej w zakresie opisanym danym znakiem towarowym lub daną normą i nie obniżą określonych przez Zamawiającego standardów

**Pytanie 9**

Czy Zamawiający posiada na wyposażeniu laboratorium podchloryn czy wymaga dostarczenia go przez Oferenta ? Roztwór podchlorynu jest używany w procesie mycia i konserwacji analizatora.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie posiada na stanie podchlorynu, wymaga dostarczenia go przez Wykonawcę zgodnie z SWZ.

**Pytanie 10**

Czy Zamawiający wymaga aby oferent zaoferował dedykowane rozcieńczalniki służące do manualnego rozcieńczania próbek pacjentów w przypadku otrzymania wyników powyżej zakresu oznaczenia oznaczalności analizatora ?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający wymaga aby oferent zaoferował dedykowane rozcieńczalniki służące do manualnego rozcieńczania próbek pacjentów w przypadku otrzymania wyników powyżej zakresu oznaczenia oznaczalności analizatora.

**Pytanie 11**

Dotyczy Załącznik nr 2 SWZ [37/TP/2024] formularz asortymentowo-cenowy punkt 4: Czy Zamawiający wymaga zaoferowania odczynnika do oznaczania całkowitej B12 czy odczynnika do oznaczania aktywnej witaminy B12 – holotranskobalaminy?

**Odpowiedź:**

Odczynnik do oznaczania witaminy B12 aktywnej.

.....