



Znak: AE/ZP-27-52/21

Tarnów, 2021-12-01

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej progi unijne (powyżej 214.000 EURO) na dostawę kardiogramu z komputerową analizą zapisu 1 szt.

W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej treści:

1. Dotyczy Załącznika Nr 5 pkt. 20 - Czy Zamawiający dopuści prezentację na ekranie wyłącznie w postaci cyfrowej wartości FHR i TOCO?
2. Dotyczy Załącznika Nr 5 - Czy Zamawiający wymaga aby obsługa aparatu była wyłącznie przez ekran dotykowy, bez przycisków i pokręteł. Obsługa możliwa w medycznych rękawiczkach?
3. Dotyczy Załącznika Nr 5 - Czy Zamawiający wymaga pomiaru tętna matki?
4. Dotyczy Załącznika Nr 5 - Czy Zamawiający wymaga aby głowice bezprzewodowe mierzyły te same parametry co aparat przewodowy?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1

Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie kardiogramu, który posiada prezentację na ekranie wyłącznie w postaci cyfrowej wartości FHR i TOCO.

Ad. 2

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również zaoferowanie kardiogramu, którego obsługa odbywa się wyłącznie przez ekran dotykowy, bez przycisków i pokręteł. Obsługa możliwa w medycznych rękawiczkach.

Ad. 3

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również zaoferowanie kardiogramu, który posiada pomiar tętna matki.

Ad. 4

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Otrzymują:

1. Platforma Zamawiającego
2. a/a

DYREKTOR
Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika
w Tarnowie

Marcin Kuta

