



WOJSKOWE CENTRUM
KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
00-671 Warszawa 1, ul. Koszykowa 78



Warszawa, dnia 01.09.2022r.

Uczestnicy postępowania publicznego Nr 43/D/2022

WCKiK – SZP.2612.1.43/D/2022

Dotyczy: *pytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu publicznym
Sprawa Nr 43/D/2022.*

Na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zmianami) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści SWZ w postępowaniu publicznym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest **Dostawa urządzeń medycznych (Sprawa Nr 43/D/2022).**

PYTANIE 1.

1. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu wykonania w okresie gwarancji min. 2 bezpłatnych (obejmujących koszty pracy serwisu, dojazdu, materiałów zużywalnych) przeglądów gwarancyjnych? Producent ich nie wymaga w okresie standardowej 24 miesięcznej gwarancji.

ODPOWIEDŹ

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

PYTANIE 2.

2. Czy Zamawiający wydłuży czas reakcji serwisu w okresie gwarancji do 72 godzin ?

ODPOWIEDŹ

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu realizacji serwisu.

PYTANIE 3.

3. Czy Zamawiający wydłuży czas naprawy na terenie Polski do 14 dni ?

ODPOWIEDŹ

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie czasu na naprawy do 14 dni.

PYTANIE 4.

4. Czy Zamawiający dopuści urządzenie zastępcze o parametrach zbliżonych do oferowanych w przypadku naprawy powyżej 14 dni ?

ODPOWIEDŹ

Nie Zamawiający nie wyraża zgody.

W imieniu Zamawiającego