



SZPITAL ŚW. ŁUKASZA
w Bolesławcu

Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu
ul. Jeleniogórska 4
59-700 Bolesławiec

NIP: 6121542507
KRS: 0000024307
REGON: 000310338

T.: 75 738 00 00
E.: sekretariat@szpitalboleslawiec.pl

Forma prawna:
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej

Nr w rej. ZOZ:
000000001137

Bolesławiec, 13 listopada 2023 r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

e-mail: platforma zakupowa

Dotyczy: zapytań do treści specyfikacji w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 przepisów ustawy Pzp na „Sukcesywne dostawy kaset do analizatorów parametrów krytycznych będących własnością Zamawiającego GEM Premier 5000 z dzierżawą 2 analizatorów back-up do wykonania badań POCT. Dzierżawa i dostawa oprogramowania nadzorującego działanie aparatury POCT będącej własnością Zamawiającego i aparatury w dzierżawie dla Centralnego Laboratorium Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu”. Znak sprawy 52/PN/2023.

Zamawiający zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania do treści specyfikacji warunków zamówienia. Działając zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje poniżej treść wniesionych pytań oraz odpowiedzi w tym zakresie.

Pytanie nr 1

Ad pkt 14 parametrów wymaganych:

„Aparat całkowicie bezobsługowy: wielotestowa kasecja odczynnikowa z wbudowanym automatycznym systemem kontroli jakości w czasie rzeczywistym”

„Zamawiający wymaga aby po każdym badaniu była przeprowadzana w sposób automatyczny kontrola systemu przy użyciu płynnych materiałów kontroli jakości (minimum 3 poziomy) zawartych w kasecie, bez ingerencji operatora.”

Prosimy o doprecyzowanie, że Zamawiający wymaga w pkt 14 kasecji odczynnikowo-sensorowej tak samo jak w pkt 16 i 18 parametrów wymaganych?

Prosimy o doprecyzowanie, że Zamawiający wymaga aby po każdym badaniu była przeprowadzana w sposób automatyczny kontrola systemu przy użyciu płynnych materiałów kontroli na jednym poziomie a na dwóch kolejnych poziomach w innych interwałach czasowych np. co 4 godziny i co 12 godzin?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, zamawiający akceptuje rozwiązanie w postaci kasety sensorowo-odczynnikowej. Zamawiający akceptuje tego typu rozwiązanie technologiczne aby po każdym badaniu była przeprowadzana w sposób automatyczny kontrola systemu przy użyciu płynnych materiałów kontroli na jednym poziomie a na dwóch kolejnych poziomach w innych interwałach czasowych np. co 4 godziny i co 12 godzin.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania dodatkowej kontroli zewnątrzlaboratoryjnej, jeśli tak to prosimy o określenie jak często i dla jakich parametrów, a także dla ilu aparatów?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, zamawiający wymaga zaoferowania dodatkowej kontroli zewnątrzlaboratoryjnej, minimum dwa razy do roku, zakończonej uzyskaniem certyfikatu. Kontrola winna obejmować następujące parametry: Chlorki, glukoza, wapń jonizowany, mleczan, pCO₂, pH, pO₂, potas, sód, nadmiar zasad, HCO₃, dla 7 aparatów.