

Nr sprawy **38/2023/PN**

Bydgoszcz 27.11.2023 r.

strona internetowa prowadzonego postępowania

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

DOSTAWY OPATRUNKÓW, OBŁOŻEŃ I INNEGO SPRZĘTU Z PODZIAŁEM NA CZĘŚCI

Na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 – dalej „Pzp”) w odpowiedzi na wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1

Część nr 30

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w części nr. 30 wapna sodowanego o poziomie pylenia (< 0,5mm) w przybliżeniu pomiędzy 0,3% -0,4% , absorpcji CO₂ w min. 130 l/kg ,w postaci nieregularnego granulatu 4x2mm, o składzie Ca(OH)₂ 82,50%, NaOH 3,5%, zawartości wilgoci 12-18%,z indykatozem zużycia, o gramaturze 5 kg?

Odpowiedź: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 2

Część nr 30

Czy Zamawiający wyrazi zgodę , przypadku dopuszczenia wapna o gramaturze 5 kg , na przeliczenie ilości (tj. 126 op) ponieważ wapno 5 l odpowiada gramaturze 4,5 kg?

Odpowiedź: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 3

Pakiet 15

Wymagania – Czy Zamawiający wyrazi, aby materiał serwet spełniał wymogi normy EN 13795-1-3 i posiadał gramaturę min. 55g/m²?

Odpowiedź: TAK. Zamawiający wyraża zgodę, aby materiał serwet spełniał wymogi normy EN 13795-1-3 i posiadał gramaturę min. 55g/m².

Pytanie nr 4

Pakiet nr 15 Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania igłę kulkową igłę kulkową wykonaną ze austenitycznej stali nierdzewnej oraz poliwęglanu – końcówka / nasadka „luer lock” – pozostałe komponenty i parametry zgodnie z SWZ?

Odpowiedź: TAK. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania igłę kulkową wykonaną ze austenitycznej stali nierdzewnej oraz poliwęglanu – końcówka / nasadka „luer lock” – pozostałe komponenty i parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 5

Pakiet nr 15 Pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestaw do hemodializy w opakowaniu miękkim typu papier-folia typu blister „2 w 1” (Podłączenie + Odłączenie), komponenty potrzebne przy „Odłączeniu” są dodatkowo zapakowane – pozostałe parametry zgodne z SWZ?

Odpowiedź: TAK. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6

Pakiet nr 15 Pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestaw do wkłucia centralnego, w którego składzie serweta z otworem przylepnym o średnicy 7 cm położonym centralnie jest w rozmiarze 150 x 120 cm - pozostałe komponenty i parametry zgodnie z SWZ?

Odpowiedź: TAK. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 7

Pakiet nr 15 Pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestaw do zakładania szwów. W którego składzie nożyczki metalowe ostro/ostre są w rozmiarze 11,4 cm - pozostałe komponenty i parametry zgodnie z SWZ?

Odpowiedź: TAK. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 8

Pakiet nr 15 Pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestaw, w którego składzie fartuch chirurgiczny wzmocniony ma gramaturę wzmocnienia min. 38 g/m² - pozostałe parametry zgodne z SWZ?

Odpowiedź: TAK. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 9

Dotyczy części nr 29 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści żel zawierający w 1 ml:

- usieciowany kwas hialurynowy 17 mg,
- Deksanomer 50 mg,
- Chlorek sodu 9 mg,
- woda do wstrzykiwań do 1 ml,

Spełniający wszystkie pozostałe wymagania SWZ?

Odpowiedź: NIE. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 10

Dotyczy części nr 28 poz.1

Czy Zamawiający dopuści cement kostny - radioceniujący z gentamycyną proszek -> płyn 40 g proszku + 20 ml cieczy?

Odpowiedź: NIE. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 11

Dotyczy części nr 32

Czy z uwagi na fakt, że glukometr nie jest urządzeniem przeznaczonym do precyzyjnej oceny glikemii *postmortem*, a stężenie glukozy spadające poniżej 50 mg/dl już stanowi zagrożenie zdrowia i życia pacjenta wymagające pilnej interwencji medycznej, natomiast stężenie 10nd/ml nie występuje u nikogo żywego, Zamawiający dopuści w Części nr 32 paski testowe z zakresem wyników pomiaru wynoszącym 20-600mg/dl (przy stężeniu <20mg/dl glukometr wyświetla wówczas komunikat „Lo” oznaczający spadek stężenia glukozy poniżej 20mg/dl)? W przypadku odmowy prosimy o merytoryczne wyjaśnienie,



gdyż żaden glukometr nie jest w stanie precyzyjnie określić czy rzeczywiste stężenie glukozy we krwi wynosi 10 mg/dl czy też 20 mg/dl - różnica między tymi wartościami jest bowiem mniejsza od błędu pomiarowego glukometru.

Odpowiedź: NIE. Zamawiający wymaga zaoferowania produktu spełniającego wymagania SWZ.

Pytanie nr 12

Dotyczy części nr 32

Prosimy o dopuszczenie w Części nr 32 pasków testowych absorbujących krew punktowo na szczycie kapilary zasysającej paska testowego, w wyraźnie odróżniającym się miejscu na powierzchni paska. Takie rozwiązanie pozwala na uniknięcie zabrudzenia glukometru krwią. Absorpcja krwi na całej szerokości paska jest przeznaczona dla osób niedowidzących, a zatrudnianie takich osób jako personelu pielęgniarskiego stwarzałoby zagrożenie epidemiologiczne zarówno dla pacjentów jak i samego personelu. Wykonywanie pomiarów na terenie szpitala w ciemności jest zabronione zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i powiązanymi Polskimi Normami dotyczącymi minimalnego wymaganego poziomu oświetlenia w placówkach służby zdrowia. W związku z powyższym wnosimy jak na wstępie.

Odpowiedź: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.

Pytanie nr 13

Dotyczy części nr 4

Prosimy o dopuszczenie w Pakiecie 4 pasków testowych do glukometru o standardowym czasie pomiaru wynoszącym 5s. Czynność pobrania krwi, prawidłowego wykonania pomiaru za pomocą glukometru oraz usunięcia zużytego paska zajmuje co najmniej ok. pół minuty, nie ma zatem znaczenia, czy czas samego pomiaru wynosi 4s czy 5s.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza standardowy czas pomiaru dla pasków testowych wynoszący 5s.

Pytanie nr 14

Dotyczy części nr 4

Prosimy o dopuszczenie w Pakiecie 4 pasków testowych o stabilności wynoszącej 6 miesięcy od pierwszego otwarcia fiolki – paski pakowane w fiolki po 50 szt. (po przeliczeniu pasków na odpowiednią ilość opakowań). Zamawiający w ramach mowy przetargowej zamierza zużywać paski testowe w średnim tempie 43 opakowań na miesiąc, wątpliwe jest zatem, aby paski z któregośkolwiek otwartego uprzednio opakowania pozostawały niewykorzystane w okresie dłuższym niż 6 miesięcy. Z uwagi na powyższe wnosimy jak na wstępie.

Odpowiedź: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.

Pytanie nr 15

Prosimy o możliwość zaoferowania pasków kompatybilnych z innym modelem glukometru niż wskazany w SIWZ. Zamawiający musi zdawać sobie sprawę z faktu, że z glukometrem Accu-check Instant kompatybilne są wyłącznie paski testowe produkowane przez firmę Roche, więc sugerowanie że jest inaczej poprzez opisywanie parametrów specyfikacji jest bezcelowe. Obecny opis przedmiotu zamówienia ogranicza więc konkurencję wyłącznie do pasków testowych firmy Roche.

Odpowiedź: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.

Pytanie nr 16

Dotyczy części nr 27

Czy zamawiający dopuści produkt alternatywny do opisanego w SWZ; Bezpieczny pojemnik histopatologiczny, formalina uwalniana w momencie dokręcenia nakrętki.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania produktu spełniającego wymagania SWZ.

Pytanie nr 17

Dotyczy części nr 27 poz. 1



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Czy Zamawiający dopuści opakowania zbiorcze po 48 sztuki, nie zmieniając ilości zamówienia?

Odpowiedź: TAK. Zamawiający zgodnie z Rozdziałem III pkt. 4 SWZ dopuszcza.

Pytanie nr 18

Dotyczy części nr 27 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści opakowania zbiorcze po 24 sztuk, nie zmieniając ilości zamówienia?

Odpowiedź: TAK. Zamawiający zgodnie z Rozdziałem III pkt. 4 SWZ dopuszcza.

Pytanie nr 19

Dotyczy § 3 ust. 2 Załącznika nr 4 do SWZ

„... 2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania towaru o okresie ważności nie krótszym niż 12 miesięcy od daty dostawy. Dostawy produktów z krótszym terminem ważności mogą być dopuszczone w wyjątkowych sytuacjach i każdorazowo zgodę na nie musi wyrazić upoważniony przedstawiciel Zamawiającego.”

Mając na względzie powyższe zwracamy się o zmianę wymagania minimum 12 miesięcy daty ważności dostarczanych produktów leczniczych na minimum 6 miesięcy, ze względu na fakt, że 18 miesięcy to całkowity czas trwania Umowy a dodatkowo Zamawiający dokonuje zamówień z terminem wykonania 48 godzin lub 24 godziny, co w znakomity sposób powoduje czas do zużycia zamówionych produktów.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.

Pytanie nr 20

Dotyczy § 6 ust. 5 Załącznika nr 4 do SWZ.

„... 5. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 % wartości brutto przedmiotu umowy, jeżeli z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Zamawiający odstąpi od umowy przed upływem terminu, na który umowa została zawarta.”

Mając na względzie miarkowanie kary oraz równość stron Umowy, wnosimy o wyjaśnienie dlaczego Zamawiający żąda zapłacenia ewentualnej kary od całkowitej wartości Umowy, gdzie Umowa może być np. wykonana w zakresie 90%? Dodatkowo powstaje wyjaśnienie, dlaczego Zamawiający miałby karać wykonawcę za część umowy wykonaną prawidłowo a co więcej zakładając, że umowa dotyczy kilku pakietów (zadań), co w takim przypadku, gdzie podstawa odstąpienia będzie dotyczyć jednego z wielu pakietów?

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje modyfikacji postanowień § 6 ust. 5 i ust. 6 projektu umowy poprzez nadanie im następującego brzmienia:

5. „Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości **niezrealizowanego** przedmiotu umowy brutto, jeżeli z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Zamawiający odstąpi od umowy przed upływem terminu, na który została zawarta.”
6. „Z zastrzeżeniem art. 456 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 5% wartości **niezrealizowanego** przedmiotu umowy brutto, w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego.”

Pytanie nr 21

Dotyczy § 6 ust. 9, 10 Załącznika nr 4 do SWZ.

„... 9. Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej następuje przez sporządzenie noty księgowej wraz z pisemnym uzasadnieniem oraz terminem zapłaty.

10. Zamawiający może potrącić należność z tytułu kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.”

Mając na względzie powołane zapisy, wnosimy o wskazanie procedury odwoławczej w przypadku naliczenia kary umownej. Fakt, że naliczenie kary umownej następuje przez sporządzenie noty księgowej wraz z uzasadnieniem, to dla zachowania równości podmiotów wnosimy o przewidzenie procedury odwoławczej w celu uniknięcia arbitralnej decyzji Zamawiającego, która nie zawsze musi być uzasadniona i prawidłowa.



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść postanowień § 6 ust. 9 i 10 projektu umowy.

Pytanie nr 22

Pakiet 2, pozycja 1-3

Czy Zamawiający dopuści opaskę dzianą o sile zrywającej min. 40N/5cm?

Odpowiedź: TAK. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 23

Pakiet 6, pozycja 1-9

Czy Zamawiający dopuści przylepiec nawinięty na rolkę?

Odpowiedź: TAK. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 24

Pakiet 6, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści przylepiec o długości 9,14m?

Odpowiedź: TAK. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 25

Pakiet 6, pozycja 10-12

Czy Zamawiający dopuści przylepiec z tkaniny bawełnianej?

Odpowiedź: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.

Pytanie nr 26

Pakiet 7, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści opaskę elastyczną o rozciągliwości ok. 80%?

Odpowiedź: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.

Pytanie nr 27

Pakiet 7, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści opaskę elastyczną w rozmiarze 8cm x 4m?

Odpowiedź: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.

Pytanie nr 28

Pakiet 7, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści rękaw opatrunkowy w rozmiarze 1 o szerokości w stanie relaksacji max 1,5cm?

Odpowiedź: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.

Pytanie nr 29

Pakiet 7, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści rękaw opatrunkowy w rozmiarze 2 o szerokości w stanie relaksacji 1-2,5cm?

Odpowiedź: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.

Pytanie nr 30

Pakiet 7, pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści rękaw opatrunkowy w rozmiarze 3 o szerokości w stanie relaksacji 1,5-3,5cm?

Odpowiedź: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.

Pytanie nr 31

Pakiet 7, pozycja 13



Czy Zamawiający dopuści rękaw opatrunkowy w rozmiarze 4 o szerokości w stanie relaksacji 2,5-4,5cm?

Odpowiedź: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.

Pytanie nr 32

Pakiet 7, pozycja 14

Czy Zamawiający dopuści rękaw opatrunkowy w rozmiarze 6 o szerokości w stanie relaksacji 4-6,5cm?

Odpowiedź: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.

Pytanie nr 33

Pakiet 7, pozycja 15

Czy Zamawiający dopuści rękaw opatrunkowy w rozmiarze 8 o szerokości w stanie relaksacji 5-9,5cm?

Odpowiedź: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.

Pytanie nr 34

Pakiet 7, pozycja 10-15

Czy Zamawiający dopuści rękaw opatrunkowy o składzie 70-80% przędzy poliamidowej i 20-30% poliuretanowej przędzy elastomerowej?

Odpowiedź: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.

Pytanie nr 35

Pakiet 7, pozycja 16-17

Czy Zamawiający dopuści tufery z gazy 17-nitkowej?

Odpowiedź: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.

Pytanie nr 36

Pytanie dot. treści SWZ:

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby pełnomocnictwo załączone do oferty zawierało w szczególności wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza złożenie pełnomocnictwa ogólnego z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wraz ze szczegółami dotyczącymi zakresu uprawnień pełnomocnika.

Pytanie nr 37

Pytania dot. treści projektu umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie następującej klauzuli waloryzacyjnej do projektu umowy:

„Jeżeli suma miesięcznych wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszonych przez Główny Urząd Statystyczny na stronie <https://stat.gov.pl/> (wyszczególnienie: „Poprzedni miesiąc = 100”), za okres począwszy od miesiąca następującego po zawarciu niniejszej umowy lub od miesiąca następującego po ostatniej zmianie cen, wyniesie co najmniej wartość 105,0 - wówczas ceny jednostkowe wzrosną o 3% (w zaokrągleniu do pełnych groszy) począwszy od następnego miesiąca. Wzrost wynagrodzenia zostanie wprowadzony aneksem do niniejszej umowy.

Prośbę swą motywujemy tym, iż umowa będzie umową długoterminową i niewątpliwym jest, iż w okresie jej obowiązywania może nastąpić zmiana siły nabywczej pieniądza. Wprowadzenie klauzuli umożliwi zaktualizowanie wynagrodzenia Wykonawcy pod kątem rzeczywistej wartości ekonomicznej świadczonych dostaw, co przyczyni się zarówno do jak najpełniejszego wykonywania umowy, jak również sporządzenia właściwej kalkulacji oferty zobowiązania długoterminowego.

Dodatkowo, z uwagi na ogólnoświatową sytuację polityczno-gospodarczą spowodowaną działaniami zbrojnymi rozpoczętymi na terenie Ukrainy, przez wzgląd na wynikające z tego konsekwencje w postaci wyjątkowej niestabilności kursów walut, wnosimy o wprowadzenie do umowy zapisu dotyczącego możliwości zmiany umowy na wypadek ww. okoliczności.



Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie do projektu umowy proponowanej przez Wykonawcę klauzuli waloryzacyjnej. Zamawiający wskazuje, że stosowna klauzula waloryzacyjna jest zamieszczona w § 5 ust. 16 i nast. projektu umowy.

Pytanie nr 38

Dot SWZ i umowy §2 pkt.2

Prosimy o wyłączenie Pakietu 32 obowiązku dostaw na cito na „cito” w ciągu 24 h w każdy dzień tygodnia (od poniedziałku do niedzieli).

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie Części nr 32 z obowiązku dostaw na „cito” w ciągu 24 h w każdy dzień tygodnia (od poniedziałku do niedzieli) oraz dokonuje modyfikacji wskazanych zapisów w SWZ oraz w Projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ:

1. Projekt umowy §2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać dostawę w ciągu 48 godzin, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach „na cito” w ciągu 24 godzin od momentu złożenia zamówienia przez Zamawiającego z **wyłączeniem Części nr 32 - PASKI TESTOWE.**

Dostawy „na cito” możliwe w każdy dzień tygodnia - od poniedziałku do niedzieli. Numer telefonu oraz adres e-mail do składania zamówień „na cito”:

tel., e-mail:

2. Rozdział III pkt. 6 SWZ otrzymuje brzmienie:

„6. Wykonawca zobowiązuje się wykonać dostawę w ciągu 48 godzin, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach „na cito” w ciągu 24 godzin od momentu złożenia zamówienia przez Zamawiającego z wyłączeniem Części nr 32 - PASKI TESTOWE.. Dostawy „na cito” możliwe w każdy dzień tygodnia - od poniedziałku do niedzieli.

Pytanie nr 39

dotyczy pakietu 30

W związku z tym, że na rynku polskim pojawiły się wapna/pochłaniacze Co2 nie dopuszczone przez Farmakopee brytyjską i amerykańską ze względu na wysoką zawartość NaOH (powyżej 3%), nieregularny kształt granulek oraz bardzo niską wydajność pochłaniania (17%, przy średniej ok. 26%), czy Zamawiający wymaga wapna medycznego o zawartości NaOH poniżej 3%, regularnych granulach, stopniu wydajności na poziomie 26% oraz stopniu pylenia poniżej 0,3%?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga wapna medycznego o zawartości NaOH do 3. Dopuszcza, ale nie wymaga regularnych granulek, stopnia wydajności na poziomie 26% oraz stopnia pylenia poniżej 0,3%.

Pytanie nr 40

dotyczy pakietu 30

Czy Wymagane wapno ma być wapnem dopuszczonym przez farmakopee brytyjską i amerykańską z potwierdzającym pismem od producenta?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jak wyżej, ale nie stawia takiego wymogu.

Pytanie nr 41

Część 1, poz. 1-3

Czy zamawiający dopuści brzegi podwinięte z dwóch stron?

Odpowiedź: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.

Pytanie nr 42

Część 1, poz. 1-3

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 'a 2 szt. w blistrze x 25 szt. blistrów, z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Odpowiedź: TAK. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 43

Część 2, poz. 6-9.

Czy zamawiający wydzieli poz.6-9 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwi. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.

Pytanie nr 44

Część 2, poz. 6-9

Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą elastyczną, która wykonana jest z 100% włókien syntetycznych tj: poliestrowych i poliamidowych , opaska posiadająca rozciągliwość powyżej 130 %, zawierająca zapinkę wewnątrz opakowania indywidualnego?

Odpowiedź: NIE. zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.

Pytanie nr 45

Część 2, poz. 1-5

Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą podtrzymującą wykonaną z przędzy poliestrowej 100%, gdyż włókna wiskozowe stosowane jako zamiennik poliestru są niezbyt wytrzymałe, gniotą się oraz elektryzują, co wpływa niekorzystnie na komfort pacjenta?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.

Pytanie nr 46

Część 3, poz. 1

Czy zamawiający wymaga gazę pakowaną w rolkę, z uwagi na higieniczny sposób przechowywania i możliwość łatwego oraz wygodnego odcinania potrzebnej ilości, ograniczając przy tym ewentualne zanieczyszczenie produktu, ponadto sposób pakowania w roli znacząco ogranicza miejsce magazynowania?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie nr 47

Część 3, poz. 1

Czy zamawiający dopuszcza wycenę za najmniejsze opakowanie handlowe- rolkę 100 mb.?

Odpowiedź: TAK. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 48

Część 3, poz. 11-13

Z dniem wejścia w życie rozporządzenia MDR produkty winny spełniać nałożone jej treścią wymogi, zgodnie z tym prosimy o odstąpienie od wymogu klasy II a reg.7 i dopuszczenie klasy I reg. 4, w przeciwnym razie prosimy o uzasadnienie podjętej decyzji. W związku z powyższym, czy zamawiający dopuści w pozycji wyroby z gazy niejadalnej - sklasyfikowane w klasie I reg.4, gdyż zgodnie z normą MDR produkty gazowe niejadalne wcześniej sklasyfikowane w klasie IIa reg. 7 aktualnie zostały zaszeregowane do klasy I reg. 4?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza dla części 3, poz. 11-13 zaklasyfikowanie przedmiotu zamówienia do klasy I reg 4.

Pytanie nr 49

Część 3, poz. 1,3-6,9-13.

Czy zamawiający wydzieli poz. 1,3-6,9-13 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie



konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.

Pytanie nr 50

Część 7, poz.1-4,10-15

Czy zamawiający wydzieli poz. 1-4,10-15 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.

Pytanie nr 51

Część 7, poz. 10-15

Czy Zamawiający dopuści siatki opatrunkowe elastyczne wykonane 70 % - 80 % z przędzy poliamidowej teksturowanej (nazwa zamienna nylon, elastil, poliamid) oraz 20 % - 30 % poliuretanowej przędzy elastomerowej (nazwa zamienna lycra, spandex, elastan, dorlastan)?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.

Pytanie nr 52

Część nr 27 - WYROBY MEDYCZNE IV

Czy zamawiający wymaga aby pojemniki tworzyły system zamknięty rozumiany jako brak kontaktu użytkownika z jakąkolwiek substancją chemiczną zarówno postaci lotnej jak i ciekłej, a bioptat jest umieszczany w pustym pojemniku?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jak wyżej, ale nie stawia takiego wymogu.

Pytanie nr 53

Część nr 27 - WYROBY MEDYCZNE IV

Czy zamawiający wymaga posiadania certyfikatu pH utrwalacza z niezależnego akredytowanego laboratorium na terenie Polski potwierdzającego parametry pH na poziomie 7,2-7,4 zgodne ze standardami Polskiego Towarzystwa Patomorfologii?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jak wyżej, ale nie stawia takiego wymogu.

Pytanie nr 54

Część nr 32

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 32 paski testowe do glukometrów o następujących parametrach:

- do oznaczania glikemii u osób dorosłych i noworodków
- do pomiaru glukozy we krwi kapilarnej, żyłnej, tętniczej
- zachowujące stabilność od otwarcia do końca daty ważności podanej na opakowaniu,
- posiadające okres przydatności do użycia 24 miesiące od daty produkcji
- umożliwiające zakres pomiaru 10-600 mg/dL, w czasie do 5 s
- wielkość próbki do 0,5 µL,
- pole absorpcji próbki w środkowej części paska testowego pozwalające na bezproblemową i samoistną aspirację niezbędnej objętości krwi przez kapilarę paska testowego
- kompatybilne z glukometrami dostarczonymi bezpłatnie przez wykonawcę w ilości wskazanej przez Zamawiającego.

W przypadku wyrażenia zgody na powyższe prosimy o podanie ilości kompatybilnych glukometrów,



które wykonawca powinien dostarczyć wraz z pierwszą dostawą pasków do pomiaru glukozy będących przedmiotem niniejszego zamówienia.

Odpowiedź: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.

ZMIANA TREŚCI SWZ

Zamawiający informuje, że w wyniku wprowadzenia powyższych zmian w treści dokumentu tj. w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz w Projekcie umowy – załącznik nr 4 do SWZ, dołącza ZAMIENNĄ Specyfikację Warunków Zamówienia z dnia 27.11.2023 r oraz ZAMIENNY Projekt umowy z dnia 27.11.2023 r. Dokumenty te stanowią załączniki do niniejszego pisma i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego Zamówienia.

Niniejsze pismo stanowi integralną część :

- 1) Specyfikacji Warunków Zamówienia dot. powyższego zamówienia;
- 2) Ogłoszenia o zamówieniu nr 2023/S 210- 665032 z dnia 31.10.2023 r.

Termin składania i otwarcia ofert tj. **05.12.2023 r.** nie ulega zmianie.

godz. 09:00 – składanie ofert

godz. 09:10 – otwarcie ofert.

Załączniki:

1. SWZ zamienna z dnia 27.11.2023 r.
2. Projekt umowy zamienny z dnia 27.11.2023 r,

z up. p.o. Dyrektora
Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego
im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy
Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zakupów
Agata Walencykowska

Sprawę prowadzi: Dominika Drumlewska
Dział Zamówień Publicznych i Zakupów
Tel. 52 32 62 104, e-mail zamowienia-pub@wsd.org.pl



Województwo
Kujawsko-Pomorskie