

Gdańsk, dnia 09.03.2021 r.

Nr postępowania: EZZ-2021/29/01/01

Wykonawcy w postępowaniu

Zmiana SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę trzech fabrycznie nowych Ambulansów typu C dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku

Zamawiający, na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający zmienia treść SWZ w ten sposób, że:

1. Zmienia treść Załącznika nr 6 do SWZ – treść zmieniona oznaczona kolorem

2. Pkt. XVIII:

Kryterium: Cena – znaczenie 60 pkt

Kryterium: Termin wykonania zamówienia – znaczenie 10 pkt

Kryterium: Skrzynia biegów – 5 pkt.

Kryterium: Reflektory główne – 5 pkt.

Kryterium: System mocowania urządzenia do masażu klatki piersiowej w przedziale medycznym – 5 pkt.

Kryterium: System elektryczny wprowadzaniem noszy z i do ambulansu -10 pkt

Kryterium: Waga noszy – 5 pkt

1. **Kryterium: cena – znaczenie 60%**

Liczba punktów jaką można uzyskać w kryterium cena, obliczona zostanie na podstawie następującego wzoru:

$$X = \frac{C_{\min}}{C_o} \times 60 \text{ pkt.}$$

gdzie:

X – wartość punktowa ocenianego kryterium

C min – najniższa cena ze złożonych ofert

Co – cena ocenianej oferty

Wykonawca może uzyskać maksymalnie 60 pkt w ramach niniejszego kryterium.

2. **Kryterium: Termin wykonania zamówienia – znaczenie 10%**

Liczba punktów jaką można uzyskać w kryterium termin wykonania zamówienia kształtować się będzie następująco

40 dni – 0 pkt

30 dni – 10 pkt

W przypadku nie uzupełnienia w druku oferty pola „termin wykonania zamówienia” Wykonawca otrzyma 0 punktów.

W przypadku wpisania innych wartości niż wymagane przez Zamawiającego w polu „termin wykonania zamówienia” Wykonawca otrzyma 0 pkt.

3. Skrzynia biegów manualna -0 pkt lub **AUTOMATYCZNA** – 5 pkt.

4. Reflektory główne standardowe – 0 pkt. lub **typu LED lub Bixenon** – 5 pkt.

5. System mocowania urządzenia do masażu klatki piersiowej w przedziale medycznym – 5 pkt.

6. **System elektryczny** wprowadzaniem noszy z i do ambulansu -10 pkt. mechaniczny/ręczny wprowadzaniem noszy z i do ambulansu - 0 pkt.

7. **Waga noszy do 70kg – 5pkt**, powyżej 70 kg - 0 pkt.

Ocena końcowa oferty:

Jest to suma punktów uzyskanych za kryterium **określone powyżej**

Wykonawca może uzyskać maksymalnie 100 pkt.

3. Pkt. XIII.1 w ten sposób, że nadaje mu nową treść: Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 90 dni tj. do dnia 25.06.2021 r.
4. Pkt. XV.15 w ten sposób, że nadaje mu nową treść: Termin składania ofert upływa dnia 29.03.2021 r. o godz. 10:00
5. Pkt. XVI.1 w ten sposób, że nadaje mu nową treść: Termin składania ofert upływa dnia 29.03.2021 r. o godz. 10:05
6. Dodaje pkt. XXIIa o następującej treści

XXIIa. Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych.

1.W celu potwierdzenia zgodności oferowanej dostawy z wymaganymi cechami opisanymi w SWZ i załącznikach do SWZ Zamawiający **wymaga złożenia, wraz z ofertą**, następujące dokumenty:

- 1) Homologacja - systemu mocowania urządzenia do masażu klatki piersiowej w przedziale medycznym – w zakresie wymogu określonego w VI.11 Załącznika nr 6 do SWZ
- 2) Dokumenty potwierdzające spełnienie normy EN 1789:2007 + A2:2014 wystawione przez niezależną jednostkę notyfikacyjną – w zakresie wymogu „wyposażenie medyczne, nosze pkt 32 Załącznika nr 6 do SWZ
- 3) Dokumenty producenta ambulansu potwierdzające spełnienie oferowanego mocowania podłogowego noszy z PN EN 1789:2007+A2:2014 wystawione przez niezależną jednostkę notyfikowaną – w zakresie wymogu „wyposażenie medyczne, nosze pkt 33 Załącznika nr 6 do SWZ
- 4) Dokument producenta (protokół/raport z badań) ambulansu potwierdzający spełnienie wymagań wytrzymałościowych zgodnie z PN EN 1789 wystawione przez niezależną jednostkę notyfikacyjną
- 5) Certyfikat oraz raport/protokół z badań zaoferowanego Ambulansu potwierdzający pozytywnie przeprowadzone dynamiczne badania wytrzymałościowe (kompleksowe testy zderzeniowe całego ambulansu a nie poszczególnych jego elementów) wykonane przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z normą PN-EN 17892.

2.Zamawiający informuje, iż w przypadku nie złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych lub w sytuacji w której złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

Z poważaniem
Przewodniczący Komisji Przetargowej

/-/ Grzegorz Bełowski