



Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu®  
ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg

tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50

[https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski\\_elblag](https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag) [www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl](http://www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl) e-mail: [zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl](mailto:zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl)

Nr sprawy:  
ZP/4/2021

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku.

Elbląg, dnia 20.08.2021 r.

## Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku.  
**Nr sprawy: ZP/4/2021,**

Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu, ul. Komeńskiego 35 informuje, że zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. ustawy Pzp udziela wyjaśnień na pytania, które wpłynęły pytania od Wykonawców zgodnie z art. 135 ust. 1 ustawy Pzp o poniższej treści:

### Pytanie nr 1 – dot. Pakietu nr 108

Czy Zamawiający dopuści chłonne (chłonność całkowita 4.500ml) wielowarstwowe prześcieradło o udźwigu do 150 kg i wymiarach 100 x 220 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

### Pytanie nr 2 – dot. Pakietu nr 24 poz. 3

Czy Zamawiający w **Pakiecie 24 w pozycji 3** dopuści rurki intubacyjne z mankietem Soft-Seal, zbrojone, w rozmiarach od 5,0 – 9,0 mm (co 0,5 mm); spełniające pozostałe wymagania SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

### Pytanie nr 3 – dot. Pakietu nr 24 poz. 5

Czy Zamawiający w **Pakiecie 24 w pozycji 5** dopuści rurkę intubacyjną o zwiększonych właściwościach termoplastycznych i poślizgowych, wykonaną z mieszaniny silikonu i PCW; spełniającą pozostałe wymagania SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

### Pytanie nr 4 – dot. Pakietu nr 24 poz. 6

Czy Zamawiający w **Pakiecie 24 w pozycji 6** (w związku z tym, że rurki intubacyjne z mankietem typu Soft-Seal występują od rozmiaru 5,0 mm) dopuści rurki ze standardowym mankietem dla rozmiarów od 3,0 do 4,5 mm.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

### Pytanie nr 5 – dot. Pakietu nr 24 poz. 17

Czy Zamawiający w **Pakiecie 24 w pozycji 17** (z racji na zmianę dokonaną przez producenta) dopuści trzykomorowy, sterylny zestaw do drenażu klatki piersiowej z komorą na wydzielinę o pojemności 2100 ml, wyskalowaną co 5 ml do objętości 200 ml i co 10 ml do objętości 2000 ml; z samouszczelniającym się portem bezigłowym do pobierania próbek drenowanej treści; z mechaniczną zastawką zabezpieczającą przed wysokim ciśnieniem ujemnym (bez filtra); z bezlateksowym drenem łączącym (dren bez metalowej sprężyny, zabezpieczony przed zagięciem poprzez specjalną konstrukcję drenu); zestaw spełniający pozostałe wymagania SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

### Pytanie nr 6 – dot. Pakietu nr 24 poz. 22

Czy Zamawiający w **Pakiecie 24 w pozycji 22** (w związku ze zmianą wprowadzaną przez producenta) dopuści zestaw wyposażony w strzykawkę luer lock 30 ml lub 60 ml; zestaw spełniający pozostałe wymagania SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

### Pytanie nr 7- dot. Pakietu nr 24 poz. 23

Czy Zamawiający w **Pakiecie 24 w pozycji 23** (w związku ze zmianą wprowadzaną przez producenta) dopuści zestaw wyposażony w strzykawkę luer lock 30 ml lub 60 ml; zestaw spełniający pozostałe wymagania SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

### Pytanie nr 8 – dot. Pakietu nr 54 poz. 2

Czy Zamawiający w **Pakiecie 54 w pozycji 2** mógłby doprecyzować, że zestaw będzie oparty na użyciu wielorazowego peana (dedykowanego do przezskórnej tracheotomii metodą Griggsa), który to pean nie jest elementem składowym opisanego zestawu.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**





Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu®  
ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg

tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50

[https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski\\_elblag](https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag) [www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl](http://www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl) e-mail: [zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl](mailto:zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl)

Nr sprawy:  
ZP/4/2021

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku.

**Pytanie nr 9 – dot. Pakietu nr 72 poz. 1**

Czy Zamawiający w **Pakiecie 72** wyrazi zgodę na wydzielenie **pozycji 1** do odrębnego pakietu, co pozwoli na złożenie oferty korzystnej jakościowo.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 10 – dot. Pakietu nr 72 poz. 1**

Czy Zamawiający w **Pakiecie 72 w pozycji 1** oczekuje, aby strzykawka posiadała samouszczelniający się filtr do bezpiecznego (dla personelu medycznego) usunięcia pęcherzyków powietrza.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 11 – dot. Pakietu nr 30 poz. 1**

Prosimy o wyjaśnienie czy elektrody w ww. pozycji posiadają podłużny otwór bez przecięcia boków elektrody umożliwiający przełożenie przewodu pomiędzy elektrodą a aparatem?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 12 – dot. Pakietu nr 30 poz. 1, 2, 3, 5, Pakietu nr 31 poz. 1**

Prosimy o dopuszczenie możliwości wyceny elektrod w op. – 50 szt. z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 13 – dot. Pakietu nr 30 poz. 1, 2, 3, 5, Pakietu nr 31 poz. 1**

Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody na wycenę op. – 50 szt., prosimy wówczas o dopuszczenie możliwości podania ceny jednostkowej netto za szt. z zaokrągleniem do 4 miejsc po przecinku.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie opakowań po 50 szt.**

**Pytanie nr 14 – dot. Pakietu nr 30 poz. 23**

Prosimy o dopuszczenie pasa gumowego o rozmiarze 10 x 150 cm.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 15 – dot. Pakietu nr 30 poz. 24**

Prosimy o dopuszczenie elektrod EKG pod pas o rozmiarze 32 x 22 mm.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 16 – dot. Pakietu nr 30 poz. 21**

Prosimy o dopuszczenie papieru kompatybilnego o wymiarach 210x280x143 stosowanego do urządzeń AT-12/CS200 innego producenta niż firma Schiller.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 17 – dot. Pakietu nr 65 poz. 1**

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji czujników saturacji jednorazowego użytku dedykowanych osobno dla dorosłych osobno dla noworodków, o długości przewodu 90 cm, mikrobiologicznie czystych (niesterylnych), pozostałe parametry oferowanych czujników będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 18 – dot. Pakietu nr 85 i 86**

Czy Zamawiający dopuści ofertę równoważną na produkt o rozwiązaniach, które nie wpływają negatywnie na funkcjonalność leczniczą, przy zachowaniu parametrów użytkowych i przy zachowaniu zbliżonych kształtów i materiałów, co umożliwi uzyskanie założonego w opisie przedmiotu zamówienia efektu i funkcji terapeutycznej i przeznaczenia za pomocą innych rozwiązań technicznych przy równoczesnym zapewnieniu rezultatów ekonomicznych: Proponowane materiały dla pakietu 65 i 86 są stosowane od lat w wielu klinikach i szpitalach zarówno w Polsce jak i na świecie, są wysokiej jakości, produkty pochodzą z USA i posiadają wszelkie dokumenty typu CE i FDA, spełniają najwyższe normy bezpieczeństwa

Uzasadnienie: podawanie konkretnych nazw (Vygon), wymiarów stanowi bezzasadne zawężenie konkurencji przez co Zamawiający zmniejsza swoją szansę na otrzymanie jak najlepszej oferty cenowej. Pytanie zadane na podstawie ustawy PZP (dot. Zachowania zasady konkurencyjności i proporcjonalności) w przypadku braku zgody prosimy uzasadnić swoją decyzję.





**Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu®  
ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg**

tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50

[https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski\\_elblag](https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag) [www.szpitalspecialistyczny.elblag.pl](http://www.szpitalspecialistyczny.elblag.pl) e-mail: [zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl](mailto:zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl)

Nr sprawy:  
ZP/4/2021

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku.

**Odpowiedź: Zamawiający miał na myśli port typu VYGON wskazany w parametrach przedmiotu zamówienia, jakie odpowiadają wymaganiom Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza produkt równoważny do podanych parametrów.**

**Pytanie nr 19 - dot. Pakietu nr 20 poz. 5**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki z rozszerzoną skalą 50-60ml.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 20 – dot. Pakietu nr 20 poz. 7d**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek pakowanych po 80szt/op z możliwością przeliczenia w formularzu cenowym.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 21 – dot. Pakietu nr 20 poz. 12**

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnej ofert jakościowej i cenowej na pozostały asortyment w pakiecie.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 22 – dot. Pakietu nr 20 poz. 14**

Czy Zamawiający wymaga koreczków z trzpieniem poniżej krawędzi?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 23 – dot. Pakietu nr 20 poz. 2**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek z rozszerzoną skalą: 2-2,5ml.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 24 – dot. Pakietu nr 98**

Czy Zamawiający wymaga kaniul wykonanych z FEP?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 25 – dot. Pakietu nr 98**

Czy Zamawiający wymaga kaniul z czterema paskami radiocieniującymi?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 26 – dot. Pakietu nr 26**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie biokompatybilnego i biodegradowalnego, wchłanianego, jałowego żelu do leczenia opływów pęcherzowo-moczowodowych, zawierającego zawiesinę z mikrocząsteczek dekstranomeru i usieciowanego kwasu hialuronowego pochodzenia nie zwierzęcego. Strzykawka 1ml z żelem + 1 igła metalowa (dostarczana oddzielnie – inny nr katalogowy). Produkt bezpieczny dla dzieci – dopuszczony do stosowania w leczeniu OPM u dzieci.

Skład: 1 ml zawiera:

- Sól sodowa usieciowanego kwasu hialuronowego 15 mg
- Dextranomer 50 mg
- Chlorek sodu 6,9 mg
- Woda do wstrzykiwań ad 1 ml

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 27 – dot. Pakietu nr 13 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści zestaw centralnych cewników żylnych pediatrycznych dwuświatłowy wprowadzany metodą Seldingera wykonany z poliuretanu z gładką powierzchnią zewnętrzną. Zestaw posiada znaczoną długość z podaną objętością wypełnienia i szybkość przepływu wraz z miękką końcówką. Linie przedłużające wytrzymują wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku. Zestaw o przekroju 4Fr o długości 8cm, 13cm w gotowych zestawach w skład których wchodzi w szczególności: igła wprowadzająca introduktora, strzykawka o pojemności 3ml, skalpel, prowadnica Nitinolowa typu 'J' oraz rozszerzacz naczyniowy. Produkt sterylny z oznakowaniem przepływów na opakowaniu.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 28 – dot. Pakietu nr 13 poz. 2**





**Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu®**  
**ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg**

tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50

<https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski-elblag> [www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl](http://www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl) e-mail: [zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl](mailto:zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl)

Nr sprawy:  
ZP/4/2021

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku.

Zamawiający dopuści zestaw centralnych cewników żylnych dwuświatłowy wprowadzany metodą Seldingera wykonany z poliuretanu z gładką powierzchnią zewnętrzną. Zestaw posiada znaczoną długość z podaną objętością wypełnienia i szybkość przepływu wraz z miękką zakończoną końcówką. Linie przedłużające wytrzymują wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku. Zestaw o przekroju 7Fr o długości 15 cm w gotowych zestawach w skład których wchodzi w szczególności: igła wprowadzająca introduktora 18G x 7cm (1,25mm x 7cm), strzykawka o pojemności 5ml, skalpel #11, prowadnica z Nitinolu typu 'J' o przekroju 0,032 i długości 50cm umieszczona w pochewce w kształcie koła z płaskim mechanizmem umożliwiającym wprowadzenie przewodnika jedną ręką , rozszerzacz naczyniowy 8Fr (2,1mm) x 12cm, korki zabezpieczające w ilościach odpowiadających kanałom cewnika oraz mocowanie cewnika typu „motylek”. Produkt sterylny z oznakowaniem przepływów na opakowaniu.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 29 – dot. Pakietu nr 13 poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści zestaw centralnych cewników żylnych trójświatłowy wprowadzany metodą Seldingera wykonany z poliuretanu z gładką powierzchnią zewnętrzną. Zestaw posiada znaczoną długość z podaną objętością wypełnienia i szybkość przepływu wraz z miękką zakończoną końcówką. Linie przedłużające wytrzymują wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku. Zestaw o przekroju 7Fr o długości 20 cm w gotowych zestawach w skład których wchodzi w szczególności: igła wprowadzająca introduktora 18G x 7cm (1,25mm x 7cm), strzykawka o pojemności 5ml, skalpel #11, prowadnica z Nitinolu typu 'J' o przekroju 0,032 i długości 50cm umieszczona w pochewce w kształcie koła z płaskim mechanizmem umożliwiającym wprowadzenie przewodnika jedną ręką , rozszerzacz naczyniowy 8Fr (2,1mm) x 12cm, korki zabezpieczające w ilościach odpowiadających kanałom cewnika oraz mocowanie cewnika typu „motylek”. Produkt sterylny z oznakowaniem przepływów na opakowaniu.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 30 – dot. Pakietu nr 13 poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści zestaw centralnych cewników żylnych trójświatłowy wprowadzany metodą Seldingera wykonany z poliuretanu z gładką powierzchnią zewnętrzną. Zestaw posiada znaczoną długość z podaną objętością wypełnienia i szybkość przepływu wraz z miękką zakończoną końcówką. Linie przedłużające wytrzymują wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku. Zestaw o przekroju 7Fr o długości 15 cm w gotowych zestawach w skład których wchodzi w szczególności: igła wprowadzająca introduktora 18G x 7cm (1,25mm x 7cm), strzykawka o pojemności 5ml, skalpel #11, prowadnica z Nitinolu typu 'J' o przekroju 0,032 i długości 50cm umieszczona w pochewce w kształcie koła z płaskim mechanizmem umożliwiającym wprowadzenie przewodnika jedną ręką , rozszerzacz naczyniowy 8Fr (2,1mm) x 12cm, korki zabezpieczające w ilościach odpowiadających kanałom cewnika oraz mocowanie cewnika typu „motylek”. Produkt sterylny z oznakowaniem przepływów na opakowaniu.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 31 – dot. Pakietu nr 13 poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści zestaw centralnych cewników żylnych jednoświatłowy wprowadzany metodą Seldingera wykonany z poliuretanu z gładką powierzchnią zewnętrzną. Zestaw posiada znaczoną długość z podaną objętością wypełnienia i szybkość przepływu wraz z miękką zakończoną końcówką. Linie przedłużające wytrzymują wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku. Zestaw o przekroju 6,7,8Fr o długości 20 cm w gotowych zestawach w skład których wchodzi w szczególności: igła wprowadzająca introduktora 18G x 7cm (1,25mm x 7cm), strzykawka o pojemności 5ml, skalpel #11, prowadnica z Nitinolu typu 'J' o przekroju 0,032 i długości 50cm umieszczona w pochewce w kształcie koła z płaskim mechanizmem umożliwiającym wprowadzenie przewodnika jedną ręką , rozszerzacz naczyniowy 8Fr (2,1mm) x 12cm, korki zabezpieczające w ilościach odpowiadających kanałom cewnika oraz mocowanie cewnika typu „motylek”. Produkt sterylny z oznakowaniem przepływów na opakowaniu.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 32 – dot. Pakietu nr 13 poz. 6**

Czy Zamawiający dopuści zestaw centralnych cewników żylnych dwuświatłowy wprowadzany metodą Seldingera wykonany z poliuretanu z gładką powierzchnią zewnętrzną. Zestaw posiada znaczoną długość z podaną objętością wypełnienia i szybkość przepływu wraz z miękką zakończoną końcówką. Linie przedłużające wytrzymują wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku. Zestaw o przekroju 7,8Fr o długości 20 cm w gotowych zestawach w skład których wchodzi w szczególności: igła wprowadzająca introduktora 18G x 7cm (1,25mm x 7cm), strzykawka o pojemności 5ml, skalpel #11, prowadnica z Nitinolu typu 'J' o przekroju 0,032 i długości 50cm umieszczona w pochewce w kształcie koła z płaskim mechanizmem umożliwiającym wprowadzenie przewodnika jedną ręką , rozszerzacz naczyniowy 8Fr (2,1mm) x 12cm, korki zabezpieczające w ilościach odpowiadających kanałom cewnika oraz mocowanie cewnika typu „motylek”. Produkt sterylny z oznakowaniem przepływów na opakowaniu.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**



	<p style="text-align: center;"><b>Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu®</b>  <b>ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg</b>          tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50  <a href="https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag">https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag</a> <a href="http://www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl">www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl</a> e-mail: <a href="mailto:zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl">zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</a></p>	Nr sprawy: ZP/4/2021
Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku.		

**Pytanie nr 33 – dot. Pakietu nr 13, poz. 7**

Czy Zamawiający dopuści zestaw centralnych cewników żylnych trójświatłowy wprowadzany metodą Seldingera wykonany z poliuretanu z gładką powierzchnią zewnętrzną. Zestaw posiada znaczną długość z podaną objętością wypełnienia i szybkość przepływu wraz z miękką zakończoną końcówką. Linie przedłużające wytrzymują wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku. Zestaw o przekroju 7,8Fr o długości 20 cm w gotowych zestawach w skład których wchodzi w szczególności: igła wprowadzająca introduktora 18G x 7cm (1,25mm x 7cm), strzykawka o pojemności 5ml, skalpel #11, prowadnica z Nitinolu typu 'J' o przekroju 0,032 i długości 50cm umieszczona w pochewce w kształcie koła z płaskim mechanizmem umożliwiającym wprowadzenie prowadnika jedną ręką , rozszerzacz naczyniowy 8Fr (2,1mm) x 12cm, korki zabezpieczające w ilościach odpowiadających kanałom cewnika oraz mocowanie cewnika typu „motylek”. Produkt sterylny z oznakowaniem przepływów na opakowaniu.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 34 – dot. Pakietu nr 13 poz. 8**

Czy Zamawiający dopuści zestaw centralnych cewników żylnych czteroświatłowy wprowadzany metodą Seldingera wykonany z poliuretanu z gładką powierzchnią zewnętrzną. Zestaw posiada znaczną długość z podaną objętością wypełnienia i szybkość przepływu wraz z miękką zakończoną końcówką. Linie przedłużające wytrzymują wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku. Zestaw o przekroju 8.5Fr o długości 20 cm w gotowych zestawach w skład których wchodzi w szczególności: igła wprowadzająca introduktora 18G x 7cm (1,25mm x 7cm), strzykawka o pojemności 5ml, skalpel #11, prowadnica z Nitinolu typu 'J' o przekroju 0,032 i długości 50cm umieszczona w pochewce w kształcie koła z płaskim mechanizmem umożliwiającym wprowadzenie prowadnika jedną ręką , rozszerzacz naczyniowy 8Fr (2,1mm) x 12cm, korki zabezpieczające w ilościach odpowiadających kanałom cewnika oraz mocowanie cewnika typu „motylek”. Produkt sterylny z oznakowaniem przepływów na opakowaniu.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 35 – dot. Pakietu nr 56 poz. 2**

Czy w związku ze zmianami w Dyrektywie 93/42/EEC, które „zwiększają bezpieczeństwo kliniczne i tworzą sprawiedliwy dostęp do rynku dla producentów” (Urząd Rejestracji Wyrobów Medycznych „Zestawienie informacji dla producentów wyrobów medycznych”), wprowadzającymi wymóg weryfikacji produktów m.in. pod kątem jakościowym (producent ma obowiązek prowadzić ocenę kliniczną produktu, sporządzać dokumentację techniczną oraz stosować ocenę zgodności), Zamawiający chcąc prowadzić badania cytologiczne zgodnie z wyznaczonymi standardami wymaga posiadania wykazu badań klinicznych dla zaferowanych szczoteczki cytologicznych potwierdzających ich skuteczność w badaniach masowych? Zalecenia w tej sprawie wydane zostały również przez Polskie Towarzystwo Ginekologiczne, a standardy opisane w Medical Device Regulation MDR 2017/745.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.**

**Pytanie nr 36 – dot. Pakietu nr 56 poz. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z **Zadania Nr 56 poz. 2?** Wydzielenie w/w pozycji z pakietu umożliwi wzięcie udziału w przetargu większej liczby oferentów, a tym samym, pozytywnie wpłynie na możliwość wyłonienia przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 37 – dot. Pakietu nr 59 poz. 1-6**

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 59, pozycje 1-6 pojemniki do odpadów medycznych o stawce VAT 23%? Pojemniki na odpady medyczne nie podlegają rejestracji jako wyrób medyczny na podstawie ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 r., ponieważ nie mieszczą się w definicji wyrobu medycznego, zawartej w art. 2 ust. 1 pkt 38 tejże ustawy. W związku z tym nie są zarejestrowane przez producenta jako wyrób medyczny i nie posiadają znaku CE, stawka VAT na w/w produkty wynosi 23%.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 38 – dot. Pakietu nr 75 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści pojemnik na wycinki histopatologiczne o pojemności 15 ml, reszta wymagań zgodna z SWZ? Opisany przedmiot zamówienia gwarantuje bezpieczeństwo i skuteczność przeprowadzanej procedury medycznej. Proponowany asortyment jest powszechnie stosowane w zakładach opieki zdrowotnej. Dodatkowo pragniemy nadmienić, że zgodnie art. 101 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne. Umożliwi to Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.





Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu®  
ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg

tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50  
[https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski\\_elblag](https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag) [www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl](http://www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl) e-mail: [zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl](mailto:zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl)

Nr sprawy:  
ZP/4/2021

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku.

W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia przesłanek medycznych i użytkowych, wraz ze wskazaniem podstaw prawnych, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Zamawiający wymaga pojemników na wycinki histopatologiczne w rozmiarze 20 ml ze względu na to, że pojemniki o wielkości 15 ml nie będą spełniały funkcji jaką oczekuje Zamawiający.**

**Pytanie nr 39 – dot. Pakietu nr 75 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści pojemnik na wycinki histopatologiczne o pojemności 30 ml, reszta wymagań zgoda z SWZ?

Opisany przedmiot zamówienia gwarantuje bezpieczeństwo i skuteczność przeprowadzanej procedury medycznej. Proponowany asortyment jest powszechnie stosowane w zakładach opieki zdrowotnej.

Dodatkowo pragniemy nadmienić, że zgodnie art. 101 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne. Umożliwi to Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia przesłanek medycznych i użytkowych, wraz ze wskazaniem podstaw prawnych, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Zamawiający wymaga pojemników na wycinki histopatologiczne w dwóch rozmiarach. Pojemniki wymagane przez Zamawiającego w rozmiarze 30 ml zostały określone w pozycji 2.**

**Pytanie nr 40 – dot. Pakietu nr 75 poz. 1-7**

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 75, pozycje 1-7 pojemniki na wycinki histopatologiczne o stawce VAT 23%?

Pragniemy nadmienić, że zgodnie art. 101 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne. Umożliwi to Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia przesłanek medycznych i użytkowych, wraz ze wskazaniem podstaw prawnych, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 41 – dot. Pakietu nr 70 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści pipety Pasteura o pojemności 1,0 ml z podziałką?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 42 – dot. Pakietu 70 poz. 8**

Czy Zamawiający dopuści kapilary do gazometrii z heparyną sodową o poj. 98 ul?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 43 – dot. Pakietu nr 70 poz. 18**

Czy Zamawiający dopuści korki do probówek 11 ml pakowane po 1000 szt?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 44 – dot. Pakietu nr 70 poz. 20**

Czy Zamawiający dopuści korki do probówek 11 ml pakowane po 1000 szt?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 45 – dot. Pakietu nr 70 poz. 39**

Czy Zamawiający zgodzi się na pojemnik o innych wymiarach z zachowaniem wymaganej pojemności?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 46 – dot. Pakietu nr 70 poz. 47**

Czy Zamawiający zgodzi się na szczoteczki do probówek do 15 mm 15x80x270mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 47 – dot. Pakietu nr 4 poz. 1**

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie nr 4 poz.1 obwody oddechowe do aparatów do znieczulania z gałęzią i workiem dla dorosłych z rury rozciągalnej o dł. 180 cm o średnicy 22mm , złącza 22mm, trzecia rura (gałąź) dł. 90cm. Posiadający kolanko z portem luer-lock trójnik Y bez portów, Złączka prosta 22mmM-22mm. Bezlatakowy worek oddechowy poj. 2 litry, Układ do użycia dla jednego pacjenta, Czysty mikrobiologicznie z polipropylenu.





Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu®  
ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg

tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50

[https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski\\_elblag](https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag) [www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl](http://www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl) e-mail: [zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl](mailto:zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl)

Nr sprawy:  
ZP/4/2021

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 48 – dot. Pakietu nr 4 poz. 2**

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie nr 4 poz.2 obwody oddechowe rozciągliwe z gałęzią i workiem, pediatryczny. Rury rozciągliwe dł. 180 cm o średnicy 15mm, złącza 22mm, trzecia rura (gałąź) rozciągliwa do dł. 120cm, trójnik Y bez portów , kolanko z portem luer-lock, worek oddechowy bezlateksowy poj. do 1 litra, Układ do użycia dla jednego pacjenta, Czysty mikrobiologicznie, materiał polipropylen.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 49 – dot. Pakietu nr 41 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści szczypczyki wyłącznie z tyżeczkami owalnymi?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 50 – dot. projektu umowy**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie załącznika do umowy w postaci umowy udostępnienia, której wzór przesyłamy w załączeniu? (dot. §1 ust. 1)

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Poprawiony projekt umowy w załączniku nr 2 – Projekt umowy.**

**Pytanie nr 51 – dot. Załącznika nr 2 – Projekt umowy**

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Dostawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 3 ust. 5 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji oraz zmianę słów: „...od otrzymania informacji o reklamacji Zamawiającego” na „...od dnia uznania reklamacji Zamawiającego”.

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian.**

**Pytanie nr 52 – dot. Załącznika nr 2 – Projekt umowy**

Czy Zamawiający dokona modyfikacji w § 5 ust. 2 pkt. 1 projektu umowy i dopuści prawo Dostawcy do wstrzymania dostaw towaru, w przypadku braku zapłaty zobowiązań Zamawiającego (także poniżej 30 dni), do czasu uregulowania przez niego płatności.

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian.**

**Pytanie nr 53 – dot. Załącznika nr 2 – Projekt umowy**

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 1, 2: Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku nieterminowych dostaw bądź sprzecznej z umową odmowy dostaw w wysokości **0,5%** wartości **brutto** niezrealizowanego zamówienia częściowego za każdy dzień zwłoki w wykonaniu niniejszej umowy ponad termin określony w § 2 ust. 1, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej części zamówienia częściowego.**

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Poprawiony projekt umowy w załączniku nr 3 – Projekt umowy.**

**Pytanie nr 54 – dot. Załącznika nr 2 – Projekt umowy**

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 1, 2: Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku nie dokonania wymiany towaru wadliwego na towar bez wad (po uprzedniej reklamacji przez Zamawiającego) lub dokona wymiany, o której mowa w §4 ust. 2., w wysokości **0,5%** wartości **brutto** reklamowanego przedmiotu za każdy dzień zwłoki w wykonaniu niniejszej umowy ponad termin określony w § 3 ust. 5, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto reklamowanego przedmiotu.**

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Poprawiony projekt umowy w załączniku nr 3 – Projekt umowy.**

**Pytanie nr 55 – dot. Załącznika nr 2 – Projekt umowy**

Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przysyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 56 – dot. SWZ**





Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu®  
ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg

tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50  
[https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski\\_elblag](https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag) [www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl](http://www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl) e-mail: [zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl](mailto:zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl)

Nr sprawy:  
ZP/4/2021

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku.

Czy zamawiający dopuści do podawania cen jednostkowych za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 57 – dot. Pakietu nr 6 poz. 17**

Uprzejmie informujemy, że dostarczane przez Producenta linie próbkujące są pakowane po 10 sztuk i nie ma możliwości ich podzielenia. Dlatego też prosimy o dopuszczenie realizacji dostaw w opakowaniach zbiorczych zawierających po 10 sztuk. Takie rozwiązanie pozwala realizować dostawy bezpośrednio tym samym, przekłada się to na niższe koszty dla Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 58 – dot. Pakietu nr 6 poz. 21**

Uprzejmie informujemy, że dostarczane przez Producenta czujniki przepływu są pakowane po 5 sztuk i nie ma możliwości ich podzielenia. Dlatego też prosimy o dopuszczenie realizacji dostaw w opakowaniach zbiorczych zawierających po 5 sztuk. Takie rozwiązanie pozwala realizować dostawy bezpośrednio tym samym, przekłada się to na niższe koszty dla Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 59 – dot. Pakietu nr 6 poz. 22**

Uprzejmie informujemy, że dostarczane przez Producenta czujniki przepływu są pakowane po 5 sztuk i nie ma możliwości ich podzielenia. Dlatego też prosimy o dopuszczenie realizacji dostaw w opakowaniach zbiorczych zawierających po 5 sztuk. Takie rozwiązanie pozwala realizować dostawy bezpośrednio tym samym, przekłada się to na niższe koszty dla Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 60 – dot. Pakietu nr 33 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania wielorazową elektrodę kulkową o dł. 52 mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 61 – dot. Pakietu nr 33 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania uchwyt elektrod jednorazowego użytku o dł. 155 mm z dwoma przyciskami, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 62 – dot. Pakietu nr 33 poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania wielorazową elektrodę nożową wymiary noża 25 x 3,5mm, dł. 57 mm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 63 – dot. Pakietu nr 33 poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania kabel bipolarny do pęset o dł. 5 m?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 64 – dot. Pakietu nr 33 poz. 9**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania szczypce bipolarne proste o dł. 195 mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 65 – dot. Pakietu nr 34 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania elektrody neutralne jednorazowego użytku, dwudzielne, dzielone po obwodzie każdej z dwóch części, hydrożelowe z systemem rozprzewadzającym prąd równomiernie na całej powierzchni elektrody, nie wymagające aplikacji w określonym kierunku w stosunku do pola operacyjnego, powierzchnia przewodząca 110cm<sup>2</sup>, bez ograniczenia mocy maksymalnej. Powierzchnia całkowita 170cm<sup>2</sup>. Wymiary 176x122mm. Do każdej elektrody dołączona informacja o numerze serii i dacie ważności w postaci samoprzylepnej etykiety, pakowane po 50szt?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 66 – dot. Pakietu nr 34 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania uchwyt elektrody z trzonkiem 2,4mm, wąski, 2 przyciski, długość 155 mm, kabel 5m, wtyczka 1-bolcowa, przeznaczony do 100 cykli sterylizacji?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**





Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu®  
ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg

tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50  
[https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski\\_elblag](https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag) [www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl](http://www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl) e-mail: [zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl](mailto:zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl)

Nr sprawy:  
ZP/4/2021

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku.

**Pytanie nr 67 – dot. Pakietu nr 34 poz. 3**

Pakiet nr 34, poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści do zaferowania uchwyt elektrody z trzonkiem 2,4mm, wąski, 2 przyciski, długość 155 mm, kabel 5m, wtyczka 3-bolcowa, przeznaczony do 100 cykli sterylizacji?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 68 – dot. Pakietu nr 34 poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania kabel do elektrod naturalnych o dł. 5 m, wtyczka 1-bolcowa 6,3mm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 69 – dot. Pakietu nr 34 poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania kabel do elektrod naturalnych o dł. 5 m, wtyczka płaska z bolcem?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 70 – dot. Pakietu nr 34 poz. 6 i 7**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania elektrodę nożową o dł. 57mm, wymiary 25 mm x 3,5 mm, trzonek 2,4mm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 71 – dot. Pakietu nr 34 poz. 8**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania uchwyt elektrod jednorazowego użytku o dł. 155 mm z dwoma przyciskami, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 72 – dot. Pakietu nr 35 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania czyścik elektrod jednorazowego użytku o wymiarach 5cm x 5 cm, opakowanie 100 szt.?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 73 – dot. Pakietu nr 35 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania elektrodę nożową, prosta o dł. 150 mm, wymiary 2,3 mm x 0,5 mm x 18 mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 74 – dot. Pakietu nr 35 poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania przedłużkę elektrody o dł. 180 mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 75 – dot. Pakietu nr 35 poz. 4**

Prosimy o wydzielenie poz. 4 do oddzielnego pakietu ponieważ nie jest to narzędzie elektrochirurgiczne.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 76 – dot. Pakietu nr 36 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania uchwyt elektrody z trzonkiem 2,4mm, wąski, 2 przyciski, długość 155 mm, kabel 5m, wtyk 3-pin, przeznaczony do 100 cykli sterylizacji?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 77 – dot. Pakietu nr 36 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania elektrodę igła prosta, 22 mm x 0,7mm, uchwyt 2,4mm, przeznaczoną do 300 cykli sterylizacji?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 78 – dot. Pakietu nr 36 poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści elektrody neutralne jednorazowego użytku, dwudzielne, dzielone po obwodzie każdej z dwóch części, hydrożelowe z systemem rozpraszającym prąd równomiernie na całej powierzchni elektrody, nie wymagające aplikacji w określonym kierunku w stosunku do pola operacyjnego, powierzchnia przewodząca 110cm<sup>2</sup>, bez ograniczenia mocy maksymalnej.





**Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu®  
ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg**

tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50

[https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski\\_elblag](https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag) [www.szpitalspecialistyczny.elblag.pl](http://www.szpitalspecialistyczny.elblag.pl) e-mail: [zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl](mailto:zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl)

Nr sprawy:

ZP/4/2021

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku.

Powierzchnia całkowita 170cm<sup>2</sup>. Wymiary 176x122mm. Do każdej elektrody dołączona informacja o numerze serii i dacie ważności w postaci samoprzylepnej etykiety. Pakowane po 50szt?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 79 – dot. Pakietu nr 36 poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści elektrody neutralne jednorazowego użytku, dwudzielne, dzielone po obwodzie każdej z dwóch części, hydrożelowe z systemem rozpraszającym prąd równomiernie na całej powierzchni elektrody, nie wymagające aplikacji w określonym kierunku w stosunku do pola operacyjnego, powierzchnia przewodząca 37 cm<sup>2</sup>, wymiary 181x76mm. Do każdej elektrody dołączona informacja o numerze serii i dacie ważności w postaci samoprzylepnej etykiety. Pakowane po 50szt?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 80 – dot. Pakietu nr 1 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny filtr elektrostatyczny, o skuteczności przeciwbakteryjnej >99,9999% , >p/wirusowej 99,9999%, przestrzeń martwa: 55 ml, opory przepływu 2,14 cm H<sub>2</sub>O przy 60 l/min (0,82 cm H<sub>2</sub>O przy 30 l/min), filtr z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, poziom nawilżania 37 mg/l H<sub>2</sub>O przy VT=500 ml, medium filtracyjne hydrofobowe, objętość oddechowa Vt 150-1500 ml, waga 35,6 g, ze złączem prostym, sterylne, z portem kapno ze szczelnie wkręcanym korkiem luer-lock i portem dokującym, okrągły?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 81 – dot. Pakietu nr 1 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny filtr elektrostatyczny, o skuteczności przeciwbakteryjnej >99,9999% , >p/wirusowej 99,9999%, przestrzeń martwa: 55 ml, opory przepływu 2,14 cm H<sub>2</sub>O przy 60 l/min (0,82 cm H<sub>2</sub>O przy 30 l/min), filtr z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, poziom nawilżania 37 mg/l H<sub>2</sub>O przy VT=500 ml, medium filtracyjne hydrofobowe, objętość oddechowa Vt 150-1500 ml, waga 35,6 g, ze złączem prostym, sterylne, z portem kapno ze szczelnie wkręcanym korkiem luer-lock i portem dokującym, okrągły?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 82 – dot. Pakietu nr 1 poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny filtr elektrostatyczny o skuteczności przeciwbakteryjnej >99,9999%, p/wirusowej >99,9999%, z piankowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, poziom nawilżania 37,5 mg/l H<sub>2</sub>O przy VT=500 ml, medium filtracyjne hydrofobowe, przestrzeń martwa 53 ml, opory przepływu 0,6 cm H<sub>2</sub>O przy przepływie 30 l/min, objętość oddechowa Vt 150-1500 ml, waga 24 g, filtr ze złączem prostym, czysty mikrobiologicznie, z portem kapno z koreczkiem stabilnie wkręcanym?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 83 – dot. Pakietu nr 1 poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny filtr elektrostatyczny o skuteczności przeciwbakteryjnej >99,9999%, p/wirusowej >99,9999%, z piankowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, poziom nawilżania 37,5 mg/l H<sub>2</sub>O przy VT=500 ml, medium filtracyjne hydrofobowe, przestrzeń martwa 53 ml, opory przepływu 0,6 cm H<sub>2</sub>O przy przepływie 30 l/min, objętość oddechowa Vt 150-1500 ml, waga 24 g, filtr ze złączem prostym, czysty mikrobiologicznie, z portem kapno z koreczkiem stabilnie wkręcanym?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 84 – dot. Pakietu nr 1 poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny filtr elektrostatyczny, o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,9999%, p/wirusowej 99,9999%, z wydzielonym, celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, poziom nawilżania 33,6 mg/l H<sub>2</sub>O przy VT=250 ml, medium filtracyjne hydrofobowe, przestrzeń martwa 30 ml, opory przepływu 2,4 cm H<sub>2</sub>O przy 30 l/min, objętość oddechowa Vt 70-250 ml, waga 21 g, filtr ze złączem prostym, sterylne, z portem kapno z koreczkiem zabezpieczającym luer-lock?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 85 – dot. Pakietu nr 1 poz. 6**

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny filtr elektrostatyczny o skuteczności przeciwbakteryjnej >99,9999%, p/wirusowej >99,9999%, bez wymiennika ciepła i wilgoci, medium filtracyjne hydrofobowe, przestrzeń martwa 33 ml, opory przepływu 0,43 cm H<sub>2</sub>O przy przepływie 30 l/min, objętość oddechowa Vt 150-1500 ml, waga 19 g, filtr ze złączem prostym, czysty mikrobiologicznie, z portem kapno z koreczkiem stabilnie wkręcanym?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**





Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu®  
ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg

tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50  
[https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski\\_elblag](https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag) [www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl](http://www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl) e-mail: [zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl](mailto:zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl)

Nr sprawy:  
ZP/4/2021

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku.

**Pytanie nr 86 – dot. Pakietu nr 1 poz. 7**

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny wymiennik ciepła i wilgoci do rurek tracheostomijnych, z wkładem wykonanym z celulozy, z portem tlenowym ze stożkową końcówką, z portem do odsysania o średnicy 15 mm z zatyczką umieszczony centralnie, skuteczność nawilżania 28,8 mg/l H<sub>2</sub>O przy Vt 500ml, przestrzeń martwa 15 ml, opór przepływu 1,8 cm H<sub>2</sub>O przy przepływie 60 l/min, przeznaczony od objętości oddechowej Vt 50 ml (maksymalna objętość oddechowa Vt 1000 ml), waga 8,4 g, mikrobiologicznie czysty?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 87 – dot. Pakietu nr 1 poz. 8**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 1 pozycję nr 8 do osobnego pakietu? Wydzielenie w/w pozycji pozwoli na przygotowanie korzystniejszej oferty dla szpitala.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 88 – dot. Pakietu nr 5 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny standardowy układ pacjenta, jednorazowego użytku, składający się z 2 rur o stałej długości 180 cm, z trójnikiem Y i kolankiem z portem Luer-Lock, materiał: PE (polietylen)?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 89 – dot. Pakietu nr 5 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny standardowy układ pacjenta, jednorazowego użytku, składający się z 2 rozciągliwych rur o maksymalnej długości 200 cm, z trójnikiem Y i kolankiem z portem Luer-Lock, materiał: PE (polietylen)?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 90 – dot. Pakietu nr 100 poz. 1**

Czy zamawiający dopuści jako równoważny zestaw do nebulizacji, wykonany z PCV, czysty mikrobiologicznie, pakowany pojedynczo, możliwość pracy nebulizatora w pozycji siedzącej i leżącej, pojemność nebulizatora 8ml, w skład zestawu wchodzi: nebulizator, ustnik, łącznik T, dren połączeniowy o przekroju gwiazdkowym 2m, rurka karbowana 22mm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 91 – dot. Pakietu nr 100 poz. 1**

Czy Zamawiający oczekuje zestawu do nebulizacji pozbawionego szkodliwych ftalanów, które uwalniają się pod wpływem ciepła ludzkiego ciała, a nadmiar tych związków zwiększa ryzyko zachorowania na alergię, astmę, nowotwory, powodują także zaburzenia w pracy wątroby czy nerek, oraz wykazują negatywny wpływ na organizmy dzieci?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 92 – dot. Pakietu nr 100 poz. 2**

Czy zamawiający dopuści jako równoważny zestaw do nebulizacji z ustnikiem, wykonany z PCV, czysty mikrobiologicznie, pakowany pojedynczo, możliwość pracy nebulizatora w pozycji siedzącej i leżącej, pojemność nebulizatora 8ml, w skład zestawu wchodzi: nebulizator, ustnik, łącznik T, dren połączeniowy o przekroju gwiazdkowym 2m, rurka karbowana 22mm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 93 – dot. Pakietu nr 100 poz. 2**

Czy Zamawiający oczekuje zestawu do nebulizacji z ustnikiem pozbawionego szkodliwych ftalanów, które uwalniają się pod wpływem ciepła ludzkiego ciała, a nadmiar tych związków zwiększa ryzyko zachorowania na alergię, astmę, nowotwory, powodują także zaburzenia w pracy wątroby czy nerek, oraz wykazują negatywny wpływ na organizmy dzieci?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 94 – dot. Pakietu nr 103 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści jako równoważną maskę tlenową dla dorosłych z workiem i drenem w jednym uniwersalnym rozmiarze dla dorosłych?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 95 – dot. Pakietu nr 103 poz. 1**



	<p style="text-align: center;"><b>Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu<sup>®</sup></b>  <b>ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg</b>          tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50  <a href="https://platformazakupowa.pl/on/szpitalmiejski_elblag">https://platformazakupowa.pl/on/szpitalmiejski_elblag</a> <a href="http://www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl">www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl</a> e-mail: <a href="mailto:zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl">zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</a></p>	Nr sprawy: ZP/4/2021
Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku.		

Czy Zamawiający oczekuje maski tlenowej dla dorosłych pozbawionej szkodliwych ftalanów, które uwalniają się pod wpływem ciepła ludzkiego ciała, a nadmiar tych związków zwiększa ryzyko zachorowania na alergię, astmę, nowotwory, powodują także zaburzenia w pracy wątroby czy nerek.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 96 – dot. Pakietu nr 103 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści jako równoważną maskę tlenową dla dzieci z workiem i drenem w jednym uniwersalnym rozmiarze pediatrycznym?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 97 – dot. Pakietu nr 103 poz. 2**

Czy Zamawiający oczekuje maski tlenowej dla dzieci pozbawionej szkodliwych ftalanów, które uwalniają się pod wpływem ciepła ludzkiego ciała, a nadmiar tych związków zwiększa ryzyko zachorowania na alergię, astmę, nowotwory, powodują także zaburzenia w pracy wątroby czy nerek oraz wykazują negatywny wpływ na organizmy dzieci?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 98 – dot. Pakietu 56 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za pełne opakowanie z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 99 – dot. Pakietu nr 56 poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za pełne opakowanie z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 100 – dot. Pakietu nr 56 poz. 7**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za pełne opakowanie z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 101 – dot. Pakietu nr 71 poz. 7**

Czy Zamawiający dopuści Pojemnik sterylny do odsysania wydzieliny z ran o pojemności 200ml?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 102 – dot. Pakietu 71 poz. 10**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za pełne opakowanie z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 103 – dot. Pakietu nr 71 poz. 12**

Czy Zamawiający może doprecyzować ile oczekuje sztuk w opakowaniu?

**Odpowiedź: Zamawiający ujął w Formularzu asortymentowo – cenowym nr 71, że oczekuje opakowań po 100 szt.**

**Pytanie nr 104 – dot. Pakietu nr 71 poz. 13**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za pełne opakowanie z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 105 – dot. Pakietu nr 71 poz. 18**

Czy Zamawiający dopuści Cewnik do podawania tlenu przez nos dla dorosłych jałowy o dł. 200 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 106 – dot. Pakietu nr 71 poz. 19**

Czy Zamawiający dopuści Cewnik do podawania tlenu przez nos dla dzieci jałowy o dł. 140 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 107 – dot. Pakietu nr 71 poz. 21**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do punkcji z igłą o średnicy 15G?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**





Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu®  
ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg

tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50  
[https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski\\_elblag](https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag) [www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl](http://www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl) e-mail: [zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl](mailto:zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl)

Nr sprawy:  
ZP/4/2021

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku.

**Pytanie nr 108 – dot. Pakietu nr 71 poz. 22**

Czy Zamawiający dopuści Cewnik z 2 bocznymi naprzemianległymi otworami; reszta parametrów bez zmian?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 109 – dot. Pakietu nr 71 poz. 27**

Czy Zamawiający dopuści sondę żołądkową bez przewodnicy?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 110 – dot. Pakietu nr 71 poz. 32**

Czy Zamawiający oczekuje wyceny za sztukę czy za parę?

**Odpowiedź: Zamawiający oczekuje wyceny za parę.**

**Pytanie nr 111 – dot. Pakietu nr 71 poz. 37**

Jakiego typu drenu oczekuje Zamawiający?

**Odpowiedź: Typ określony w formularzu asortymentowo-cenowym nr 71.**

**Pytanie nr 112 – dot. Pakietu nr 76 poz. 7**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za pełne opakowanie z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 113 – dot. Pakietu nr 76 poz. 12**

Czy Zamawiający oczekuje rurki jednorazowego użytku?

**Odpowiedź: Zamawiający oczekuje rurki jednorazowego użytku.**

**Pytanie 114 – dot. Pakietu nr 95 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści strzykawki innego producenta?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 115 – dot. Pakietu nr 106**

Czy Zamawiający dopuści testy biologiczne, o odczycie 20min. bez wewnętrznego systemu kruszenia, kompatybilne z innym niż posiadany przez Zamawiającego autoczynnikiem w przypadku bezpłatnego użyczenia autoczynnika z wbudowaną kruszarką na czas trwania umowy.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 116 – dot. Pakietu nr 107**

Czy Zamawiający dopuści autoczynniki do inkubacji wskaźników biologicznych do tlenu etylenu o ostatecznym odczycie po 4 godzinach, bez wewnętrznego systemu kruszenia zgodny z opisem poniżej:

„Autoczynniki posiadają 12 okrągłych studzienek. Wynik inkubacji widoczny poprzez zapalenie się lampki zielonej lub czerwonej oraz sygnału dźwiękowego w przypadku pozytywnego odczytu. Odczyt automatyczny na podstawie fluorescencji. Autoczynniki posiadają wbudowaną drukarkę, rejestrującą oraz drukującą wszystkie wyniki, co eliminuje konieczność podłączania oddzielnych urządzeń. Autoczynniki posiadają wbudowaną kruszarkę”

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 117 – dot. Pakietu nr 70 poz. 35, 36, 37, 38, 49, 50, 51**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji nr 35, 36, 37, 38, 49, 50, 51 (wymazówki) i utworzenie osobnego pakietu? Wydzielenie umożliwi zwiększenie konkurencyjności i złożenie oferty w korzystnych dla Zamawiającego cenach.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 118 – dot. Pakietu nr 70 poz. 35**

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wymazówek sterylnych plastikowych o dł. 130 – 150 mm z wacikiem, pakowanych indywidualnie?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 119 – dot. Pakietu nr 80 poz. 8**





Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu®  
ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg

tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50  
[https://platformazakupowa.pl/prn/szpitalmiejski\\_elblag](https://platformazakupowa.pl/prn/szpitalmiejski_elblag) [www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl](http://www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl) e-mail: [zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl](mailto:zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl)

Nr sprawy:  
ZP/4/2021

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku.

Czy Zamawiający w pakiecie nr 80 poz 8 ma na myśli kaniulę do znieczulenia 20G?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga kaniuli 20G.**

**Pytanie nr 120 – dot. Pakietu nr 80 poz. 14**

Czy Zamawiający w pakiecie 80 poz. 14 dopuści gaz okulistyczny – sześćiofluorek siarki w pojemniku o pojemności 15ml?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 121 – dot. Pakietu nr 80 w poz. 11, 13**

Czy Zamawiający wymaga, aby w pakiecie nr 80 w pozycji 11 i 13 barwnik oraz perfluorokarbon miały potwierdzoną czystość badaniami zgodnie z ISO?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 122 – dot. 80 poz. 15**

Czy Zamawiający w pakiecie 80 pozycja 15 wymaga, aby zaoferowane zestawy do witrektomii były odpowiednie do aparatu DORC Eva?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga.**

**Pytanie nr 123 – dot. Pakietu nr 80 poz. 15**

Czy Zamawiający w pakiecie 80 pozycja 15 dopuści zestaw składający się z 2 zestawów o składzie:

Zestaw 1: - witektom 8000 cięć/min

- światłowod panoramiczny ścięty
- kasetę jednorazową z workiem odciekowym 0,5L
- zestaw drenów irygacyjno - aspiracyjnych
- dren do wymiany płyn / powietrze
- zestaw 3 trokarów z zastawkami oraz kaniulą infuzyjną
- trójnik
- dren VGPC do wymuszonej infuzji
- konektor męsko/męski
- konektor żeńsko/żeński
- osłona sterylna na stolik MAYO
- osłona sterylna na pilota
- osłona sterylna na ekran

Zestaw 2:

- obłożenie na stolik - 1 szt.
- obłożenie na pacjenta z workiem odciek.- 1 szt.
- sączek/knot - 1 szt.
- fartuch sterylny rozmiar XL z rękawami - 2 szt.
- strzykawka 5 ml - 3 częściowa - 2 szt.
- strzykawka 3 ml - 3 częściowa - 1 szt.
- strzykawka 20 ml - 3 częściowa - 1 szt.
- kubeczki - 2 szt.
- pojemnik – 1 szt.
- opatrunek na oko - 1 szt.
- kompres z włókniny - 5 szt.
- strzałki spongostanowe - 10 szt.
- pojemnik plastikowy - 1 szt.
- obłożenie na stolik Mayo - 1 szt.
- osłonka na oko - 1 szt.
- podłokietniki - 2 szt.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 124 – dot. Pakietu nr 81**

Czy Zamawiający dopuści pierścienie o poniższych parametrach:

Zastosowanie:

- pełny kontakt pierścienia z tęczówką – 360 °





**Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu®  
ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg**

tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50

[https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski\\_elblag](https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag) [www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl](http://www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl) e-mail: [zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl](mailto:zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl)

Nr sprawy:  
ZP/4/2021

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku.

- równomierne rozszerzenie tęczówki na całym obwodzie bez zniekształceń
- wyposażony w intuicyjny iniektor
- umiejscowienie i wyjęcie za pomocą jednej ręki
- miękki ale wytrzymały materiał – poliuretan – pozwala na łatwą manipulację
- atraumatyczny
- posiada otwory do pozycjonowania, elastyczne, zawiasy do usuwania, kanały do zahaczania
- średnica: 6,3mm

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 125 – dot. Pakietu nr 56 poz. 8**

Czy Zamawiający dopuści pałeczki do wymazów sterylne o dł. 16 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 126 – dot. Pakietu nr 67 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści worek ileostomijny, jednoczęściowy, przezroczysty, płytka hydrokoloidowa, elastyczna, docięcie 10-55 mm, zapinka wbudowana w ujście worka, zamykany na rzep?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 127 – dot. Pakietu nr 67 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści worek ileostomijny, jednoczęściowy, przezroczysty, płytka hydrokoloidowa chroniąca przed działaniem wilgoci, docięcie 10-76 mm, zapinka wbudowana w ujście worka, zamykany na rzep?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 128 – dot. Pakietu nr 67 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści worek urostomijny dla dzieci, hydrokoloidowa płytka, elastyczna ze strefami dopasowania, ujście zamykane na kurek, docięci e płytki 10-35 mm, pojemność 200 ml?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 129 – dot. Pakietu nr 67 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści worek urostomijny pediatryczny, płytka chroniąca przed działaniem wilgoci, ujście zamykane na kurek, docięcie płytki 10-35 mm?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 130 – dot. Pakietu nr 67 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści worek stomijny otwarty dla dzieci, hydrokoloidowa płytka, elastyczna ze strefami dopasowania, ujście zamykane na rzep, docięcie płytki 0-35 mm, pojemność 180 ml?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 131 – dot. Pakietu nr 67 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści worek stomijny pediatryczny, płytka hroniąca przed działaniem wilgoci, ujście zamykane klamrą, docięcie płytki 10-35 mm?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 132 – dot. Pakietu nr 67 poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści worek urostomijny dla dzieci, hydrokoloidowa płytka, elastyczna ze strefami dopasowania, ujście zamykane na kurek, docięci e płytki 10-35 mm, pojemność 200 ml?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 133 – dot. Pakietu nr 67 poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści worek urostomijny pediatryczny, płytka chroniąca przed działaniem wilgoci, ujście zamykane na kurek, docięcie płytki 10-35 mm?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 134 – dot. Pakietu nr 67 poz. 3**





**Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu®  
ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg**

tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50  
[https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski\\_elblag](https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag) [www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl](http://www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl) e-mail: [zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl](mailto:zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl)

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku.

Nr sprawy:  
ZP/4/2021

Czy Zamawiający dopuści worek stomijny otwarty dla dzieci, hydrokoloidowa płytka, elastyczna ze strefami dopasowania, ujęście zamykane na rzep, docięcie płytki 0-35 mm, pojemność 180 ml?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 135 – dot. Pakietu nr 67 poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści worek stomijny pediatryczny, płytka hroniąca przed działaniem wilgoci, ujęście zamykane klamrą, docięcie płytki 10-35 mm?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 136 – dot. Pakietu nr 67 poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści chusteczki do zmywania skóry wokół stomii, pomagające oczyścić skórę wokół stomii, opakowanie = 30 szt.?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 137 – dot. Pakietu nr 67 poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści chusteczki ze środkiem ochronnym, tworzącym warstwę ochronną na skórze, ułatwiające aplikację kolejnego przylepca, opakowanie = 30 szt.?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 148 – dot. Pakietu nr 67 poz. 6**

Czy Zamawiający dopuści pasta stomijna zgodna z opisem, pojemność 60 g.?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 139 – dot. Pakietu nr 68 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści mostek stomijny długość całkowita 9,7 mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 140 – dot. Pakietu nr 68 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści mostek stomijny długość całkowita 9,7 mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 141**

Czy Zamawiający dopuści składanie zamówień w pełnych opakowaniach handlowych (worki stomijne pakowane po 30 szt, pediatryczne po 30 szt, dziecięce po 10 szt, chusteczki po 30 szt w opakowaniu handlowym)? W przypadku naszej firmy nie ma możliwości sprzedawania w pojedynczych sztuk, gdyż magazyn znajduje się na Węgrzech skąd bezpośrednio wysyłany jest towar do Zamawiającego.

Wraz z towarem wysyłamy dokument WZ, natomiast fakturę w wersji papierowej dostarczamy w ciągu 2 dni – co zbiega się z czasem dostawy towaru. Jesteśmy w stanie zamiennie dostarczyć fakturę w formacie pdf na podany adres mailowy – w takim wypadku prosimy o podanie adresu email.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza składanie zamówień w pełnych opakowaniach handlowych oraz wyraża zgodę na wysyłanie faktury na adres email: [m.jankowska@szpitalmiejski.elblag.pl](mailto:m.jankowska@szpitalmiejski.elblag.pl).**

**Pytanie nr 142 – dot. Pakietu nr 20 poz. 11**

Uprzejmie prosimy o wydzielenie pozycji 11 z pakietu 20 oraz utworzenie odrębnego zadania. Wydzielenie wymienionej pozycji zwiększy konkurencyjność asortymentowo-cenową w przedmiotowym postępowaniu, co przełoży się na uzyskanie przez Zamawiającego bardziej korzystnych cen ofert. Pozostawienie wyżej wymienionej pozycji w dotychczasowym pakiecie silnie ogranicza konkurencję wyłącznie do podmiotów posiadających pełen asortyment zawarty w pakiecie.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 143 – dot. Pakietu nr 11 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści igłę do nakłucia lędźwiowego typu „Whiteacre” pencil point?

- Ostrze „pencil point” minimalizuje ryzyko uszkodzenia opony twardej oraz wyciek płynu mózgowo rdzeniowego
- Oczko umieszczone przy końcówce dystalnej minimalizuje ryzyko nadtworówkowego podania leków znieczulających
- Gładkie oczko boczne

Igła:





**Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu®**  
**ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg**

tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50  
[https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski\\_elblag](https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag) [www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl](http://www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl) e-mail: [zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl](mailto:zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl)

Nr sprawy:  
ZP/4/2021

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku.

Średnica (mm) 0,42, G 27, Długość mm() 135, Kolor szary

Wprowadzacz:

Długość (mm) 38, Średnica (mm) 0.7

Dystalne cechy:

X (mm) 0,70, Y(mm) 0,70

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 144 – dot. Pakietu nr 11 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści igłę do nakłucia podpajęczynówkowego typu „Quincke”?

Igła o ostrzu „Quincke” posiada specjalnie zaprojektowany mandryn redukujący uszkodzenie tkanek, a w konsekwencji ból głowy. Wyrób medyczny jednorazowy, sterylny.

Igła :

Średnica (mm) 0,53, G 25, Długość (mm) 75, Kolor pomarańczowy

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 145 – dot. Pakietu nr 11 poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści Locoplex Elektro neuro stymulującą igłę do blokady splotu nerwowego?.

W pełni izolowana igła, aż do szlifu z przewodzącą końcówką. Przezroczyste zakończenie igły. Zdejmowany dren przedłużający o długości 50cm. Objętość 1ml. Dostępna w dwóch wersjach: 17° i 30°.

Długość (mm) 85, Średnica (mm) 0.80, G 21

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 146 – dot. Pakietu nr 11 poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści Locoplex Elektro neuro stymulującą igłę do blokady splotu nerwowego?

Zdejmowany dren przedłużający o długości 50cm. Objętość 1ml. Dostępna w dwóch wersjach: 17° i 30°.

Długość (mm) 35, Średnica (mm) 0.65, G 23

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 147 – dot. Pakietu nr 11 poz. 6**

Czy Zamawiający dopuści Silverstim ?

Cewnik do blokady nerwów obwodowych, przy użyciu elektrostymulatora lub USG. Cewnik do stymulacji nerwów obwodowych posiadający właściwości zarówno stymulujące jak i echogeniczne dzięki pokryciu cienką warstwą srebra wzdłuż całej długości cewnika Stała średnica wewnętrzna:0,4mm. Zewnętrzna średnica: 20G. Opór elektryczny: poniżej 20 om.

Do wyboru wprowadzacz : igła ze ścięciem 30°, kaniula 30°, lub igła touhy.

W skład zestawu wchodzi:

- wprowadzacz do wyboru

- cewnik stymulujący

- łącznik easy-lock

-filtr antybakteryjny 0,22 µm

- transparentny opatrunek Dermafilm

Silverstim:

Ø wew. mm 0,43, Ø zew. Mm 0,88 L cm 50,

Wprowadzacz

igła 30° 58mm

kaniula 30° lub igła touhy 85mm

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 148 – dot. Pakietu nr 15 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści Port naczyniowy niskoprofilowy wraz z akcesoriami.?

Skład: komora i kaniula wykonane w całości z tytanu i biokompatybilną obudową z tworzywa sztucznego (polioksymetylen), o kształcie zbliżonym do „łezki”, ułatwiającym wprowadzenie portu pod skórę, 3 otwory do przysycia portu, tytanowy łącznik mocujący cewnik z przewodem wyprowadzającym portu z wyczuwalnym momentem blokady, waga portu 7,6g, wysokość portu 12,2 mm, średnica membrany 12,1mm, zestaw wprowadzający oparty na technice Seldingera, silikonowy cewnik dołączany (nie połączony trwale z komorą portu) o długości (cm)60, Śr. zewn. (mm) 2,40, Śr. wewn. (mm) 1,20, objętość wewnętrzna





**Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu®**  
**ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg**

tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50

[https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski\\_elblag](https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag) [www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl](http://www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl) e-mail: [zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl](mailto:zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl)

Nr sprawy:

ZP/4/2021

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku.

(ml/10 cm) 0,13. Koszulka introduktora (Fr)8. Oznaczenie długości cewnika co 1cm trwale naniesione na cewnik i opis co 5cm. W zestawie: tunelizator do przeprowadzenia cewnika pod skórą- "tępy" bez powierzchni tnącej, narzędzie do unoszenia naczynia, igła Hubera prosta, strzykawka 10ml, narzędzie do przepłukania cewnika, rozszerzacz z rozrywalną koszulką, prowadnica, igła wprowadzająca, karta pacjenta, bransoletka informująca iż pacjent posiada port, paszport pacjenta w j. polskim, instrukcja obsługi w j. polskim. Port do wlewów pod ciśnieniem do 325 psi, przepływ 5 ml/sek, kompatybilny z MRI i TK.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 149 – dot. Pakietu nr 15 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści Port naczyniowy niskoprofilowy wraz z akcesoriami?

Skład:

komora i kaniula wykonane w całości z tytanu i biokompatybilną obudową z tworzywa sztucznego (polioksymetylen), o kształcie zbliżonym do „łezki”, ułatwiającym wprowadzenie portu pod skórę, 3 otwory do przysycia portu, tytanowy łącznik mocujący cewnik z przewodem wyprowadzającym portu z wyczuwalnym momentem blokady, waga portu 2,9g, wysokość portu 8,7 mm, średnica membrany 8 mm, zestaw wprowadzający oparty na technice Seldingera, silikonowy cewnik dołączany (nie połączony trwale z komorą portu) o długości (cm)60, Śr. zewn. (mm) 1,65, Śr. wewn. (mm) 0,65, objętość wewnętrzna (ml/10 cm) 0,04. Koszulka introduktora (Fr)5. Oznaczenie cewnika długości co 1cm trwale naniesione na cewnik i opis co 5cm. W zestawie: tunelizator do przeprowadzenia cewnika pod skórą- "tępy" bez powierzchni tnącej, narzędzie do unoszenia naczynia, igła Hubera prosta, strzykawka 10ml, narzędzie do przepłukania cewnika, rozszerzacz z rozrywalną koszulką, prowadnica, igła wprowadzająca, karta pacjenta, bransoletka informująca iż pacjent posiada port, paszport pacjenta w j. polskim, instrukcja obsługi w j. polskim. Port do wlewów pod ciśnieniem do 325 psi, przepływ 3 ml/sek, kompatybilny z MRI i TK.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 150 – dot. Pakietu nr 49 poz. 1**

Czy zamawiający w pakiecie 49 punkcie 1 ma na myśli filtr powietrza czy filtr płynów?

**Odpowiedź: Zamawiający ma na myśli filtr do płynów.**

**Pytanie nr 151 – dot. Pakietu nr 84**

Czy Zamawiający w Pakiecie Nr 84 wyrazi zgodę na zaferowanie zestawu o składzie:

- Obłożenie na stolik niepyłące – 75 x 90cm – 1 szt.
- Obłożenie na pacjenta – 50 x 60 cm, z otworem na oko naciętym -10 x 10 cm i przylepcem – 1 szt.
- Rozwórka metalowa Baraquer jednorazowa – 1 szt.
- Metalowy znacznik pomiaru odległości iniekcji od rąbka 3,5-4,0mm – 1 szt.
- Pałeczki absorbcyjne ("papierosy") – 2 szt.

Zestaw jednorazowy, sterylny

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 152 – dot. Pakietu nr 80 poz. 8**

Czy Zamawiający w pakiecie 80 pozycja 8 ma na myśli kaniulę 20G do znieczulenia pod torebkę TENONA?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga kaniuli 20G.**

**Pytanie nr 153 – dot. Pakietu nr 80 poz. 15**

Czy Zamawiający w pakiecie 80 pozycja 15 wymaga, aby zaferowane zestawy do witrektomii były kompatybilne z aparatem do witrektomii Eva?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga kompatybilności z aparatem EVA.**

**Pytanie nr 154 – dot. Pakietu nr 73 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania okularów ochronnych o parametrach zgodnych z SWZ, które nie są wyrobem medycznym, a zakwalifikowane zostały jako sprzęt ochrony indywidualnej, z zastosowaniem stawki podatku VAT 23%?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 155 – dot. Pakietu nr 102 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania Zestawu do cewnikowania spełniającego wymagania SWZ, jednakże w którym w zamian za serwetę z otworem w rozmiarze 60 cm x 60 cm, jest serweta z w rozmiarze 90 cm x 75 cm z otworem o średnicy 10 cm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**





**Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu®**  
**ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg**

tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50

[https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski\\_elblag](https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag) [www.szpitalspecialistyczny.elblag.pl](http://www.szpitalspecialistyczny.elblag.pl) e-mail: [zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl](mailto:zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl)

Nr sprawy:

ZP/4/2021

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku.

**Pytanie nr 156 – dot. Pakietu nr 4 poz. 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie układu oddechowego, dwururowego, karbowanego do aparatu do znieczulania dla dorosłych, średnica rur 22mm, z polipropylenu, rozciągliwy w zakresie od 0,6 m do długości 1,8 m, posiadający kolanko z portem kapno, z dodatkową rurą rozciągliwą od 0,5 m do 1,5m, bezlateksowy worek 2L, konektor rury 22M/22M. Rura worka, worek i konektor nie połączone. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 157 – dot. Pakietu nr 4 poz. 1**

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga układu oddechowego nie zawierającego ftalanów, czas użycia do 7 dni, zawierający opakowanie foliowe ?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 158 – dot. Pakietu nr 4 poz. 2**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie układu oddechowego , pediatrycznego rozciągliwego karbowanego, do aparatu do znieczulania, o średnicy 15mm, rury rozciągliwe w zakresie od 0,6 m do dł. 1,8 m, wykonane z polipropylenu, kolanko z portem kapno, rura worka o długości 1m wykonana z polietylenu, bezlateksowy worek 0,5L, rura z workiem połączone. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 159 – dot. Pakietu nr 4 poz. 2**

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga czas użycia układu oddechowego do 7 dni , zawierający opakowanie foliowe , bez ftalanów?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 160 – dot. Pakietu nr 5 poz. 1**

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga układu oddechowego nie zawierającego ftalanów, czas użycia do 7 dni, zawierający opakowanie foliowe ?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 161 – dot. Pakietu nr 7 poz. 1**

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy w poz. 1 nie doszło do oczywistej omyłki pisarskiej, gdyż Zamawiający oczekuje igły 23 G 60 x 80 mm, gdzie 23 G odpowiada 0,6 mm oraz 21G 80 x 120 mm, gdzie 21G odpowiada 0,8 mm, czy w związku z tym powinno być 23G 0,6 x 80mm oraz 21G 0,8 x 120 mm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 162 – dot. Pakietu nr 7 poz. 2**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w poz. 1 igły 23 G dł 90 mm.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 163 – dot. Pakietu nr 7 poz. 3**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w poz. 3 łącznika schodkowego 6-15-6 mm.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 164 – dot. Pakietu nr 7 poz. 4**

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy oczekuje, aby kaniula dotętnicza z poz. 4 była dostarczana w zestawie z opatrunkiem mocująco-stabilizującym, umożliwiającym obserwację miejsca wkłucia przez poliuretanowe okienko w piankowej ramce typu omega?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 165 – dot. Pakietu nr 23 poz. 8**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kranika odcinającego do terapii dożylnych, trójdrożnego, z drenem 10 cm bez DEHP , bez portu, wykonany z poliwęglanu-tworzywa odpornego na mechaniczne pęknięcia oraz na wszystkie leki w tym również na działanie lipidów i leków do chemioterapii. Trójramienne (ramiona tej samej długości) pokrętło umożliwiające swobodną i precyzyjną obsługę kraników i podwójny: optyczny i wyczuwalny identyfikator pozycji otwarty/zamknięty,





Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu®  
ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg

tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50  
[https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski\\_elblag](https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag) [www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl](http://www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl) e-mail: [zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl](mailto:zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl)

Nr sprawy:  
ZP/4/2021

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 166 – dot. Pakietu nr 23 poz. 10**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kranika odcinającego do terapii dożylnych, trójdrożnego, z drenem 25 cm bez DEHP, bez portu, wykonany z poliwęglanu-tworzywa odpornego na mechaniczne pęknięcia oraz na wszystkie leki w tym również na działanie lipidów i leków do chemioterapii. Trójramienne (ramiona tej samej długości) pokrętło umożliwiające swobodną i precyzyjną obsługę kraników i podwójny: optyczny i wyczuwalny identyfikator pozycji otwarty/zamknięty,

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 167 – dot. Pakietu nr 23 poz. 8, 9, 10**

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje aby kranik trójdrożny wyposażony był w przedłużacz o średnicy 4,1 x 2,9 mm, co umożliwi osiągnięcie wyższych przepływów podczas terapii płynowo-lekowej?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 168 – dot. Pakietu nr 23 poz. 7, 8, 9, 10**

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy kraniki odcinające do terapii dożylnych, trójdrożne mają być wykonane z poliwęglanu-tworzywa odpornego na mechaniczne pęknięcia oraz na wszystkie leki w tym również na działanie lipidów i leków do chemioterapii?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 169 – dot. Pakietu nr 23 poz. 11**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rampy trójkranikowej, wykonanej z polisulfonu, z przedłużaczem 25 cm, bez DEHP, z niezależnie obracającą się nakrętką umożliwiającą połączenie z innym złączem bez konieczności skręcania/obrania łączonych elementów.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 170 – dot. Pakietu nr 23 poz. 11**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rampy trójkranikowej, wykonanej z polisulfonu, z przedłużaczem 150 cm, z dodatkowym kranikiem w części dystalnej drenu do dostrzyknięcia premedykatu, bez DEHP, z niezależnie obracającą się nakrętką umożliwiającą połączenie z innym złączem bez konieczności skręcania/obrania łączonych elementów.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 171 – dot. Pakietu nr 23 poz. 11**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rampy pięciokranikowej, wykonanej z polisulfonu, z przedłużaczem 25 cm, z niezależnie obracającą się nakrętką umożliwiającą połączenie z innym złączem bez konieczności skręcania/obrania łączonych elementów. jak dotychczas stosowane

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 172 – dot. Pakietu nr 23 poz. 12**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rampy pięciokranikowej, wykonanej z polisulfonu, z przedłużaczem 180 cm dodatkowym kranikiem w części dystalnej drenu do dostrzyknięcia premedykatu bez DEHP, z niezależnie obracającą się nakrętką umożliwiającą połączenie z innym złączem bez konieczności skręcania/obrania łączonych elementów

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 173 – dot. Pakietu nr 23 poz. 11, 12**

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy rampy mają być wykonane z polisulfonu?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 174 – dot. Pakietu nr 27**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 27 zestawów do cystostomii jak obecnie używane przez Zamawiającego w składzie cewnik poliuretanowy J z 8 otworami drenażowymi w pętli, dł. min 43 cm w średnicach 8,11 i 14 CH, z rozrywalnymi trokarami odpowiednio w średnicach wew/zew: 9/11,12/14 i 15/17 CH, worek do kolekcji moczu poj. 2 L, tulejka silikonowa do mocowania cewnika i zacisk.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**



	<p style="text-align: center;"><b>Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu®</b>  <b>ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg</b>          tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50  <a href="https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag">https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag</a> <a href="http://www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl">www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl</a> e-mail: <a href="mailto:zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl">zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</a></p>	Nr sprawy: ZP/4/2021
Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku.		

**Pytanie nr 175 – dot. Pakietu nr 60**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie torby na wymiociny z niebieskiego, częściowo przeziernego polietylenu 50µm o poj. całkowitej 2000 ml z polipropylenowym pierścieniem uszczelniającym, reszta zgodnie z SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 176 – dot. Pakietu nr 62 poz. 1**

Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie, czy oczekuje ostrza uniwersalnego jednorazowego użytku, do strzygarki chirurgicznej z nieruchomą głowicą. Ostrze mikrobiologicznie czyste jednokrotnego użytku, szerokość ostrza tnącego 31,3mm, konstrukcja ostrza wyklucza jakiegokolwiek uszkodzenie skóry – ostrze tnące znajduje się na górze i nie ma kontaktu ze skórą pacjenta, wolne od lateksu ; pakowane: 1szt / blister; 50 blistrów/ pudełko

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 177 – dot. Pakietu nr 62 poz. 2**

Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie, czy oczekuje ostrza jednorazowego użytku, do strzygarki chirurgicznej z nieruchomą głowicą, mikrobiologicznie czystego jednokrotnego użytku, do włosów grubych (głowa lub inne obszary o grubym owłosieniu), szerokość ostrza tnącego 36,2mm, konstrukcja ostrza wyklucza jakiegokolwiek uszkodzenie skóry – ostrze tnące znajduje się na górze i nie ma kontaktu ze skórą pacjenta, wolne od lateksu i ftalanów, łatwe zakładanie i zdejmowanie ostrza, pakowane: 1szt / blister; 50 blistrów/ pudełko

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 178 – dot. Pakietu 100 poz. 1, 2**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie nebulizatora niskoobjętościowego do podawania leku, z antyprzelewową konstrukcją pozwalającą na skuteczne działanie w zakresie 0-90 stopni, ze stabilną podstawką dyfuzora w zakresie 0-360 stopni, o pojemności 10 ml, skalowany dwustronnie, naprzemiennie w zakresie od 3 do 10 ml co 1 ml, przeciętna średnica cząsteczek aerozolu (MMAD) 2,21 µm (+/- 0,07 µm), frakcja respirabilna (cząsteczki 3 do 10 ml co 1 ml, przeciętna średnica cząsteczek aerozolu (MMAD) 2,21 µm (+/- 0,07 µm), frakcja respirabilna

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 179 – dot. Pakietu nr 100 poz. 1, 2**

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy parametry mają być potwierdzone w badaniach producenta?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.**

**Pytanie nr 180 – dot. Pakietu nr 100 poz. 1,2**

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy tempo nebulizacji , szybkość opróżniania zbiornika przy przepływie 10 l/min dla 3 ml roztworu: ma wynosić 7,36 min. (+/- 0,26 min.)?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 181 – dot. Pakietu nr 100 poz. 1, 2**

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy w zestawie z nebulizatorem: maska aerozolowa dla dorosłych, dren tlenowy o przekroju gwiazdkowym 2,1 m i złączu standardowym ma być kodowana kolorystycznie barwą dyfuzora ze sztywnym złączem drenu dedykowane do nebulizatora?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 182 – dot. Pakietu nr 103 poz. 1, 2**

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy maski tlenowe z workiem i drenem jednorazowego użytku mają być czyste mikrobiologicznie bez zawartości lateksu, ftalanów, DEHP, bisfenolu,?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 183 – dot. Pakietu nr 103 poz. 1, 2**

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy na opakowaniu jednostkowym: maska tlenowa z workiem i drenem ma posiadać nazwę, grafikę produktu z opisem, nr katalogowy, producent, data ważności, nr serii, symbol „jednorazowego użytku” (przekreślona cyfra 2) symbol CE, kod GTIN EAN-128?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 184 – dot. Pakietu nr 108**





**Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu®**  
**ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg**

tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50  
[https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski\\_elblag](https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag) [www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl](http://www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl) e-mail: [zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl](mailto:zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl)

Nr sprawy:  
ZP/4/2021

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku.

Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie, czy oczekuje udźwigu niepyłącego prześcieradła transportowego nie mniejszej niż 224 kg?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 185 – dot. Pakietu nr 108**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie niepyłącego prześcieradła transportowego w rozmiarze 152 x 198 cm.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 186 – dot. Pakietu nr 15 poz. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 15 poz. 2 produktu - Port naczyniowy tytanowy. Wykonany z tytanu klasy medycznej o wysokości 10,8 mm i o średnicy podstawy 24 mm z cewnikiem silikonowym o długości 500 mm. Średnica wewnętrzna cewnika 0,8 mm, średnica zewnętrzna 1,5 mm. Połączenie obudowy portu i cewnika nakrętką tytanową ze zintegrowanym zabezpieczeniem przed zagięciem cewnika?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 187 – dot. Pakietu nr 15 poz. 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 15 poz. 3 produktu - Zestaw do wszczepienia portów 8 F?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 188 – dot. Pakietu nr 16 poz. 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 16 poz. 3 produktu - Zestaw do wszczepienia portów 8 F?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 189 – dot. Pakietu nr 12 poz. 4**

Dotyczy Pakiet 12 poz. 4. W związku z brakiem produktu na rynku zwracamy się z prośbą o wykreślenie pozycji z pakietu

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 190 – dot. Pakietu na 8 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści rozmiaru 16G/9 cm, 18G/9 cm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 191 – dot. Pakietu nr 8 poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści igłę do znieczuleń o rozmiarze 25G i długości 120 mm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 192 – dot. Pakietu nr 10 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 120 mm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 193 – dot. Pakietu nr 10 poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści igłę równoważną do igły Lancet z prowadnicą?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 194 – dot. Pakietu nr 20 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę 3 ml?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 195 – dot. Pakietu nr 20 poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę z pojedynczą skalą pomiarową?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 196 – dot. Pakietu nr 20 poz. 12**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Część 20, pozycja 12 i utworzenie z niej odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenia ofert większej liczbie wykonawców a Państwo pozyskanie rzeczywiście korzystania ofert?





**Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu®  
ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg**

tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50  
[https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski\\_elblag](https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag) [www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl](http://www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl) e-mail: [zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl](mailto:zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl)

Nr sprawy:  
ZP/4/2021

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 197 – dot. Pakietu nr 20 poz. 13**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'250 z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 198 – dot. Pakietu nr 20 poz. 14**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'100 z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 199 – dot. Pakietu nr 30 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści elektrodę o rozmiarach 55x41 mm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 200 – dot. Pakietu nr 59 poz. 1-6**

Czy Zamawiający dopuści pojemniki ze stawką podatku VAT 23%?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 201 – dot. Pakietu nr 60 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści Worek wykonany z wytrzymałej, przezroczystej folii w kolorze niebieskim, umożliwiającej obserwację wydzielin Pojemność całkowita worka: 2000 ml Dokładna skala pomiarowa (od 10 ml do 90 ml co 10 ml i od 100 do 2000 ml co 100 ml) umieszczona na worku, pozwala na dokładne oszacowanie objętości płynu Szeroki wlot worka zabezpieczony plastikowym Kołnierzem Obręcz kołnierza w kształcie koła zapewnia pewny chwyt, ułatwia manewrowanie workiem zmniejszając ryzyko zanieczyszczenia treścią. Kołnierz wyposażony w specjalne nacięcia umożliwiające zamknięcie worka i higieniczną utylizację treści wymiotnej - „skręć i zaczepl”. Nazwa wyrobu, nazwa producenta oraz obrazkowa instrukcja użycia nadrukowane bezpośrednio na worku?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 202- dot. Pakietu na 95**

Czy Zamawiający dopuści strzykawki o tożsamych parametrach co strzykawkę Omnifix?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 203 – dot. Pakietu nr 96 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy system do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca wyposażony w silikonowy rękaw o długości 167 cm z wbudowaną w strukturę silikonu na całej długości substancją neutralizującą nieprzyjemne zapachy; niskociśnieniowy balonik retencyjny; port do napełniania balonika retencyjnego, oraz port do irygacji umożliwiający także doodbytnicze podanie leków, z klamrą zamykającą światło drenu w celu utrzymania leku w miejscu. System przebadany klinicznie, czas utrzymania do 29 dni. W zestawie 3 worki do zbiórki stolca, o pojemności 1500 ml z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości skalowane linearnie co 100 ml, numerycznie co 500 ml, z filtrem węglowym zawierające wewnątrz saszetkę z absorbentem cieczy?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 204 – dot. Pakietu nr 96 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści worki wymienne kompatybilne z zestawem do kontrolowanej zbiórki stolca o pojemności 1500 ml skalowane linearnie co 100 ml, numerycznie co 500 ml, przednia część przezroczysta, tylna biała, z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości i filtrem węglowym (do wyboru z filtrem lub bez) pochłaniającym nieprzyjemne zapachy i zapobiegającym balonowaniu worka, w opakowaniu po 3 sztuki bez filtra z absorbentem cieczy lub 2 sztuki z filtrem węglowym i absorbentem cieczy?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 205 – dot. Pakietu nr 100 poz. 1, 2**

Czy Zamawiający dopuści zestaw z nebulizatorem o pojemności 20 ml, dren o dł. 210 cm z możliwością pracy nebulizatora w pozycji tylko siedzącej?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**





Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu®  
ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg

tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50  
[https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski\\_elblag](https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag) [www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl](http://www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl) e-mail: [zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl](mailto:zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl)

Nr sprawy:  
ZP/4/2021

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku.

**Pytanie nr 206 – dot. Pakietu nr 108**

Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny na stół operacyjny w rozmiarze 100 x 225cm z wkładem chłonnym 50 x 208cm  $\pm 2,5$  cm; wykonany z pięciu warstw tj. włókniny polipropylenowej 18g/m<sup>2</sup>, warstwy celulozowej 16 g/m<sup>2</sup>, pulpy celulozowej 81,5g z superabsorbentem SAP27g , warstwy celulozowej 16 g/m<sup>2</sup>, niebieskiej folii PE 40 g/m<sup>2</sup>. Waga całkowita podkładu 280 g  $\pm 5g$ , chłonność 3820,18 ml?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 207 – dot. Pakietu nr 108**

Czy Zamawiający dopuści podkład z możliwością przenoszenia pacjenta do 150 kg, z wkładem chłonnym zawierającym superabsorbent , umożliwiający trwałe zatrzymanie płynu w rdzeniu, w rozmiarze 210x80 cm(wkład chłonny 200x60), w kolorze białym; przyjazny dla skóry, z gładkim wkładem chłonnym, pokryty włókniną PP, wzmocniony co umożliwi przenoszenie pacjenta do 150 kg. Chłonność min. 1,5 litra. Zapewnia trwałe zatrzymanie bakterii, w tym MRSA,E.Coli, redukuje zapach?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 208 – dot. Pakietu nr 70, 72, 109**

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 70, 72, 109 do podawania cen jednostkowych za 1 szt, wyrobów medycznych z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku?

Zgodnie z orzecznictwem Zespołu Arbitrów (Orzecznictwo Zespołu Arbitrów – sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06) „dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech, a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną (nie ma, bowiem możliwości zakupienia jednej sztuki ezy, końcówki czy szkiełka”

Szczególnie trudne stanie się wycenienie szkiełek nakrywkowych czy końcówek, jeśli Zamawiający zgodzi się na podanie cen do 3-4 miejsc po przecinku, to również zaoszczędzi środki finansowe, gdyż będzie można zaoferować niższą cenę.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 209 – dot. projektu umowy**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do paragrafu nr 2 wzoru umowy sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 200 zł netto”?

Prośbę motywujemy to tym, że dla zamówień poniżej 200 zł koszty transportu na które składają się m.in. koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych i faktury, koszty dostarczenia towaru przez przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian.**

**Pytanie nr 210 – dot. projektu umowy**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie w paragrafie 6 ust. 1 i 2 wysokości kary umownej do wysokości 0,5% wartości niezrealizowanego zamówienia / niedokonania wymiany towaru wadliwego na wolny od was (...) za każdy dzień zwłoki, z uwagi na nieadekwatność ich wysokości do danego niespełnienia świadczenia umowy?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Poprawiony projekt umowy w załączniku nr 3 – Projekt umowy.**

**Pytanie nr 211 – dot. Pakietu nr 70 poz. 2**

Czy Zamawiający wymaga płyty do oznaczenia grup krwi i serologii z rowkiem usztywniającym?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 212 – dot. Pakietu nr 70 poz. 7**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie końcówek typ Cristall o poj. 0,5-10 ul?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 213 – dot. Pakietu nr 70 poz. 12**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawkę do gazometrii o pojemności 2 ml?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 214 – dot. Pakietu nr 70 poz. 21**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie probówek typu Eppendorf o poj. 2 ml z dnem soczewkowym?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**





Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu®  
ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg

tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50  
[https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski\\_elblag](https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag) [www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl](http://www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl) e-mail: [zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl](mailto:zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl)

Nr sprawy:  
ZP/4/2021

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku.

**Pytanie nr 215 – dot. Pakietu nr 70 poz. 22**

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania probówek typu Eppendorf z płaski zatraskowym, zintegrowanym z probówką wieczkiem, dzięki któremu możliwe jest opisywanie próbki na wierzchniej stronie korka oraz z zamknięciem typu Safe Lock. Bezpieczne zamknięcie tzw. Safe Lock uniemożliwia przypadkowemu otwarciu się probówki np. podczas jej wirowania przy wysokich obrotach.

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga.**

**Pytanie nr 216 – dot. Pakietu nr 70 poz. 36 - 38**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wymazówek o dł. 165 mm spełniających wszystkie pozostałe wymogi?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 217 – dot. Pakietu nr 70 poz. 44**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie probówek szklanych wykonanych ze szkła borokrzemowego?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 218 – dot. Pakietu nr 70 poz. 44**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie probówek szklanych o poj. 5ml?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 219 – dot. Pakietu nr 70 poz. 41**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie końcówek typu Eppendorf?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 220 – dot. Pakietu nr 70 poz. 41**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie końcówek w pudełkach po 100 szt?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 221 – dot. Pakietu nr 70 poz. 48**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie woreczków transportowych sterylnych o wymiarach 30x19cm?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 222 – dot. Pakietu nr 70 poz. 50**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wymazówki klasy I?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 223 – dot. Pakietu nr 70 poz. 49, 51**

Prosimy o wyłączenie z pakietu nr 70 pozycji nr 49 i 51, co umożliwi złożenie ofert szerszemu gronu Wykonawców.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 224 – dot. Pakietu nr 72 poz. 2**

Co Zamawiający rozumie przez określenie „z wyłapywaczem”?

**Odpowiedź: Przez określenie „wyłapywacz” Zamawiający ma na myśli filtr wyłapujący skrzepy.**

**Pytanie nr 225 – dot. Pakietu nr 109**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zamknięty system pobierania krwi podciśnieniowy (próżniowy)? Jest to system tańszy, a także nowocześniejszy od systemu próżniowo-strzykawkowego. Dopuszczenie do zaoferowania systemu podciśnieniowego działa na korzyść Zamawiającego, bowiem zwiększa konkurencyjność ofert.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Zamawiający wymaga możliwości pobierania dwoma sposobami: aspiracyjnym do kruchych i cienkich żył np. dzieci i pacjentów starszych oraz próżniowym.**

**Pytanie nr 226 – dot. Pakietu nr 109 poz. 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osobno igieł i osobno adapteru (uchwyty w jednym rozmiarze) łączącego igłę z probówką?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**





Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu®  
ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg

tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50  
[https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski\\_elblag](https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag) [www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl](http://www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl) e-mail: [zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl](mailto:zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl)

Nr sprawy:

ZP/4/2021

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku.

**Pytanie nr 227 – dot. Pakietu nr 109 poz. 7**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie próbek do biochemii o pojemności 4ml?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 228 – dot. Pakietu nr 109 poz. 7**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie próbek do biochemii o pojemności 6ml?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 229 – dot. Pakietu nr 3**

Prosimy o wydzielenie poz. 1-10 oraz 16 i 23 do oddzielnego zadania.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 230 – dot. Pakietu nr 3 poz. 4**

Prosimy o dopuszczenie dł. 2,5 m.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 231 – dot. Pakietu nr 3 poz. 5**

Prosimy o dopuszczenie przewodu klasycznego - 3 osobne przewody złączone wtykiem.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 232 – dot. Pakietu nr 3 poz. 7**

Prosimy o dopuszczenie rozmiaru 10-19 cm.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 233 – dot. Pakietu nr 3 poz. 8**

Prosimy o dopuszczenie rozmiaru 18-26 cm.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 234 – dot. Pakietu nr 3 poz. 9**

Prosimy o dopuszczenie rozmiaru 25-35 cm.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 235 – dot. Pakietu nr 3 poz. 10**

Prosimy o dopuszczenie rozmiaru 34-47 cm.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 236 – dot. Pakietu nr 32**

Prosimy o dopuszczenie uchwytów jednorazowego użytku wraz z elektrodą boczną jednorazowego użytku o następujących parametrach:

Uchwyt zakończony kablem z wtykiem 6 pin wymaga zastosowania adaptera w.u. 6pin na umożliwiającego podłączenie go do generatora VAPR3 z zachowaniem pełnej kompatybilności pracy.

W przypadku dopuszczenia tego rozwiązania prosimy o określenie liczby szt. adapterów w.u., które należy zaoferować w komplecie.

Lub

Prosimy o dopuszczenie uchwytów wielokrotnego użytku z możliwością 300 krotnej sterylizacji w autoklawie oraz elektrod jednorazowego użytku o następujących parametrach:

Uchwyt zakończony kablem z wtykiem 6 pin wymaga zastosowania adaptera w.u. 6pin na 3 pin umożliwiającego podłączenie go do generatora VAPR3 z zachowaniem pełnej kompatybilności pracy.

W przypadku dopuszczenia tego rozwiązania prosimy o określenie liczby szt. uchwytów adapterów wielokrotnego użytku i liczby szt. adapterów wielokrotnego użytku, które należy zaoferować w komplecie.

Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający wymaga uchwytu bez przycisków (do obsługi za pomocą włącznika nożnego) czy uchwytu z przyciskami - do obsługi ręcznej?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**





Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu®  
ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg

tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50  
[https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski\\_elblag](https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag) [www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl](http://www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl) e-mail: [zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl](mailto:zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl)

Nr sprawy:  
ZP/4/2021

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku.

**Pytanie nr 237 – dot. Pakietu nr 33 poz. 3**

Prosimy o dopuszczenie rozmiaru 2,5 x 20 mm.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 238 – dot. Pakietu nr 33 poz. 5, 8**

Prosimy o dopuszczenie dł. kabla 5m.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 239 – dot. Pakietu nr 33 poz. 9**

Prosimy o dopuszczenie dł. 195 mm.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 240 – dot. Pakietu nr 34 poz. 1**

Prosimy o dopuszczenie produktu o następujących parametrach - elektroda owalna, na podłożu z pianki, o powierzchni aktywnej 107 cm<sup>2</sup> o wymiarach 164x117mm, dzielona REM spełniająca pozostałe wymagania

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 241 – dot. Pakietu nr 34 poz. 2, 3**

Prosimy o dopuszczenie dł. kabla 5m.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 242 – dot. Pakietu nr 34 poz. 4, 5**

Prosimy o dopuszczenie dł. kabla 5.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 243 – dot. Pakietu nr 34**

Prosimy o dopuszczenie gwarancji na 50 cykli sterylizacji.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 244 – dot. Pakietu nr 35 poz. 6, 7**

Prosimy o dopuszczenie rozmiaru 2,5 x 20 mm.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 245 – dot. Pakietu nr 36 poz. 1**

rosimy o dopuszczenie dł. kabla 5m

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 246 – dot. Pakietu nr 36 poz. 3**

Prosimy o dopuszczenie produktu o następujących parametrach - elektroda owalna, na podłożu z pianki, o powierzchni aktywnej 107 cm<sup>2</sup> o wymiarach 164x117mm, dzielona REM spełniająca pozostałe wymagania.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 247 – dot. Pakietu nr 36 poz. 4**

Prosimy o dopuszczenie produktu o następujących parametrach - elektroda na podłożu z pianki, o powierzchni aktywnej 33 cm<sup>2</sup>, o wymiarach 88x74mm, dzielona REM, z kablem 3m spełniająca pozostałe wymagania.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 248 – dot. Pakietu nr 21 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 1 igłę naczyniową o szlifie łyżeczkowym, w rozmiarze 20G x 16mm wyposażoną w miękką poduszkę od strony kontaktu ze skórą pacjenta wykonaną z nienasiąkliwej pianki medycznej ograniczającej rozwój bakterii oraz dren wykonany z TOTM PVC nie zawierającego DEHP zakończony gwintowanym łącznikiem Luer-lock pasującym do wszystkich standardowych akcesoriów?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**





Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu®  
ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg

tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50  
[https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski\\_elblag](https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag) [www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl](http://www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl) e-mail: [zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl](mailto:zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl)

Nr sprawy:  
ZP/4/2021

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku.

**Pytanie nr 249 – dot. Pakietu nr 8 poz. 6**

Uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 8, poz. 6 igły o dł. 120 mm zamiast 115 mm.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 250 – dot. Pakietu 8 poz. 1**

Czy Zamawiający w poz. 1 wymaga zestawu z cewnikiem epiduralnym ze specjalnym miękkim zakończeniem, zabezpieczającym przed przebicciem opony twardej podczas wprowadzania cewnika?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 251 – dot. Pakietu nr 8 poz. 2, 3, 4**

Czy Zamawiający wymaga w poz. 2,3,4 kompatybilnej igły prowadzącej stabilizującej igłę podpajęczynówkową - 20G/38 mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 252 – dot. Pakietu nr 10**

Czy Zamawiający wymaga igieł do znieczuleń podpajęczynówkowych w zestawie z kompatybilną igłą prowadzą - stabilizującą igłę podpajęczynówkową - 20G/38 mm dla igły 26G oraz 22G/38 mm dla igły 27G?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 253 – dot. Pakietu nr 13**

Czy Zamawiający wymaga aby zestawy zawierały prowadnicę z rdzeniem nitinolowym – całkowicie odporną na odkształcenia podczas wprowadzania?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 254 – dot. Pakietu nr 13 poz. 1**

Uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w poz. 1 cewnika 4F o kanalikach 20G/21G. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 255 – dot. Pakietu nr 19 poz. 2**

Zamawiający w pakiecie 19 w pozycji 2, wyspecyfikował zgłębniki PUR. Czy Zamawiający oczekuje zgłębników z przynajmniej **trzema liniami kontrastującymi w promieniach RTG**, które ułatwiają kontrolę położenia zgłębnika? Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 256 – dot. Pakietu nr 19 poz. 3**

Zamawiający w pakiecie 19 w pozycji 3, wyspecyfikował PEG CH 18 Flocare (do przezskórnej endoskopowej gastrostomii). Czy wobec powyższego Zamawiający oczekuje, aby zgłębnik zawierał zewnętrzną płytkę mocującą wykonaną z silikonu, umożliwiającą trwałe umiejscowienie zgłębnika w stosunku do powłok brzusznych oraz odpowiedni jej kształt, który kieruje położenie zgłębnika na zewnątrz powłok brzusznych pod odpowiednim kątem (około 90 stopni) zapewniający pacjentowi komfort i ułatwiający pielęgnację skóry wokół przetoki oraz zacisk do regulacji przepływu, zacisk zabezpieczający utrzymanie odpowiedniej pozycji zgłębnika. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 257 – dot. Pakietu nr 19 poz. 5**

Czy Zamawiający w pakiecie 19 w pozycji 5 wyrazi zgodę na zaferowanie zgłębnika PUR CH 12 wykonanego z **poliuretanu**, z oznaczeniem głębokości z prowadnicą? Zgłębnik jest dostępny w rozmiarach CH 6/60cm, 8/ 110cm, 10/110cm, 10/130, 12/110 cm. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 258 – dot. Pakietu nr 19 poz. 5**

Zamawiający w pakiecie 19 w pozycji 5, wyspecyfikował zgłębniki PUR CH 12. Czy Zamawiający oczekuje zgłębników z poliuretanu z przynajmniej **trzema liniami kontrastującymi w promieniach RTG**, które ułatwiają kontrolę położenia zgłębnika? Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**





Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu®  
ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg

tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50  
[https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski\\_elblag](https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag) [www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl](http://www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl) e-mail: [zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl](mailto:zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl)

Nr sprawy:  
ZP/4/2021

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku.

**Pytanie nr 259 – dot. Pakietu nr 19 poz. 6**

Czy Zamawiający w pakiecie 19 w pozycji 6 wyrazi zgodę na zaoferowanie **zglębnik gastrostomijny (G-Tube)** z wewnętrznym balonem mocującym, do długotrwałego podawania pokarmu w rozmiarach CH 14/23, CH18/23, CH2023? Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 260 – dot. Pakietu nr 19 poz. 6**

Czy Zamawiający w pakiecie 19 w pozycji 6 oczekuje zglębniaka gastrostomijnego typu G-tube, z zabezpieczeniem w postaci balonu i z klipsem zabezpieczającym przed cofaniem się pokarmu do drenu. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 261 – dot. Pakietu nr 1 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści filtr o parametrach:

- Rodzaj filtracji: mechaniczna
- Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,9999%
- Skuteczność filtracji wirusowej: 99,9999%
- Wymiennik ciepła i wilgoci: Nie
- Przestrzeń martwa: 70ml
- Waga: 36,5 g
- Objętość oddechowa: 150-1500ml
- Skuteczność nawilżania: -
- Oporność: 1,0hPa przy 30 l/min
- Złącza: 22M/15F-22F/15M
- Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką
- Opakowanie: papier/folia
- Jałowy: tak

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 262 – dot. Pakietu nr 1 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści filtr o parametrach:

- Rodzaj filtracji: elektrostatyczna (elektrostatyczno-mechaniczna)
- Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,999%
- Skuteczność filtracji wirusowej: 99,999%
- Wymiennik ciepła i wilgoci: Tak, celulozowy
- Przestrzeń martwa: 40ml
- Waga: 30g
- Objętość oddechowa: 150-1500ml
- Skuteczność nawilżania: 32mg przy Vt500
- Oporność: 1,0hPa przy 30 l/min
- Złącza: 22M/15F-22F/15M
- Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką
- Opakowanie: papier/folia
- Jałowy: tak

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 263 – dot. Pakietu nr 1 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści filtr o parametrach:

- Rodzaj filtracji: mechaniczna
- Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,9999%
- Skuteczność filtracji wirusowej: 99,9999%





**Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu®  
ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg**

tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50  
[https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski\\_elblag](https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag) [www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl](http://www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl) e-mail: [zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl](mailto:zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl)

Nr sprawy:  
ZP/4/2021

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku.

- Wymiennik ciepła i wilgoci: Nie
- Przestrzeń martwa: 70ml
- Waga: 36,5 g
- Objętość oddechowa: 150-1500ml
- Skuteczność nawilżania: -
- Oporność: 1,0hPa przy 30 l/min
- Złącza: 22M/15F-22F/15M
- Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką
- Opakowanie: papier/folia
- Jałowy: tak

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 264 – dot. Pakietu nr 1 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści filtr o parametrach:

- Rodzaj filtracji: elektrostatyczna (elektrostatyczno-mechaniczna)
- Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,999%
- Skuteczność filtracji wirusowej: 99,999%
- Wymiennik ciepła i wilgoci: Tak, celulozowy
- Przestrzeń martwa: 40ml
- Waga: 30g
- Objętość oddechowa: 150-1500ml
- Skuteczność nawilżania: 32mg przy Vt500
- Oporność: 1,0hPa przy 30 l/min
- Złącza: 22M/15F-22F/15M
- Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką
- Opakowanie: papier/folia
- Jałowy: tak

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 265 – dot. Pakietu nr 1 poz. 3 – 5**

Czy Zamawiający dopuści filtr o parametrach:

- Rodzaj filtracji: elektrostatyczna (elektrostatyczno-mechaniczna)
- Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,999%
- Skuteczność filtracji wirusowej: 99,999%
- Wymiennik ciepła i wilgoci: Tak, celulozowy
- Przestrzeń martwa: 40ml
- Waga: 30g
- Objętość oddechowa: 150-1500ml
- Skuteczność nawilżania: 32mg przy Vt500
- Oporność: 1,0hPa przy 30 l/min
- Złącza: 22M/15F-22F/15M
- Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką
- Opakowanie: papier/folia
- Jałowy: tak

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 266 – dot. Pakietu nr 1 poz. 6**

Czy Zamawiający dopuści filtr o parametrach:

- Rodzaj filtracji: elektrostatyczna (elektrostatyczno-mechaniczna)
- Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,999%





**Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu®  
ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg**

tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50

[https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski\\_elblag](https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag) [www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl](http://www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl) e-mail: [zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl](mailto:zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl)

Nr sprawy:  
ZP/4/2021

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku.

- Skuteczność filtracji wirusowej: 99,999%
- Wymiennik ciepła i wilgoci: brak
- Przestrzeń martwa: 35ml
- Waga: 22g
- Objętość oddechowa: 150-1500ml
- Skuteczność nawilżania: nie dotyczy
- Oporność: 0,6 hPa przy 30 l/min
- Złącza: 22M/15F-22F/15M
- Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką
- Opakowanie: papier/folia
- Jałowy: tak

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 267 – dot. Pakietu nr 1 poz. 7**

Czy Zamawiający dopuści wymiennik ciepła i wilgoci o parametrach:

- Wymiennik ciepła i wilgoci: celulozowy
- Przestrzeń martwa: 16ml
- Waga: 9g
- Objętość oddechowa: 200-1000ml
- Skuteczność nawilżania: 24mg przy Vt500
- Oporność: 0,5 hPa przy 30 l/min
- Złącza: 15F
- Port do odsysania: tak, zabezpieczony zatyczką
- Port tlenowy: tak
- Opakowanie: papier/folia
- Jałowy: tak

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 268 – dot. Pakietu nr 1 poz. 8**

Czy Zamawiający dopuści wodę sterylną o parametrach:

- Butelki o pojemności 350 ml oraz 550 ml zawierające wodę sterylną do terapii inhalacyjnej i nawilżania,
- Nawilżacze wstępnie napełnione,
- Wyposażone w łącznik wraz z adapterem,
- Butelki z rezerwuarem mają wbudowane łączniki do przewodów tlenowych,
- Butelka posiada mikrodyfuzor do wytwarzania mniejszych pęcherzyków powietrza, co zwiększa powierzchnię wymiany,
- Alarm dźwiękowy ostrzega o ograniczeniu przepływu lub zatkaniu przewodu tlenowego

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 269 – dot. Pakietu nr 1 poz. 8**

Czy Zamawiający wyłączy pozycje 8 z Pakietu 1 i utworzy z niego oddzielne Zadanie? Umożliwi to złożenie ofert firmom specjalizującym się w danym asortymencie, a co za tym idzie, uzyskanie przez Zamawiającego korzystniejszej ceny.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 270 – dot. Pakietu nr 3 poz. 1, 2**

Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do odsysania o parametrach:

- posiada zintegrowany podwójnie obrotowy łącznik 15 mm o kącie 45° do podłączenia rurki i respiratora
- posiada obrotowy port do przepłukiwania cewnika (port do irygacji) o długości ok 8 cm zamykany kapturkiem zamocowanym do portu kompatybilny z fiolką 10 ml NaCl
- posiada zamykany port do podawania leków z końcówką Luer (MDI)
- posiada przezroczystą komorę pozwalającą na obserwację wydzieliny pacjenta, która izoluje drobnoustroje i jest uszczelniona próżniowo co zmniejszająca ryzyko VAP oraz infekcji krzyżowej





**Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu®**  
**ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg**

tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50  
[https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski\\_elblag](https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag) [www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl](http://www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl) e-mail: [zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl](mailto:zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl)

Nr sprawy:

ZP/4/2021

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku.

- posiada zabezpieczenie łącznika podciśnienia w postaci kapturka zamocowanego do zestawu w sposób zapobiegający zagubieniu
- regulacja podciśnienia następuje poprzez zawór kontroli siły ssania znakowany rozmiarem cewnika oraz informacją „OPEN”
- blokada zaworu regulacji siły ssania następuje poprzez jego obrót o 90° lub 180°
- posiada suwak umożliwiający pełne zamknięcie/otwarcie przepływu bez konieczności rozmontowania całości systemu
- system wyposażony w klips pozwalający na bezpieczne rozmontowanie systemu z rurką intubacyjną bez uszkodzenia elementów
- cewnik zakończony atraumatycznie niebieską miękką obwódką, zaokrąglony, bez ostrych krawędzi, wyposażony w czarną obwódkę pozwalającą na jego wizualizację podczas przepłukiwania
- cewnik wyposażony w dwa otwory boczne ułożone naprzemianlegle oraz znaczniki głębokości skalowane co 1 cm
- oznaczenie rozmiaru cewnika widoczne na końcu cewnika, na zaworze kontroli siły ssania oraz kolorystycznie (zgodnie z standardem ISO) na obwódce łączącej pozostałe elementy systemu z rękawem ochronnym
- w zestawie kolorowe naklejki do oznaczenia daty wymiany zestawu w języku angielskim
- system stanowi integralną całość i jest gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania bez konieczności montażu dodatkowych akcesoriów
- sterylne, sterylizowany tlenkiem etylenu
- jednorazowego użytku z możliwością stosowania do 72 godzin
- pakowany w rękaw papierowo-foliowy
- rozmiary:

Rozmiar	Długość cewnika	Przeznaczenie
10Fr 3,3mm	600mm	intubacja
12Fr 4,0mm	600mm	intubacja
14Fr 4,7mm	600mm	intubacja
16Fr 5,3mm	600mm	intubacja
10Fr 3,3mm	300mm	tracheostomia
12Fr 4,0mm	300mm	tracheostomia
14Fr 4,7mm	300mm	tracheostomia
16Fr 5,3mm	300mm	tracheostomia

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 271 – dot. Pakietu nr 3, poz. 1, 2**

Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do odsysania o parametrach:

- posiada zintegrowany łącznik o kącie 90° do podłączenia rurki i respiratora
- dodatkowa, obrotowa złączka 15mm
- posiada obrotowy port do przepłukiwania cewnika (port do irygacji) zamykany kapturkiem zamocowanym do portu kompatybilny z połączeniem luer
- posiada zamykany port do podawania leków wziewnych (MDI)
- posiada przezroczystą komorę pozwalającą na obserwację wydzieliny pacjenta, która izoluje drobnoustroje i jest uszczelniona co zmniejszająca ryzyko VAP oraz infekcji krzyżowej
- posiada zabezpieczenie łącznika podciśnienia w postaci kapturka zamocowanego do zestawu w sposób zapobiegający zagubieniu





**Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu®**  
**ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg**

tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50  
[https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski\\_elblag](https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag) [www.szpitalspecialistyczny.elblag.pl](http://www.szpitalspecialistyczny.elblag.pl) e-mail: [zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl](mailto:zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl)

Nr sprawy:  
ZP/4/2021

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku.

- regulacja podciśnienia następuje poprzez zawór kontroli siły ssania znakowany rozmiarem cewnika oraz informacją „OPEN”
  - blokada zaworu regulacji siły ssania następuje poprzez jego obrót o 90° lub 180°
  - samouszczelniająca się zastawka izolująca cewnik od pacjenta
  - system wyposażony w klin pozwalający na bezpieczne rozmontowanie systemu z rurką intubacyjną bez uszkodzenia elementów
  - cewnik zakończony atraumatycznie niebieską miękką obwódką, zaokrąglony, bez ostrych krawędzi, wyposażony w czarną obwódkę pozwalającą na jego wizualizację podczas przepłukiwania
  - cewnik wyposażony w dwa otwory boczne ułożone naprzemianlegle oraz znaczniki głębokości skalowane co 1 cm
  - oznaczenie rozmiaru cewnika widoczne na końcu cewnika, na zaworze kontroli siły ssania oraz kolorystycznie (zgodnie z standardem ISO) na obwódce łączącej pozostałe elementy systemu z rękawem ochronnym
  - w zestawie kolorowe naklejki do oznaczenia daty wymiany zestawu w języku angielskim
  - system stanowi integralną całość i jest gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania
  - w zestawie do użytku opcjonalnego przestrzeń martwa, zatyczka portu do leków wziewnych, łącznik
  - sterylność, sterylizowany tlenkiem etylenu
  - jednorazowego użytku z możliwością stosowania do 72 godzin
  - pakowana folia/papier
- rozmiary:

Rozmiar	Długość cewnika	Przeznaczenie
10Fr 3,3mm	600mm	intubacja
12Fr 4,0mm	600mm	intubacja
14Fr 4,7mm	600mm	intubacja
16Fr 5,3mm	600mm	intubacja
10Fr 3,3mm	300mm	tracheostomia
12Fr 4,0mm	300mm	tracheostomia
14Fr 4,7mm	300mm	tracheostomia
16Fr 5,3mm	300mm	tracheostomia

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 272 – dot. Pakietu nr 3 poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści łyżki o wymiarach (dł. całkowita / dł. robocza / szer. końcówki dystalnej / szer. łyżki od strony wprowadzania rurki / odległość od końcówki dystalnej łyżki do końcówki światłowodu):

- rozmiar 3: 135/105/15/15/50 mm
- rozmiar 4: 155/135/15/15/55 mm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 273 – dot. Pakietu nr 3 poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści łyżki z oznaczeniem numeru seryjnego na górze łyżki, spełniająca pozostałe parametry zgodnie z SWZ?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 274 – dot. Pakietu nr 3 poz. 4**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu „możliwość stosowania łyżki w polu magnetycznym”?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 275 – dot. Pakietu nr 3 poz. 5**





Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu®  
ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg

tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50  
[https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski\\_elblag](https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag) [www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl](http://www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl) e-mail: [zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl](mailto:zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl)

Nr sprawy:  
ZP/4/2021

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku.

Czy Zamawiający dopuści pakowaną osobno łyżkę oraz osobno rękojeść, spełniające pozostałe zapisy SWZ?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 276 – dot. Pakietu nr 3 poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści, aby logo oraz materiał z którego są wykonane łyżki i rękojeści widniał na opakowaniu?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 277 – dot. Pakietu nr 3 poz. 6**

Czy Zamawiający dopuści rękojeść zielony ring na górze rękojeści (zdjęcie poglądowe poniżej)?



**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 278 – dot. Pakietu nr 3 poz. 6**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu „możliwość stosowania rękojeści w polu magnetycznym”?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 279 – dot. Pakietu nr 3 poz. 6**

Czy Zamawiający miał na myśli mocowanie do łyżki w całości metalowe, zamiast „stopka łyżki wykonana w całości z metalu”?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 280 – dot. Pakietu nr 4 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści obwód z dwoma rurami o długości 160 cm i dodatkową o dł. 100 cm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 281 – dot. Pakietu nr 4 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści obwód wykonany z materiału PP?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 282 – dot. Pakietu nr 4 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści obwód z dwoma rurami o dł. 160 cm i dodatkową rurą o dł. 80 cm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 283 – dot. Pakietu nr 4 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści obwód z trójnikiem bez portów?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 284 – dot. Pakietu nr 4 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści obwód wykonany z materiału PP?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**





**Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu®**  
**ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg**

tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50

[https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski\\_elblag](https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag) [www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl](http://www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl) e-mail: [zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl](mailto:zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl)

Nr sprawy:

ZP/4/2021

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku.

**Pytanie nr 285 – dot. Pakietu nr 5 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści układ o długości 200 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 286 – dot. Pakietu nr 25 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną zbrojoną z przewodnicą dołączoną osobno?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 287 – dot. Pakietu nr 44 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści dren bez docinanej konstrukcji?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 288 – dot. Pakietu nr 44 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści zestaw z kontrolą odsysania w rozmiarze Ch 24 300 cm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 289 – dot. Pakietu nr 44 poz. 2**

Czy Zamawiający na pewno ma na myśli łącznik o długości 9,5 m?

**Odpowiedź: Zamawiający ma na myśli łącznik o długości 9,5 mm. Poprawiony formularz asortymentowo-cenowy w załączeniu.**

**Pytanie nr 290 – dot. Pakietu nr 61 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do toalety jamy ustnej zawierający w jednym fabrycznym opakowaniu: 1 szczoteczkę do zębów z odsysaniem z manualną zastawką do regulacji siły odsysania ściętą pod kątem 45 stopni, z 2 otworami ssącymi oraz z gładką gąbką na górnej powierzchni, 10 ml płynu do płukania jamy ustnej z 0,12% roztworem chlorheksydyny w rozrywanej saszetce, 1 gąbka-aplikator z poprzecznym pofałdowaniem, 1 saszetkę z 3 ml preparatu nawilżającego do ust na bazie wodnej z aloesem i wyciągiem z rumianku. Każde pojedyncze opakowanie zestawu pełni jednocześnie funkcję pojemnika na płyn i pozwala na przygotowanie roztworu roboczego po otwarciu opakowania? W razie niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów, wyjaśniających stanowisko Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 291 – dot. Pakietu nr 61 poz. 1**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu „oferowany zestaw jako element komponentów do całodobowej toalety jamy ustnej o potwierdzonej badaniami klinicznymi skuteczności w redukcji VAP”?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 292 – dot. Pakietu nr 96 poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważnego systemu do zbiórki stolca o następujących parametrach i składzie:

- rękaw silikonowy o długości 160cm ze znacznikami głębokości zakończony balonikiem retencyjnym w innym kolorze niż rękaw
- 2 porty na rękawie - jeden port do przepłukiwania oznaczony symbolem "IRRIG", drugi port do napełniania balonika uszczelniającego oznaczony symbolem "45ml", obydwie z zastawką jednokierunkową
- 3 worki wymienne o pojemności 1500ml (skalowane co 100ml) z filtrem węglowym neutralizującym zapach
- 2 regulowane paski rzepowe umożliwiające zamocowanie do ramy łóżka
- zestaw wprowadzający
- Podkład 80cm x 60cm, para rękawic, strzykawka 60ml?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 293 – dot. Pakietu nr 96 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści worki kompatybilne z zestawem do zbiórki stolca o poj. 1500 ml, skalowane co 100 ml, numerycznie co 500 ml, nie posiadające zastawki, spełniający pozostałe parametry zgodnie z SWZ?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 294 – dot. Pakietu nr 100 poz. 1**





**Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu®**  
**ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg**

tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50  
[https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski\\_elblag](https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag) [www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl](http://www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl) e-mail: [zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl](mailto:zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl)

Nr sprawy:  
ZP/4/2021

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku.

Czy Zamawiający dopuści zestaw do nebulizacji z nebulizatorem o poj. 6ml, ustnikiem, łącznikiem T, drenem o przekroju gwiazdkowym o długości 2,1m i rurą karbowaną 15 cm?

**Odpowiedź: Zgodnie dopuszcza.**

**Pytanie nr 295 – dot. Pakietu nr 100 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do nebulizacji z nebulizatorem o poj. 6ml, ustnikiem, łącznikiem T, drenem o przekroju gwiazdkowym o długości 2,1m i rurą karbowaną 15 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 296 – dot. Pakietu nr 100 poz. 1, 2**

Czy Zamawiający wymaga w obu pozycjach tego samego zestawu do nebulizacji?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga jednego zestawu z maską w poz. 1, a z ustnikiem w poz.. 2.**

**Pytanie 297 – dot. Pakietu nr 40 poz. 1 -4**

Czy Zamawiający w trosce o bezpieczeństwo personelu i pacjentów oraz zachowanie uczciwej konkurencji, dopuści do postępowania antybakteryjny system do odsysania konkurencyjnego producenta o następujących cechach:

Wkłady posiadają w pokrywie dwa króćce ( pacjent, próżnia ), o różnej średnicy, co zapobiega mylnemu podłączeniu drenów. Króciec przyłączeniowy do pacjenta jest uniwersalny: gładki, rozszerzający się, przez co dostosowany jest do drenów o różnej średnicy.

Wyposażone są w filtr hydrofobowo-antybakteryjny, zabezpieczający źródło ssania przed zalaniem jak i personel przed kontaktem z odsysaną wydzieliną, w dwa uchwyty w postaci pętli do wygodnego demontażu..Wkłady samo zasysają się i samo uszczelniają po uruchomieniu ssania. Wkłady okrągłe, wykonane z polietylenu. Wkłady oraz kanistry występują o pojemności 1000 ml, 2000 ml. Kanistry kompatybilne z oferowanymi wkładami, ze skalą pomiarową, z możliwością mycia ręcznego, mechanicznego. Kanistry z przezroczystego tworzywa, z możliwością sterylizacji w temp.121st.C, wyposażone są w zaczep do mocowania, bez innych przyłączy.

Zgoda Zamawiającego umożliwi zaofiarowanie systemu najnowocześniejszego na rynku, ze względu na opatentowaną, antybakteryjną technologię produkcji wkładów i pojemników ( co jest potwierdzone badaniami laboratoryjnymi wg. ISO 22196). Deklarujemy bezpłatną wymianę wyposażenia obecnie używanego na oddziałach (pojemniki, mocowniki), w przypadku wybrania naszej oferty.

W przypadku niedopuszczenia naszego systemu, prosimy o merytoryczne uzasadnienie.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 298 – dot. Pakietu nr 40 poz. 4**

Czy Zamawiający wymaga, aby na każdym wkładzie była umieszczona fabrycznie nadrukowana data ważności i numer serii? Zamawiający ma wówczas pełną kontrolę nad używanym asortymentem pod względem przydatności(data ważności) i identyfikacji(numer serii) nad asortymentem, po dekompletacji opakowania zbiorczego poprzez wydawkę na oddziały. Fabrycznie nadrukowana data ważności, warunkuje także, kontrolę nad skutecznością i przydatnością filtrów we wkładzie.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 299 – dot. Pakietu nr 40 poz. 1, 2, 4**

Czy dla lepszej ochrony personelu i pacjentów( zwłaszcza w dobie przedłużającej się pandemii) Zamawiający wymaga wkładów i kompatybilnych kanistrów o właściwościach antybakteryjnych co jest poświadczane badaniami laboratoryjnymi wg. ISO 22196?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 300 – dot. Pakietu nr 66**

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie z pakietu nr 66 poz. 2,3 i 8 do odrębnego pakietu?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 301 – dot. projektu umowy**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę wydłużenie max. terminu realizacji zamówienia z 4 dni roboczych na 8 dni roboczych?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 302 – dot. projektu umowy**





Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu®  
ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg

tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50  
[https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski\\_elblag](https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag) [www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl](http://www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl) e-mail: [zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl](mailto:zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl)

Nr sprawy:  
ZP/4/2021

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku.

Czy w celu umiarkowania kar umownych Zamawiający obniży wysokość kary, o której mowa we wzorze umowy §6 ust. 1, z 1% na 0,5% wartości niezrealizowanego zamówienia częściowego za każdy dzień zwłoki w wykonaniu niniejszej umowy ponad termin określony w §2 ust.1?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Poprawiony projekt umowy w załączniku nr 3 – Projekt umowy.**

#### **Pytanie nr 303 – dot. projektu umowy**

Czy w celu umiarkowania kar umownych Zamawiający obniży wysokość kary, o której mowa we wzorze umowy §6 ust. 2, z 1% na 0,5% wartości reklamowanego przedmiotu za każdy dzień zwłoki w wykonaniu niniejszej umowy ponad termin określony w §3 ust.5?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

#### **Pytanie nr 304 – dot. Pakietu nr 109 poz. 3**

Zważywszy na fakt, większość producentów dysponuje w swoich ofertach igłami systemowymi o długości standardowej 38 mm, nie 40 mm, czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację formularza cenowego „Igła systemowa 0,8 x 21G z wbudowanym na stałe adapterem 38 mm - 40 mm lub 25 mm (do wyboru przez Zamawiającego)”, w miejsce „Igła systemowa 0,8 x 21G z wbudowanym na stałe adapterem 40 mm lub 25 mm (do wyboru przez Zamawiającego)”?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza „Igła systemowa 0,8 x 21G z wbudowanym na stałe adapterem 38 mm - 40 mm lub 25 mm (do wyboru przez Zamawiającego)”.**

#### **Pytanie nr 305 – dot. Pakietu nr 109 poz. 4**

Zważywszy na fakt, że Zamawiający w pozycji 3 wymaga igły systemowej z wbudowanym na stałe adapterem/ uchwytem, pozycja 4 nie ma zastosowania, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę asortymentu bez pozycji nr.4?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

#### **Pytanie nr 306 – dot. projektu umowy**

Dotyczy umowy § 2 ust.4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację Projektu Umowy poprzez dopisanie: „przy jednorazowym zamówieniu powyżej 150,00 zł netto”

*Uzasadnienie: Prośbę motywujemy tym, że dla zamówień poniżej 150,00 zł, koszty transportu, na które składają się m.in. koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych, koszty dostarczenia towaru do przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.*

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian.**

#### **Pytanie nr 307 – dot. projektu umowy**

Dot. Umowa § 6:

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów § 7 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągnięte przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian.**

#### **Pytanie nr 308 – dot. Pakietu nr 66**

W zawiązku, z tym, iż podwiązki z poz. 1 pakiet 66 pakowane są po 12 szt. w nierozłącznym opakowaniu, prosimy o wyrażenie zgodny na zaproponowanie takiegoż opakowania. Prosimy o podanie ilości opakowań takich podwiązek.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

#### **Pytanie nr 309 – dot. Pakietu nr 20 poz. 4-6, 13-14**

Czy zamawiający wydzieli poz.4-6,13-14 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### **Pytanie nr 310 – dot. Pakietu nr 20 poz. 4**





Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu®  
ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg

tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50  
[https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski\\_elblag](https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag) [www.szpitalspecialistyczny.elblag.pl](http://www.szpitalspecialistyczny.elblag.pl) e-mail: [zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl](mailto:zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl)

Nr sprawy:  
ZP/4/2021

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku.

Czy zamawiający dopuści strzykawkę bursztynową trzyczęściową z rozszerzoną skalą 50/60 ml Luer Lock, j.uż., chroniącą przed światłem o zakresie długości fal 290-450 Nm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 311 – dot. Pakietu nr 20 poz. 13-14**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 312 – dot. Pakietu nr 28 poz. 4**

Czy zamawiający dopuści worek z drenem na mocz o długości 90 cm, bez możliwości wyboru?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 313 – dot. Pakietu nr 28 poz. 4**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 314 – dot. Pakietu nr 28 poz. 4**

Czy zamawiający wydzieli poz.4 (worek na mocz) i poz. 8 (wieszak) do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 315 – dot. Pakietu nr 37 poz. 1, 2**

Czy zamawiający wymaga opakowania papier-folia?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 316 – dot. Pakietu nr 37 poz. 1,2**

Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej ) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 317 – dot. Pakietu nr 60**

Czy zamawiający dopuści worki na wymioty wykonane folii LDPE w kolorze mlecznym, uszkieć z polipropylenu, bez lateksu i PCW, ze skalą co 100 ml, skala do 1,5 l, zakończony obręczą w systemie "okręć i zamknij", z instrukcją użytkownika w postaci piktogramu umieszczoną na każdym worku ,wymiary ok. 35 cm dł. x 16,5 cm szer.?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 318 – dot. Pakietu nr 100 poz. 1,2**

Czy zamawiający dopuści dren o przekroju standardowym, wzmocniony wzdłużnie 6 cioma pasami?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 319 – dot. Pakietu nr 20 poz. 1, 2, 13, 14**

Czy Zamawiający w Pakiecie 20 poz. 1, 2, 13, 14 dopuści wycenę opakowania x 100szt. z przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 320 – dot. Pakietu nr 20 poz. 4**

Czy Zamawiający w Pakiecie 20 poz. 4 dopuści wycenę strzykawki bursztynowej 50ml/60ml firmy Margomed, jak dotychczas stosowane z powodzeniem w Państwa placówce?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 321 – dot. Pakietu nr 20 poz. 6**

Czy Zamawiający w Pakiecie 20 poz. 6 wymaga strzykawki z podwójną skalą pomiarową?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**





Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu®  
ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg

tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50  
[https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski\\_elblag](https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag) [www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl](http://www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl) e-mail: [zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl](mailto:zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl)

Nr sprawy:  
ZP/4/2021

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku.

**Pytanie nr 322 – dot. Pakietu nr 20 poz. 7**

Czy Zamawiający w Pakiecie 20 poz. 7 dopuści wycenę strzykawek z mlecznym tłokiem oraz czarną, kontrastującą skalą; jak dotychczas stosowane z powodzeniem w Państwa placówce?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 323 – dot. Pakietu nr 37 poz. 1**

Czy Zamawiający w Części 37 poz. 1 dopuści wycenę przyrządu w opakowaniu typu folia? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 324 – dot. Pakietu nr 8 poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych jak w opisie:

Igła ze szlifem Touhy G18 13x80mm

- cewnik G20x1000mm, wykonany z poliamidu, posiadający czytelne znaczniki wtopione w materiał cewnika, koniec zamknięty z miękką końcówką - trzy otwory boczne,
- przezierny łącznik zatraskowy do cewnika
- tulejka ułatwiająca wprowadzenie cewnika do igły
- filtr zewnątrzoponowy płaski 0,2 µm, objętość wypełnienia 0,45ml, wytrzymałość ciśnieniowa do 7bar
- posiada system mocowania filtra do skóry pacjenta (okrągły plaster z zatraskiem)
- strzykawka niskooporowa LOR 10ml, luer, ze skalą odróżniającą ją od innych, zwykłych strzykawek

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 325 – dot. Pakietu nr 8 poz. 1**

Czy Zamawiający wymaga, aby strzykawka niskooporowa posiadała skalę pozwalającą na precyzyjne określenie objętości w pozycji zbliżonej do poziomej, czyli w pozycji w jakiej wykonuje się zabieg?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 326 – dot. Pakietu nr 8 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści igłę do znieczulenia podpajęczynówkowego typu Pencil Point z prowadnicą, cienkościenna o szybkim wypływie, z przezroczystym owalnym w przekroju uchwytem o ergonomicznej konstrukcji, umożliwiającej tak samo dokładną obserwację wypływu PMR z co najmniej 4 stron, z dopasowaną prowadnicą, oznaczona kolorem dla identyfikacji rozmiaru, sterylna, w rozmiarze 25G/88mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 327 – dot. Pakietu nr 8 poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści igłę do znieczulenia podpajęczynówkowego typu Pencil Point z prowadnicą, cienkościenna o szybkim wypływie, z przezroczystym owalnym w przekroju uchwytem o ergonomicznej konstrukcji, umożliwiającej tak samo dokładną obserwację wypływu PMR z co najmniej 4 stron, z dopasowaną prowadnicą, oznaczona kolorem dla identyfikacji rozmiaru, sterylna, w rozmiarze 25G/103mm? Konstrukcja prowadnicy zapewnia maksymalne wykorzystanie długości roboczej igły podpajęczynówkowej, gdzie w innym przypadku staje się koniecznym stosowanie igieł dłuższych

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 328 – dot. Pakietu nr 8 poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści igłę do znieczulenia podpajęczynówkowego typu Pencil Point z prowadnicą, cienkościenna o szybkim wypływie, z przezroczystym owalnym w przekroju uchwytem o ergonomicznej konstrukcji, umożliwiającej tak samo dokładną obserwację wypływu PMR z co najmniej 4 stron, z dopasowaną prowadnicą, oznaczona kolorem dla identyfikacji rozmiaru, sterylna, w rozmiarze 25Gx120mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 329 – dot. Pakietu nr 8 poz. 2, 4**

Czy Zamawiający wymaga, aby prowadnica skracająca długość roboczą igły podpajęczynówkowej o max. 12 mm? Pozwala to użyć tej igły u części pacjentów, u których konieczne byłoby już użycie igły dłuższej (a więc i droższej), np. 115-120

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

**Pytanie nr 330 – dot. Pakietu nr 8 poz. 3**





Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu®  
ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg

tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50

[https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski\\_elblag](https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag) [www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl](http://www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl) e-mail: [zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl](mailto:zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl)

Nr sprawy:  
ZP/4/2021

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku.

Czy Zamawiający dopuści cienkościenną igłę o szybkim wypływie do znieczulenia podpajęczynówkowego z atraumatycznym szlifem dwupłaszczyznowym, łączącym zalety ostrości igieł Quincke z atraumatycznością pencil-point, z prowadnicą, z przezroczystą rowkowaną końcówką, z dopasowaną prowadnicą, oznaczona kolorem dla identyfikacji rozmiaru, sterylna. Rozmiar 26G/88m?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 331 – dot. Pakietu nr 9 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści zamiennie igłę do znieczulenia nerwów obwodowych z 3 odcinkami echogenicznymi o różnej długości na ostatnich 20mm, dla lepszego zorientowania położenia szlif igły, szlif 20° o wymiarach 22Gx35mm lub 22x50mm, z możliwością (lub bez) podłączenia do stymulatora – do wyboru przez Zamawiającego?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 332 – dot. Pakietu nr 9 poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści zamiennie igłę do znieczulenia nerwów obwodowych z 3 odcinkami echogenicznymi o różnej długości na ostatnich 20mm, dla lepszego zorientowania położenia szlif igły, szlif 20° o wymiarach 22Gx35mm i 22x50mm, z możliwością (lub bez) podłączenia do stymulatora – do wyboru przez Zamawiającego?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 333 – dot. Pakietu nr 9 poz. 4**

Czy Zamawiający wydzieli poz. 4 do oddzielnego pakietu, zapewniając tym samym złożenie bardziej konkurencyjnej oferty?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 334 – dot. Pakietu nr 10 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści igłę do znieczulenia podpajęczynówkowego Quincke (standard), z przezroczystym owalnym w przekroju uchwytem o ergonomicznej konstrukcji, umożliwiającej tak samo dokładną obserwację wypływu PMR z co najmniej 4 stron, w rozmiarze 26Gx88mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 335 – dot. Pakietu nr 10 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści igłę do znieczulenia podpajęczynówkowego Quincke (standard), z przezroczystym owalnym w przekroju uchwytem o ergonomicznej konstrukcji, umożliwiającej tak samo dokładną obserwację wypływu PMR z co najmniej 4 stron, w rozmiarze 26Gx120mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 336 – dot. Pakietu nr 10 poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści igłę do znieczulenia podpajęczynówkowego Quincke (standard), z przezroczystym owalnym w przekroju uchwytem o ergonomicznej konstrukcji, umożliwiającej tak samo dokładną obserwację wypływu PMR z co najmniej 4 stron, w rozmiarze 27Gx88 120mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 337 – dot. Pakietu nr 11 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści igłę do znieczulenia podpajęczynówkowego Quincke (standard), z przezroczystym owalnym w przekroju uchwytem o ergonomicznej konstrukcji, umożliwiającej tak samo dokładną obserwację wypływu PMR z co najmniej 4 stron, z dodatkowym, umiejscowionym od strony igły dodatkowym wskaźnikiem ułożenia szlif w rozmiarze 26Gx120mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 338 – dot. Pakietu nr 11 poz. 3, 4**

Czy Zamawiający dopuści zamiennie igłę do znieczulenia nerwów obwodowych z 3 odcinkami echogenicznymi o różnej długości na ostatnich 20mm, dla lepszego zorientowania położenia szlif igły, szlif 20° o wymiarach odpowiednio 22Gx35mm i 22x80mm, z możliwością (lub bez) podłączenia do stymulatora – do wyboru przez Zamawiającego?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 339 – dot. Pakietu nr 11, poz. 5**



	<p style="text-align: center;"><b>Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu®</b>  <b>ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg</b>          tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50  <a href="https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag">https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag</a> <a href="http://www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl">www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl</a> e-mail: <a href="mailto:zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl">zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</a></p>	<p>Nr sprawy: ZP/4/2021</p>
<p style="text-align: center;">Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku.</p>		

Czy Zamawiający dopuści zamiennie igłę do znieczulenia nerwów obwodowych z 3 odcinkami echogenicznymi o różnej długości na ostatnich 20mm, dla lepszego zorientowania położenia szlif igły, szlif 20° o wymiarach 22Gx50mm, z możliwością (lub bez) podłączenia do stymulatora – do wyboru przez Zamawiającego?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 340 – dot. Pakietu nr 11 poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści zamiennie igłę do znieczulenia nerwów obwodowych uznanego producenta z 3 odcinkami echogenicznymi o różnej długości na ostatnich 20mm, dla lepszego zorientowania położenia szlif igły, szlif 20° o wymiarach 22Gx50mm, z możliwością (lub bez) podłączenia do stymulatora – do wyboru przez Zamawiającego?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 341 – dot. Pakietu nr 44 poz. 1**

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, czy w pozycji tej należy zaferować dwa produkty:

- 1/ ----- dren o długości max 210 cm oraz
- 2/ ----- zestaw składający się z kanki Yankauer z drenem o długości 350 cm

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaferowania jednego produktu zawierającego zestaw do odsysania pola operacyjnego.**

**Pytanie nr 342 – dot. Pakietu nr 60**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości zaferowania worków na wymiociny o pojemności 2000 ml. Pozostałe wymagania zgodnie ze SWZ

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 343 – dot. Projektu umowy**

Dotyczy: Wzór umowy §4 ust.1

Wnosimy o odstąpienie od zapisów powyższego ustępu jako zbyt restrykcyjnego dla Wykonawcy.

Zamawiający przewidział już we wzorze umowy kary umowne w przypadku zwłoki w dostarczenie towaru wadliwego oraz przewidział możliwość zakupu interwencyjnego (§ 6 ust 2 i 3 ) co jest już dostatecznie dotkliwym środkiem dyscyplinującym dla Wykonawcy

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian.**

**Pytanie nr 344 – dot. Pakietu nr 75 poz. 4**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pojemników na wycinki histopatologiczne o pojemności 520 ml.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 345 – dot. Pakietu nr 75 poz. 5**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pojemników na wycinki histopatologiczne o pojemności 1200 ml.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 346 – dot. Pakietu nr 75 poz. 6**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pojemników na wycinki histopatologiczne o pojemności 3400 ml.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 347 – dot. Pakietu nr 75 poz.7**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pojemników na wycinki histopatologiczne o pojemności 5600 ml.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 348 – dot. Pakietu nr 75 poz. 1-7**

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż wymaga aby pojemniki do badań histopatologicznych posiadały na stałe przytwierdzone oznakowanie np. w postaci: wysokiej jakości etykiety odpornej na odczynniki rutynowo stosowane na pracowni (dalej zwanej etykieta) lub nadruk lub oznakowania w postaci techniki IML. Zgodnie z wytycznymi PTP zawartego w dokumencie „Standardy organizacyjne oraz standardy postępowania w patomorfologii – wytyczne dla zakładów/pracowni patomorfologii” w Rozdziale 9 pt.: „Zasady utrwalania, zabezpieczenia i transportu materiału tkankowego do badania patomorfologicznego zestaw standardów organizacyjnych oraz standardów postępowania w patomorfologii” czytamy:





**Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu®**  
**ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg**

tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50  
[https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski\\_elblag](https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag) [www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl](http://www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl) e-mail: [zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl](mailto:zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl)

Nr sprawy:  
ZP/4/2021

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku.

1. Pojemniki muszą być oznakowane etykietą z danymi identyfikującymi pacjenta oraz informacją o rodzaju pobranego materiału. Dane na etykiecie muszą się zgadzać z danymi na skierowaniu, mogą być wyrażone w formie kodu paskowego.

2. Etykieta umieszczona na naczyniu musi być trwała, niezmywalna, aby nie została zniszczona lub uszkodzona w trakcie transportu, przypadkowego zalania naczynia”.

Dodatkowo zgodnie z zawartą definicją pojemnika na próbki w ustawie o wyrobach medycznych czytamy, iż jest to „pojemnik na próbki specjalnie przeznaczony przez wytwórcę do bezpośredniego przechowywania oraz zabezpieczenia próbek pobranych z organizmu ludzkiego do badania diagnostycznego in vitro”.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 349 – dot. Pakietu nr 75 poz. 1-7**

Ze względu na charakter chemiczny standardowo stosowanych utrwalaczy (formalina) prosimy Zamawiającego o potwierdzenie wymogu posiadania piktogramów i oznaczeń na wszystkich pojemnikach do transportu materiału histopatologicznego.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 350 – dot. Projektu umowy**

Prosimy o modyfikację zapisów § 6 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągnięte przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian.**

**Pytanie nr 351 – dot. Projektu umowy**

Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o dodanie zapisów do projektu umowy w § 6, mając na względzie zgodną z prawem i równorzędną relację łączącą Zamawiającego z Wykonawcą.

„Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku rozwiązania umowy z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia netto pozostałego do zapłaty w zakresie części, której, odstąpienie dotyczy.”

Wskazany zapis jest istotny dla należytej realizacji zamówienia publicznego oraz współpracy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. W stosunkach cywilnoprawnych bardzo ważna jest równowaga pomiędzy obiema stronami umowy oraz wzajemne kształtowanie jej postanowień w granicach zasady swobody umów (art. 3531 KC), pozwalające na uznanie wykonawcy za partnera, szanujące jego podstawowe prawa i pozwalające na zrównoważone i partnerskie relacje między zamawiającym i wykonawcą.

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian.**

**Pytanie nr 352 – dot. Pakietu nr 4 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny obwód oddechowy trzecia rura długości 90cm, pozostałe parametry zgodnie z swz?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 353 – dot. Pakietu nr 4 poz. 1, 2**

Prosimy o dopuszczenie rur rozciągliwych do 2 metrów z dodatkowym ramieniem rozciągliwym do 150 cm z Ykiem bez portów, wykonanych z polipropylenu spełniającego pozostałe wymogi SWZ

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 354 – dot. Pakietu nr 5**

Prosimy o dopuszczenie układu z rur rozciągliwych z PP do dł 150 cm, z Ykiem i kolankiem z portem Luer Lock

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 355 – dot. Pakietu nr 61**

Prosimy o dopuszczenie zestawu do toalety jamy ustnej, stanowiącego element komponentów do całonocowej toalety jamy ustnej o potwierdzonej badaniami klinicznymi skuteczności w redukcji VAP, umieszczonego w jednym fabrycznym opakowaniu, składającego się z:

- szczoteczki OroCare™ Aspire,
- saszetki z 0,12% chlorheksydyną 12ml,
- saszetki z żelem do mycia zębów OroClean,
- szpatułki z gąbką,
- kieliszka





**Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu®  
ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg**

tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50

[https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski\\_elblag](https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag) [www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl](http://www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl) e-mail: [zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl](mailto:zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl)

Nr sprawy:  
ZP/4/2021

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 356 – dot. Pakietu nr 100 poz. 1, 2**

Prosimy o dopuszczenie zestawu do nebulizacji wykonanego z ABS, PP, PE, PVC, który nie wymaga podłączania dodatkowej 15 cm rurki, z drenem długości 2,1 m o przekroju gwiazdowym, pojemność nebulizatora 10ml, mikrobiologicznie czysty, spełniający pozostałe wymogi SWZ

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 357 – dot. Pakietu nr 103**

Prosimy o dopuszczenie masek z workiem, z podwójnym podbródkiem, które pasują do pacjentów o wszystkich rozmiarach twarzy, bez wyspecyfikowanych rozmiarów w zakresie M-XL, spełniających pozostałe wymogi SWZ

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 358 – dot. Pakietu nr 32**

Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne zaoferowanie sterylnych elektrod do ablacji z rękojeścią i odsysaniem kompatybilnych z waporyzatorem firmy Stryker ?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 359 – dot. Pakietu nr 65**

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie czujnika o długości przewodu 100 cm ? Reszta bez zmian.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**DYREKTOR**  
**SZPITALA MIEJSKIEGO**  
*św. Jana Pawła II w Elblągu*  
**lek. Mirosław Gorbaczewski**