



Olsztyn, dn. 29 listopada 2021 r.

Nr sprawy 30/2021

**Dotyczy: odpowiedzi na dostawę rękawic.**

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1129 z późn. zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania zadane przez uczestników postępowania.

**PYTANIA I ODPOWIEDZI**

**Zestaw 1:**

1. Dotyczy Zad nr 1 poz 2 Czy Zamawiający dopuści rękawice o poziomie protein lateksu  $\leq 30 \mu\text{g/g}$  o pozostałych parametrach zgodnych z SWZ.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

**Zestaw 2:**

1. Czy Zamawiający w Zadaniu 2 dopuści standardowe opakowanie a100, z otworem ograniczającym kontaminację ze środowiska ?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

**Zestaw 3:**

1. Dotyczy Pakiet nr 2 Rękawiczki nitylowe: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawiczek pakowanych a`200sztuk w opakowaniu wraz z odpowiednim przeliczeniem ilości dla rozmiarów S,M,L.

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SWZ.

2. Dotyczy Pakiet nr 2 Rękawiczki nitylowe: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawiczek pakowanych a`180 sztuk w opakowaniu wraz z odpowiednim przeliczeniem ilości dla rozmiaru XL.

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SWZ.

**Zestaw 4:**

1. Czy Zamawiający może odstąpić od wymogu posiadania przez otwór dozujący opakowania ochrony przed kontaminacją ze środowiska?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SWZ.

**Zestaw 5:**

1. Zadanie 1 poz.2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawic o poziomie protein poniżej  $40 \mu\text{g/g}$ . Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

2. Pytania dot. projektu umowy: Wnosimy o dodanie do § 5 dodatkowego ust.4 o treści: „W przypadku zmiany stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia, cena ulegnie zmianie z dniem wejścia w życie aktu prawnego określającego zmianę stawki VAT, z zastrzeżeniem, że zmianie ulegnie wówczas wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana umowy w tym przypadku nastąpi automatycznie i nie wymaga formy aneksu.” UZASADNIENIE: Wysokość stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia jest

czynnikiem cenotwórczym, niezależnym do swobodnego uznania i woli Stron. Zmiana stawki podatku VAT następuje bowiem w drodze zmiany właściwej ustawy, w dniu oznaczonym przez ustawodawcę, a Strony nie mogą się uchylać od jej skutków i zobowiązane są ponosić związane z nią koszty w terminach i na zasadach określonych przez ustawodawcę. W ocenie Wykonawcy, w kontekście powyższego, obciążanie Wykonawcy skutkami tejże zmiany lub skutkami ewentualnego opóźnienia w jej wprowadzaniu, tj. uzależnieniem zmiany ceny brutto w związku ze zmianą stawki podatku VAT od podpisania stosownego aneksu do umowy, stoi w sprzeczności z przepisami podatkowymi.

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia ofert zgodnie z SWZ.**

3. Pytania dot. projektu umowy: Wnosimy o dodanie do §5 dodatkowego ust. 4 o treści: „Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w formie aneksu.” UZASADNIENIE: Zmiana zaproponowana przez Wykonawcę jest odpowiedzią na czynniki niezależne od Wykonawcy, a mające realny wpływ na cenę wyrobów dostarczanych w ramach umowy przetargowej. Należy podkreślić, że Wykonawca nie powinien być w całości i samodzielnie obciążony ryzykiem zmiany stosunków gospodarczych, a tym samym zobowiązany do realizowania umowy po rażąco niskich cenach

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia ofert zgodnie z SWZ**

4. Pytania dot. projektu umowy: Wnosimy o zmianę §6 ust. 1 pkt. 4) projektowanej umowy w zakresie wysokości kary umownej za odstąpienie od Umowy poprzez obniżenie jej wysokości do 5% i zastrzeżenie, że kara ta będzie liczona od wartości brutto niezrealizowanej części umowy, a nie wartości brutto całej umowy. UZASADNIENIE: Kara umowna jako surogat odszkodowania, powinna zmierzać do naprawienia szkody wyrządzonej zamawiającemu z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania świadczenia niepieniężnego, natomiast nie powinna stanowić dla niego źródła dodatkowego zysku (zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 28 września 2010 r., V ACa 267/10). Ponadto, zamawiający powinien pamiętać ustalając maksymalną wysokość kar umownych, że określanie restrykcyjnych lub nieproporcjonalnych do wartości przedmiotu zamówienia kar umownych może powodować, że w postępowaniu złożona zostanie mała liczba ofert lub wykonawcy uwzględnią w cenie ofert wysokość kar umownych, o spowoduje wzrost cen albo nieuzasadnioną rozbieżność między cenami w sytuacji gdy wykonawcy będą odmiennie wyceniać samo ryzyko i jego podstawy (tak w opracowaniu Urzędu Zamówień Publicznych „Zagadnienie partnerstwa i wyrównania pozycji stron umowy”).

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia ofert zgodnie z SWZ**

### **Zestaw 6:**

1. Dotyczy Zadanie 1 Poz. 1 Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy pod pojęciem rękawic bezlateksowych, hypoalergicznymi, Zamawiający miał na myśli rękawice wykonane z poliiizoprenu, który posiada właściwości fizyczne najbardziej zbliżone do naturalnego lateksu, umożliwiające swobodną pracę bez obciążenia dłoni użytkownika (Wygodne i elastyczne, modułus 500% < 2,5 N)?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.**

2. Dotyczy Zadanie 1 Poz. 2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic pakowanych po 70 par, pozostałe wymogi zgodnie z SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.**

3. Dotyczy Zadanie 1 Poz. 2 Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy oczekuje, aby wymagany poziom protein tj.<20 ug/g rękawicy, był potwierdzony raportem niezależnego laboratorium od producenta z jasno oznaczoną na dokumencie nazwą rękawic których one dotyczą?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

4. Dotyczy Zadanie 1 Poz. 1,2,3 Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy Zamawiający oczekuje, aby na rękawicy nadrukowany był rozmiar rękawicy, oznaczenie L i P oraz nazwa rękawicy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

5. Dotyczy Zadanie 2 Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje rękawic spełniających wymogi zgonie z EN 455, EN ISO 374-1, EN ISO 374-5, EN 374-4, potwierdzone certyfikatem jednostki notyfikowanej. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje, aby opakowanie rękawic diagnostycznych posiadało otwór dozujący zabezpieczony dodatkową folią chroniącą zawartość przed kontaminacją?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia ofert zgodnie z SWZ

#### Zestaw 7:

1. Dotyczy SIWZ: Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby rozliczenia dokonywane były z członkiem konsorcjum? Składając ofertę w konsorcjum wszyscy jego członkowie ponoszą wspólną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, jednak w takim przypadku musi to wynikać bezpośrednio z umowy Konsorcjum lub na podstawie przedstawionego pełnomocnictwa.

2. Pytania dotyczące treści umowy: Czy Zamawiający zgadza się aby do wzoru umowy zostało dopisane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Strony mogą jednak zmienić ceny również w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy; bądź w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3% - pod warunkiem uzgodnienia zmiany cen w aneksie do umowy”? Dopisanie powyższego zdania nie zagraża interesom Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający nie będzie akceptował zmiany cen, będzie mógł odmówić podpisania aneksu o zmianie umowy.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia ofert zgodnie z SWZ

3. Pytania dotyczące treści umowy: Czy Zamawiający zgodzi się zapisać możliwość zmiany cen brutto wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki VAT, przy zachowaniu dotychczasowych cen netto?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia ofert zgodnie z SWZ

4. Przedmiot zamówienia: Zadanie nr 2, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści rękawice diagnostyczne wykonane z nitylu, bezpydrowe, wewnętrznie chlorowane, mankiet rolowany, gładkie z teksturą na palcach. Zgodne z PN/EN 455-1, 2, 3, 4, potwierdzone przez Kartę Danych Technicznych wystawioną przez producenta. Rękawice odporne na przenikanie związków chemicznych wg PN EN 374-3/EN 16523-1. Rękawice odporne na przenikanie wirusów zgodnie z EN 374-5:2016. Posiadające certyfikat do żywności. Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony indywidualnej kat. III. Opakowanie rozmiarów od XS do XL zawierające 100 szt. rękawic. Opakowanie z odsłoniętym otworem?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia ofert zgodnie z SWZ.

Informacja przeznaczona do publikacji na stronie postępowania:  
[https://platformazakupowa.pl/pn/usk\\_olsztyn/proceedings](https://platformazakupowa.pl/pn/usk_olsztyn/proceedings)