

Konin, 26.08.2022r.

WSZ-EP-38/1275/2022

**Wszyscy Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego/
strona internetowa prowadzonego postępowania****Dotyczy: postępowania o udzielenie Zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie pod nazwą: "Dostawa aparatury, urządzeń i innych wyrobów medycznych" nr sprawy WSZ-EP-38/2022****Odpowiedź na zapytania w sprawie SWZ – nr 3**

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm. – zwanej dalej „Ustawą Pzp.”) Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – zwanej dalej „SWZ”.

Zamawiający niniejszym udziela odpowiedzi na zadane pytania dotyczące pakietu numer 5:

1. Poz. 13 „Lampa ze stacjonarną anodą -jednoogniskowa”

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej jakości aparat RTG C z lampą dwuogniskową? Małe ognisko lampy 0.6mm duże ognisko lampy 1,8mm.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, zgodnie z SWZ.**2. Poz. 16 „Pojemność cieplna anody min 85 kHU”**

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej jakości aparat RTG z Ramieniem C z pojemnością cieplną anody min. 50 kHU, lecz kołpaka aż 2200kHU, wartości te są od siebie zależne i nawet aparat z pojemnością samej anody na poziomie 100 kHU a np. kołpaka tylko 1000 będzie miał mniejszą wydajność cieplną.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, zgodnie z SWZ.**3. Poz. 24 „Odległość kołpak - detektor (wolna przestrzeń) min. 85 cm”**

Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat z minimalną odległością 77cm – 80cm?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, zgodnie z SWZ.**4. Poz. 34 „Wielofunkcyjna pojedyncza dźwignia służąca jako hamulec oraz sterowanie kołami aparatu”**

Czy zamawiający dopuści do przetargu rozwiązanie równoważne jakim jest np. hamulec przy podstawie aparatu i rączka do sterowania kołami aparatu, opisane rozwiązanie jest charakterystyczne dla danego producenta, nic nie wnosi do zakresu diagnostycznego aparatu. W przypadku awarii systemu dwa w jednym zamawiający utrudnia sobie pracę chociażby uniemożliwia skorzystania z poszczególnych funkcji osobno.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, zgodnie z SWZ.

5. Poz. 35 „Wielofunkcyjny programowalny, bezprzewodowy pedał z minimum 5 trybami pracy z możliwością włączania promieniowania i zapisu oraz włącznik ręczny wyzwalania promieniowania”

Czy zamawiający dopuści do przetargu sterownik pedał przewodowy z 4 trybami pracy?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza powyższe i w związku z tym zmienia zapisy Załącznika nr 2.5 do SWZ - zestawienie wymaganych parametrów jakościowo –technicznych. Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2.5 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania

6. Poz. 40 „Monitory HD medyczne umieszczone na ramieniu C rozdzielczość min.1280x1024”

Czy Zamawiający dopuści do przetargu rozwiązanie z monitorami umiejscowionymi na oddzielnym wózku 2 monitory o przekątnej min 19” lub jeden duży o przekątnej 34”?

Dodatkowo nadmieniamy, iż nasz system posiada rozwiązanie w postaci dotykowego panela umiejscowionego na ramieniu C do sterowania Aparatem 10.4” z opcją podglądu skopii live.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, zgodnie z SWZ

7. Poz. 66 „Ochrona radiologiczna. Komplet 10 szt. Fartuchów/garsonek z kryzą”

Jaki rozmiar fartuchów/garsonek należy dostarczyć Zamawiającemu? Prosimy o określenie. Również prosimy o określenie równoważnika osłabienia promieniowania (np. 0,5 mm Pb, itp.)

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający informuje, że należy dostarczyć fartuchy/garsonki w następujących rozmiarach:

Roz. S – 3 sztuki

Roz. M – 3 sztuki

Rozm. L- 4 sztuki

Równoważnik osłabienia promieniowania – ekwiwalent 0,5 mm Pb.

Zamawiający informuje, że niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego Zamówienia.