



109 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Szczecinie



Certyfikat nr 485732

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Szczecin, dnia 11.01.2022 r.

Znak sprawy Nr RPoZP 37/2021

Dotyczy: przetargu w trybie podstawowym na dostawę staplerów do 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie

Pytania i odpowiedzi do SWZ nr 2

Dotyczy: Zadanie 2

1. Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie staplera liniowego z nożem wbudowanym w ładunek, w rozmiarze 80, długość linii zszywek 85 mm, długość linii cięcia 80 mm, jednorazowego użytku, do stosowania wewnętrznego, wyposażonego w dwustronną dźwignię do wystrzelenia ładunku, przycisk szybkiego zwalniania, wskaźnik końca linii cięcia, rzędy wgłębień zapobiegających ześlizgiwaniu się tkanki z końcówek roboczych narzędzia, system kontroli dźwigni zapewniający równoczesne zamykanie końcówek roboczych narzędzia i równomierną kompresję tkanki, nóż po odpaleniu chowany w plastikową pochewkę. Stapler posiadający 84 zszywki ze stopu tytanu o wysokości otwartej zszywki 3,8 mm (po zamknięciu 1,5 mm) dla grubości tkanki od 1 mm do 1,5 mm lub o wysokości otwartej zszywki 4,5 mm (po zamknięciu 2,0 mm) dla grubości tkanki 1,5 mm do 2,0, ułożonych w dwóch rzędach - rozmiar zszywki do wyboru przy składaniu Zamówienia.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w/w asortymentu.

2. Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie ładunków do jednorazowego staplera liniowego w rozmiarze 80 o długości linii zszywek 85 mm i długości linii cięcia 80 mm, z nożem stanowiącym część ładunku, pozostałe właściwości według opisu.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w/w asortymentu.

3. Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie jednorazowego staplera liniowego o długości linii szwu 60 mm, z podwójną linią naprzemiennie ułożonych 21 tytanowych zszywek, załadowanego ładunkiem do tkanki cienkiej (3,8 mm przed zamknięciem, 1,5 mm po zamknięciu) lub do tkanki grubej (4,5 mm przed zamknięciem, 2,0 mm po zamknięciu), stapler wyposażony w 2 stopniową kontrolę zamknięcia, dźwignię kontrolującą zamknięcie, dźwignię kontrolującą wystrzał, zintegrowany pin zapobiegający wysuwaniu tkanki, opuszczany manualnie lub automatycznie, stapler z dźwignią zamykającą i spustową, obsługa staplera jedną ręką, możliwość 11-krotnego przeładowania i 12-krotnego wystrzału staplera, rozmiar zszywek do wyboru przez zamawiającego.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w/w asortymentu.

4. Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści zaoferowanie jednorazowego staplera liniowego o długości linii szwu 90 mm, z podwójną linią naprzemiennie ułożonych 29 tytanowych zszywek, załadowanego ładunkiem do tkanki cienkiej (3,8 mm przed zamknięciem, 1,5 mm po zamknięciu) lub do tkanki grubej (4,5 mm przed zamknięciem, 2,0 mm po zamknięciu), stapler wyposażony w 2 stopniową kontrolę zamknięcia, dźwignię kontrolującą zamknięcie, dźwignię kontrolującą wystrzał, zintegrowany pin zapobiegający wysuwaniu tkanki, opuszczany manualnie lub automatycznie, stapler z dźwignią zamykającą i spustową, obsługa staplera jedną ręką, możliwość 11-krotnego przeładowania i 12-krotnego wystrzału staplera, rozmiar zszywek do wyboru przez zamawiającego.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w/w asortymentu.

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ, ul. Piotra Skargi 9-11, 70-965 Szczecin,
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy
numer KRS 0000002667

NIP 851 25 43 558, REGON 810200960

tel. 91 810 58 00, fax. 91 810 58 02

www.109szpital.pl, e-mail sekretariat@109szpital.pl



109 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Szczecinie



Certyfikat nr 485732

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

5. Czy Zamawiający w pozycji 5 dopuści zaoferowanie jednorazowego staplera liniowego o długości linii szwu 60 mm, z podwójną linią naprzemiennie ułożonych 21 tytanowych zszywek przeznaczonych do tkanki cienkiej (3,8 mm przed zamknięciem, 1,5 mm po zamknięciu) lub do tkanki grubej (4,5 mm przed zamknięciem, 2,0 mm po zamknięciu).

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w/w asortymentu.

6. Czy Zamawiający w pozycji 6 dopuści zaoferowanie jednorazowego staplera liniowego o długości linii szwu 90 mm, z podwójną linią naprzemiennie ułożonych 29 tytanowych zszywek przeznaczonych do tkanki cienkiej (3,8 mm przed zamknięciem, 1,5 mm po zamknięciu) lub do tkanki grubej (4,5 mm przed zamknięciem, 2,0 mm po zamknięciu).

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w/w asortymentu.

KOMENDANT

płk mgr inż. Krzysztof Pietraszko

M.J. 91/ 810 59 82