




**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kielcach
im. św. Jana Pawła II**

25-375 Kielce ul. Wojska Polskiego 51

☎ (41) 260-42-00 Fax. (41) 260-42-05
NIP:657-18-13-314 REGON: 290391139

✉ zoz@zozmswiakielce.pl

🌐 www.zozmswiakielce.pl



Kielce, dnia 8. III. 2022r.

Znak postępowania: 04/TP/2022

WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup i dostawę sprzętu jednorazowego na potrzeby pracowni endoskopii, rezonansu magnetycznego oraz innego sprzętu jednorazowego dla SP ZOZ MSWiA w Kielcach im. Św. Jana Pawła II”.

SP ZOZ MSWiA w Kielcach im. św. Jana Pawła II działając na podstawie art. 284 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2019, poz. 2019 ze zm.), udziela wyjaśnień na następujące pytania, zadane do wyżej wymienionego postępowania:

Pytanie: 1.

Dot. części 2: Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie szczotek o długości 2500 mm, główka druga o wymiarach: długość szczoteczki 20 mm, szerokość szczoteczki 5 mm, długość włosia 2,5 mm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga produktu zgodnego z opisem SWZ

Pytanie: 2.

Dot. części 2: Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie klipsownicy o długości 230 cm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga produktu zgodnego z opisem SWZ

Pytanie: 3.

Dot. części 2: Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie szczypczyków biopsyjnych o maksymalnym kącie rozwarcia 120 stopni, długość miseczki 4,0 mm, szerokość miseczki 2,3 mm, maksymalne rozwarcie miseczki 8,0 mm, pojemność miseczek 9,5 mm³?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga produktu zgodnego z opisem SWZ

Pytanie: 4.

Dot. części 2: Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści zaoferowanie pętli o rozmiarze 32 mm, długość narzędzia 240 cm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga produktu zgodnego z opisem SWZ

Pytanie: 5.

Dot. części 2: Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści zaoferowanie pętli o rozmiarze 30 mm?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga produktu zgodnego z opisem SWZ

Pytanie: 6.

Dot. części 2: Czy Zamawiający w pozycji 5 i 6 dopuści zaoferowanie pętli multifilamentowych, średnica 2,4 mm, długość robocza 2400 mm, średnica drutu 0,33 mm, średnice pętli jak w opisie?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga produktu zgodnego z opisem SWZ

Pytanie: 7.

Dot. części 2: Czy Zamawiający w pozycji 7 dopuści zaoferowanie ustników o szerokości 27 mm, opakowanie zbiorcze 100 sztuk?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga produktu zgodnego z opisem SWZ

Pytanie: 8.

dot. część nr 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania w części nr 5 zestawu do wstrzykiwacza do automatycznej strzykawki MEDRAD Spectris Solaris EP, gdzie zestaw A+B zapakowany jest w jeden blister.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w części nr 5 zestawu do wstrzykiwacza do automatycznej strzykawki MEDRAD Spectris Solaris EP, gdzie zestaw A+B zapakowany jest w jeden blister.

Pytanie: 9.

Dot. część 2: Poz. 1. Czy Zamawiający dopuści szczoteczkę do czyszczenia kanału endoskopowego, dwustronna o śr. drutu 1,7 mm ze średnicą włosa 5 mm i 10 mm, długość główek 20 mm i 30 mm przy całkowitej długości narzędzia 230 cm, na końcach szczotki plastikowe kulki chroniące kanał endoskopu przed zarysowaniami?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga produktu zgodnego z opisem SWZ

Pytanie: 10.

Dot. część 2: Poz. 2. Czy Zamawiający dopuści klipsownicę o długości roboczej 230 cm, szerokość rozwarcia ramion 16 mm, długość ramion 9,5 mm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga produktu zgodnego z opisem SWZ

Pytanie: 11.

Dot. część 2: Poz. 3. Czy Zamawiający dopuści szczypczyki biopsyjne z łyżeczkami o długości 3, 86 mm, maksymalne rozwarcie miseczek 8 mm, pojemność łyżeczek 7,6 mm³? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga produktu zgodnego z opisem SWZ

Pytanie: 12.

Dot. część 2: Poz. 4. Czy Zamawiający dopuści pętlę z siatką o średnicy korpusu 2,4 mm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga produktu zgodnego z opisem SWZ

Pytanie: 13.

Dot. część 2: Poz. 5, 6. Czy Zamawiający dopuści pętlę do polipektomii o śr. 2,4 mm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga produktu zgodnego z opisem SWZ

Pytanie: 14.

Dot. część 2: Poz. 7. Czy Zamawiający dopuści ustnik o wymiarach 27 mm x 22 mm, w opakowaniu zbiorczym 100 sztuk? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga produktu zgodnego z opisem SWZ

Pytanie: 15.

Część nr 6: Pozycja 1 i 2:

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania produktów do tlenoterapii mikrobiologicznie czystych. Nadmieniamy, iż z uwagi na przeznaczenie w/w sprzętu do podaży niesterylnego tlenu, wymóg sterylności produktów wydaje się być bezzasadny.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza produkty czyste do tlenoterapii mikrobiologicznie.

Pytanie: 16.

Część nr 6: Pozycja 2:

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania maski tlenowej o wysokiej koncentracji dla dorosłych w jednym uniwersalnym rozmiarze dedykowanym dla pacjentów dorosłych (zamiast opisanych rozm. M, L, XL), spełniającej pozostałe wymogi swz.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie maski tlenowej o wysokiej koncentracji dla dorosłych w jednym uniwersalnym rozmiarze dedykowanym dla pacjentów dorosłych.

Pytanie: 17.

Część nr 6: Pozycja 3:

Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie czy nebulizator ma pracować skutecznie w zakresie 0-90 stopni? Zakres pracy 0-90 stopni oznacza zdolność generowania przez nebulizator cząsteczek aerozolu przy dowolnym kącie odchylenia od pionu aż do 90 stopni włącznie. Pozwala to personelowi medycznemu na stosowanie terapii aerozolowej nawet u pacjentów o specjalnych wymaganiach w trakcie leczenia np. takich, którzy pozostają w pozycji poziomej (leżącej).

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga aby nebulizator pracował w zakresie 0-90 stopni.

Pytanie: 18.

Część nr 6: Pozycja 3:

Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie czy nebulizator ma posiadać stabilną podstawkę dyfuzora nie wypadającą w trakcie napełniania i opróżniania zbiornika nebulizatora z leku? Taka konstrukcja podstawki dyfuzora, która nie wypada w trakcie napełniania i opróżniania zbiornika nebulizatora w zakresie obrotu od 0 do 360 stopni ma szczególne znaczenie, ponieważ w trakcie opróżnienia pojemniczka nebulizatora przed jego kolejnym napełnieniem unika się ryzyka wypadnięcia podstawki i jej potencjalnej dekontaminacji.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga aby nebulizator musiał posiadać stabilną podstawkę dyfuzora nie wypadającą w trakcie napełniania i opróżniania zbiornika nebulizatora z leku.

Pytanie: 19.

Część nr 6: Pozycja 3:

Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie czy nebulizator ma być skalowany co 1 ml? Jest to istotne dla określenia ilości nebulizowanego preparatu znajdującego się w nebulizatorze oraz po zakończeniu nebulizacji dla określenia ilości nebulizatu podanego do pacjenta.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga produktu zgodnego z opisem SWZ.

Pytanie: 20.

Część nr 6: Pozycja 3:

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje, aby nebulizator rozbijał cząstki nebulizatu do średnicy 2,7MMAD z potwierdzeniem producenta, co gwarantuje prawidłową depozycję leku?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga aby nebulizator rozbijał cząsteczki nebulizatu do średnicy 2,7MMAD z potwierdzeniem producenta, co gwarantuje prawidłową depozycję leku.

Pytanie: 21.

Część nr 6, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści maskę anestetyczną wykonaną z PCV bez ftalanów i lateksu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści maskę anestetyczną wykonaną z PCV bez ftalanów i lateksu.

Pytanie: 22.

Część nr 6, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści maskę tlenową z rezerwuarem tlenowym z zastawką jednokierunkową?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści maskę tlenową z rezerwuarem tlenowym z zastawką jednokierunkową.

Pytanie: 23.

Część nr 6, pozycja 3

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania bezzwrotnej zintegrowanej zastawki?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga produktu zgodnego z opisem SWZ.

Pytanie: 24.

Pytanie dotyczy wzoru umowy Par. 6 ust. 1 pkt. 2 (Pakiet nr 1). Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej w razie zwłoki w dostarczeniu towaru lub usunięciu stwierdzonych wad ponad termin określony w umowie do 2% wartości niezrealizowanej dostawy brutto licząc za każdy dzień zwłoki?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający pozostawia zapisy zgodne z proponowanymi postanowieniami umowy.

Pytanie: 25.

Pytanie dotyczy części 2 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści szczotki czyszczące jednorazowego użytku długości 2500 mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga produktu zgodnego z opisem SWZ.

Pytanie: 26.

Pytanie dotyczy części 2 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści klipsownicę długości 230 cm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga produktu zgodnego z opisem SWZ.

Pytanie: 27.

Pytanie dotyczy części 2 poz. 3 Czy Zamawiający dopuści szczypce biopsyjne w których długość miseczki wynosi 4,6 mm a rozwarcie miseczki 7,0 mm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga produktu zgodnego z opisem SWZ.

Pytanie: 28.

Pytanie dotyczy części 2 poz.4 Czy Zamawiający dopuści pętlę z siatką o rozmiarze pętli 30x55mm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga produktu zgodnego z opisem SWZ.

Pytanie: 29.

Pytanie dotyczy części 2 poz. 5 i 6 Czy Zamawiający dopuści pętlę do polipektomii o średnicy 2,4 mm oraz średnicy drutu 0,4 mm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga produktu zgodnego z opisem SWZ.

Pytanie: 30.

Pytanie dotyczy części 2 poz. 7 Czy Zamawiający dopuści ustnik o średnicy otworu głównego 22 x 27 mm i opakowaniu zbiorczym zawierającym 100 szt.?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga produktu zgodnego z opisem SWZ.

Pytanie: 31.

część 4, pozycja 14 Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie czy nie nastąpiła omyłka pisarska dotycząca długości zgłębnika i Zamawiający miał na myśli zgłębniki o długości 1250 mm lub 1500 mm?

Odpowiedź: Tak, nastąpiła omyłka pisarska dotycząca długości zgłębnika. Zamawiający wymaga zgłębnika o długości 1500 mm.

Pytanie: 32.

Pakiet 6 poz.1: Czy Zamawiający dopuści maskę anestetyczną czystą mikrobiologicznie, pozostałe parametry zgodnie z SWZ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga

Pytanie: 33.

Pakiet 6 poz. 2: Czy Zamawiający dopuści maskę z rezerwuarem , czysta mikrobiologicznie, w dwóch uniwersalnych rozmiarach dla dorosłych i dzieci, pozostałe parametry zgodnie z SWZ?

Odpowiedź: Zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie 16, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie maski tlenowej o wysokiej koncentracji dla dorosłych w jednym uniwersalnym rozmiarze dedykowanym dla pacjentów dorosłych

Pytanie: 34.

Pakiet 6 poz. 3Czy Zamawiający dopuści nebulizator z łącznikiem do wpięcia do obwodu o poj. 12 ml, pozostałe parametry zgodnie z SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nebulizator z łącznikiem do wpięcia do obwodu o poj. 12 ml, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Opracowała:



Z-CA DYREKTORA
ds. administracyjno - gospodarczych
SP ZOZ MSWiA w Kielcach
im. św. Jana Pawła II

Szymon Mazurkiewicz

(podpis osoby upoważnionej)

