

Znak: ZOZ.V.010/DZP/82/20

Sucha Beskidzka dnia 09.12.2020r.

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę leków oraz innych produktów dla Apteki Szpitalnej w ZOZ Sucha Beskidzka – znak sprawy ZOZ.V.010/DZP/82/20.

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej odpowiada na poniższe pytania:

1. Czy w Pakiecie 56, pozycja 1 „Preparat złożony do gorącej dezynfekcji sztucznych nerek produkcji Fresenius na bazie kwasu cytrynowego, jabłkowego, oraz mlekowego a 5 l”. Zamawiający wymaga środka do gorącej dezynfekcji o parametrach zalecanych przez producenta wymienionych aparatów, tzn. zawartości 21 g kwasu cytrynowego w 100 g preparatu oraz gęstości 1,097 g/ml?  
**Odp.: Tak**
2. Czy w Pakiecie 56, pozycja 2 „Preparat do dezynfekcji chemicznej sztucznych nerek produkcji Fresenius na bazie kwasu nadoctowego i nadtlenku wodoru a 5 l”. Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu do dezynfekcji o parametrach zalecanych przez producenta wymienionych aparatów, na bazie kwasu nadoctowego i nadtlenku wodoru w opakowaniach o pojemności 8,8l a 10kg (czyli 14 opakowań a 8,8 l/10 kg)?  
**Odp.: Tak**

Z poważaniem:

Zespół Opieki Zdrowotnej  
w Suchej Beskidzkiej

