

**DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  
UNIwersYTETU JAGIELLOŃSKIEGO**

ul. Straszewskiego 25/3 i 4, 31-113 Kraków

tel. +4812-663-39-03

e-mail: [bzp@uj.edu.pl](mailto:bzp@uj.edu.pl)

[www.uj.edu.pl](http://www.uj.edu.pl) ; [www.przetargi.uj.edu.pl](http://www.przetargi.uj.edu.pl)



Kraków, dnia 19.10.2023 r.

**Do wszystkich Wykonawców**

*Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), którego przedmiotem jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu, dostawy i montażu mebli laboratoryjnych dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, numer postępowania 80.272.337.2023.*

**PYTANIA I ODPOWIEDZI DO TREŚCI SWZ**

*Szanowni Państwo,*

Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy.

**Pytanie 1**

Czy Zamawiający dopuści blaty z żywic fenolowych w kolorze szarym o grubości 16 mm (taką samą grubość mają pozostałe blaty w pomieszczeniu)?

**Odpowiedź 1**

*Zamawiający dopuści zastosowanie blatów o grubości 16 mm. Blaty muszą wykazywać bardzo dużą odporność na zginanie ( $\geq 100N/mm^2$ ) oraz uderzenia. Zamawiający dopuści blaty z żywic fenolowych w kolorze szarym przy zapewnieniu odpowiedniej odporności na działanie promieniowania UV (co najmniej 1h dziennie).*

**Pytanie 2**

W związku z warunkami lokalowymi i koniecznością umieszczenia zamrażarki pod stanowisko przyściennie nr 1 prosimy o zgodę na zmianę wymiarów stanowiska na 1765x700x900 mm.

**Odpowiedź 2**

*Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wymiarów stanowiska przyściennego nr 1 z 1800x600x900 mm na 1765x700x900 mm, co mieści się w dopuszczonych postanowieniami Rozdziału III ust. 5 pkt tolerancji.*

**Pytanie 3**

Czy stanowisko przyściennie biurowe pod komputer ma być wyposażone w półkę laminowaną/szafkę otwartą pod blatem na skrzynkę PC?

**Odpowiedź 3**

*Stanowisko przyściennie biurowe pod komputer ma być wyposażone w półkę laminowaną/szafkę otwartą zapewniającą łatwy dostęp do kabli i gniazd lub metalowy podwieszany uchwyt biurkowy na komputer o udźwigu minimum 15 kg.*

**Zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi do SWZ, stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia nie wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Dlatego też, Zamawiający zawiadamia, iż terminy składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie.**

*Z wyrazami szacunku  
Justyna Żyrkowska*