



**UNIwersytet Medyczny
IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU**
Dział Zamówień Publicznych

Adres:
61-701 Poznań
ul. Fredry 10

tel.: (061) 854-60-00
e-mail: dzp@ump.edu.pl

L. dz. DZP-1060/23

Poznań, dnia 06.12.2023 r.

**Wszyscy Wykonawcy
- platforma zakupowa**

Dotyczy: TPm-117/23 postępowania w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na **dostawę autoklawu pionowego wraz z transportem, wniesieniem, instalacją i przeszkoleniem pracowników, do miejsca wskazanego przez Zamawiającego**

W związku z pytaniami dotyczącymi prowadzonego postępowania, Zamawiający, zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605, dalej Ustawa Pzp) udzielił odpowiedzi w piśmie DZP-1057/23 z dnia 04.12.2023 r.

W nawiązaniu do przesłanych w ww. piśmie odpowiedzi na pytania Zamawiający koryguje odpowiedzi w odpowiedziach na pytania o nr 1,2 i 5 w następujący sposób:

Dotyczy: opisu przedmiotu zamówienia

Pytanie 1:

Dot. Lp. 2

Czy Zamawiający dopuści autoklaw o pojemności 100 L? Oferowane przez nas urządzenie nie różni się znacząco gabarytami od urządzenia o pojemności 80 L jednocześnie zapewniając większą przepustowość.

Odpowiedź:

Było:

Tak, zamawiający zgadza się na zaproponowaną zmianę objętości urządzenia.

Powinno być:

Zamawiający dopuszcza ww. rozwiązanie.

Pytanie 2:

Dot. Lp. 3

Czy Zamawiający dopuści autoklaw o szerokości wynoszącej 740mm? Jest to wartość tylko o 6,6mm większa od dopuszczanej i nie ma ona znaczącego wpływu na instalację.

Odpowiedź:

Było:

Tak, zamawiający zgadza się na zmianę szerokości autoklawu.

Powinno być:

Zamawiający dopuszcza ww. rozwiązanie.

Pytanie 5:

Dot. Lp. 16

Czy Zamawiający dopuści autoklaw w którym uszczelki drzewiowe są dociskane sprężonym powietrzem? Jest to rozwiązanie bezawaryjne z funkcjonalnością równoważną do wymaganego.

Odpowiedź:

Było:

Tak, zamawiający zgadza się na takie rozwiązanie.

Powinno być:

Zamawiający dopuszcza ww. rozwiązanie.

Przesłane, skorygowane informacje prosimy uwzględnić przy tworzeniu oferty przetargowej traktując je jako ważne i wiążące.

Opracowanie: Wojciech Cyż
nr telefonu: 61 854 62 35
e-mail: dzp@ump.edu.pl

Zatwierdził: **Kierownik**
Działu Zamówień Publicznych

mgr Martyna Goździkiewicz-Ziola