



Olsztyn, dn. 2 lutego 2022 r.

Nr sprawy 5/2022

Dotyczy: udzielenia odpowiedzi na: dostawę obłożeń, fartuchów sterylnych i niesterylnych oraz pozostałych wyrobów medycznych z włókniny i folii.

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania zadane przez uczestników postępowania.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Zestaw 1

Zadanie nr 8, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści czepki z napotnikiem wiązane, pakowane w kartonik po 50 szt.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Zadanie nr 8, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści czepki typu beret wykonane z lekkiej i miękkiej włókniny polipropylenowej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Zadanie nr 8, poz. 5 i 6

Czy Zamawiający dopuści podkłady z perforacją co 50 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Zadanie 10

Czy Zamawiający dopuści fartuchy podfoliowane w części przedniej plus całe rękawy, dostępne w rozmiarach L i XL?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SWZ.

Zadanie nr 11

Czy Zamawiający dopuści fartuch foliowy z długimi rękawami z otworem na kciuk, grubość folii LDPE – 25 mikronów, rozmiar uniwersalny, długość 120 cm, szerokość 112 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.


Zadanie nr 12, poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści ochraniacze pakowane po 50 szt., z przeliczeniem ilości tj. 40 op.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Zestaw 2

Pytanie nr 1 – dotyczy Zadania nr 2

1 x Serweta na stół instrumentarski 150x190cm, stanowiąca owinięcie zestawu, 1 x Serweta do wszepiania rozruszników i ablacji o wymiarach 220x320cm (na powierzchni



100x320cm laminat 3w o gramaturze 75g/m², po obu bokach serwety przezroczysta folia PE 60mironów, 55g/m², dodatkowa łata chłonna 100x150cm o gramaturze 80g/m². Całkowita gramatura w części wzmożonej 155g/m². Serweta posiada dwa otwory o średnicy 14cm otoczone taśmą lepłą i wypełnione folią operacyjną, 1 x fartuch chirurgiczny XL o długości 145cm, wykonany z włókniny typu SMMMS o gramaturze 35g/m², 1 x osłona na aparaturę o średnicy 140cm, wykonana z grubej folii PE, siągnięta elastyczną gumką, 2x ręcznik do rąk 30,5x34cm, Na opakowaniu 3 etykiety samoprzylepne zawierające min. nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz nazwę identyfikującą dostawcę.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 2 – dotyczy Zadania nr 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu, w którym serwety główne wykonane są z laminatu trzywarstwowego na całej powierzchni, a nie tylko w strefie dedykowanej dla pacjenta?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 3– dotyczy Zadania nr 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu?

Zestaw uniwersalny wzmocniony:

- 1 taśma operacyjna 9 x 50 cm
- 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona, folia- PE piaskowana 60 µm niebieska, wzmocnienie chłonne - laminat 2 warstwowy, PE+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny, w części chłonnej polipropylen. Całkowita gramatura 140 g/m²
79x145cm, wzmocnienie 65x85cm
- 4 ręczniki do rąk – 100% celuloza
- 2 przyklejane serwety z dodatkową łatą chłonną i organizatorami przewodów 75 x 90 cm, łata chłonna 15x50 cm
- 1 przyklejana serweta średnia z dodatkową łatą chłonną i organizatorami przewodów 180 x 180 cm, łata chłonna 15x50 cm
- 1 przyklejana serweta duża 150 x 240 cm z dodatkową łatą chłonną i organizatorami przewodów, łata chłonna 15x50 cm
- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm folia- PE piaskowana 60 µm niebieska, włókninowe wzmocnienie chłonne. Całkowita gramatura 85 g/m². Rozmiar 150x190cm, wzmocnienie 75x190cm.

Materiał serwet głównych dwuwarstwowy PE+PP - polietylen, polipropylen foliowany nieprzemakalny (grubość folii 33µ) o min. gramaturze 60 g/m² w części podstawowej. Gramatura łaty chłonnej 80 g/m² (łączna gramatura 140g/m²). Serwety obłożenia nie zawierają włókien wiskozy i celulozy. Odporność na rozerwanie na mokro/sucho w obszarze krytycznym 168/168kPa. Odporność na penetrację płynów (chłonność) 165 cm H₂O.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 4 – dotyczy Zadania nr 3 i 4 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawów obłożeń minimalnie różniących się od opisanych w SIWZ: serweta na stół Mayo posiada wymiar 79x145cm, a serweta na stół do instrumentarium wykonana jest z niebieskiej folii PE piaskowanej o grubości 60µm i gramaturze 55g/m² z wzmocnieniem włókninowym, o całkowitej gramaturze 85g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 5 – dotyczy Zadania nr 4 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z serwetą główną o wymiarach 215/240x350 zamiast 220/240x335cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 6 – dotyczy Zadania nr 4 poz. 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów z mankietem o długości min. 6cm oraz wzmocnieniem z laminatu o gramaturze 50g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 7 – dotyczy Zadania nr 4 poz. 10

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania fartuchów w rozmiarze M – 126cm, L – 137cm, XL – 147cm, XXL – 155cm, do wyboru Zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 8 – dotyczy Zadania nr 6 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów wizytacyjnych jednorazowego użytku, wykonanych z włókniny polipropylenowej o gramaturze 25g/m², rękawy zakończone elastyczną, nieuciskającą gumką, wiązane w talii oraz na szyi, rozmiar uniwersalny 120 (długość) x 140 (obwód) cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 9 – dotyczy Zadania nr 6 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanych fartuchów?

Jednorazowy, jałowy, pełnobarierowy, fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny hydrofobowej typu SMMMS o gramaturze min. 35 g/m²; wzmocniony na rękawach, w okolicy brzucha i klatki piersiowej, chłonnym i nieprzemakalnym dwuwarstwowym laminatem o gramaturze 50 g/m². Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny; 4 wszywane troki, 2 zewnętrzne troki łączone kartonikiem. Zapięcie w okolicy karku na rzep na jednej części fartucha i na drugiej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Opakowanie typu papier-folia. Spełnia wymagania aktualnej normy PN-EN 13795 1-3 lub równoważne. Rozmiar: M, L, XL, XXL.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 10 – dotyczy Zadania nr 9

Mając na uwadze najlepszy poziom ochrony, prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga zaoferowania masek typu IIR, będących wyrobami o najwyższych wymaganiach w zakresie filtracji i barierowości (chroniących zarówno użytkownika, jak i osoby wokół). Maski typu IIR są jedynymi maskami z tej grupy, które zgodnie z normą EN 14683 posiadają odporność na przesiekanie przez potencjalnie skażone substancje płynne (tzw. *splash resistance*), stwarzając barierę dla aerozoli, są więc najskuteczniejszym środkiem ochrony przed rozprzestrzenianiem się drobnoustrojów, m.in. wirusów

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 11 – dotyczy Zadania nr 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha izolacyjnego wykonanego w całości z laminatu (włóknina polipropylenowa + folia polietylenowa) o gramaturze 37g/m², z mankietami dzianinowymi, na które można nałożyć rękawice. Rozmiar uniwersalny 120x140cm. Zakwalifikowany jako wyrób medyczny

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Zestaw 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu nr 3 Zestawu serwet jałowych uniwersalnych, dwuwarstwowych, wzmocnionych o składzie:

- 1 x Serweta na stół instrumentalny 150x 190cm wykonana z włókniny SMS oraz folii PE. Serweta stanowi owinięcie zestawu.
- 1 x Serweta czerwona na stolik Mayo 80 x 145cm. Serweta nie jest składana teleskopowo.
- 1 x Serweta przylepna 150 x 240cm – „górna”, gramatura 56g/m². Strefa przylepna o wymiarach 180 x 5cm zawiera wzmocnienie o wymiarze 25 x 60cm, o gramaturze 110 g/m² i współczynniku absorpcji 450% masy własnej. Wzmocnienie zawiera trzy

otwory (organizatory) na przewodowy operacyjny o średnicy 2cm każdy. Przylepieć o wymiarze 180 x 5cm.

- 1 x Serweta przylepna 170 x 180cm – „dolna”, gramatura 56g/m². Strefa przylepna o wymiarach 100 x 5cm zawiera wzmocnienie o wymiarze 25 x 60cm, o gramaturze 110 g/m² i współczynniku absorpcji 450% masy własnej. Wzmocnienie zawiera trzy otwory (organizatory) na przewodowy operacyjny o średnicy 2cm każdy. Przylepieć o wymiarze 100 x 5cm.
- 2 x Serweta przylepna 75 x 90cm – „boczna”, gramatura 56g/m². Strefa przylepna o wymiarach 90 x 5cm zawiera wzmocnienie o wymiarze 25 x 40cm, o gramaturze 110 g/m² i współczynniku absorpcji 450% masy własnej. Wzmocnienie zawiera otwory (organizatory) na przewodowy operacyjny o średnicy 2cm każdy. Przylepieć o wymiarze 90 x 5cm.
- 4 x Ręcznik chłonny, wykonany z gofrowanej celulozy o wymiarach 40 x 40 cm
- 4 x Taśma przylepna OP o wymiarze 10 x 25cm, wykonana z włókniny SMS o gramaturze 45g/m², jednostronnie pokrytej klejem.
- Odporność na przenikanie cieczy - EN ISO 811 - średnia = 568,7 cm H₂O
- Wytrzymałość na wypychanie – na sucho - EN ISO 13938-1 - 310,6 kPa
- Wytrzymałość na wypychanie – na mokro - EN ISO 13938-1 - 332,0 kPa

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Zestaw 4

Pytanie nr 1: Zadanie 9: Prosimy o dopuszczenie maseczek typu IIR o ciśnieniu różnicowym (oporach oddychania) <40,2 Pa/cm².

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 2: Dotyczy Zadanie nr 9: Czy Zamawiający wyrazi zgodę i uzna za wystarczające dołączenie materiałów informacyjnych sporządzonych przez Wykonawcę (sporządzonych na podstawie danych producenta) z których jednoznacznie będzie wynikać, iż zaoferowany asortyment jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia. Oryginalne materiały/ foldery producenta bardzo często nie odnoszą się do tak szczegółowych parametrów jak zawartych w SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Dotyczy Zadanie nr 9: Czy Zamawiający dopuści maseczki z terminem ważności do 21.10.2023 r.?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem w § 3. umowy: "ust. 6. Wykonawca oświadcza, że dostarczany asortyment będzie posiadał termin przydatności do użycia nie krótszy niż ¾ terminu nadanego przez producenta licząc od daty dostawy. W przypadku dostawy asortymentu z terminem przydatności krótszym niż wskazany powyżej, Zamawiający zwróci asortyment Wykonawcy na jego koszt. Okres jaki upłynie do czasu dostarczenia asortymentu z terminem przydatności zgodnym z niniejszym zapisem Zamawiający będzie traktował jako zwłokę w dostawie"

Zestaw 5

1. Dotyczy SIWZ: Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby rozliczenia dokonywane były z członkiem konsorcjum? Składając ofertę w konsorcjum wszyscy jego członkowie ponoszą wspólną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, jednak w takim przypadku musi to wynikać bezpośrednio z umowy Konsorcjum lub na podstawie przedstawionego pełnomocnictwa.

2. Dotyczy umowy: Czy Zamawiający zgadza się aby do wzoru umowy zostało dopisane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Strony mogą jednak zmienić ceny również w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy; bądź w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa

GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3% - pod warunkiem uzgodnienia zmiany cen w aneksie do umowy”? Dopisanie powyższego zdania nie zagraża interesom Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający nie będzie akceptował zmiany cen, będzie mógł odmówić podpisania aneksu o zmianie umowy.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia ofert zgodnie z SWZ.

3. Dotyczy umowy: Czy Zamawiający zgodzi się zapisać możliwość zmiany cen brutto wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki VAT, przy zachowaniu dotychczasowych cen netto?

Odpowiedź: Zamawiający przewidział taką możliwość w Projekcie umowy § 5 ust. 3 pkt 1 ppkt „a”, zakładając, że cena jednostkowa netto pozostanie bez zmian (zgodnie z Projekt umowy § 4 ust. 3.)

4. Dotyczy: Zadanie nr 3 Czy Zamawiający dopuści zestaw o następującym składzie i parametrach:

serweta z przylepcem	1	Laminat dwuwarstwowy polietylenowo-polipropylenowy o gram. 62 gm2 (grubość folii 30µm) I łąta chłonna z włókniny polipropylenowej gram. 63g/m2	240x150 (37,5x70)
serweta z przylepcem	1	Laminat dwuwarstwowy polietylenowo-polipropylenowy o gram. 62 gm2 (grubość folii 30µm) I łąta chłonna z włókniny polipropylenowej gram. 63g/m2	200x170 (37,5x70)
serweta z przylepcem - przylepiec na szerszym boku	2	Laminat dwuwarstwowy polietylenowo-polipropylenowy o gram. 62 gm2 (grubość folii 30µm) I łąta chłonna z włókniny polipropylenowej gram. 63g/m2	90x75 (37,5x70)
taśma medyczna	1	Spunlace	50x9
serweta na stół instrum.	1	Wzmocnienie 66 x 190 cm o gramaturze folii 47g/m2, o całkowitej gramaturze 84g/m2	190x150
serweta na stolik Mayo	1	Wzmocnienie 76 x 85 cm o grubości folii 50 µm,, całkowita gramatura 74g/m2	145x80
serwetki do rąk	2	włók. kom.	40x20

Produkt sterylny, pakowany w sposób gwarantujący aseptyczny sposób aplikacji. Zapakowany w opakowanie pośrednie kartonowe – dyspenser z perforowanym jednym brzegiem oraz karton transportowy (zawierający etykietę produktu) – w celu zapewnienia bezpieczeństwa transportu i przechowywania w warunkach bloku operacyjnego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Zestaw 6

1. Zadanie 1 Czy Zamawiający dopuści zestaw o następującym składzie i parametrach:

Serwety wykonane z materiału dwuwarstwowego 60g/m2.

- 1 x taśma typu rzep 3cm x 25cm,
- 4 x serweta samoprzylepna dwuwarstwowa 50cm x 50cm,
- 1 x osłona na stolik Mayo 80cm x 145cm,
- 2 x ręczniki chłonne 30cm x 34cm,
- 1 x taśma lepna 10cm x 50cm,
- 1 x serweta dwuwarstwowa 230cm x 300cm o gramaturze 60g/m2 wyposażona w otwór 20cm x 30cm wypełniony folią operacyjną, wysokochłonne wzmocnienie o gramaturze 80g/m2 w części krytycznej oraz trójkątną torbę do zbiórki płynów. Chłonność wzmocnienia 680%.

- 1 x serweta na stół instrumentariuszki, stanowiąca owinięcie zestawu 150cm x 190cm.

Serweta na stół instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 50 g/m² oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 75 cm x 190 cm i gramaturze 30 g/m². Łączna gramatura w strefie chłonnej - 80 g/m². Serweta na stół Mayo wykonana z folii PE o gramaturze 47 g/m² i 2 warstwowego laminatu chłonnego w obszarze wzmocnionym o gramaturze 57 g/m² oraz wymiarach 60 cm x 85 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 104 g/m². Osłona w postaci worka w kolorze niebieskim, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

2. Zadanie 2 Czy Zamawiający dopuści zestaw o następującym składzie i parametrach: Serwety wykonane z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m², w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², zintegrowane z organizatorami przewodów:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 220cm x 320cm, z dwoma otworami o średnicy 10cm, zintegrowana z transparentną foliową wstawką po dwóch stronach serwety
- 1 x serweta nieprzylepna o wymiarach 100cm x 150cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x fartuch chirurgiczny standard wykonany z wielowarstwowej włókniny hydrofobowej SSMMS o gramaturze 45 g/m², wyposażony w system troków, kartonik do aseptycznej aplikacji, tylne części fartucha zachodzące na siebie. Rozmiar XL.
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 100 cm x 150 cm.

Serweta na stół instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m² oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m². Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m². Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 205.6/199.4 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 90/91.6N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 110 cm H₂O. Współczynnik pylenia 1.4log₁₀. Chłonność wzmocnienia min. 680%.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

3. Zadanie 3 Czy Zamawiający dopuści zestaw o następującym składzie i parametrach: Serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu trójwarstwowego o gramaturze 72 g/m² w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 152 g/m².

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm
- 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stół Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 50 g/m² oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 65 cm x 190 cm i gramaturze 30 g/m². Łączna gramatura w strefie chłonnej - 80 g/m². Serweta na stolik Mayo wykonana z folii PE o gramaturze 47 g/m² i 2 warstwowego laminatu chłonnego w obszarze wzmocnionym o gramaturze 57 g/m² oraz wymiarach 60 cm x 145 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 104 g/m². Osłona w postaci worka w kolorze niebieskim, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania. Spełnia wymagania wg normy EN 13795-1,2,3 na wysokim poziomie. Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 195/180 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 147/113 N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 207 cm H₂O. Współczynnik pylenia 3.4log₁₀. Chłonność wzmocnienia min. 680% ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

4. Zadanie 3 Czy Zamawiający dopuści zestaw o następującym składzie i parametrach: Serwety wykonane z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m², w strefie krytycznej wyposażone w wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², zintegrowane z organizatorami przewodów:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 170cm x 240cm, wzmocnienie o wymiarach 30 cm x 80 cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 170cm x 180cm, wzmocnienie o wymiarach 50 cm x 80 cm
- 2 x wysokochłonna serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm i gramaturze 96 g/m²
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m² oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m². Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m². Serweta na stolik Mayo wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m² oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m². Osłona w postaci worka w kolorze niebieskim, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania. Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 205.6/199.4 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 90/91.6N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 110 cm H₂O. Współczynnik pylenia 1.4log₁₀. Chłonność wzmocnienia min. 680% ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

5. Zadanie 3 Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu aby zestaw zapakowany był w opakowanie typu dispenser?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

6. Zadanie 3 Czy Zamawiający dopuści opakowanie transportowe – wewnętrzna torba foliowa oraz karton zewnętrzny?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

7. Zadanie 4, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści zestaw o następującym składzie i parametrach:

Serweta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m², w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², zintegrowana z organizatorami przewodów:

- 1 x serweta 200/270 cm x 300 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym o wymiarach 25 cm x 30 cm

- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x taśma samoprzylepna typu rzep 2 cm x 22 cm
- 1 x osłona na przewody o wymiarach 14 cm x 250 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m² oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m². Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m². Serweta na stolik Mayo wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m² oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m². Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania. Osłona na przewody wyposażona w końcówkę z perforacją, kartonik ułatwiający aplikację oraz dwie taśmy przylepne. Osłona wykonana z transparentnej folii PE o gramaturze 50 g/m². Spełnia wymagania wg normy EN 13795-1,2,3 na wysokim poziomie. Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 180/172 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 118/93 N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 197 cm H₂O. Współczynnik pylenia 3.4log₁₀. Chłonność wzmocnienia min. 680%.

[Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.](#)

8. Zadanie 4, pozycja 3-6

Czy Zamawiający dopuści serwety wykonane z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 40g/m²?

[Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.](#)

9. Zadanie 4, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 90x120cm z otworem o średnicy 8cm?

[Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.](#)

10. Zadanie 4, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 90x120cm z otworem o średnicy 10cm?

[Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.](#)

11. Zadanie 4, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 120x150cm z otworem o średnicy 7cm lub 10cm?

[Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.](#)

12. Zadanie 4, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści osłonę na przewody w rozmiarze 16x250cm?

[Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.](#)

13. Zadanie 4, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści folię operacyjną wykonaną z poliuretanu o grubości 30μm, z 2 aplikatorami o szerokości 2cm, w rozmiarze 20x30cm i powierzchni lepnej 20x26cm, paro przepuszczalności 850g(m²x24h)?

[Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.](#)

14. Zadanie 4, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści folię operacyjną wykonaną z poliuretanu o grubości 30μm, z 2 aplikatorami o szerokości 3cm, w rozmiarze 45x28cm i powierzchni lepnej 45x22cm, paro przepuszczalności 850g(m²x24h)?

[Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.](#)

15. Zadanie 4, pozycja 10

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu, aby fartuchy pakowane były opakowanie typu dispenser?

[Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.](#)

16. Zadanie 4, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m², posiadający wzmocnienie z laminatu w części przedniej i na rękawach o gramaturze 40g/m², potrójne szwy ultradźwiękowe, odporność na przenikanie cieczy >100cm H₂O w strefie krytycznej, odporność na rozerwanie na sucho/mokro 327,8/326,4kpa, IB – 6,0?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

17. Zadanie 4, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści folię operacyjną wykonaną z poliuretanu o grubości 30µm, z 2 aplikatorami o szerokości 3cm, w rozmiarze 45x55cm i powierzchni lepnej 45x49cm, paro przepuszczalności 850g(m²x24h)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

18. Zadanie 4, pozycja 1-11

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu aby zestaw zapakowany był w opakowanie typu dispenser?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

19. Zadanie 4, pozycja 1-7, 10,

Czy Zamawiający dopuści opakowanie transportowe – wewnętrzna torba foliowa oraz karton zewnętrzny?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

20. Zadanie 7

Czy Zamawiający dopuści ubrania chirurgiczne o wytrzymałości na rozerwanie 79,7kPa?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

21. Zadanie 8, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści czepek chirurgiczny wykonany z włókniny polipropylenowej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

22. Zadanie 8, pozycja 5 i 6

Czy Zamawiający dopuści podkład o długości 40 m z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

23. Zadanie 8, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści podkład perforowany co 50cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

24. Zadanie 9

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

25. Zadanie 12, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści ochraniacze wykonane z włókniny polipropylenowej o gramaturze 30g/m², o wysokości 47cm, pakowane po 100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

26. Zadanie 12, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści ochraniacze pakowane po 50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Zestaw 7

Czy Zamawiający dopuści ubranie chirurgiczne w kolorze zielonym? Pozostałe parametry zgodne z SWZ. Prosimy o odstąpienie od wymogu nieprzemakalności, ponieważ obowiązująca norma EN 13795:2- 2019 nie wymaga tego parametru.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Zestaw 8

Zadanie nr 1 poz. 1 Prosimy o wyjaśnienie czy w trosce o ochronę środowiska naturalnego Zamawiający oczekuje aby zaoferowane zestawy pochodziły od producentów spełniających wymogi normy ISO 14001 (potwierdzone certyfikatem jednostki notyfikowanej załączonym do oferty), która odnosi się do zarządzania programami ochrony środowiska danego producenta. Obejmuje on strukturę organizacyjną, planowanie i zasoby służące rozwojowi, wdrażaniu i utrzymaniu polityki w zakresie ochrony środowiska. Celem systemu zarządzania środowiskowego jest zwiększenie przestrzegania zasad środowiskowych i zmniejszenie ilości odpadów.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Zadanie nr 3 poz. 1 Prosimy o wyjaśnienie czy w trosce o ochronę środowiska naturalnego Zamawiający oczekuje aby zaoferowane zestawy pochodziły od producentów spełniających wymogi normy ISO 14001 (potwierdzone certyfikatem jednostki notyfikowanej załączonym do oferty), która odnosi się do zarządzania programami ochrony środowiska danego producenta . Obejmuje on strukturę organizacyjną, planowanie i zasoby służące rozwojowi, wdrażaniu i utrzymaniu polityki w zakresie ochrony środowiska. Celem systemu zarządzania środowiskowego jest zwiększenie przestrzegania zasad środowiskowych i zmniejszenie ilości odpadów.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Zadanie nr 3 poz.1 Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje zestawu z serwetami okrywającymi pacjenta z chłonnej nieprzemakalnej włókniny na całej powierzchni serwet?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że materiał chłonny musi być zgodnie z opisem określonym w SWZ oraz chłonne powinny być łaty.

Zadanie nr 3 poz. 1 Prosimy o dopuszczenie zestawu uniwersalnego o cechach:

Sterylny zestaw uniwersalny ze wzmocnieniem . Skład zestawu:

1 x serweta na stół narzędziowy 152x190 cm z folii PE 50μ z mikroteksturą ze wzmocnieniem (owinięcie zestawu)

1 x serweta na stół Mayo 80x142 cm z folii PE ze wzmocnieniem z polipropylenu 55x88cm , składana rewersowo

2 x serweta boczna 90x75 cm, ze wzmocnieniem 60x25 cm z przylepcem o długości 84cm

1 x serweta dolna 175x190 cm, ze wzmocnieniem 67x25 cm z przylepcem o długości 98cm, ze zintegrowanym podwójnym organizatorem przewodów

1 x serweta górna 240x150 cm ze wzmocnieniem 67x25 cm z przylepcem o długości 98 cm, ze zintegrowanym podwójnym organizatorem przewodów

1 x taśma lepna włókninowa 9X50 cm

4 x ręcznik chłonny celulozowy 20x30 cm z mikrosiecią zabezpieczająca przed rozrywaniem

Tolerancja rozmiarów dla serwet okrywających pacjenta +/-2 cm

Serwety okrywające pacjenta wykonane z laminatu 2-warstwowego (polipropylen, polietylen) o gramaturze max.58g/m² odpornego na penetrację płynów (>175 cmH₂O, odpornego na rozerwanie na mokro/sucho (min. 145kPa) o niskim współczynniku pylenia (współczynnik pylenia ≤1,7 log₁₀). W obszarze krytycznym wzmocnienie chłonne pozbawione pyjących włókien wiskozy i celulozy (polipropylen 60 g/m²), o łącznej gramaturze w 121 g/m². Dwucentymetrowa nieprzylepna końcówka przy paskach zabezpieczających taśmę lepnią ułatwiającą mocowanie serwet na pacjencie. I klasa palności. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylne w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności, nazwę producenta w tym 2 etykiety dodatkowo z kodem kreskowym. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001

potwierdzony certyfikatem. Pragniemy podkreślić, że proponowany zestaw charakteryzuje się znacznie wyższą chłonnością na całej powierzchni, t.j. $> 200\text{cmH}_2\text{O}$ od wymaganej $167\text{ cmH}_2\text{O}$

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Zadanie nr 3 poz. 1 Prosimy o dopuszczenie zestawu uniwersalnego o cechach:

Sterylny zestaw uniwersalny do zabiegów chirurgicznych. Skład zestawu:

1 x serweta na stół instrumentariuszki $140 \times 190\text{ cm}$ z mocnej folii PE min. 50μ ze wzmocnieniem (owinięcie zestawu)

1x serweta na stół Mayo 80×142 składana rewersowo

2 x serweta $75 \times 100\text{ cm}$, przylepna na całej długości dłuższego boku

1 x serweta $195 \times 200\text{ cm}$, przylepna

1 x serweta $160 \times 260\text{ cm}$, przylepna

1 x taśma typu rzep o jednoczęściowej konstrukcji, dzięki której podczas rozpięcia nie spowoduje dekompozycji na dwie części (zgrzew z jednej strony i nieprzylepna 2 cm końcówka z drugiej, część dolna i górna taśmy $2,5 \times 13 - 14\text{ cm}$

4 x ręcznik chłonny z mikrosiecią zabezpieczającą przed rozrywaniem 20×30

Tolerancja rozmiarów dla serwet okrywających pacjenta $\pm 2\text{ cm}$

Serwety okrywające pacjenta wykonane z chłonnego (na całej powierzchni) niepylącego (współczynnik pylenia $\leq 1,9 \log_{10}$) laminatu trójwarstwowego o gramaturze max. 66 g/m^2 bez włókien celulozy i wiskozy. Laminat odporny na przenikanie płynów ($> 200\text{ cm H}_2\text{O}$), wytrzymały na rozrywanie na mokro/sucho (min. 190 kPa). W celu ułatwienia aplikacji serwety złożone książkowo, z nieprzylepnymi końcówkami przy taśmach o szerokości 5 cm zabezpieczającymi część lepną serwet pozwalające w rękawicach jednym ruchem odkryć część lepną do aplikacji serwet na pacjencie. I klasa palności. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795, pakowany sterylnie w foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające min.: nr katalogowy, nr lot, datę ważności, nazwę producenta (w tym min. 2 etykiety dodatkowo z kodem EAN). Sterylizacja EO. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem. Pragniemy podkreślić, że proponowany zestaw charakteryzuje się znacznie wyższą chłonnością na całej powierzchni, t.j. $> 200\text{cmH}_2\text{O}$ od wymaganej $167\text{ cmH}_2\text{O}$.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Zadanie nr 3 poz. 1 Sterylny zestaw uniwersalny ze wzmocnieniem. Skład zestawu:

1 x serweta na stół narzędziowy $140 \times 190\text{ cm}$ z folii PE 50μ z mikroteksturą ze wzmocnieniem (owinięcie zestawu)

1 x serweta na stół Mayo $80 \times 142\text{ cm}$ z folii PE ze wzmocnieniem z polipropylenu $55 \times 88\text{ cm}$, składana rewersowo

2 x serweta boczna $98 \times 100\text{ cm}$, ze wzmocnieniem $67 \times 39\text{ cm}$

1 x serweta dolna $196 \times 200\text{ cm}$, ze wzmocnieniem $67 \times 39\text{ cm}$, z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów

1 x serweta górna $240 \times 150\text{ cm}$ ze wzmocnieniem $67 \times 39\text{ cm}$, ze zintegrowanym podwójnym organizatorem przewodów

1 x uchwyt na przewody typu rzep $2,5 \times 13\text{ cm}$

4 x ręcznik chłonny celulozowy $20 \times 30\text{ cm}$ z mikrosiecią zabezpieczającą przed rozrywaniem

Tolerancja rozmiarów dla serwet okrywających pacjenta $\pm 2\text{ cm}$

Serwety okrywające pacjenta wykonane z chłonnego na całej powierzchni laminatu trójwarstwowego o gramaturze max. 66 g/m^2 pozbawionego pyjących i łatwopalnych włókien wiskozy i celulozy o niskim współczynniku pylenia $\leq 1,9 \log_{10}$ o wysokiej odporności na penetrację płynów $> 200\text{ cmH}_2\text{O}$. Zdolność absorpcji 223 ml/m^2 . W obszarze krytycznym wzmocnienie chłonne bez celulozy i wiskozy o wysokiej odporności na rozrywanie $> 570\text{ kPa}$. I klasa palności. W celu ułatwienia aplikacji w

rękawicach dwucentymetrowa nieprzylepna końcówka przy paskach zabezpieczających taśmę lepłą. Zestaw spełnia wysokie wymagania wg normy EN 13795. Pakowany sterylnie w przezroczystą foliową torbę z portami do sterylizacji posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające nr katalogowy, nr LOT, datę ważności, nazwę producenta w tym 2 etykiety dodatkowo z kodem kreskowym. Sterylizacja EO. Zestawy zapakowane zbiorczo w worek foliowy następnie w karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem.

Pragniemy podkreślić, że proponowany zestaw charakteryzuje się znacznie wyższą chłonnością na całej powierzchni, t.j. > 200cmH₂O od wymaganej 167 cmH₂O oraz znacznie wyższą odpornością na rozerwanie w obszarze krytycznym, t.j. > 570 kPa od wymaganej odporności na rozerwanie na mokro/sucho w obszarze krytycznym 290/314 kPa.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Zestaw 9

Dotyczy zadania 8 pozycji 5. czy zamawiający dopuści perforację co 50 cm ?? wszystkie inne parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Zestaw 10

zadanie 6, poz. 1 czy zamawiający dopuści gramaturę min. 20 g/m²? czy zamawiający dopuści rozmiar uniwersalny: fartuch o wymiarach: • Mankiet 5 cm • Długość całkowita 110 cm (+/- 2 cm) • Szerokość w pasie ok. 70 cm x 2 mierzone na płasko • Długość troków – w pasie 2 x po ok. 100 cm, przy szyi 2 x po ok. 35-38 cm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

zadanie 6, poz. 1 Czy zamawiający wydzielił poz.1 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SWZ.

zadanie 8, poz. 1 Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, o gramaturze 25 g/m², z warstwą pochłaniającą pot (45 g/m²) przedniej części o długości ok. 32 cm i wysokości 5 cm, troki o dł. ponad 20 cm każdy, głębokość czepka ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x 12,5 cm, w kolorze niebieskim, rozmiar uniwersalny?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

zadanie 8, poz. 2 Czy zamawiający dopuści czepek typu beret, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, o gramaturze 10 g/m², w kolorze niebieskim, o wymiarach : w stanie luźnym: średnica wewnętrzna 16 cm, średnica zewnętrzna 30 cm ± 1 cm ; długość gumki po rozciągnięciu czepka – 50-53 cm ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

zadanie 8, poz. 3 • Czy zamawiający dopuści fartuch o wymiarach: • Mankiet 5 cm • Długość całkowita 110 cm (+/- 2 cm) • Szerokość w pasie ok. 70 cm x 2 mierzone na płasko • Długość troków – w pasie 2 x po ok. 100 cm, przy szyi 2 x po ok. 35-38 cm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

zadanie 8, poz. 5-6 Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 79,8 mt, perforacja co 38 cm? Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 65,36 mt, perforacja co 38 cm? Czy zamawiający dopuści podkład o wymiarach 50 cm x 45,9 mt, perforacja co 34 cm? Czy jeżeli zamawiający dopuści inną długość, to czy z przeliczeniem za rolkę z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SWZ. Perforacja nie może być co 34 czy 38 cm!!! to nie jest do nóg pacjenta, tylko pacjent musi się położyć do badania MRI lub TK.

zadanie 9 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 50 szt. Z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Zestaw 11

Zadanie nr 8 poz.1 Prosimy o dopuszczenie czepek z włókniny spundlance 35 g/m² oraz włókniny polipropylenowej 25g/m²

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Zadanie nr 12 poz. 2 Prosimy o dopuszczenie ochraniaczy o wysokości 45 cm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Zestaw 12

Dotyczy Zadania nr 7

Czy Zamawiający dopuści komplet chirurgiczny z wytrzymałością na rozerwanie min. 95kPa?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Dotyczy Zadania nr 8, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści czepek typu furażerka wiązany na troki w całości wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 20g/m². Na całym obwodzie czepek wkładka pochłaniająca pot.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Dotyczy Zadania nr 8, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści czepek typu beret wykonany z włókniny polipropylenowej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Dotyczy Zadania nr 8, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'100 szt. z przeliczeniem wymaganej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Dotyczy Zadania nr 8, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze uniwersalnym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Dotyczy Zadania nr 8, poz. 5,6

Czy Zamawiający dopuści podkład z perforacją co 50 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Dotyczy Zadania nr 9

Czy Zamawiający dopuści maskę typ IIR?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Ponadto Komisja informuje, że na podstawie art. 284 ust. 3 ustawy Pzp przesuwają termin składania i otwarcia ofert na:

- termin składania ofert: 2022-02-07 godz. 10:00
- termin otwarcia ofert: 2022-02-07 godz. 10:15
- termin związania ofertą: do 2022-03-08

Informacja przeznaczona do publikacji na stronie postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/usk_olsztyn/proceedings