



Wrocław, 20.05.2024r.

**4. Wojskowy Szpital Kliniczny
z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu**
ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu jednorazowego stosowanego w chirurgii, laparoskopii i endoskopii wraz z najmem generatora do cięcia i koagulacji tkanek oraz najmem generatora do ewakuacji dymu chirurgicznego, znak sprawy: 4 WSzKzP.SZP.2612.15.2024

Zamawiający 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu działając na podstawie art. 135 ust.2 ustawy z dnia 11września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r.poz.1605 ze zm.) dalej Pzp informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w ww. postępowaniu przetargowym:

Pytanie nr 4 dotyczy pakietu nr 3:

Pytanie do pakietu 3 pozycja 6 - Czy Zamawiający dopuści jednorazowy uchwyt monopolarny o długości uchwytu 160mm i długości kabla 5m? Uchwyt kompatybilny z innymi elektrodami monopolarnymi.

Odpowiedź na pytanie nr 1: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 5 dotyczy pakietu 3:

Pytanie do pakietu 3 pozycja 13 - Czy Zamawiający dopuści wielorazowe zagięte elektrody igłowe i zaoferowanie 4szt?

Odpowiedź na pytanie nr 2: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Z upoważnienia KOMENDANTA
4. Wojskowego Szpitala Klinicznego
z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu
-/ /
mgr Piotr Strąk
Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych